

## REQUERIMIENTO DE ACLARACIÓN

---


Muy Sres. Nuestros:

En relación con la licitación para la **Contratación del Suministro de solución salina fisiológica para irrigación 3000 ml y de soluciones viscoelásticas para inyección en cavidad articular con destino a los Hospitales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 61, sitios en Majadahonda, Sevilla, Barcelona y Vigo.**, con número de expediente **LICT/99/139/2022/0116** les informamos que, tras el análisis de su proposición, FREMAP considera necesario aclarar la información o documentación que aportaron.

El detalle de la aclaración se le indica en su carpeta personal del Portal de Licitación Electrónica de FREMAP (<https://licitacion.fremap.es/>), en adelante PLEF, dentro del apartado de aclaraciones.

Deberá proceder a contestar la aclaración solicitada por FREMAP, en las condiciones establecidas en la misma y, no mas tarde del próximo **07/06/2023**.

Les recordamos que para cualquier consulta sobre cómo remitir la información o documentación solicitada, esta Mutua pone a su disposición un servicio de ayuda a licitadores y soporte técnico cuya información de contacto está disponible en el PLEF.



---

## LOTE 2 AMEVISA

---

Buenos días; En relación al Expediente de FREMAP LICT/99/139/2022/0116 Contratación del Suministro de solución salina fisiológica para irrigación 3000 ml y de soluciones viscoelásticas para inyección en cavidad articular con destino a los Hospitales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 61, sitios en Majadahonda, Sevilla, Barcelona y Vigo.

Les informamos que una vez revisada la documentación presentada por la Entidad AMEVISA, S.A. con respecto al Lote 2 Suministro de soluciones viscoelásticas para inyección en cavidad articular con destino a los Hospitales de FREMAP.

Deberá aclarar el siguiente aspecto: En relación a las características técnicas mínimas.

Una vez revisada la documentación, se necesita aclaración en lo relativo a las características técnicas del producto a suministrar especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONSUMOS DE LOS PRODUCTOS A SUMINISTRAR,, y concretamente en relación al apartado siguiente o su equivalencia:

Hialuronato sódico o equivalente, con mínimo de 60 mg del componente activo con un volumen máximo de 4 ml, por jeringa precargada, de una única dosis por ciclo de tratamiento para administración intraarticular de grandes articulaciones.

- Mínimo de 60 mg del componente activo con un volumen máximo de 4 ml, **por jeringa precargada**
- **Una única dosis por ciclo de tratamiento para administración intraarticular de grandes articulaciones.**
- En la memoria técnica aportada por el licitador se recoge: *Cuatro etiquetas de control de implante e instrucciones de uso.* Se solicita aclaración e información adicional sobre este aspecto.

En el criterio 1.- Oferta económica: *“El licitador deberá subir en el criterio de adjudicación 1. Oferta económica los siguientes documentos en un archivo comprimido (.ZIP) o un PDF conjunto:*

- ANEXO II. OFERTA ECONÓMICA LOTE 2.

- ***Ficha técnica completa de los productos objeto de suministro, en español, mediante la cual deberá ser posible la comprobación de las características técnicas de los mismos”.***

En la documentación aportada por el licitador únicamente hace referencia a uno de los artículos que compone el lote, debiendo aportar la ficha técnica completa del siguiente artículo:

- Hialuronato sódico o equivalente, con mínimo de 10 mg del componente activo por jeringa precargada, de una única dosis por ciclo de tratamiento para administración intraarticular de pequeñas articulaciones.


Muchas gracias. Reciban un cordial saludo.





LICT/99/139/2022/0116 - Contratación del Suministro de solución salina fisiológica para irrigación 3000 ml y de soluciones viscoelásticas para inyección en cavidad articular con destino a los Hospitales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 61, sitios en Majadahonda, Sevilla, Barcelona y Vigo.

Majadahonda a **02 de junio de 2023**.



Este documento es copia auténtica de un documento custodiado por FREMAP. El documento consta de un total de 3 folios. Folio 3 de 3.  
Código Seguro de Verificación: NTFf3853ce74ec1e3dae6531b071616d980. Puede verificar su autenticidad en <https://licitacion.fremap.es/csv/>.

