



INFORME QUE FORMULA EL VOCAL TÉCNICO RELATIVO AL EXPEDIENTE 2023/SP01410010/00000119E SUMINISTRO DE UN ECÓGRAFO

En relación con el expediente citado, se emite el correspondiente informe por parte del vocal técnico D. JESUS ANGEL PARDOS TORRIJO, Ingeniero de Electromedicina en el Hospital General de la Defensa en Zaragoza.

Únicamente ha presentado oferta la empresa:

- CEDYT SISTEMAS DIAGNÓSTICOS, S.L.

Los criterios de valoración, según detalla la Cláusula 10.1 del Anexo I al PCAP son los siguientes:

CRITERIO 1. PRECIO (Máximo 65 puntos):

Se aplicará la puntuación a cada licitador aplicando la fórmula:

$$Puntuación = Ptos_{máx} \times \frac{PML(€) - oferta valorada(€)}{PML(€) - mejor oferta(€)}$$

LICITADOR	OFERTA (EUROS) IVA INCLUIDO	PUNTOS
CEDYT SISTEMAS DIAGNÓSTICOS, S.L.	20.897,45	65

CRITERIO 2. CRITERIOS TÉCNICOS (Máximo 35 puntos)

1. **PLAZO DE GARANTÍA** (Ponderación hasta 5 puntos)

5 puntos si el plazo de garantía es mayor o igual a 2 años. 0 puntos si es inferior a 2 años.

LICITADOR	PLAZO	PUNTOS
CEDYT SISTEMAS DIAGNÓSTICOS, S.L.	2 años	5

2. **RANGO dB** (Ponderación hasta 10 puntos)

Se asignará una puntuación de 10 puntos a la oferta de licitación que ofrezca el rango de dB del equipo más alto, aplicándose al resto de ofertas la siguiente fórmula:

$$Puntuación = \frac{OFERTA ANALIZADA}{OFERTA MAYOR RANGO} \times 10$$

LICITADOR	dB	PUNTOS
CEDYT SISTEMAS DIAGNÓSTICOS, S.L.	290	10

3. **Frame rate** (Ponderación hasta 10 puntos)

Se asignará una puntuación de 10 puntos a la oferta de licitación que ofrezca un mayor “frame rate” del equipo, aplicándose al resto de ofertas la siguiente fórmula:

$$Puntuación = \frac{OFERTA ANALIZADA}{OFERTA MAYOR FRAME RATE} \times 10$$

LICITADOR	Frame rate	PUNTOS
CEDYT SISTEMAS DIAGNÓSTICOS, S.L.	2.500	10

4. **Servicio Técnico** (Ponderación hasta 10 puntos)

Se asignará a cada oferta una puntuación de 10 puntos si ofrece respuesta presencial inferior a 1 hora tras el aviso de avería en el equipo; 0 puntos en caso contrario.

LICITADOR	Sí/No	PUNTOS
CEDYT SISTEMAS DIAGNÓSTICOS, S.L.	Sí	10

La aplicación de los anteriores criterios conduce al siguiente resultado:

LICITADOR	PUNTOS PRECIO	PUNTOS CRIT. TÉCNICOS	TOTAL PUNTOS
CEDYT SISTEMAS DIAGNÓSTICOS, S.L.	65	35	100

Cumpliendo la empresa con las características recogidas en el PPT y PCAP, el vocal técnico informa que la máxima puntuación ha sido obtenida por la empresa relacionada a continuación, la cual se propone como adjudicataria:

CEDYT SISTEMAS DIAGNÓSTICOS, S.L.

El Vocal Técnico