

INFORME TÉCNICO

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MOBILIARIO CLÍNICO CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA.

CNMY 384/2024

1 OBJETO

En el contexto de la adjudicación de contratos administrativos de suministro para el CNMY 384/2024 SUMINISTRO DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA, los criterios de adjudicación permiten otorgar un máximo de 25 puntos a los criterios de Juicio de Valor atendiendo a, la calidad de los materiales y acabados y al diseño de los productos, en la documentación técnica presentada por las empresas que concurren a la licitación.

El expediente se compone de los siguientes lotes:

LOTE 1. SILLAS DE RUEDAS.

ORDEN	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
1	SILLAS DE RUEDA PACIENTES (RM)	3

LOTE 2. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA.

ORDEN	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
1	PERCHERO DELANTAL PLOMADO (MOVIL)	3
2	PERCHERO DELNATAL PLOMADO (FIJO)	3
3	DELANTAL PLOMADO	5
4	CHALECO PLOMADO	25
5	FALDA PLOMADA	25

LOTE 3. DIVERSO MOBILIARIO CLÍNICO.

ORDEN	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
1	TABURETE SIN RESPALDO	12
2	PALO GOTERO	170
3	MESA RODANTE GALVANIZADA	5
4	CARRO PARADAS	2
5	CARRO CAMARERA DISTRIBUCIÓN TRES ESTANTES	11
6	CARRO PARADAS (RM)	2
7	ROLLER	24
8	CAMILLA HIDRÁULICA TRASLADO DE PACIENTES	10
9	LÁMPARA LUZ HALÓGENA	2
10	TABURETE CON RESPALDO	28
11	ARMARIO PARA ENDOSCOPIO	1
12	BANDEJA COMIDA PACIENTE	12
13	MESA GINECOLÓGICA	2
14	BÁSCULA CON TALLÍMETRO	4

Se solicita la valoración por juicio de valor a la oferta técnica de las características exigidas en los criterios de adjudicación, Orden 4, del Anexo 1 al PCAP, que a continuación se detallan:

Orden 4. Criterios de valoración sometidos a juicio de valor. (25 puntos).

ORDEN 4	OFERTA TÉCNICA	PUNTUACIÓN
a.	Calidad de materiales y acabados: Se evaluará mediante el análisis de las fichas técnicas de los productos a suministrar, en relación con los establecidos en los respectivos documentos técnicos o pliegos de prescripciones técnicas particulares.	15
b.	Diseño de los productos: Se valorará el mejor diseño ofertado en relación con los establecidos en los respectivos documentos técnicos o pliegos de prescripciones técnicas particulares.	10

2 RELACIÓN DE EMPRESAS OFERTANTES

Se recibe documentación técnica de las siguientes empresas:

Orden	Empresas	Lote 1	Lote 2	Lote 3
1	INTERSUGICAL ESPAÑA S.L.U.	NO	SI	NO
2	SOCIAL MOBEL S.L.	NO	NO	SI
3	SUMINISTROS INTEGRALES CONSULTING S.L	NO	NO	SI

3 VALORACIÓN.

Tras la revisión de la documentación aportada, el Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital Universitario de la Ribera del Departamento de Salud de la Ribera informa:

3.1 LOTE 1: SILLAS DE RUEDAS.

No se presenta ningún licitador y el lote queda desierto.

3.2 LOTE 2: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

La empresa admitida a la licitación cumple con las características mínimas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del CNMY 384/2024:

- INTERSUGICAL ESPAÑA S.L.U.

3.3 LOTE 3: DIVERSO MOBILIARIO CLÍNICO

1. La empresa admitida a la licitación que cumple con las características mínimas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del CNMY 384/2024:
 - SUMINISTROS INTEGRALES CONSULTING S.L.
2. La empresa SOCIAL MOBEL S.L no se admite a la licitación por no cumplir con las características mínimas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del CNMY 384/2024 del siguiente artículo :

REFERENCIA INTERNA COMPONENTE	Ud.	CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS	CARACTERÍSTICAS OFERTADAS EN RELACIÓN A LA EXIGIDA.
69 - CAMILLA HIDRÁULICA TRASLADO PACIENTES	10	Camilla de transporte , acero pintado, Regulación en altura hidráulica. Barandillas abatibles. Cabecero regulable de 70º Porta-sueros. Colchoneta de 2 cuerpos. Portarrollos incorporado. Dimensiones: 204*76*(53-90cm).	El licitador oferta una camilla para exploración y tratamiento de 3 cuerpos.

Por lo tanto, la valoración técnica y puntuaciones asociadas de los licitadores admitidos se adjuntan en los siguientes cuadros:

EMPRESA	LOTE	ORDEN 4.a		ORDEN 4.b		TOTAL PUNTUACIÓN	
		Calidad de los acabados.		Diseño de los productos.		Puntuación máxima	25
		Puntuación máx:	15	Puntuación máx:	10		
INTERSUGICAL ESPAÑA S.L.U.	2	La calidad de los materiales y de los acabados corresponde a los exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas buscando durabilidad, resistencia y ergonomía.		El diseño de los productos es el exigido en los pliegos de prescripciones técnicas mejorando algún aspecto. <ul style="list-style-type: none"> • El número de colgadores disponible, uno más que el exigido en el pliego. • Aumento en 1 kg la carga mínima exigida en el pliego. 		17	
	Valoración:	Buena	60%	Muy buena	80%		
	Puntuación:	9		8			
EMPRESA	LOTE	ORDEN 4.a		ORDEN 4.b		TOTAL PUNTUACIÓN	
		Calidad de los acabados.		Diseño de los productos.		Puntuación máxima	25
		Puntuación máx:	15	Puntuación máx:	10		
SUMINISTROS INTEGRALES CONSULTING S.L	3	La calidad de los materiales y de los acabados corresponde a los exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas sin aportar ninguna mejora significativa al producto final.		El diseño de los productos es el exigido en los pliegos de prescripciones técnicas mejorando algún aspecto: <ul style="list-style-type: none"> • El diseño ergonómico del hueco ginecológico de la mesa ginecológica para facilitar la realización de pruebas y exploraciones en las pacientes. • Las barandillas de la camilla de transporte de paciente puedan ser plegables o abatibles reduciendo el espacio de acción a la hora de movilizar a los pacientes y el porta sueros regulables en altura. • La posibilidad de que el reposapiés de los taburetes se puedan regular en altura. 		17	
	Valoración:	Buena	60%	Muy buena	80%		
	Puntuación:	9		8			

RESUMEN PUNTUACIÓN

De acuerdo a los criterios indicados en el Apartado LL, Orden 4 del Anexo 1 al PCAP del expediente, la puntuación correspondiente a los criterios cuantificables mediante juicios de valor, para este apartado, se resume de la siguiente manera:

ORDEN	EMPRESA	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3
1	SOCIAL MOBEL S.L	-	-	NO ADMITIDA
2	INTERSUGICAL ESPAÑA S.L.U	-	17	-
3	SUMINISTROS INTEGRALES CONSULTING S.L	-	-	17

En Alzira, a fecha de la firma,

Servicio de Ingeniería y Mantenimiento