



G CONSELLERIA
O SALUT
I SERVEI SALUT
B CIUTS BAITARS
/

INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS SUBJETIVOS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTAS Y COBERTORES TÉRMICOS DESECHABLES DE USO CLÍNICO PARA LOS CENTROS DEPENDIENTES DEL IB-SALUT, CON CESIÓN DE UNIDADES DE CALENTAMIENTO (SSCC PAC 319/17)

El informe de valoración final se realiza haciendo una valoración global del lote 1. Para el lote 1 de este expediente se comprueba si los artículos cumplen con los requisitos mínimos y en caso de ser homogéneos la valoración de criterios subjetivos se referirá al conjunto de artículos, salvo que se indique lo contrario por no darse la homogeneidad en el anexo de este documento. Concretamente en estos informes se han valorado las ofertas presentadas por las casas comerciales que han participado en la licitación del lote 1 que han sido valorados por una comisión técnica de expertos en la utilización de los artículos a contratar; concretamente los profesionales que han participado en dicha valoración son:

- Luis Carlos Mora. Jefe de servicio de Anestesia y Reanimación. Hospital Universitario Son Espases.
- Francisco Javier Perelló Cuart. Jefe de servicio de Anestesia y Reanimación. Hospital comarcal de Inca.
- Ana M^a Pérez Fernández. Directora de Enfermería Hospital Son Llátzer.
- M^a Cristina Ragosin Sepulveda. Supervisora Área quirúrgica Hospital Son Llátzer.
- M^a Teresa Nogueiras Pérez. Jefa de servicio de Anestesia y Reanimación. Hospital Can Misses.
- Francisco Javier Crespo Mesquida. Enfermero área quirúrgica Hospital de Manacor.
- Mónica Planas García. Enfermera responsable RRMM Hospital Mateu Orfila.

Los criterios a valorar han sido los criterios técnicos no evaluables mediante fórmula con una puntuación máxima de hasta 20 puntos. Estos criterios aplicados a las ofertas



G CONSELLERIA
O SALUT
I SERVEI SALUT
B DE LES BALEARS
/

son los correspondientes a los criterios subjetivos establecidos en el PCAP que rige esta licitación (páginas 13 a 14).

De acuerdo con todo ello, las puntuaciones obtenidas por los licitadores se detallan en los anexos a este documento.

El servicio promotor ha controlado que el envío de las muestras a los centros coincidiese con las que se remitieron a la Mesa de contratación y que se realiza dentro del plazo establecido por el Pliego de cláusulas administrativas particulares.

Por orden de los miembros de la comisión técnica firma en representación Luis Carlos Mora Fernández.


En Palma de Mallorca, a 10 de abril de 2018.

Luis Carlos Mora Fernández.
Jefe del servicio de Anestesia Reanimación
Hospital Universitari Son Espases

Lote: 1				
Criterios de adjudicación	Puntos	3M	IZASA	SMITH MEDICAL
Facilidad de uso Se valorará: - El que mejor se adapte a la posición del paciente de forma directamente proporcional en función a la adaptabilidad. - El que presente menor deslizamiento una vez colocado de forma directamente proporcional al menor deslizamiento. - El que presente mayor estabilidad en la fijación de la tobera al cobertor de forma proporcional a la mayor estabilidad. - El que presente menor resistencia al transporte de la unidad de calentamiento de forma proporcional a la menor resistencia.	0-10	5	10	8
Diseño Se valorará: - El que presente un sistema de más fácil conexión de forma directamente proporcional en función de la más fácil conexión. - Al que presente un sistema que evite la desconexión accidental de forma directamente proporcional en función de que disponga o no del sistema. - A la unidad de calentamiento más compacta a la hora de almacenaje de la tobera en función del almacenaje. - A la unidad de calentamiento más compacta a la hora de almacenaje de sus accesorios en función del almacenaje. - Al que demuestre mejor acceso al menú inicio de en función al acceso. - A la unidad de calentamiento que presente la consola con mayor visibilidad en función de la visibilidad.	0-6	3	5	6
Sensación de confort Se valorará: - Al cobertor que presente menor sensación de humedad al tacto una vez en funcionamiento de forma directamente proporcional a menor sensación de humedad. - Al cobertor que presente mayor suavidad al tacto en su superficie de forma directamente proporcional a suavidad. - Al cobertor que presente mejor disposición interna para mejor reparto de calor, una vez colocado en el paciente de forma directamente proporcional a la mejor disposición. - Al cobertor más ligero a la hora de colocación y retirada de forma directamente proporcional a la ligereza.	0-4	1	4	2
TOTAL	20	9	19	16

La oferta de 3M no supera el umbral de 10 puntos en la valoración de criterios no evaluables mediante fórmulas, por tanto no debería continuar en el proceso de selección de esta licitación, se propone su exclusión, según indica en la página 13 del PCAP del SSCC PA319/17.

LOTE: 1	1.3M	2. Izasa	3. Smith Medical
Total puntos:	9	19	16

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a central vertical stroke, located at the bottom right of the page.