

EXPEDIENTE 673/2024

**SUMINISTRO DE DIVERSO EQUIPAMIENTO PARA LOS SERVICIOS DE
TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA DEL HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA DEL
DEPARTAMENTO DE SALUD DE VALENCIA-ARNAU DE VILANOVA-LLÍRIA**

INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN

El presente informe comprende los siguientes lotes:

**LOTE Nº 1 MESA DE QUIRÓFANO TRAUMA CON ACCESORIOS
LOTE Nº 3 MICROMOTOR PARA TRAUMA**

Las empresas para tener en cuenta para la valoración técnica son:

LOTE Nº 1 Mesa de quirófano trauma con accesorios:

- GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.

LOTE Nº 3 Micromotor para trauma

- STRYKER IBERIA, SL

Los criterios de adjudicación fijados en el Anexo al Pliego modelo de Cláusulas Administrativas Particulares y su ponderación son los siguientes:

Orden 1: Características técnicas de los equipos: 25 Puntos

- 1.1** Se valorarán los componentes, materiales y funcionalidad de los equipos y accesorios de conformidad con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas: **hasta 15 puntos:**

Valoración	Puntos
Muy buena	15,00
Buena	10,00
Regular	5,00
Mala	0,00

- 1.2** Valor añadido a las características técnicas y prestaciones ofertadas: **hasta 10 puntos.**

Vista la documentación técnica de las empresas licitadoras al presente expediente, se emite el siguiente informe:

LOTE Nº 1 Mesa de quirófano trauma con accesorios:

- **GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.**

1.1- Características técnicas

Oferta el Modelo: MESA QUIRURGICA MAQUET MEERA 7200.

La Mesa de operaciones es de accionamiento electrohidráulico para cirugía mayor, para uso con pacientes obesos de hasta 454 Kg. en posición normal y 250 Kg. en posición reverse, más 20 kg de accesorios sobre las guías laterales, en cualquiera de las dos posiciones. (Peso total soportado de 474 kg en posición normal y 270 kg en posición reverse), está diseñada para soportar dispositivos de tracción traumatológicos MAQUET con capacidad de carga de hasta 180 Kg de peso de pacientes.

En el equipamiento ofertado hace una relación de todos los accesorios solicitados, que cumplen ampliamente con lo solicitado en el Pliego de Prescripciones Técnicas

Por lo tanto, asignamos 15 puntos por una valoración muy Buena.

1.2- Valor añadido a las características técnicas y prestaciones ofertadas

Ofertan como mejora al pliego el dispositivo de extensiones con carro y las placas apoya piernas para preparación y anestesia del paciente.

En el apartado de valor añadido a las características técnicas y prestaciones asignamos 10 puntos.

LOTE Nº 3 Micromotor para trauma

- **STRYKER IBERIA, SL**

1.1- Características técnicas

Oferta el Modelo Motores Stryker TPX

El sistema de micromotor con cable ofertado es de última generación y sirve para procedimientos de Pie, Tobillo, Mano, Muñeca, Maxilofacial y Cirugía Plástica. Es ergonómico, de fácil uso y muy funcional. Tanto el motor como sus accesorios son esterilizables en autoclave.

Ofertan 5 piezas de mano con empuñadura de lápiz y 2 piezas de mano con empuñadura de pistola con un diseño ligero y ergonómico.

El interruptor manual se conecta a cualquier pieza de mano y permite emplearla directamente y controlar la velocidad,

Todo el equipamiento ofertado cumple plenamente con todos los requisitos solicitados en el Pliego de prescripciones Técnicas.

Por lo tanto, asignamos 15 puntos por una valoración muy buena.

1.2-Valor añadido a las características técnicas y prestaciones ofertadas

En el apartado de valor añadido a las características técnicas y prestaciones asignamos 0 puntos.

Por tanto, la puntuación obtenida por los licitadores en el Lote nº 4 “Torre de Cirugía” es la siguiente:

Nº LOTE	LICITADORES	1.1	1.2	TOTAL
1	GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.	15,00	10,00	25,00
3	STRYKER IBERIA, SL	15,00	0,00	15,00

Valencia, a fecha de la última firma digital

LA JEFA DE SECCIÓN DE TRAUMATOLOGÍA

Fdo.: M^a José Sangüesa Nebot