

EXPEDIENTE 673/2024

**SUMINISTRO DE DIVERSO EQUIPAMIENTO PARA LOS SERVICIOS DE
TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA DEL HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA DEL
DEPARTAMENTO DE SALUD DE VALENCIA-ARNAU DE VILANOVA-LLÍRIA**

LOTE 4 TORRE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN

Las empresas para tener en cuenta para la valoración técnica son:

- KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA, S.A.
- OLYMPUS IBERIA S.A.U.
- PRIM, S.A.

Los criterios de adjudicación fijados en el Anexo al Pliego modelo de Cláusulas Administrativas Particulares y su ponderación son los siguientes:

Orden 1: Características técnicas de los equipos: 25 Puntos

- 1.1** Se valorarán los componentes, materiales y funcionalidad de los equipos y accesorios de conformidad con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas: **hasta 15 puntos:**

Valoración	Puntos
Muy buena	15,00
Buena	10,00
Regular	5,00
Mala	0,00

- 1.2** Valor añadido a las características técnicas y prestaciones ofertadas: **hasta 10 puntos.**

Vista la documentación técnica de las empresas licitadoras al presente expediente, se emite el siguiente informe:

- **KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA, S.A.**

1.1- Características técnicas

Oferta el Modelo: TORRE EQUIPAMIENTO ZARZUELA.

En su oferta indican que el procesador ofertado por Karl, es compatible con todos los cabezales de cámara y video laparoscopios existentes tanto en el Arnau como en Llíria, ya que disponen actualmente de cinco torres de Karl Storz funcionales. Sin embargo, los video laparoscopios existentes en el Servicio de Cirugía y Urología del Hospital Arnau de Vilanova están diseñados íntegramente en una sola pieza y solo ensamblan en el conector del video procesador de Olympus OTVS700. Motivo por lo que no se valora la oferta al incumplir los requisitos mínimos del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Por lo tanto, asignamos 0 puntos por una valoración mala.

1.2- Valor añadido a las características técnicas y prestaciones ofertadas

No se valora al no cumplir con los requisitos mínimos del Pliego de Prescripciones Técnicas.

- **OLYMPUS IBERIA S.A.U.**

1.1- Características técnicas

Oferta el Modelo PLATAFORMA ENDOSCOPIA QUIRÚRGICA OLYMPUS VISERA ELITE III.

La Torre Laparoscopia 3D/4K ofertada está dotada con de 2 monitores 4K, 1 procesador de vídeo 4K/3D/2D, 1 fuente de luz IR (fluorescencia), 1 cabezal de cámara 4k, 3 ópticas IR, 3 cables de luz, y 1 carro de transporte, incluyendo todos los accesorios requeridos en el pliego, que cumplen ampliamente con lo solicitado en el Pliego de Prescripciones Técnicas, incluyendo la compatibilidad con los video laparoscopios diseñados íntegramente en una sola pieza existentes en el Servicio de Cirugía y Urología del Hospital Arnau de Vilanova, de la marca Olympus

Por lo tanto, asignamos 15 puntos por una valoración muy buena.

1.2- Valor añadido a las características técnicas y prestaciones ofertadas

El video procesador OTVS700 incorpora el modo Yellow Enhancement (YE) o observación de mejora amarilla, una función que enfatiza el color amarillo para facilitar la identificación de estructuras anatómicas.

La plataforma tecnología Olympus OTVS700 4K3D2D permite mediante licencias de software actualizar a tecnologías 3D e ICG. Así como, está preparada para nuevas funcionalidades a modo de licencias de software, como la llegada de biomarcadores mediante el uso de nuevos contrastes.

El video procesador OTVS700 4K3D2D de tecnología Olympus incorpora una pantalla LCD táctil de gran tamaño con menús en español que permite un rápido ajuste del equipo, independientemente de la tasa de rotación de los equipos quirúrgicos

En el apartado de valor añadido a las características técnicas y prestaciones asignamos 10 puntos.

- **PRIM, S.A.**

1.1- Características técnicas

Oferta el Modelo: TORRE UX5

En su oferta no indican la compatibilidad con todos los cabezales de cámara y video laparoscopios existentes en el servicio de cirugía y urología exigido en el Pliego de prescripciones técnicas. Motivo por lo que no se valora la oferta al no especificar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Por lo tanto, asignamos 0 puntos por una valoración mala.

1.2- Valor añadido a las características técnicas y prestaciones ofertadas

No se valora al no cumplir con los requisitos mínimos del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Por tanto, la puntuación obtenida por los licitadores en el Lote nº 4 "Torre de Cirugía" es la siguiente:

licitadores	1.1	1.2	TOTAL
KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA, S.A.	0,00	0,00	0,00
OLYMPUS IBERIA S.A.U.	15,00	10,00	25,00
PRIM, S.A.	0,00	0,00	0,00

Valencia, a fecha de la última firma digital

LA JEFA DE SERVICIO DE CIRUGÍA

Fdo.: Natalia Uribe Quintana