

**INFORME DE SOLVENCIA**


**SUMINISTRO DE MATERIAL PROTÉSICO DE LA UNIDAD DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES Y PROFESIONALES Y EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE**

**CS/05/1120011086/20/PA**

**LOTE 1: CATÉTER BALÓN DE ANGIOPLASTIA LIBERADOR DE FÁRMACO**

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
CARDIVA 2, S.L.		CUMPLE PPT

En Cáceres, a 9 de noviembre de 2020



Fdo.: Sergio Luis Moyano Calvente  
Jefe de Sección de Radiología  
del Área de Salud de Cáceres

**INFORME DE SOLVENCIA**


**SUMINISTRO DE MATERIAL PROTÉSICO DE LA UNIDAD DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES Y PROFESIONALES Y EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE**

**CS/05/1120011086/20/PA**

**LOTE 2: STENT BALÓN EXPANDIBLE**

<b>EMPRESA</b>	<b>OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA</b>	<b>CUMPLE / INCUMPLE PPT</b>
<b>BIOTRONIK SPAIN, S.A.</b>		<b>CUMPLE PPT</b>

En Cáceres, a 9 de noviembre de 2020



Fdo.: Sergio Luis Moyano Calvente  
Jefe de Sección de Radiología  
del Área de Salud de Cáceres

**INFORME DE SOLVENCIA**


**SUMINISTRO DE MATERIAL PROTÉSICO DE LA UNIDAD DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES Y PROFESIONALES Y EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE**

**CS/05/1120011086/20/PA**

**LOTE 5: STENT PERIFÉRICO METÁLICO AUTOEXPANDIBLE PARA ACCESO RADIAL SOPORTE 0.035**

<b>EMPRESA</b>	<b>OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA</b>	<b>CUMPLE / INCUMPLE PPT</b>
<b>CARDIVA 2, S.L.</b>	No presenta catéter portador de 150 cm como se describe en las características técnicas mínimas exigidas en el PPT	<b>INCUMPLE PPT</b>

En Cáceres, a 9 de noviembre de 2020



Fdo.: Sergio Luis Moyano Calvente  
Jefe de Sección de Radiología  
del Área de Salud de Cáceres