



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE 4 VITRINAS DE GASES PARA LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA"

OBJETO

El presente pliego de prescripciones técnicas fija las configuraciones y características mínimas necesarias para la contratación del suministro, entrega e instalación de 4 vitrinas de gases para la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

4 Vitrinas de gases de pie de 1300x880x2560 mm que deberán tener al menos las siguientes características:

- Estructura metálica, forrada y recubierta con resina antioxidante epoxy.
- Habitáculo de trabajo y pantalla deflectora revestidos de resina fenólica y preparada para montar embarrado.
- Superficie de trabajo en gres, antiácido con reborde perimetral y pileta de 300x150 mm aproximadamente.
- Ventana guillotina en vidrio bilaminar 3+3 con dos puertas laterales correderas horizontalmente según norma Europea EN 12600.2002. tipo 2B o 2C o equivalente.
- Grifo para agua con salida por mando a distancia
- Grifo para gas de una salida con mando a distancia
- Servicios eléctricos: grupo de protección (diferencial y magneto térmico) y al menos 3 bases de enchufe con tapa de protección.
- Iluminación hermética con valores de 500 lux en cualquier punto de la zona de trabajo.
- Zona de seguridad de bajo porcentaje de gas cerca de la guillotina.
- Sistema de extracción y seguridad que garantice una velocidad de aspiración constante en cualquier apertura de la guillotina, dotado con controles para: Extracción con variación de frecuencia, encendido y apagado de la aspiración, encendido y apagado de la iluminación, sistema de extracción, acallado de alarmas, alarma para el exceso de elevación de la guillotina, alarma visual y sonora (programable) de temperaturas máxima y mínima de trabajo, alarma visual y sonora de sobrecalentamiento del habitáculo, con posterior apagado automático. Extractor de polipropileno.



Código de verificación : 51a27fe9767f432b



Deberán cumplir con las directivas europeas 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE o equivalente y que al menos cumplan las normas UNE: EN 14175-1,2,3,6; EN61010-1:2010; EN61326-1:2013 o equivalente.

PARA MÁS INFORMACIÓN TÉCNICA:

Para consultas técnicas: a través de la Plataforma de Contratación del Estado

