

Expediente: CS/1300/1101043649/22/PAS - SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE TELEMETRÍA CON DESTINO AL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAFAEL MENDEZ, DEPENDIENTE DEL SMS, SUSCEPTIBLE DE SER FINANCIADO EN EL MARCO DEL EJE REACT-EU DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA REGIÓN DE MURCIA 2014-2020.

INFORME SOBRE VALORACIÓN DE LA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS OFERTADOS

El presente informe tiene por objeto comprobar que los equipos ofertados cumplen con los requisitos técnicos mínimos exigidos en el PPT, así como que la valoración que se otorga en la Plataforma de Licitación del SMS a las características técnicas por cada oferta se corresponde con la ponderación determinada para cada uno de los criterios de adjudicación establecidos en el apartado 8.1.C del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (Criterios evaluables mediante cifras o porcentajes. Características Técnicas).

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES (Características técnicas: máximo 25 puntos)

Dicha puntuación queda desglosada de la siguiente forma:

. Acceso a los registros de la telemetría desde cualquier estación de trabajo del hospital, **hasta 5 puntos**.

- Lo tiene: 5 puntos
- No lo tiene: 0 puntos

Posibilidad de monitorización de los siguientes parámetros (Por cada apartado se obtendrán 2 puntos si dispone de esta característica o en caso contrario 0 puntos), **hasta 10 puntos**:

- SpO2 e índice de perfusión. Hasta 2 puntos
- ECG 12 derivaciones. Hasta 2 puntos

- Frecuencia respiratoria por bioimpedancia. Hasta 2 puntos
- Análisis de arritmia multiderivación avanzada y capacidad de detección automática de marcapasos. Hasta 2 puntos
- Medición del segmento ST y el intervalo QT y QTc. Hasta 2 puntos

. Capacidad de exportar datos HTML7 que permita la integración de datos demográficos, textos y números con el sistema de historia clínica electrónica. **Hasta 5 puntos.**

- Lo tiene: 5 puntos
- No lo tiene: 0 puntos

. Transmisor con Pantalla táctil. **Hasta 2 puntos**

- Lo tiene: 2 puntos
- No lo tiene: 0 puntos.

. Transmisor con posibilidad de revisar datos de filiación. **Hasta 2 puntos**

- Lo tiene: 2 puntos
- No lo tiene: 0 puntos.

. Transmisor con curvas de monitorización. **Hasta 1 punto.**

- Lo tiene: 1 punto.
- No lo tiene: 0 puntos.

EMPRESA LICITADORA: GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, SAU			
Crterios (características técnicas, máximo 25 puntos)	Lo tiene	No lo tiene	Puntuación
Acceso a los registros de la telemetría desde cualquier estación de trabajo del hospital (hasta 5 puntos).		X	0
Posibilidad de monitorización de los siguientes parámetros (hasta 10 puntos):			
▪ SpO2 e índice de perfusión. Hasta 2 puntos	X		
▪ ECG 12 derivaciones. Hasta 2 puntos		X	2
▪ Frecuencia respiratoria por bioimpedancia. Hasta 2 puntos		X	
▪ Análisis de arritmia multiderivación avanzada y capacidad de detección automática de marcapasos. Hasta 2 puntos	X		2
▪ Medición del segmento ST y el intervalo QT y QTc. Hasta 2 puntos	X		2
Capacidad de exportar datos HTLM7 que permita la integración de datos demográficos, textos y números con el sistema de historia clínica electrónica. (hasta 5 puntos)	X		5
Transmisor con Pantalla táctil. (hasta 2 puntos)		X	0
Transmisor con posibilidad de revisar datos de filiación. (hasta 2 puntos)		X	0
Transmisor con curvas de monitorización. (hasta 1 punto)		X	0
Puntuación Total			11 PUNTOS

EMPRESA LICITADORA: MARCOM MEDICA, SL			
Crterios (características técnicas, máximo 25 puntos)	Lo tiene	No lo tiene	Puntuación
Acceso a los registros de la telemetría desde cualquier estación de trabajo del hospital (hasta 5 puntos).	X		5
Posibilidad de monitorización de los siguientes parámetros:(hasta 10 puntos):			
▪ SpO2 e índice de perfusión. Hasta 2 puntos	X		2
▪ ECG 12 derivaciones. Hasta 2 puntos	X		2
▪ Frecuencia respiratoria por bioimpedancia. Hasta 2 puntos	X		2
▪ Análisis de arritmia multiderivación avanzada y capacidad de detección automática de marcapasos. Hasta 2 puntos	X		2
▪ Medición del segmento ST y el intervalo QT y QTc. Hasta 2 puntos	X		2
Capacidad de exportar datos HTLM7 que permita la integración de datos demográficos, textos y números con el sistema de historia clínica electrónica. (hasta 5 puntos)	X		5
Transmisor con Pantalla táctil. (hasta 2 puntos)	X		2
Transmisor con posibilidad de revisar datos de filiación. (hasta 2 puntos)	X		2
Transmisor con curvas de monitorización. (hasta 1 punto)	X		1
Puntuación Total			25 puntos

EMPRESA LICITADORA: ADVANCED MEDICAL SYSTEMS, SL			
Crterios (características técnicas, máximo 25 puntos)	Lo tiene	No lo tiene	Puntuación
Acceso a los registros de la telemetría desde cualquier estación de trabajo del hospital (hasta 5 puntos).	No lo especifica en la Plataforma	No lo especifica en la Plataforma	
Posibilidad de monitorización de los siguientes parámetros (hasta 10 puntos):			
▪ SpO2 e índice de perfusión. Hasta 2 puntos	No lo especifica en la Plataforma	No lo especifica en la Plataforma	
▪ ECG 12 derivaciones. Hasta 2 puntos	No lo especifica en la Plataforma	No lo especifica en la Plataforma	
▪ Frecuencia respiratoria por bioimpedancia. Hasta 2 puntos	No lo especifica en la Plataforma	No lo especifica en la Plataforma	
▪ Análisis de arritmia multiderivación avanzada y capacidad de detección automática de marcapasos. Hasta 2 puntos	No lo especifica en la Plataforma	No lo especifica en la Plataforma	
▪ Medición del segmento ST y el intervalo QT y QTc. Hasta 2 puntos	No lo especifica en la Plataforma	No lo especifica en la Plataforma	
Capacidad de exportar datos HTLM7 que permita la integración de datos demográficos, textos y números con el sistema de historia clínica electrónica. (hasta 5 puntos)	No lo especifica en la Plataforma	No lo especifica en la Plataforma	
Transmisor con Pantalla táctil. (hasta 2 puntos)	No lo especifica en la Plataforma	No lo especifica en la Plataforma	
Transmisor con posibilidad de revisar datos de filiación. (hasta 2 puntos)	No lo especifica en la Plataforma	No lo especifica en la Plataforma	
Transmisor con curvas de monitorización. (hasta 1 punto)	No lo especifica en la Plataforma	No lo especifica en la Plataforma	
Puntuación Total			0 puntos (*)

Comprobadas las características técnicas de los equipos incluidos en las tres ofertas presentadas en la licitación de referencia, quien informa concluye que las puntuaciones obtenidas por todas y cada una de las ofertas son las que resultan de la valoración automática realizada por la Plataforma de Licitación Electrónica del SMS, las cuales se resumen en el cuadro siguiente:

EMPRESA	TOTAL PUNTUACION
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, SAU	11
MARCOM MEDICA, SL	25
ADVANCED MEDICAL SYSTEMS, SL	0

En consecuencia, la mayor puntuación en el conjunto de los criterios evaluables mediante cifras o porcentajes (características técnicas) ha sido obtenida por la licitadora MARCON MEDICA S.L.

Además, ha de tenerse en cuenta que los equipos ofertados por la licitadora ADVANCED MEDICAL SYSTEMS S.L. no cumplen con los requisitos mínimos exigidos en el apartado 2 del PPT para los transmisores de telemetría: la posibilidad de medición de ECG con 3, 5 ó 6 latiguillos. La posibilidad de medir ECG con 6 latiguillos permite obtener al menos el registro de una derivación precordial lo cual es especialmente relevante desde el punto de vista clínico. En tal sentido, el sistema de telemetría ofertado por ADVANCED MEDICAL SYSTEMS, SL no dispone de la opción de 6 latiguillos por lo que debería ser excluida del procedimiento de adjudicación.

Documento firmado electrónicamente en Lorca (Murcia), en el día y hora indicados al margen, por el Facultativo Especialista en Cardiología del Área III de Salud, D. Javier Pérez Copete.