



MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES



ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fecha y hora de celebración

18 de octubre de 2018 a las 11:00:00

Lugar de celebración

Secretaría General Adjunta de Obras e Infraestructura

Asistentes

PRESIDENTE

D./Dña. María del Carmen González Peñalver, Secretaria General Adjunta de Obras e Infraestructura

VOCALES

D./Dña. Ricardo Pastor García, Letrado Sustituto en la Abogacía del Estado de I+d+i

D./Dña. Silvia Losada Viejo, Interventora Delegada en la AECSIC

D./Dña. José Manuel Almenara Pulido, Jefe de Servicio. Oficina Técnica de Equipamiento.

SECRETARIO

D./Dña. Mercedes del Rio Fernández, Jefe Servicio de la Oficina Técnica de Adquisiciones

Orden del día

- 1.- Aprobación de acta: 09-10-18 (978/18) - Aprobación acta técnica
- 2.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 978/18 - Suministro e instalación de 17 vitrinas de extracción de gases destinado a la Estación Experimental del Zaidín.
- 3.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 978/18 - Suministro e instalación de 17 vitrinas de extracción de gases destinado a la Estación Experimental del Zaidín.
- 4.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 978/18 - Suministro e instalación de 17 vitrinas de extracción de gases destinado a la Estación Experimental del Zaidín.

Se Expone

1.- Aprobación de acta: 09-10-18 (978/18) - Aprobación acta técnica

La mesa acuerda la aprobación del acta correspondiente a la sesión: 09-10-18 (978/18)

2.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 978/18 - Suministro e instalación de 17 vitrinas de extracción de gases destinado a la Estación Experimental del Zaidín.

Una vez remitida la información por el equipo técnico, éste ha valorado las proposiciones técnicas de acuerdo a los criterios del

PCAP de la siguiente manera:

CIF: F48090005 BURDINOLA, S.COOP:

- Mejoras y/o aportaciones adicionales evaluables mediante juicio de valor Puntuación: 1.5 Motivo: De conformidad con lo expuesto en el informe técnico
- Cursos de formación adicional a la requerida en el pliego de prescripciones técnicas Puntuación: 0.5 Motivo: De conformidad con lo expuesto en el informe técnico
- Memoria descriptiva del suministro Puntuación: 8.16 Motivo: De conformidad con lo expuesto en el informe técnico
- Innovación tecnológica del suministro Puntuación: 0.0 Motivo: De conformidad con lo expuesto en el informe técnico
- Inclusión en la oferta de accesorios o elementos suplementarios Puntuación: 0.0 Motivo: De

CSV : GEN-1376-702c-d644-6747-56db-1561-dde9-49bd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portalfirmas.redsara.es>

FIRMANTE(1) : MERCEDES DEL RIO FERNANDEZ | FECHA : 22/10/2018 13:16 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : M.CARMEN GONZALEZ PEÑALVER | FECHA : 22/10/2018 13:34 | NOTAS : CF



conformidad con lo expuesto en el informe técnico

CIF: B84498955 FISHER SCIENTIFIC, S.L.:

- Mejoras y/o aportaciones adicionales evaluables mediante juicio de valor Puntuación: 0.0 Motivo: De conformidad con lo expuesto en el informe técnico
- Cursos de formación adicional a la requerida en el pliego de prescripciones técnicas Puntuación: 0.0 Motivo: De conformidad con lo expuesto en el informe técnico
- Memoria descriptiva del suministro Puntuación: 6.33 Motivo: De conformidad con lo expuesto en el informe técnico Innovación tecnológica del suministro Puntuación: 0.0 Motivo: De conformidad con lo expuesto en el informe técnico
- Inclusión en la oferta de accesorios o elementos suplementarios Puntuación: 0.0 Motivo: De conformidad con lo expuesto en el informe técnico

CIF: B95514428 HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L.:

- Mejoras y/o aportaciones adicionales evaluables mediante juicio de valor Puntuación: 0.0 Motivo: De conformidad con lo expuesto en el informe técnico
- Cursos de formación adicional a la requerida en el pliego de prescripciones técnicas Puntuación: 0.0 Motivo: De conformidad con lo expuesto en el informe técnico
- Memoria descriptiva del suministro Puntuación: 6.0 Motivo: De conformidad con lo expuesto en el informe técnico
- Innovación tecnológica del suministro Puntuación: 0.0 Motivo: De conformidad con lo expuesto en el informe técnico
- Inclusión en la oferta de accesorios o elementos suplementarios Puntuación: 0.0 Motivo: De conformidad con lo expuesto en el informe técnico

CIF: B84403856 Labortech Waldner S.L.:

- Mejoras y/o aportaciones adicionales evaluables mediante juicio de valor Puntuación: 1.5 Motivo: De conformidad con lo expuesto en el informe técnico
- Cursos de formación adicional a la requerida en el pliego de prescripciones técnicas Puntuación: 1.0 Motivo: De conformidad con lo expuesto en el informe técnico
- Memoria descriptiva del suministro Puntuación: 8.16 Motivo: De conformidad con lo expuesto en el informe técnico
- Innovación tecnológica del suministro Puntuación: 0.0 Motivo: De conformidad con lo expuesto en el informe técnico
- Inclusión en la oferta de accesorios o elementos suplementarios Puntuación: 0.0 Motivo: De conformidad con lo expuesto en el informe técnico

CIF: A28476547 ROMERO MUEBLES DE LABORATORIO S.A.:

- Mejoras y/o aportaciones adicionales evaluables mediante juicio de valor Puntuación: 1.5 Motivo: De conformidad con lo expuesto en el informe técnico
- Cursos de formación adicional a la requerida en el pliego de prescripciones técnicas Puntuación: 0.5 Motivo: De conformidad con lo expuesto en el informe técnico
- Memoria descriptiva del suministro Puntuación: 7.66 Motivo: De conformidad con lo expuesto en el informe técnico
- Innovación tecnológica del suministro Puntuación: 0.0 Motivo: De conformidad con lo expuesto en el informe técnico
- Inclusión en la oferta de accesorios o elementos suplementarios Puntuación: 0.0 Motivo: De conformidad con lo expuesto en el informe técnico

CIF: B08362089 VWR International Eurolab, S.L.:

- Mejoras y/o aportaciones adicionales evaluables mediante juicio de valor Puntuación: 1.5 Motivo: De conformidad con lo expuesto en el informe técnico
- Cursos de formación adicional a la requerida en el pliego de prescripciones técnicas Puntuación: 0.0 Motivo: De conformidad con lo expuesto en el informe técnico

CSV : GEN-1376-702c-d644-6747-56db-1561-dde9-49bd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es>

FIRMANTE(1) : MERCEDES DEL RIO FERNANDEZ | FECHA : 22/10/2018 13:16 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : M.CARMEN GONZALEZ PEÑALVER | FECHA : 22/10/2018 13:34 | NOTAS : CF



- Memoria descriptiva del suministro Puntuación: 6.83 Motivo: De conformidad con lo expuesto en el informe técnico
- Innovación tecnológica del suministro Puntuación: 0.0 Motivo: De conformidad con lo expuesto en el informe técnico
- Inclusión en la oferta de accesorios o elementos suplementarios Puntuación: 0.0 Motivo: De conformidad con lo expuesto en el informe técnico

3.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 978/18 - Suministro e instalación de 17 vitrinas de extracción de gases destinado a la Estación Experimental del Zaidín.

Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que hayan sido admitidas:

CIF: F48090005 BURDINOLA, S.COOP

CIF: B84498955 FISHER SCIENTIFIC, S.L.

CIF: B95514428 HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L.

CIF: B84403856 Labortech Waldner S.L.

CIF: A28476547 ROMERO MUEBLES DE LABORATORIO S.A.

CIF: B08362089 VWR International Eurolab, S.L.

Se adjuntan las ofertas presentadas por los licitadores, formando parte integrante de la presente acta.

4.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 978/18 - Suministro e instalación de 17 vitrinas de extracción de gases destinado a la Estación Experimental del Zaidín.

Una vez valorada la proposición, de acuerdo a los criterios del PCAP, resulta la siguiente clasificación:

Clasifi.	Empresa	Puntuac. Tca.	Oferta Ec.	Puntuac. Ec.	Total
1º	ROMERO MUEBLES DE LABORATORIO, S.A.	25,38	99.800,00	58,00	83,38
2º	LABORTECH WALDNER, S.L.	31,16	128.000,00	45,22	76,38
3º	BURDINOLA, S. COOP.	28,45	129.848,21	44,58	73,03
4º	HIGH IDENTITY BUILDINGS S.L.	22,95	130.202,39	44,46	67,41
5º	VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.	20,85	144.035,00	40,19	61,04
6º	FISHER SCIENTIFIC, S.L.	10,45	128.688,41	44,98	55,43

La mesa de contratación ha identificado que la oferta de la empresa **ROMERO MUEBLES DE LABORATORIO, S.A.** se encuentra incurso en presunción de anormalidad, de conformidad con lo establecido en el PCAP que rige la licitación. En consecuencia, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP acuerda requerir al licitador para que justifique y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de las ofertas, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

Yo, como Secretario/a, certifico con el visto bueno del Presidente/a:

D./Dña. Mercedes del Rio Fernández
SECRETARIO/A

D./Dña. María del Carmen González Peñalver
PRESIDENTE/A

CSV : GEN-1376-702c-d644-6747-56db-1561-dde9-49bd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es

FIRMANTE(1) : MERCEDES DEL RIO FERNANDEZ | FECHA : 22/10/2018 13:16 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : M.CARMEN GONZALEZ PEÑALVER | FECHA : 22/10/2018 13:34 | NOTAS : CF





**OFERTA TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE VALORACION
EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FORMULAS
ANEXO 9 BIS**

DATOS DE IDENTIFICACION DEL EXPEDIENTE

Expediente nº: 978/18 Lote nº
Contratación de: SUMINISTRO E INSTALACION DE VITRINAS DE EXTRACCION DE GASES, PARA LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DEL ZADIN
Presupuesto base de licitación sin IVA: 158.145,00

DATOS DE IDENTIFICACION DEL FIRMANTE DE LA PROPOSICION Y DEL LICITADOR

Apellidos y nombre del firmante de la proposición: Romero Muñoz, Felipe
DNI o equivalente del firmante de la proposición: 51.623.379V
Relación que une al firmante con el licitador: Administrador Solidario
Razón Social del licitador: Romero muebles de laboratorio, S.A.
NIF del licitador: A28 476547
Domicilio del licitador: C/ Verano, 17, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid
Teléfono: 902.209.219
Fax: 902.102.992
Correo electrónico: fromero@romero.es

OFERTA DE GARANTIA

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, oferta, en nombre de su representado una garantía en los términos establecidos en el pliego de Prescripciones Técnicas de: cinco (5) años de duración.

**OFERTA DE ASISTENCIA TECNICA POSTERIOR AL PERIODO DE GARANTIA
No aplicable a C. SUMINISTRO DE SOFTWARE, CON O SIN INSTALACION, O
SUMINISTRO DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE**

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete en nombre de su representado a prestar asistencia técnica y proporcionar piezas de recambio del material ofertado durante los cinco años posteriores a la terminación del plazo de garantía. Una vez finalizado el periodo de garantía, el licitador se compromete a efectuar la asistencia técnica con las siguientes condiciones:

Coste hombre/hora (Importe sin IVA):	28,00... €/h
Coste de desplazamiento en el que se consideran incluidos viajes, dietas y demás gastos derivados del mismo (Importe sin IVA):	0,00.... €
Tiempo de respuesta:	4....horas
Tiempo de entrega de repuestos:	8....horas
El servicio de asistencia técnica se prestará desde nuestra Oficina Central situado en Torrejón de Ardoz, (Madrid)	

ROMERO, Muebles de Laboratorio S.A.
Verano, 17 | 28850 Torrejón de Ardoz | MADRID
Teléfono: +34 902 209 219 | Fax: +34 902 102 992
www.romero.es

CSV : GEN-1376-702c-d644-6747-56db-1561-dde9-49bd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es>

FIRMANTE(1) : MERCEDES DEL RIO FERNANDEZ | FECHA : 22/10/2018 13:16 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : M.CARMEN GONZALEZ PEÑALVER | FECHA : 22/10/2018 13:34 | NOTAS : CF





MEJORAS Y/O APORTACIONES ADICIONALES EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA:

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, oferta:

Mejora o aportación adicional valorable automáticamente	Oferta (Si o No)												
Comportamiento de todas las vitrinas de gases en su conjunto frente a un posible incendio: comportamiento al fuego. De acuerdo a la norma UNE EN 13501-1 2007+A1:2010 o equivalente. Este criterio se valorara con la entrega de un informe de ensayo de clasificación del material del mobiliario llevado a cabo por un organismo independiente al fabricante. * Comportamiento al fuego A1, A2: 0,5 puntos por cada tipo de vitrina, hasta un máximo de 1,5 puntos * Comportamiento al fuego B, C: 0 puntos	SI												
Comportamiento de todas las vitrinas de gases frente a un posible incendio: producción de humo. De acuerdo a la Norma UNE EN 13501-1:2007+A1:2010 o equivalente. Este criterio se valorara con la entrega de un informe de ensayo de clasificación del material del mobiliario llevado a cabo por un organismo independiente al fabricante. * Comportamiento al fuego 51: 0,5 puntos por cada tipo de vitrina, hasta un máximo de 1,5 puntos * Comportamiento al fuego 52: 0 puntos	NO												
Se valorara el espacio real disponible en el interior de todas las vitrinas, para su verificación, se dará 0,5 pto a la mayor superficie útil de encimera en interior de vitrina de gases según modelo, por propuesta, hasta un máximo de 1,5 pto. Se debe entregar resumen de superficie en una tabla similar a ésta: <table><tr><td>Tipo de vitrina</td><td>Altura interior útil</td><td>Ancho interior útil</td></tr><tr><td>VG tipo A</td><td>1420 mm</td><td>1450 mm</td></tr><tr><td>VG tipo C</td><td>1420 mm</td><td>1450 mm</td></tr><tr><td>VG tipo D</td><td>1168 mm</td><td>1450 mm</td></tr></table>	Tipo de vitrina	Altura interior útil	Ancho interior útil	VG tipo A	1420 mm	1450 mm	VG tipo C	1420 mm	1450 mm	VG tipo D	1168 mm	1450 mm	SI
Tipo de vitrina	Altura interior útil	Ancho interior útil											
VG tipo A	1420 mm	1450 mm											
VG tipo C	1420 mm	1450 mm											
VG tipo D	1168 mm	1450 mm											
Incluir validaciones de todas las vitrinas de manera anual durante el periodo de garantía, donde se verifiquen y ajusten los siguientes parámetros: - Velocidad en pantalla para verificar caudales según validación inicial de los equipos - Nivel de ruido - Nivel de iluminación - Fuerza requerida para mover la ventana guillotina - Comprobación del estado de la guillotina - Comprobación del estado de los elementos eléctricos - Comprobación y ajuste de los sistemas de control y alarma - Comprobación del estado de los grifos y manoreductores - Comprobación del estado y funcionamiento del sistema de extracción - Comprobación del estado general del mantenimiento de la vitrina e instalaciones.	SI												
Por cada tipo de vitrina, para aperturas operacionales de 500 mm. y para caudales iguales o menores a 270 m3/hora por metro lineal de guillotina, sus valores de contención están por debajo de los límites de referencia europeos NTP990: 1,5 puntos	SI												

ROMERO, Muebles de Laboratorio S.A.
Verano, 17 | 28850 Torrejón de Ardoz | MADRID
Teléfono: +34 902 209 219 | Fax: +34 902 102 992
www.romero.es

CSV : GEN-1376-702c-d644-6747-56db-1561-dde9-49bd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es>

FIRMANTE(1) : MERCEDES DEL RIO FERNANDEZ | FECHA : 22/10/2018 13:16 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : M.CARMEN GONZALEZ PEÑALVER | FECHA : 22/10/2018 13:34 | NOTAS : CF



**SOSTENIBILIDAD: CARACTERISTICAS MEDIOAMBIENTALES DE LOS PRODUCTOS**

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, oferta:

Acreditación de productos con un comportamiento ambiental mejorado o productos que proporcionan información ambiental (Solo se valorará una de las TRES opciones)	Oferta (Si o No)
La empresa acredita el comportamiento mediante certificado emitido por un Organismo de Certificación Europeo que acredita el cumplimiento de una etiqueta ambiental tipo I (Blau Engel, Cisne Blanco, NF, FEMB...)	NO
La empresa dispone de una declaración ambiental tipo III según UNE EN ISO 14025:2010, verificada por una tercera parte independiente y reconocida internacionalmente.	NO
La empresa dispone de un certificado de cumplimiento de la Norma UNE EN ISO 14006:2011 emitido por un Organismo de certificación a nombre del fabricante del producto y anexo técnico al mismo incluyendo la serie presentada al concurso	NO

MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA

No es de aplicación a este contrato

MEDIDAS LABORALES RELATIVAS A LA IGUALDAD Y A LA CONCILIACION DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL

El abajo firmante en virtud de la representación que ostenta, oferta:

MEDIDAS LABORALES RELATIVAS A LA IGUALDAD Y A LA CONCILIACION DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL	Oferta (Si o No)
La empresa acredita la posesión de un Distintivo de Igualdad concedido por el Ministerio de Competente o un certificado que acredite la existencia de un plan de igualdad o Conciliación en la empresa, emitido por una tercera parte independiente y reconocido	SI

En Torrejón de Ardoz, a 24 de Septiembre de 2018

ROMERO, Muebles de Laboratorio S.A.
Verano, 17 | 28850 Torrejón de Ardoz | MADRID
Teléfono: +34 902 209 219 | Fax: +34 902 102 992
www.romero.es

CSV : GEN-1376-702c-d644-6747-56db-1561-dde9-49bd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es>

FIRMANTE(1) : MERCEDES DEL RIO FERNANDEZ | FECHA : 22/10/2018 13:16 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : M.CARMEN GONZALEZ PEÑALVER | FECHA : 22/10/2018 13:34 | NOTAS : CF





ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN

EXPTE. N° 978/18

Descripción del Objeto:

Suministro e instalación de 17 vitrinas de extracción de gases.

General Manager:
Nieves Saiz-Maza Fernández
teléfono : +34 91 375 84 52

Email: nieves.saiz-maza@waldner.com.es

ANEXO 9. Bis
MODELO OFERTA TÉCNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULA A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.

(ANEXO A INCLUIR EN EL SOBRE 3)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

Expediente nº: 978/18

Lote nº:

Contratación de: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VITRINAS DE EXTRACCIÓN DE GASES, PARA LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DEL ZAIDÍN.

Presupuesto de licitación: 158.145,00 €

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA PROPOSICIÓN Y DEL LICITADOR

Apellidos y nombre del firmante de la proposición: Saiz-Maza Fernández Nieves

DNI o equivalente del firmante de la proposición: 50053444-Q

Relación que une al firmante con el licitador: General Manager

Razón Social del licitador: LABORTECH WALDNER, S.L.

NIF del licitador: B-84403856

Domicilio del licitador Miguel Faraday, 20 – 28906 Getafe (Madrid)

Teléfono: 91 375 84 52

FAX:

Correo electrónico: info@waldner.com.es

OFERTA DE GARANTÍA:

El abajo firmante en virtud de la representación que ostenta, oferta, en nombre de su representado una garantía en los términos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas de 5 años/60 meses (años/meses) de duración

OFERTA DE ASISTENCIA TÉCNICA POSTERIOR AL PERIODO DE GARANTÍA

No aplicable a C. SUMINISTRO DE SOFTWARE, CON O SIN INSTALACIÓN, O SUMINISTRO DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete, en nombre de su representado, a prestar asistencia técnica y proporcionar piezas de recambio del material ofertado durante los cinco años posteriores a la terminación del plazo de garantía. Una vez finalizado el periodo de garantía, el licitador se compromete a efectuar la asistencia técnica con las siguientes condiciones:

Coste hombre/hora (Importe sin IVA):	20,00 €/h
Coste de desplazamiento en el que se consideran incluidos viajes, dietas y demás gastos derivados del mismo (Importe sin IVA)	0,00 €
Tiempo de respuesta.....	0,2 días
Tiempo de entrega de repuestos.....	0,2 días
El servicio de asistencia técnica se prestará desde nuestra Delegación Servicio Técnico oficial Waldner, situado en Córdoba, c/Clara Campoamor 8, 14140, LA VICTORIA	

Labortech Waldner, S.L. – R.M. Madrid, tomo 21.690, folio 16, sección 8ª, hoja nº M-386.203, inscripción 1ª – CIF: B-84403856
Delegación Centro:
C/Miguel Faraday, 20 Oficina B-101
28906 Getafe – Madrid
Delegación Cataluña:
C/ Bogateil 43, 2ª 6ª
08930 – Sant Adrià del Besòs

CSV : GEN-1376-702c-d644-6747-56db-1561-dde9-49bd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es>

FIRMANTE(1) : MERCEDES DEL RIO FERNANDEZ | FECHA : 22/10/2018 13:16 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : M.CARMEN GONZALEZ PEÑALVER | FECHA : 22/10/2018 13:34 | NOTAS : CF



MEJORAS Y/O APORTACIONES ADICIONALES EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA:

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, oferta:

Mejora o aportación adicional valorable automáticamente	Oferta (Sí o No)								
Comportamiento de todas las vitrinas de gases en su conjunto frente a un posible incendio: comportamiento al fuego. De acuerdo a la norma UNE EN 13501-1:2007+A1:2010 o equivalente. Este criterio se valorará con la entrega de un informe de ensayo de clasificación del material del mobiliario llevado a cabo por un organismo independiente al fabricante. - Comportamiento al fuego A1, A2: 0,5 puntos por cada tipo de vitrina, hasta un máximo de 1,5 puntos. - Comportamiento al fuego B, C: 0 puntos.	No								
Comportamiento de todas las vitrinas de gases frente a un posible incendio: producción de humo. De acuerdo a la norma UNE EN 13501-1:07 +A1: 2010 o equivalente. Este criterio se valorará con la entrega de un informe de ensayo de clasificación del material del mobiliario llevado a cabo por un organismo independiente al fabricante. - Comportamiento al fuego S1: 0,5 puntos por cada tipo de vitrina, hasta un máximo de 1,5 puntos. - Comportamiento al fuego S2: 0 puntos.	No								
Se valorará el espacio real disponible en el interior de todas las vitrinas, para su verificación, se dará 0,5 pts a la mayor superficie útil de encimera en interior de vitrina de gases según modelo, por propuesta, hasta un máximo de 1,5 pts. Se debe entrega resumen de superficie en una tabla similar a ésta: <table> <tr> <th>Tipo de vitrina</th><th>Superficie encimera útil</th></tr> <tr> <td>VG tipo A</td><td>1450x708 mm → 1,03 m²</td></tr> <tr> <td>VG tipo C</td><td>1450x708 mm → 1,03 m²</td></tr> <tr> <td>VG tipo D</td><td>1450x708 mm → 1,03 m²</td></tr> </table>	Tipo de vitrina	Superficie encimera útil	VG tipo A	1450x708 mm → 1,03 m ²	VG tipo C	1450x708 mm → 1,03 m ²	VG tipo D	1450x708 mm → 1,03 m ²	SI
Tipo de vitrina	Superficie encimera útil								
VG tipo A	1450x708 mm → 1,03 m ²								
VG tipo C	1450x708 mm → 1,03 m ²								
VG tipo D	1450x708 mm → 1,03 m ²								
Se valorará la facilidad para el montaje en altura en el interior de las vitrinas, para ello se dará 0,5 pts a la mayor altura interior útil desde encimera a techo en interior de vitrina de gases según modelo, por propuesta, hasta un máximo de 1,5 pts. Se debe entrega resumen de superficie en una tabla similar a ésta: <table> <tr> <th>Tipo de vitrina</th><th>Altura interior útil</th></tr> <tr> <td>VG tipo A</td><td>1550 mm</td></tr> <tr> <td>VG tipo C</td><td>1550 mm</td></tr> <tr> <td>VG tipo D</td><td>1550 mm</td></tr> </table>	Tipo de vitrina	Altura interior útil	VG tipo A	1550 mm	VG tipo C	1550 mm	VG tipo D	1550 mm	SI
Tipo de vitrina	Altura interior útil								
VG tipo A	1550 mm								
VG tipo C	1550 mm								
VG tipo D	1550 mm								
Incluir validaciones de todas las vitrinas de manera anual durante el periodo de garantía, donde se verifiquen y ajusten los siguientes parámetros: - Velocidad en pantalla para verificar caudales según validación inicial de los equipos - Nivel de ruido - Nivel de iluminación - Fuerza requerida para mover la ventana guillotina - Comprobación del estado de la guillotina - Comprobación del estado de los elementos eléctricos - Comprobación y ajuste de los sistemas de control y alarma - Comprobación del estado de los grifos y manorreductores	SI								

Labortech Waldner, S.L. – R.M. Madrid, tomo 21.690, folio 16, sección 8ª, hoja nº M-386.203, Inscripción 1ª – CIF: B-84403856
 Delegación Centro:
 C/Miguel Faraday, 20 Oficina B-101
 28905 Getafe – Madrid

Delegación Cataluña:
 C/ Bogatell 43, 2ª 6ª
 08930 – Sant Adrià del Besòs

CSV : GEN-1376-702c-d644-6747-56db-1561-dde9-49bd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es>

FIRMANTE(1) : MERCEDES DEL RIO FERNANDEZ | FECHA : 22/10/2018 13:16 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : M.CARMEN GONZALEZ PEÑALVER | FECHA : 22/10/2018 13:34 | NOTAS : CF



- Comprobación del estado y funcionamiento del sistema de extracción - Comprobación del estado general de mantenimiento de la vitrina e instalaciones	
Para cada tipo de vitrina, para aperturas operacionales de 500mm y para caudales iguales o menores a 270m3/h por metro lineal de guillotina, sus valores de contención están por debajo de los límites de referencia europeos NTP990: 1,5 puntos.	SI

SOSTENIBILIDAD: CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES DE LOS PRODUCTOS

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, oferta:

Acreditación de productos con un comportamiento ambiental mejorado o productos que proporcionan información ambiental (Sólo se valorará una de las TRES opciones)	Oferta (SI o NO)
La empresa acredita el comportamiento mediante certificado emitido por un Organismo de Certificación Europeo que acredita el cumplimiento de una etiqueta ambiental tipo I (Blauer Engel, Cisne Blanco, NF, FEMB...)	SI
La empresa dispone de una declaración ambiental tipo III según UNE-EN- ISO 14025:2010, verificada por una tercera parte independiente y reconocida internacionalmente.	NO
La empresa dispone de un certificado del cumplimiento de la norma UNE EN ISO 140006:2011 emitido por un Organismo de certificación a nombre del fabricante del producto y anexo técnico al mismo incluyendo la serie presentada al concurso.	NO

MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

No es de aplicación a este contrato.

MEDIDAS LABORALES RELATIVAS A LA IGUALDAD Y A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL

El abajo firmante en virtud de la representación que ostenta, oferta:

MEDIDAS LABORALES RELATIVAS A LA IGUALDAD Y A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL	Oferta (Sí o No)
La empresa acredita la posesión de un Distintivo de Igualdad concedido por el Ministerio de Competente o un certificado que acredite la existencia de un plan de Igualdad o Conciliación en la empresa, emitido por una tercera parte independiente y reconocida.	SI

Nota: La información relativa a los criterios de valoración que no se hayan incluido en estos cuadros no se considerarán para su valoración.

Fecha y firma del representante legal de la empresa.

En Madrid, 24 de Septiembre de 2018

Fdo.: Nieves Saiz-Maza Fernández
General Manager

Labortech Waldner, S.L. – R.M. Madrid, tomo 21.690, folio 16, sección 8ª, hoja nº M-386.203, Inscripción 1ª – CIF: B-84403656
Delegación Centro: C/Miguel Faraday, 20 Oficina B-101 28906 Getafe – Madrid
Delegación Cataluña: C/ Bogatell 43, 2ª 6ª 08930 – Sant Adrià del Besòs

CSV : GEN-1376-702c-d644-6747-56db-1561-dde9-49bd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es>

FIRMANTE(1) : MERCEDES DEL RIO FERNANDEZ | FECHA : 22/10/2018 13:16 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : M.CARMEN GONZALEZ PEÑALVER | FECHA : 22/10/2018 13:34 | NOTAS : CF





CSIC - ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN

EXPTE: 978/18

OFERTA TÉCNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULA A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

Expediente nº: 978/18

Lote nº: NO

Contratación de: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VITRINAS DE EXTRACCIÓN DE GASES, PARA LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DEL ZAIDÍN.

Presupuesto de licitación: 158.145,00 €

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA PROPOSICIÓN Y DEL LICITADOR

Apellidos y nombre del firmante de la proposición: D. Juan Roberto Rodríguez Pisón

DNI o equivalente del firmante de la proposición: 14569816-Y

Relación que une al firmante con el licitador: Apoderado

Razón Social del licitador: BURDINOLA S.COOP.

NIF del licitador: F48090005

Domicilio del licitador: Ctra. de Lekeltio km. 53,5 – 48280 Amoroto-Bizkaia

Teléfono: 94-6840766

FAX: 94-6842005

Correo electrónico:

burdinola@burdinola.com

OFERTA DE GARANTÍA:

El abajo firmante en virtud de la representación que ostenta, oferta, en nombre de su representado una garantía en los términos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas de 5/60 (años/meses) de duración

OFERTA DE ASISTENCIA TÉCNICA POSTERIOR AL PERIODO DE GARANTÍA

No aplicable a C. SUMINISTRO DE SOFTWARE, CON O SIN INSTALACIÓN, O SUMINISTRO DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete, en nombre de su representado, a prestar asistencia técnica y proporcionar piezas de recambio del material ofertado durante los cinco años posteriores a la terminación del plazo de garantía. Una vez finalizado el período de garantía, el licitador se compromete a efectuar la asistencia técnica con las siguientes condiciones:

Coste hombre/hora (Importe sin IVA):	75€/h
Coste de desplazamiento en el que se consideran incluidos viajes, dietas y demás gastos derivados del mismo (Importe sin IVA)	75€
Tiempo de respuesta.....	4 Horas
Tiempo de entrega de repuestos.....	1 día
El servicio de asistencia técnica se prestará desde Andalucía., situado en Málaga.	



MEJORAS Y/O APORTACIONES ADICIONALES EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA:

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, oferta:

Mejora o aportación adicional valorable automáticamente	Oferta (Sí o No)								
Comportamiento de todas las vitrinas de gases en su conjunto frente a un posible incendio: comportamiento al fuego. De acuerdo a la norma UNE EN 13501-1:2007+A1:2010 o equivalente. Este criterio se valorará con la entrega de un informe de ensayo de clasificación del material del mobiliario llevado a cabo por un organismo independiente al fabricante. - Comportamiento al fuego A1, A2: 0,5 puntos por cada tipo de vitrina, hasta un máximo de 1,5 puntos. - Comportamiento al fuego B, C: 0 puntos.	SI								
Comportamiento de todas las vitrinas de gases frente a un posible incendio: producción de humo. De acuerdo a la norma UNE EN 13501-1:07 +A1: 2010 o equivalente. Este criterio se valorará con la entrega de un informe de ensayo de clasificación del material del mobiliario llevado a cabo por un organismo independiente al fabricante. - Comportamiento al fuego S1: 0,5 puntos por cada tipo de vitrina, hasta un máximo de 1,5 puntos. - Comportamiento al fuego S2: 0 puntos.	SI								
Se valorará el espacio real disponible en el interior de todas las vitrinas, para su verificación, se dará 0,5 pts a la mayor superficie útil de encimera en interior de vitrina de gases según modelo, por propuesta, hasta un máximo de 1,5 pts. Se debe entrega resumen de superficie en una tabla similar a ésta: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de vitrina</th> <th>Superficie encimera útil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VG tipo A : 1,0619m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VG tipo C : 0,9065m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VG tipo D: 0,9065m</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de vitrina	Superficie encimera útil	VG tipo A : 1,0619m		VG tipo C : 0,9065m		VG tipo D: 0,9065m		SI
Tipo de vitrina	Superficie encimera útil								
VG tipo A : 1,0619m									
VG tipo C : 0,9065m									
VG tipo D: 0,9065m									
Se valorará la facilidad para el montaje en altura en el interior de las vitrinas, para ello se dará 0,5 pts a la mayor altura interior útil desde encimera a techo en interior de vitrina de gases según modelo, por propuesta, hasta un máximo de 1,5 pts. Se debe entrega resumen de superficie en una tabla similar a ésta: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de vitrina</th> <th>Altura interior útil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VG tipo A: 1.415 mm²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VG tipo C: 1.215 mm²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VG tipo D: 1.215 mm²</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de vitrina	Altura interior útil	VG tipo A: 1.415 mm ²		VG tipo C: 1.215 mm ²		VG tipo D: 1.215 mm ²		SI
Tipo de vitrina	Altura interior útil								
VG tipo A: 1.415 mm ²									
VG tipo C: 1.215 mm ²									
VG tipo D: 1.215 mm ²									
Incluir validaciones de todas las vitrinas de manera anual durante el periodo de garantía, donde se verifiquen y ajusten los siguientes parámetros: - Velocidad en pantalla para verificar caudales según validación inicial de los equipos - Nivel de ruido - Nivel de iluminación - Fuerza requerida para mover la ventana guillotina - Comprobación del estado de la guillotina - Comprobación del estado de los elementos eléctricos - Comprobación y ajuste de los sistemas de control y alarma - Comprobación del estado de los grifos y manorreductores	SI								





CSIC - ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN

EXPT: 978/18

Para cada tipo de vitrina, para aperturas operacionales de 500mm y para caudales iguales o menores a 270m3/h por metro lineal de guillotina, sus valores de contención están por debajo de los límites de referencia europeos NTP990: 1,5 puntos.

SI

SOSTENIBILIDAD: CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES DE LOS PRODUCTOS

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, oferta:

Acreditación de productos con un comportamiento ambiental mejorado o productos que proporcionan información ambiental (Sólo se valorará una de las TRES opciones)	Oferta (SI o NO)
La empresa acredita el comportamiento mediante certificado emitido por un Organismo de Certificación Europeo que acredita el cumplimiento de una etiqueta ambiental tipo I (Blauer Engel, Cisne Blanco, NF, FEMB...)	SI
La empresa dispone de una declaración ambiental tipo III según UNE-EN- ISO 14025:2010, verificada por una tercera parte independiente y reconocida internacionalmente.	SI
La empresa dispone de un certificado del cumplimiento de la norma UNE EN ISO 14006:2011 emitido por un Organismo de certificación a nombre del fabricante del producto y anexo técnico al mismo incluyendo la serie presentada al concurso.	NO

MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

No es de aplicación a este contrato.

MEDIDAS LABORALES RELATIVAS A LA IGUALDAD Y A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL

El abajo firmante en virtud de la representación que ostenta, oferta:

MEDIDAS LABORALES RELATIVAS A LA IGUALDAD Y A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL	Oferta (SI o No)
La empresa acredita la posesión de un Distintivo de Igualdad concedido por el Ministerio de Competente o un certificado que acredite la existencia de un plan de Igualdad o Conciliación en la empresa, emitido por una tercera parte independiente y reconocida.	SI

Nota: La información relativa a los criterios de valoración que no se hayan incluido en estos cuadros no se considerarán para su valoración.

Amoroto, a 21 de Septiembre 2018

Burdinola, S. Coop.
P.P.

Fdo.: D. Juan Roberto Rodríguez Pisón

3 / 3

CSV : GEN-1376-702c-d644-6747-56db-1561-dde9-49bd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portalfirmas.redsara.es>

FIRMANTE(1) : MERCEDES DEL RIO FERNANDEZ | FECHA : 22/10/2018 13:16 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : M.CARMEN GONZALEZ PEÑALVER | FECHA : 22/10/2018 13:34 | NOTAS : CF





MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES



CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

ANEXO 9. Bis
MODELO OFERTA TÉCNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
VALORACIÓN EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE
FÓRMULA A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.
(cuando así estén recogidos en el ANEXO 8)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

Lote n°:

Expediente n°: 978/18

Contratación de Suministro e instalación de 17 vitrinas de extracción de gases.

Presupuesto de licitación: 158.145,00

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA PROPOSICIÓN Y DEL LICITADOR

Apellidos y nombre del firmante de la proposición: ANTELO MALABE ADELMO

DNI o equivalente del firmante de la proposición: 30635384M

Relación que une al firmante con el licitador: APODERADO

Razón Social del licitador:

HIGH IDENTITY BUILDINDS, S.L.

NIF del licitador:

B95514428

Domicilio del licitador:

C/ Artabide 42-44-46

Teléfono:

946036179

48700-ONDARROA (BIZKAIA)

FAX:

Correo electrónico

a.antelo@hiblab.com

OFERTA DE GARANTÍA:

El abajo firmante en virtud de la representación que ostenta, oferta, en nombre de su representado una garantía en los términos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas de 5 años / 60 meses de duración

OFERTA DE ASISTENCIA TÉCNICA POSTERIOR AL PERIODO DE GARANTÍA

NOTA: No aplicable a C. SUMINISTRO DE SOFTWARE, CON O SIN INSTALACIÓN, O SUMINISTRO DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete, en nombre de su representado, a prestar asistencia técnica y proporcionar piezas de recambio del material ofertado durante





MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES



CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

los cinco años posteriores a la terminación del plazo de garantía. Una vez finalizado el periodo de garantía, el licitador se compromete a efectuar la asistencia técnica con los siguientes condiciones:

Coste hombre/hora (Importe sin IVA):	40 €/h
Coste de desplazamiento en el que se consideran incluidos viajes, dietas y demás gastos derivados del mismo (Importe sin IVA)	100 €
Tiempo de respuesta.....	1 días
Tiempo de entrega de repuestos.....	3 días
El servicio de asistencia técnica se prestará desde nuestra red local en Andalucía oriental, situada en Jaén. (< 100km)	

MEJORAS Y/O APORTACIONES ADICIONALES EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA:

El abajo firmante en virtud de la representación que ostenta, oferta:

Mejora o aportación adicional evaluable mediante fórmula	Oferta (Sí o No)								
Comportamiento de todas las vitrinas de gases en su conjunto frente a un posible incendio: comportamiento al fuego. De acuerdo a la norma UNE EN 13501-1:2007+A1:2010 o equivalente. Este criterio se valorará con la entrega de un informe de ensayo de clasificación del material del mobiliario llevado a cabo por un organismo independiente al fabricante. • Comportamiento al fuego A1, A2: 0,5 puntos por cada tipo de vitrina, hasta un máximo de 1,5 puntos. • Comportamiento al fuego B, C: 0 puntos.	SI								
Comportamiento de todas las vitrinas de gases frente a un posible incendio: producción de humo. De acuerdo a la norma UNE EN 13501-1:07 +A1: 2010 o equivalente. Este criterio se valorará con la entrega de un informe de ensayo de clasificación del material del mobiliario llevado a cabo por un organismo independiente al fabricante. • Comportamiento al fuego S1: 0,5 puntos por cada tipo de vitrina, hasta un máximo de 1,5 puntos. • Comportamiento al fuego S2: 0 puntos.	SI								
Se valorará el espacio real disponible en el interior de todas las vitrinas, para su verificación, se dará 0,5 pto a la mayor superficie útil de encimera en interior de vitrina de gases según tipo, por propuesta, hasta un máximo de 1,5 pto. El resto de las ofertas obtendrán 0 puntos por tipo Se debe entregar resumen de superficie en una tabla similar a ésta:	SI								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de vitrina</th><th>Superficie encimera útil</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VG tipo A</td><td>1,09 m2</td></tr> <tr> <td>VG tipo B</td><td>1,08 m2</td></tr> <tr> <td>VG tipo C</td><td>0,95 m2</td></tr> </tbody> </table>	Tipo de vitrina	Superficie encimera útil	VG tipo A	1,09 m2	VG tipo B	1,08 m2	VG tipo C	0,95 m2	
Tipo de vitrina	Superficie encimera útil								
VG tipo A	1,09 m2								
VG tipo B	1,08 m2								
VG tipo C	0,95 m2								





MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES



CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Se valorará la facilidad para el montaje en altura en el interior de las vitrinas, para ello se dará 0,5 ptos a la mayor altura interior útil desde encimera a techo en interior de vitrina de gases según tipo, por propuesta, hasta un máximo de 1,5 ptos.		
El resto de las ofertas obtendrán 0 puntos por tipo		
Se debe entrega resumen de superficie en una tabla similar a ésta:	Superficie encimera útil	SI
Tipo de vitrina		
VG tipo A	1,09 m2	
VG tipo B	1,08 m2	
VG tipo C	0,95 m2	
Incluir validaciones de todas las vitrinas de manera anual durante el periodo de garantía, donde se verifiquen y ajusten los siguientes parámetros: - Velocidad en pantalla para verificar caudales según validación inicial de los equipos - Nivel de ruido - Nivel de iluminación - Fuerza requerida para mover la ventana guillotina - Comprobación del estado de la guillotina - Comprobación del estado de los elementos eléctricos - Comprobación y ajuste de los sistemas de control y alarma - Comprobación del estado de los grifos y manorreductores - Comprobación del estado y funcionamiento del sistema de extracción - Comprobación del estado general de mantenimiento de la vitrina e instalaciones		SI
Para cada tipo de vitrina (A,C y D), para aperturas operacionales de 500mm y para caudales iguales o menores a 270m3/h por metro lineal de guillotina, sus valores de contención están por debajo de los límites de referencia europeos NTP990: 2 puntos.		SI

SOSTENIBILIDAD: CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES DE LOS PRODUCTOS

El abajo firmante en virtud de la representación que ostenta, oferta:

CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES DE LOS PRODUCTOS	Oferta (Sí o No)
La empresa acredita el comportamiento mediante certificado emitido por un Organismo de Certificación Europeo que acredita el cumplimiento de una etiqueta ambiental tipo I (Blauer Engel, Cisne Blanco, NF, FEMB...)	NO
La empresa dispone de una declaración ambiental tipo III según UNE-EN- ISO 14025:2010, verificada por una tercera parte independiente y reconocida internacionalmente.	NO
La empresa dispone de un certificado del cumplimiento de la norma UNE EN ISO 14006:2011 emitido por un Organismo de certificación a nombre del fabricante del producto y anexo técnico al mismo incluyendo la serie presentada al concurso.	NO





MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES



CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

--	--

CONSUMOS	Valor (en las unidades indicadas en el Anexo 8)
C. eléctrico, en las condiciones indicadas en el Anexo 8. Se evidenciará mediante certificación o documento acreditativo equivalente.	NO APLICA
C. de aguas..., en las condiciones indicadas en el Anexo 8 Se evidenciará mediante certificación o documento acreditativo equivalente	NO APLICA
Reactivos..., en las condiciones indicadas en el Anexo 8. Se evidenciará mediante certificación o documento acreditativo equivalente	NO APLICA

MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	Oferta (Sí o No)
El equipo dispone de bombas de caudal variable. Se evidenciará mediante certificación o documento acreditativo equivalente.	NO APLICA
El equipo dispone de variadores de frecuencia. Se evidenciará mediante certificación o documento acreditativo equivalente.	NO APLICA
El equipo dispone de sistema de recuperación de calor. Se evidenciará mediante certificación o documento acreditativo equivalente.	NO APLICA
Rango de temperaturas de trabajo (para calderas) comprendido entre ... y ... Se evidenciará mediante certificación o documento acreditativo equivalente.	NO APLICA
...	


MEDIDAS LABORALES RELATIVAS A LA IGUALDAD Y A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL

El abajo firmante en virtud de la representación que ostenta, oferta:

MEDIDAS LABORALES RELATIVAS A LA IGUALDAD Y A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL	Oferta (Sí o No)
En este punto se indicarán los certificados/documentos que aporta para evidenciar el cumplimiento de los diferentes apartados que constituyen el criterio. Se adjuntarán los certificados correspondientes como anexo a este documento. Sin ellos, no se valorará en función de este criterio.	NO APLICA

Nota: La información relativa a los criterios de valoración que no se hayan incluido en estos cuadros no se considerarán para su valoración.

Ondarroa, 24 de septiembre de 2018
Fdo. Adelmo Antelo



ANEXO 9. Bis
MODELO OFERTA TÉCNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULA A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.

(ANEXO A INCLUIR EN EL SOBRE 3)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

Expediente nº: 978/18

Lote nº: Único

Contratación de: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VITRINAS DE EXTRACCIÓN DE GASES, PARA LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DEL ZADÍN.

Presupuesto de licitación: 158.145,00 €

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA PROPOSICIÓN Y DEL LICITADOR

Apellidos y nombre del firmante de la proposición: D. Bernat Labajos Oca

DNI: 40987099H,

Relación que une al firmante con el licitador: Apoderado en representación de la empresa

Razón Social del licitador: VWR International Eurolab, S.L.

NIF del licitador: nº. B08362089

Domicilio del licitador: Calle de la Tecnología, 5-17, Polígono A-7 Llinars Park, Llinars del Vallés, 08450 Barcelona

Teléfono: 93.864.29.07

Correo electrónico: licitaciones@vwr.com

FAX 902.430.657

OFERTA DE GARANTÍA:

El abajo firmante en virtud de la representación que ostenta, oferta, en nombre de su representado una garantía en los términos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas de 10 AÑOS de duración

OFERTA DE ASISTENCIA TÉCNICA POSTERIOR AL PERIODO DE GARANTÍA

No aplicable a C. SUMINISTRO DE SOFTWARE, CON O SIN INSTALACIÓN, O SUMINISTRO DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete, en nombre de su representado, a prestar asistencia técnica y proporcionar piezas de recambio del material ofertado durante los cinco años posteriores a la terminación del plazo de garantía. Una vez finalizado el periodo de garantía, el licitador se compromete a efectuar la asistencia técnica con las siguientes condiciones:

Coste hombre/hora (Importe sin IVA):	40 €/h
Coste de desplazamiento en el que se consideran incluidos viajes, dietas y demás gastos derivados del mismo (Importe sin IVA)	150€
Tiempo de respuesta.....	1 día
Tiempo de entrega de repuestos.....	1 día
El servicio de asistencia técnica se prestará desde la Delegación Sur del fabricante, situada en Sevilla.	

VWR International Eurolab, S.L.
p.p.

CSV : GEN-1376-702c-d644-6747-56db-1561-dde9-49bd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portalfirmas.redsara.es>

FIRMANTE(1) : MERCEDES DEL RIO FERNANDEZ | FECHA : 22/10/2018 13:16 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : M.CARMEN GONZALEZ PEÑALVER | FECHA : 22/10/2018 13:34 | NOTAS : CF



MEJORAS Y/O APORTACIONES ADICIONALES EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA:

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, oferta:

Mejora o aportación adicional valorable automáticamente	Oferta (Sí o No)								
Comportamiento de todas las vitrinas de gases en su conjunto frente a un posible incendio: comportamiento al fuego. De acuerdo a la norma UNE EN 13501-1:2007+A1:2010 o equivalente. Este criterio se valorará con la entrega de un informe de ensayo de clasificación del material del mobiliario llevado a cabo por un organismo independiente al fabricante. - Comportamiento al fuego A1, A2: 0,5 puntos por cada tipo de vitrina, hasta un máximo de 1,5 puntos. - Comportamiento al fuego B, C: 0 puntos.	NO								
Comportamiento de todas las vitrinas de gases frente a un posible incendio: producción de humo. De acuerdo a la norma UNE EN 13501-1:07 +A1: 2010 o equivalente. Este criterio se valorará con la entrega de un informe de ensayo de clasificación del material del mobiliario llevado a cabo por un organismo independiente al fabricante. - Comportamiento al fuego S1: 0,5 puntos por cada tipo de vitrina, hasta un máximo de 1,5 puntos. - Comportamiento al fuego S2: 0 puntos.	NO								
Se valorará el espacio real disponible en el interior de todas las vitrinas, para su verificación, se dará 0,5 pts a la mayor superficie útil de encimera en interior de vitrina de gases según modelo, por propuesta, hasta un máximo de 1,5 pts. Se debe entrega resumen de superficie: <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DE VITRINA</th><th>SUPERFICIE ENCIMERA ÚTIL</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VG tipo A</td><td>1,04 m2</td></tr> <tr> <td>VG tipo C</td><td>0,90 m2</td></tr> <tr> <td>VG tipo D</td><td>0,90m2</td></tr> </tbody> </table>	TIPO DE VITRINA	SUPERFICIE ENCIMERA ÚTIL	VG tipo A	1,04 m2	VG tipo C	0,90 m2	VG tipo D	0,90m2	SI
TIPO DE VITRINA	SUPERFICIE ENCIMERA ÚTIL								
VG tipo A	1,04 m2								
VG tipo C	0,90 m2								
VG tipo D	0,90m2								
Se valorará la facilidad para el montaje en altura en el interior de las vitrinas, para ello se dará 0,5 pts a la mayor altura interior útil desde encimera a techo en interior de vitrina de gases según modelo, por propuesta, hasta un máximo de 1,5 pts. Se debe entrega resumen de superficie en una tabla similar a ésta: <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DE VITRINA</th><th>ALTURA INTERIOR ÚTIL</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VG tipo A</td><td>0,97 m</td></tr> <tr> <td>VG tipo C</td><td>1,19 m</td></tr> <tr> <td>VG tipo D</td><td>1,19 m</td></tr> </tbody> </table>	TIPO DE VITRINA	ALTURA INTERIOR ÚTIL	VG tipo A	0,97 m	VG tipo C	1,19 m	VG tipo D	1,19 m	SI
TIPO DE VITRINA	ALTURA INTERIOR ÚTIL								
VG tipo A	0,97 m								
VG tipo C	1,19 m								
VG tipo D	1,19 m								
Incluir validaciones de todas las vitrinas de manera anual durante el periodo de garantía, donde se verifiquen y ajusten los siguientes parámetros: - Velocidad en pantalla para verificar caudales según validación inicial de los equipos - - Nivel de ruido - Nivel de iluminación - Fuerza requerida para mover la ventana guillotina - - Comprobación del estado de la guillotina - Comprobación del estado de los elementos eléctricos - Comprobación y ajuste de los sistemas de control y alarma - Comprobación del estado de los grifos y manorreductores - Comprobación del estado y funcionamiento del sistema de extracción - Comprobación del estado general de mantenimiento de la vitrina e instalaciones	SI								

(Firma)
VWR International Eurolab, S.L.
p.d.

CSV : GEN-1376-702c-d644-6747-56db-1561-dde9-49bd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es>

FIRMANTE(1) : MERCEDES DEL RIO FERNANDEZ | FECHA : 22/10/2018 13:16 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : M.CARMEN GONZALEZ PEÑALVER | FECHA : 22/10/2018 13:34 | NOTAS : CF



Para cada tipo de vitrina, para aperturas operacionales de 500mm y para caudales iguales o menores a 270m³/h por metro lineal de guillotina, sus valores de contención están por debajo de los límites de referencia europeos NTP990: 1,5 puntos.

NO

SOSTENIBILIDAD: CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES DE LOS PRODUCTOS

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, oferta:

Acreditación de productos con un comportamiento ambiental mejorado o productos que proporcionan información ambiental (Sólo se valorará una de las TRES opciones)	Oferta (Sí o NO)
La empresa acredita el comportamiento mediante certificado emitido por un Organismo de Certificación Europeo que acredita el cumplimiento de una etiqueta ambiental tipo I (Blauer Engel, Cisne Blanco, NF, FEMB...)	NO
La empresa dispone de una declaración ambiental tipo III según UNE-EN- ISO 14025:2010, verificada por una tercera parte independiente y reconocida internacionalmente.	NO
La empresa dispone de un certificado del cumplimiento de la norma UNE EN ISO 14006:2011 emitido por un Organismo de certificación a nombre del fabricante del producto y anexo técnico al mismo incluyendo la serie presentada al concurso.	NO

MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

No es de aplicación a este contrato.

MEDIDAS LABORALES RELATIVAS A LA IGUALDAD Y A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL

El abajo firmante en virtud de la representación que ostenta, oferta:

MEDIDAS LABORALES RELATIVAS A LA IGUALDAD Y A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL	Oferta (Sí o No)
La empresa acredita la posesión de un Distintivo de Igualdad concedido por el Ministerio de Competente o un certificado que acredite la existencia de un plan de Igualdad o Conciliación en la empresa, emitido por una tercera parte independiente y reconocida.	SI

Nota: La información relativa a los criterios de valoración que no se hayan incluido en estos cuadros no se considerarán para su valoración.

En Llinars del Vallés, a 24 de Septiembre de 2018

Fdo.: D. Bernat Labajos Oca

VWR International Eurolab, S.L.
D.P.

Apoderado

VWR International Eurolab, S.L.



**DATOS DE IDENTIFICACION DEL EXPEDIENTE****Expediente: 978/18****Contratación de:** SUMINISTRO E INSTALACION DE VITRINAS DE EXTRACCION DE GASES, PARA LA ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN**Presupuesto de licitación:** 158.145,00

53006285W Firmado digitalmente por
RAUL 53006285W RAUL
HERNAIZ (R: B84498955)
B84498955 Fecha: 2018.09.25
10:47:28 +02'00'

DATOS DE IDENTIFICACION DEL FIRMANTE DE LA PROPOSICION Y DEL LICITADOR**Apellidos y nombre del firmante de la proposición:** Barroso Rodríguez, Angel y Hernaiz Cao, Raúl**D.N.I. o equivalente del firmante de la proposición:** 51.402.085Y y 53.006.285W**Relación que une al firmante con el licitador:** Apoderados**Razón social del licitador:** FISHER SCIENTIFIC, S.L.**NIF del licitador:** B84498955**Domicilio del licitador:** C/ Luis I, nº 9 (28031 Madrid)**Teléfono:** 902/23.93.03,**fax:** 902/23.94.04; **correo electrónico:** marisa.feito@thermofisher.com;contratacion.fisher@thermofisher.com**OFERTA DE GARANTIA:**

Los abajo firmantes en virtud de la representación que ostenta, oferta, en nombre de sus representados una garantía en los términos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas de **2** (años) de duración

OFERTA DE ASISTENCIA TECNICA POSTERIOR AL PERIODO DE GARANTIA, No aplicable a C.Suministro de software, con o sin instalación, o suministro de licencias de uso de software.

Los abajo firmantes, en virtud de la representación que ostentan, se comprometen, en nombre de su representado, a prestar la asistencia técnica y proporcionar piezas de recambio del material ofertado durante los 5 años posteriores a la terminación del plazo de garantía. Una vez finalizado el periodo de garantía, el licitador se compromete a efectuar la asistencia técnica con las siguientes condiciones:

Coste hombre/hora (Importe sin IVA)	40, 00.-€
Coste de desplazamiento en el que se consideran incluidos viajes, dietas y demás gastos derivados del mismo (Importe sin IVA)	100, 00.-€
Tiempo de respuesta telefónica	1 día
Tiempo de entrega de repuestos	2 días
El servicio de asistencia técnica se prestara desde el Servicio Técnico , situado en Sevilla	

Fisher Scientific S.L.
Part of Thermo Fisher Scientific

C/ Luis I, 9
28031 Madrid

+34 91 380 67 10
+34 91 380 85 02 fax
es.fisher@thermofisher.com

Registro Mercantil de Madrid
Tomo 22.036, Folio 22
Sección 8, Hoja M-392903
Inscripción: 10
Fecha, 29 de enero de 2009
C.I.F. B-84498955

www.es.fishersci.com

CSV : GEN-1376-702c-d644-6747-56db-1561-dde9-49bd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portalfirmas.redsara.es>

FIRMANTE(1) : MERCEDES DEL RIO FERNANDEZ | FECHA : 22/10/2018 13:16 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : M.CARMEN GONZALEZ PEÑALVER | FECHA : 22/10/2018 13:34 | NOTAS : CF




MEJORAS Y / O APORTACIONES ADICIONALES EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS:

Los abajo firmantes, en virtud de la representación que ostenta, ofertan:

Mejora o aportación adicional valorable automáticamente	Oferta (Sí o No)								
Comportamiento de todas las vitrinas de gases en su conjunto frente a un posible incendio: comportamiento al fuego. De acuerdo a la norma UNE EN 13501-1:2007+A1:2010 o equivalente. Este criterio se valorará con la entrega de un informe de ensayo de clasificación del material del mobiliario llevado a cabo por un organismo independiente al fabricante. • Comportamiento al fuego A1, A2: 0,5 puntos por cada tipo de vitrina, hasta un máximo de 1,5 puntos • Comportamiento al fuego B, C: 0 puntos	SI								
Comportamiento de todas las vitrinas de gases frente a un posible incendio: producción de humo. De acuerdo a la norma UNE EN 13501-1:07+A1: 2010 o equivalente. Este criterio se valorará con la entrega de un informe de ensayo de clasificación del material del mobiliario llevado a cabo por un organismo independiente al fabricante. • Comportamiento al fuego 51: 0,5 puntos por cada tipo de vitrina, hasta un máximo de 1,5 puntos. • Comportamiento al fuego 52: 0 puntos.	SI								
Se valorará el espacio real disponible en el interior de todas las vitrinas, para su verificación, se dará 0,5 pto a la mayor superficie útil de encimera en interior de vitrina de gases según modelo, por propuesta, hasta un máximo de 1,5 pto. Se debe entrega resumen de superficie en una tabla similar a ésta: <table> <tr> <th>Tipo de vitrina</th><th>Superficie encimera útil</th></tr> <tr> <td>VG tipo A</td><td>1,09 m2</td></tr> <tr> <td>VG tipo C</td><td>1,08 m2</td></tr> <tr> <td>VG tipo D</td><td>0,95 m2</td></tr> </table>	Tipo de vitrina	Superficie encimera útil	VG tipo A	1,09 m2	VG tipo C	1,08 m2	VG tipo D	0,95 m2	SI
Tipo de vitrina	Superficie encimera útil								
VG tipo A	1,09 m2								
VG tipo C	1,08 m2								
VG tipo D	0,95 m2								
Se valorará la facilidad para el montaje en altura en el interior de las vitrinas, para ello se dará 0,5 pto a la mayor altura interior útil desde encimera a techo en interior de vitrina de gases según modelo, por propuesta, hasta un máximo de 1,5 pto. Se debe entrega resumen de superficie en una tabla similar a ésta: <table> <tr> <th>Tipo de vitrina</th><th>Altura interior útil</th></tr> <tr> <td>VG tipo A</td><td>1,09 m2</td></tr> <tr> <td>VG tipo C</td><td>1,08 m2</td></tr> <tr> <td>VG tipo D</td><td>0,95 m2</td></tr> </table>	Tipo de vitrina	Altura interior útil	VG tipo A	1,09 m2	VG tipo C	1,08 m2	VG tipo D	0,95 m2	SI
Tipo de vitrina	Altura interior útil								
VG tipo A	1,09 m2								
VG tipo C	1,08 m2								
VG tipo D	0,95 m2								
Incluir validaciones de todas las vitrinas de manera anual durante el periodo de garantía, donde se verifiquen y ajusten los siguientes parámetros: - Velocidad en pantalla para verificar caudales según validación inicial de los equipos - Nivel de ruido - Nivel de iluminación - Fuerza requerida para mover la ventana guillotina - Comprobación del estado de la guillotina - Comprobación del estado de los elementos eléctricos - Comprobación y ajuste de los sistemas de control y alarma - Comprobación del estado de los grifos y manorreductores - Comprobación del estado y funcionamiento del sistema de extracción - Comprobación del estado general de mantenimiento de la vitrina e instalaciones	SI								

Fisher Scientific S.L.
Part of Thermo Fisher Scientific

C/ Luis 1, 9
28031 Madrid

+34 91 380 67 10
+34 91 380 85 02 fax
es.fisher@thermofisher.com

Registro Mercantil de Madrid
Tomo 22.036, Folio 22
Sección 8, Hoja M-392903
Inscripción: 10
Fecha, 29 de enero de 2009
C.I.F. B-84498955

www.us.fishersci.com

CSV : GEN-1376-702c-d644-6747-56db-1561-dde9-49bd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es

FIRMANTE(1) : MERCEDES DEL RIO FERNANDEZ | FECHA : 22/10/2018 13:16 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : M.CARMEN GONZALEZ PEÑALVER | FECHA : 22/10/2018 13:34 | NOTAS : CF





Para cada tipo de vitrina, para aperturas operacionales de 500mm y para caudales iguales o menores a 270m3/h por metro lineal de guillotina, sus valores de contención están por debajo de los límites de referencia europeos NTP990: 1,5 puntos	SI
--	----

SOSTENIBILIDAD: CARACTERISTICAS MEDIOAMBIENTALES DE LOS PRODUCTOS

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, oferta:

Acreditación de productos con un comportamiento ambiental mejorado o productos que proporcionan información ambiental (Sólo se valorará una de las TRES opciones)	Oferta (Sí o NO)
La empresa acredita el comportamiento mediante certificado emitido por un Organismo de Certificación Europeo que acredita el cumplimiento de una etiqueta ambiental tipo I (Blauer Engel, Cisne Blanco, NF, FEMB...)	NO
La empresa dispone de una declaración ambiental tipo III según UNE-EN- ISO 14025:2010, verificada por una tercera parte independiente y reconocida internacionalmente.	NO
La empresa dispone de un certificado del cumplimiento de la norma UNE EN ISO 14006:2011 emitido por un Organismo de certificación a nombre del fabricante del producto y anexo técnico al mismo incluyendo la serie presentada al concurso.	NO

CONSUMOS	Valor (en las unidades indicadas en el Anexo 8)
C. eléctrico, en las condiciones indicadas en el Anexo 8. Se evidenciará mediante certificación o documento acreditativo equivalente.	NO APLICA
C. de agua/gas..., en las condiciones indicadas en el Anexo 8 Se evidenciará mediante certificación o documento acreditativo equivalente	NO APLICA
Reactivos..., en las condiciones indicadas en el Anexo 8. Se evidenciará mediante certificación o documento acreditativo equivalente	NO APLICA

MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	Oferta (Sí o No)
El equipo dispone de bombas de caudal variable. Se evidenciará mediante certificación o documento acreditativo equivalente.	NO APLICA
El equipo dispone de variadores de frecuencia. Se evidenciará mediante certificación o documento acreditativo equivalente.	NO APLICA
El equipo dispone de sistema de recuperación de calor. Se evidenciará mediante certificación o documento acreditativo equivalente.	NO APLICA
Rango de temperaturas de trabajo (para calderas) comprendido entre ... y ... Se evidenciará mediante certificación o documento acreditativo equivalente.	NO APLICA
...	

MEDIDAS LABORALES RELATIVAS A LA IGUALDAD Y A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL

El abajo firmante en virtud de la representación que ostenta, oferta:

Fisher Scientific S.L.
Part of Thermo Fisher Scientific

C/ Luis I, 9
28031 Madrid

+34 91 380 67 10
+34 91 380 85 02 fax
es.fisher@thermofisher.com

Registro Mercantil de Madrid
Tomo 22.036, Folio 22
Sección 8, Hoja M-392903
Inscripción: 10
Fecha, 29 de enero de 2009
C.I.F. B-64498955

www.es.fishersci.com

CSV : GEN-1376-702c-d644-6747-56db-1561-dde9-49bd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es>

FIRMANTE(1) : MERCEDES DEL RIO FERNANDEZ | FECHA : 22/10/2018 13:16 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : M.CARMEN GONZALEZ PEÑALVER | FECHA : 22/10/2018 13:34 | NOTAS : CF







MEDIDAS LABORALES RELATIVAS A LA IGUALDAD Y A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL	Oferta (Sí o No)
La empresa acredita la posesión de un Distintivo de Igualdad concedido por el Ministerio de Competente o un certificado que acredite la existencia de un plan de Igualdad o Conciliación en la empresa, emitido por una tercera parte independiente y reconocida.	NO APLICA

Nota: La información relativa a los criterios de valoración que no se hayan incluido en estos cuadros no se considerarán para su valoración.

Madrid a, 23 de Septiembre de 2018

Angel Barroso Rodríguez **Raúl Hernaiz Cao**

C/ LUIS I, Nº 9
28031 MADRID
TEL: 91 380 87 10
FAX: 91 380 86 02

D. Angel Barroso Rodríguez D. Raúl Hernaiz Cao
Apoderado Apoderado

Fisher Scientific S.L.
Part of Thermo Fisher Scientific

C/ Luis I, 9
28031 Madrid

+34 91 380 67 10
+34 91 380 85 02 fax
es.fisher@thermofisher.com

Registro Mercantil de Madrid
Tomo 22.036, Folio 22
Sección 8, Hoja M-392903
Inscripción: 10
Fecha, 29 de enero de 2009
C.I.F. B-84498955

www.es.fishersci.com

CSV : GEN-1376-702c-d644-6747-56db-1561-dde9-49bd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portalfirmas.redsara.es>

FIRMANTE(1) : MERCEDES DEL RIO FERNANDEZ | FECHA : 22/10/2018 13:16 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : M.CARMEN GONZALEZ PEÑALVER | FECHA : 22/10/2018 13:34 | NOTAS : CF

