

Informe técnico sobre los criterios sujetos a valoración previa establecidos en el PCAP del PAS/34/2020

SUMINISTRO DE SET CATETER VENOSO CENTRAL

ZPIE: 1120001057

Punt. Max: 11
Punt. Min: 5,5

3
1,5

Total
25
17


Part.	Material	Descripción	Licitador	Referencia	Motivo	Puntuación	Motivo	Puntuación	Comentarios
1	31318	SET CATETER VENOSO CENTRAL, 3 LUCES, 7 F. 60 CM. DE L. DE POLIURETANO O EQUIVALENTE. RADIOPACO, CENTIMETRADO. CON DILATADOR, GUJA EN "J", ALETAS FIJACION Y JERINGA. CONEXIÓN LUER-LOCK. CODIGO DE COLOR. TECNICA SELDINGER. LIBRE DE LATEX. ESTERIL.	TELEFLEX MEDICAL, S.A.	CS-18763-E	Excelente manejabilidad de todos los componentes del set	11	El set garantiza un uso seguro	3	La apertura del envase garantiza la esterilidad del contenido
					MANEJABILIDAD	11	SEGURIDAD	3	APERTURA DEL ENVASE
									PUNTAJUEGO TOTAL

Todas las proposiciones que no superen el umbral mínimo de 17 puntos establecido en el PCAP quedan excluidas de la licitación.

Igualmente quedan excluidas las proposiciones que en alguno de los criterios la valoración obtenida sea inferior a la mitad de los puntos establecidos para la misma.

Las proposiciones que no se ajustan al Pliego de prescripciones técnicas, quedarán excluidas de la licitación y se indicarán con E.

Coordinadora del Equipo de Enfermería de la Subdirección de Compras y Logística



Fdo.: Natalia Casanova Cartié

Zaragoza, 29 de junio de 2020