

## INFORME DE NECESIDAD DE CONTRATACION

**Departamento proponente:** Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias.

**Asunto:** Compra Generador Ga68.

### 1. Necesidad de contratación

La Unidad de Imagen Molecular (UIM) del Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias (CIMES) produce radiofármacos de uso humano marcados con Ga-68 con un generador de Ga68. Estos radiofármacos son indispensables para la realización de pruebas diagnósticas, que lleva a cabo la propia UIM, para la detección de enfermedades tumorales. Con independencia de su uso, el generador tiene un periodo de validez de 12 meses desde su calibración, lo que hace necesario la compra de uno nuevo anualmente. El generador a comprar debe estar aprobado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para su uso en humanos.

### 2. Duración del contrato

El tiempo necesario para realizar la compra y la entrega del Generador, se estima que ha de ser antes del 1 de octubre de 2024.

### 3. División en lotes

La prestación no es susceptible de dividirse en lotes por tratarse de una única unidad funcional.

### 4. Características del producto

Se trata de un Generador de Ga68, de 0,74-1,85 GBq, con un periodo de validez de 12 meses desde su fecha de calibración.

### 5. Presupuesto

El coste del generador en años anteriores ha sido de cien mil euros aproximadamente, incluido el IVA.

En Málaga, a fecha de la firma digital.

Fdo. Itziar Ochotorena Zubizarreta  
Gerente del CIMES  
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA