

INFORME DE CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ANTECEDENTES DE HECHO

Advertidos errores en la redacción del Pliego De Prescripciones Técnicas (PPT), en diversos apartados que podrían condicionar la libre concurrencia al Procedimiento Abierto, nº 2020014569 de suministro de reactivos y material fungible, así como el arrendamiento y mantenimiento de los equipos y los elementos necesarios que permitan la realización automatizada de técnicas analíticas en el Servicio de Anatomía Patológica del Complejo Asistencial Universitario de Palencia, dependiente de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia, se procede a la corrección de dichos errores según el siguiente detalle:

PPT.- Punto 3.2.- TÉCNICAS DE INMUNOHISTOQUÍMICA

B) Especificaciones técnicas del equipamiento requerido:

Eliminar el párrafo:

- Posibilidad de programación fuera del horario laboral.

PPT.- Punto 3.3.- TÉCNICAS DE HIBRIDACIÓN IN SITU

A) Especificaciones técnicas de los reactivos:

Donde dice:

- El adjudicatario deberá suministrar el equipo necesario para la realización de **200** determinaciones al año, las sondas y kits necesarios, consumibles, reactivos y material auxiliar para la realización de la técnica CISH automatizada en tejido fijado en formol e incluido en parafina, de al menos Epstein Barr, **CMV**, Lambda, Kappa.

Debe decir:

- El adjudicatario deberá suministrar el equipo necesario para la realización de 200 determinaciones al año, las sondas y kits necesarios, consumibles, reactivos y material auxiliar para la realización de la técnica CISH automatizada en tejido fijado en formol e incluido en parafina, de al menos Epstein Barr, Lambda, Kappa.

PPT.- Punto 3.5.- FARMACODIAGNÓSTICO PDL-1 POR INMUNOHISTOQUÍMICA:

Donde dice:

- Deberá disponer de las aprobaciones CE-IVD correspondientes para la selección de pacientes para tratamiento de cáncer de mama, urotelio y **gástrico**, entre otros.

Debe decir:

- Deberá disponer de las aprobaciones CE-IVD correspondientes para la selección de pacientes para tratamiento de cáncer de mama y urotelio, entre otros.

PPT.- Punto 3.6.- TÉCNICAS ESPECIALES:

A. Reactivos y fungibles:





Donde dice:

- Deberá incorporar un sistema de filtración de gases.

Debe decir:

- Deberá incorporar un sistema de filtración de gases, en caso de que el equipo lo necesite.

Y donde dice:

- Panel mínimo de 14 tinciones que deberá incluir las siguientes tinciones o equivalentes. (En caso de no disponer de alguna técnica, el adjudicatario asumirá las gestiones necesarias para su realización o proporcionará los kits necesarios):

1. Tinción para bacilos ácido-alcohol-resistentes.
2. Azul alcian pH 2.5
3. Fibras elásticas.
4. Giemsa
5. **Gram**
6. Hierro
7. H.Pylori (Steiner/Warthin Starry).
8. Mucicarmín
9. Reticulina
10. PAS con y sin diastasa
11. Pas-azul alcian.
12. Rojo Congo
13. Tricrómico de Masson.
14. Hongos (Plata metenamina de Grocott/Gomori).

Debe decir:

- Panel mínimo de 14 tinciones que deberá incluir las siguientes tinciones o equivalentes. (En caso de no disponer de alguna técnica, el adjudicatario asumirá las gestiones necesarias para su realización o proporcionará los kits necesarios):

1. Tinción para bacilos ácido-alcohol-resistentes.
2. Azul alcian pH 2.5
3. Fibras elásticas.
4. Giemsa
5. Hierro
6. H.Pylori (Steiner/Warthin Starry).
7. Mucicarmín
8. Reticulina
9. PAS con y sin diastasa
10. Pas-azul alcian.
11. Rojo Congo
12. Tricrómico de Masson.
13. Hongos (Plata metenamina de Grocott/Gomori).



PPT.- Punto 4.- SISTEMA DE TRAZABILIDAD.

Eliminar los párrafos:

- Capacidad de petición de solicitudes de técnicas de tinción desde los puestos de tallado y de los profesionales a través del LIS a las estaciones de microtomía y a los equipos de tinción complementaria.
- Permitir de forma simple, según niveles de acceso de usuario, la adición o eliminación de muestras y/o cassettes y/o portaobjetos a los casos de pacientes, así como tinciones primarias o complementarias sobre las muestras.

PPT.- ANEXO I (Inmunohistoquímica)

Donde dice:

6	ALK (CD 246)
---	--------------

Debe decir:

6	ALK
---	-----

En Palencia,
La Jefa del Servicio de Anatomía Patológica del CAUPA

