

EXPEDIENTE 15/2018/8002 MOBILIARIO CLÍNICO Y APARATAJE.

NOTAS ACLARATORIAS RELATIVAS A LA PUNTUACIÓN TÉCNICA DE CADA UNO DE LOS LOTES.

LOTE	PROVEEDOR	COMENTARIO
1 (Desfibrilador)	SCHILLER	No se puede valorar no presenta catalogo.Excluido
2 (Báscula digital con tallímetro)	HANS E RUTH	La valoración tecnológica se ajusta a la siguiente distribución: Regulación: 2puntos Funciones: 1punto Facilidad mantenimiento: 1punto Facilidad de limpieza: 1punto Calidad de los materiales: 2puntos
	BIOTEC MEDICA S.A.	La valoración tecnológica se ajusta a la siguiente distribución: Regulación: 2puntos Funciones: 2punto Facilidad mantenimiento: 2punto Facilidad de limpieza: 1punto Calidad de los materiales: 2puntos
	CEMASA S.A.	La valoración tecnológica se ajusta a la siguiente distribución: Regulación: 3puntos Funciones: 3punto Facilidad mantenimiento: 3punto Facilidad de limpieza: 1punto Calidad de los materiales: 2puntos
	VIALTA PRODUCTOS MEDICOS QUIRÚRGICOS	La valoración tecnológica se ajusta a la siguiente distribución: Regulación: 2puntos Funciones: 3punto Facilidad mantenimiento: 3punto Facilidad de limpieza: 1punto Calidad de los materiales: 2puntos
3 (Aparato TA doble con ITB)	HANS E RUTH	No es portátil. No tiene pantalla No aporta manguitos en función de la circunferencia tobillo/brazo (solo aporta 1 medida brazo y 1 medida

		pierna)
4 (Camilla ginecológica)	VAMERBE	La valoración tecnológica se ajusta a la siguiente distribución: Ergonomía Seguridad:2 puntos Diseño: 1 punto Manejabilidad: 1 punto Comodidad: 1 punto
	VIALTA PRODUCTOS MEDICO QUIRURGICOS	La valoración tecnológica se ajusta a la siguiente distribución: Ergonomía Seguridad:1 punto Diseño: 1 punto Manejabilidad: 0 punto Comodidad: 0 puntos (no tiene peldaño para subir)
5 (Pulsioxímetro de pared)	BIOTEC MEDICA S.A	Dos sondas: adulto y pediátrica
7 (Detector de latidos fetales portátil con sonda intercambiable)	BIOTEC MEDICA S.A	No es portátil Es un equipo menos manejable y no portátil. Información insuficiente
8 (Monitor Constantes Vitales Multiparamétrico)	AB MEDICA GROUP S.A.	Monitorización ECG a mayores. Pantalla 7"
	GE HEALTHCARE	Red y batería Pantalla 8"
	HANS E RUTH S.A.	Solo batería Pantalla 8,4"
	BIOTEC MEDICA S.A.	Solo batería No especifica tamaño de pantalla. Información insuficiente
9 (Lámpara de Wood)	VAMERBE S.L	La valoración tecnológica se ajusta a la siguiente distribución: Funcionalidad: 0 puntos Facilidad de mantenimiento: 2puntos Facilidad de limpieza: 3 puntos Calidad de los materiales: 2 puntos Ninguna es de intensidad lumínica regulable y no especifican como cambiar la lente
	BIOTEC MEDICA S.A	
	CEMASA S.A.	
	KYT IMPLANTES DENTALES S.L.	
	VIALTA PRODUCTOS MEDICO QUIRURGICOS	
10 (Tens con programa de iontoforesis con cargador)	VAMERBE S.L.	Excluido. No cumple prescripciones técnicas , no especifica que sea posible añadir programas personalizados, lo que incumpliría la condición de características al equipo de referencia no especifica que sea posible añadir programas personalizados, lo que incumpliría la condición de

		características al equipo de referencia
	KYT IMPLANTES DENTALES S.L.	Tecnológicamente parece mucho más limitado el equipo de Vamerbe que los otros dos en base a lo presentado. Botonera más confiable en Kyt Implantes Dentales y Vialta Productos Médico Quirúrgicos. Pantalla de mayores dimensiones en Kyt Implantes Dentales y Vialta Productos Médico Quirúrgicos Presentación más profesional en Kyt Implantes Dentales.
	VIALTA PRODUCTOS MEDICOS QUIRÚRGICOS	Tecnológicamente parece mucho más limitado el equipo de Vamerbe que los otros dos en base a lo presentado. Botonera más confiable en Kyt Implantes Dentales y Vialta Productos Médico Quirúrgicos. Pantalla de mayores dimensiones en Kyt Implantes Dentales y Vialta Productos Médico Quirúrgicos Presentación más profesional en Kyt Implantes Dentales.
14 (Espirómetro)	ASMEDIC	Transductor Lilly y menos contaminación. Incluye pulsioxímetro
15 (Mesa de masaje de exploración hidráulica)	VAMERBE S.L.	La valoración tecnológica se ajusta a la siguiente distribución: Ergonomía Seguridad: 1 punto Diseño: 1 punto Manejabilidad: 1 punto Comodidad: 1 punto Funcionalidad regulación: 1 punto Funciones: 2 puntos Facilidad de mantenimiento: 3 puntos Facilidad de limpieza: 3 puntos Calidad de los materiales: 2 puntos Limitación funciones Regulación lenta; no tiene pedal de descenso rápido El ancho de ruedas podría ser de mayor sección La estructura del conjunto parece un poco endeble para este tipo de mobiliario
16 (Electrocardiógrafo)	AB MEDICA GROUP S.A	No especifica actualizaciones
	HANS E RUTH S.A.	No especifica capacidad de

		implementación de nuevas tecnologías y no específica actualizaciones
	BIOTEC MEDICA S.A.	Pantalla más pequeña Solo 20 ECG de memoria No específica capacidad de implementación de nuevas tecnologías y no específica actualizaciones
17 (Bisturí eléctrico)	AB MEDICA GROUP S.A.	Mayor potencia de corte
19 (Camilla de urgencia)	GALMEDICA S.L.	No tiene colchón
20 (Ecógrafo)	GE HEALTHCARE	No cumple. Sonda convex con frecuencia inferior a la solicitada. Excluido
	HANS E RUTH S.A.	No cumple. Sonda convex con frecuencia inferior a la solicitada. Excluido
	SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A.	La imagen no ocupa la pantalla completa, en comparación con otros ecógrafos del Área. La nitidez de la imagen hay que calibrarla en función de la exploración a realizar pese a que incorpora muchos "presets"