

INFORME

EXPEDIENTE: PA 387/2023 (Suministro de material necesario para el procesamiento de componentes sanguíneos, células y tejidos.) - LOTE 4

Se valora la documentación presentada en el sobre 2 por la empresa FIMECORP INTERNATIONAL SL.

Desde Fimecorp International SL se oferta el adhesivo de indicador de irradiación para componentes sanguíneos Rad-Sure™, fabricados por Ashland.

Dentro del PPT figura la condición mínima de que el cambio de la etiqueta debe ser interpretable por el sistema informático del CTCV con los medios existentes (en caso contrario se proporcionarán).

Esta condición **no** es cumplida por las etiquetas ofertadas.

Las etiquetas, tal y como se observa en la figura adjunta, viran de color y tienen en código de barras el lote de las etiquetas, pero no ofrece la posibilidad de interpretar, por medio de alguna característica que cambie, a través de la aplicación informática del Centro, si la unidad está irradiada o no.

Dado que dicha condición mínima no se cumple, no se valoran los ítems del Anexo 1.



Atentamente