

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN



Contrato HUSE 54/24 PAS - Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de imagen de fluorescencia con destino a los Servicios de Cirugía Plástica y Ginecología del Hospital Universitario Son Espases

Fecha y hora de celebración

6 de agosto de 2024 a las 9:30h

Lugar de celebración

Sala 213 K Hospital Universitario Son Espases.

Asistentes

PRESIDENTA Dña. Emma Terés Benjumeda, Subdirectora de Gestión HUSE
VOCAL Dña. Mar Rosselló Amengual. Asesoría Jurídica
VOCAL Dña. Coloma Clar Capó. Gestión Económica HUSE - Intervención-U.G.E
VOCAL Dña. María Amengual Moranta. Unidad de Inversiones e Inventario
SECRETARIA Dña. María Isabel Tovar Garcías, Unidad de Contratación HUSE

Orden del día

- 1.- Valoración criterios evaluables automáticamente: HUSE 54/24 PAS - Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de imagen de fluorescencia con destino a los Servicios de Cirugía Plástica y Ginecología del Hospital Universitario Son Espases
- 2.- Declaración desierto: HUSE 54/24 PAS - Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de imagen de fluorescencia con destino a los Servicios de Cirugía Plástica y Ginecología del Hospital Universitario Son Espases

Se Expone

- 1.- Valoración criterios evaluables automáticamente: HUSE 54/24 PAS - Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de imagen de fluorescencia con destino a los Servicios de Cirugía Plástica y Ginecología del Hospital Universitario Son Espases

El órgano promotor ha valorado la proposición técnica de acuerdo a los criterios del PCAP y el cumplimiento de los requisitos técnicos del PPT, y presenta el informe de valoración, el cual es aprobado por la Mesa y se adjunta al acta.

Analizada la documentación, se propone la exclusión de la empresa siguiente:

NIF: A74233990 MICRODAN ALTA DESINFECCIÓN S.A., por no cumplir requisitos técnicos exigidos en el PPT (ver informe anexo)

- 2.- Declaración desierto: HUSE 54/24 PAS - Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de imagen de fluorescencia con destino a los Servicios de Cirugía Plástica y Ginecología del Hospital Universitario Son Espases

Dado que la única oferta presentada a la licitación no cumple con los requisitos exigidos en los pliegos, se propone declarar desierto el expediente..

Yo, como Secretaria, certifico con el visto bueno de la Presidenta:

Dña. María Isabel Tovar Garcías
SECRETARIA

Dña. Emma Terés Benjumeda
PRESIDENTA

Informe Técnico HUSE 54/24 PAS
Sistema de Imagen de Fluorescencia
Hospital Universitario Son Espases



Índice

1.- Introducción	1
2.- Firmas presentadas y Composición de Ofertas.....	1
3.- Análisis de Ofertas	1
4.- CONCLUSIÓN.....	2

1.- Introducción

Se ha procedido al análisis, revisión y valoración técnica de las ofertas presentadas al expediente **HUSE 54/24 PAS** para el suministro, instalación y puesta en marcha de **Sistema de Imagen de Fluorescencia** con destino al quirófano de Cirugía Plástica y Ginecología del Hospital Universitario Son Espases. En el siguiente cuadro se indica el material a adquirir y el importe de licitación máximo del procedimiento:

EQUIPO	UNID	IMPORTE TOTAL (SIN IVA)	IMPORTE IVA (21%)	IMPORTE TOTAL IVA INCLUIDO
Sistema de Imagen de Fluorescencia	1	91.982,00	19.316,22	111.298,22

2.- Firmas presentadas y Composición de Ofertas

Las firmas comerciales presentadas al procedimiento fueron un total de **1** cuya relación y descripción de la oferta es el que se detalla a continuación:

Resumen de Ofertas	
	Composición oferta
MICRODAN ALTA DESINFECCIÓN S.A. (MICRODAN)	1 Ud Sistema de Imagen de Fluorescencia Marca: Fluoptics Modelo: Fluobeam LM

3.- Análisis de Ofertas

Se ha procedido al análisis y revisión de la oferta presentada, para realizar la comprobación del cumplimiento del pliego de prescripciones técnicas publicado.

La oferta presentada por la empresa **MICRODAN** está **EXCLUIDA** de la licitación, por, entre otros, los siguientes motivos:

- Ofertar un sistema con un monitor táctil de resolución **Full HD (1920 x 1080)** de tamaño **23,8"**, solicitándose en el pliego de prescripciones técnicas un monitor táctil con **resolución 4K de al menos 32"**.
- Para el soporte técnico durante el periodo de garantía, oferta un **tiempo de respuesta con presencia física de 12-24 horas**, solicitándose en el punto 6.2 del pliego de prescripciones técnicas que como **máximo será de 6 horas**.

4.- CONCLUSIÓN

Del resultado de las consideraciones indicadas en los apartados anteriores la puntuación obtenida por la empresa, queda de la siguiente forma:

Licitador	Puntuación total
MICRODAN	EXCLUIDA

Dado que ninguna de las ofertas recibidas se ajusta a lo requerido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, este procedimiento se declara **DESIERTO**.

Para que así conste se firma el presente informe de valoración,

Dra. Marta de la Cruz Ruiz
Coordinadora del Área Quirúrgica
Hospital Universitari Son Espases

MARTA DE
LA CRUZ
RUIZ - DNI
09334095M

Firmado digitalmente
por MARTA DE LA
CRUZ RUIZ - DNI
09334095M
Fecha: 2024.08.05
10:20:43 +02'00'