

## NOTA INTERIOR

**FECHA:** Murcia, a 06 de noviembre de 2023.

**N/REF:** 019-009 Equipamiento cirugía menor.

**S/REF:** CS/9999/1101113313/23/PA

**ASUNTO:** Aclaración Galmédica S.L.

**REMITENTE:** Juan Antonio Sánchez Pérez.

**DESTINATARIO:** Oficina de Gestión de proyectos NEXT-SMS

En relación al expediente “Adquisición, instalación y puesta en marcha de Diverso equipamiento de cirugía menor para las consultas de los Centros de salud dependientes del Servicio Murciano de Salud, susceptible de ser financiado en el marco del plan de mejora de infraestructuras de Atención Primaria (Plan MINAP), la empresa Galmédica S.L. plantea la siguiente consulta:

*En el LOTE II se solicitan 40 EQUIPOS DE CRIOTERAPIA que incluirán kit de puntas y extensión para la aplicación, tubos/recipiente de extracción/trasvase de nitrógeno líquido y contenedores de almacenamiento.*

- *Solicitamos aclaración sobre qué puntas y extensiones se solicitan.*
- *En los tubos/recipiente de extracción/trasvase de nitrógeno líquido y contenedores de almacenamiento, entendemos que se solicitan igualmente 40 recipientes/contenedores y accesorios. De qué capacidad estamos hablando en los contenedores (1,3,6,10,20,30,35 o 50 litros)?.*

*Un Saludo.*

### RESPUESTA:

Los contenedores pueden ser de 10 a 20 litros.

Saludos