



FICHA TÉCNICA

| | |
|---|---|
| ELEMENTO: | DESINFECTADOR DE CUÑAS Y BOTELLAS |
| APLICACIONES | EQUIPO DE DESINFECCIÓN AUTOMÁTICA DE CUÑAS Y BOTELLAS URINARIAS |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. | |
| <ul style="list-style-type: none">• DIMENSIONES:<ul style="list-style-type: none">○ Alto: 1.200 - 2.000 mm○ Ancho: 400 - 700 mm○ Profundidad cerrado: 400 – 700 mm.○ Peso inferior a: 125 Kg.○ Presión acústica (dbA), inferior a 65 dbA• CARACTERÍSTICAS:<ul style="list-style-type: none">○ Desinfección térmica a través de un generador de vapor.○ Sistema antisalpicaduras por volcado automático de cuñas y botellas , al cerrar la puerta.○ Vaciado, lavado y desinfección de cuñas y botellas de orina en el mismo procesos.○ Sistema de lavado que alcance todas las partes de la cuña y la botella. Garantizando el lavado interno y externo.○ Programas de utilización y secado programables.○ Imposibilidad de apertura con ciclo iniciado.○ Apertura y cierre con pedal o dispositivo que permita su apertura/cierre con las manos ocupadas.○ Acceso con puerta tipo guillotina vertical de apertura automática.○ Adaptable a las cuñas y botellas de orina existentes en el hospital.○ Cierre automático de la puerta accionando botón de puesta en marcha.○ Dosificación de detergente y desinfectante.○ Clasificación IIa, según Directiva Europea sobre dispositivos médicos.○ Conexión Eléctrica:3x200-415 V, 50 Hz.○ Conexión drenaje o desagüe: Mínimo 90mm. De diámetro.• MATERIALES:<ul style="list-style-type: none">○ Chásis, depósitos de agua, generador de vapor , circuito hidráulico y cámaras de vaciado, lavado y desinfección de acero inoxidable calidad AISI304, equivalente o superior., protegido contra la acción de agentes desinfectantes.○ Envoltorio del equipo en acero AISI 304, equivalente o superior protección contra la acción de agentes desinfectantes.○ Cuba con cantos redondeados en acero inoxidable AISI 304.equivalente o superior., protegido contra la acción de agentes desinfectantes.○ Colocación sobre suelo, tipo armario, con superficies interiores lisas, para evitar acumulación de suciedad. | |

HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE CANDELARIA
Crta. Rosario Nº 145
38010.- Santa Cruz de Tenerife
Tfno: 922 60 20 00 FAX: 922 60 23 62

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JOSE ALEJANDRO ESTEVEZ VARELA - INGENIERA/O TECNICA/O INDUSTRIAL

Fecha: 28/06/2024 - 08:14:43

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0kE6gITGXbrHilHxQGULLL4CcvUXeNiA4



El presente documento ha sido descargado el 28/06/2024 - 08:18:08