

FECHA: 02 de octubre de 2024 .

De: SERVICIO DE FARMACIA

A: MESA DE CONTRATACIÓN

N/Ref.:

Asunto: Informe técnico Expediente: SAS\_HU\_2024\_83


Se presenta en el procedimiento la siguiente empresa: **AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L.U.**

El producto valorado cumple con las características mínimas exigidas en el PPT punto 2

PRESCRIPCIONES TECNICAS.

Una vez estudiada la documentación aportada por la empresa, se da la puntuación expresada en el documento adjunto.

JEFA DE SECCIÓN DE FARMACIA



Fdo: M<sup>a</sup> Pilar Amador Rodríguez

**AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L.U.** obtiene **49 puntos** ya que cumple todos los criterios de adjudicación del Anexo X del PCAP.

- Dimensiones de la cabina y adecuación al espacio disponible en el Servicio de Farmacia. **Cumple con el criterio ya que las dimensiones son: dimensiones externas (an. X pr. X al.) mm 1338x797x2212 y dimensiones internas (an. X pr. X al.) mm 1190x548x666 y son dimensiones que se adecuan al espacio disponible al Servicio de Farmacia.**
- Adaptación ergonómica de la cabina al usuario. **Cumple con el criterio.**
- Iluminación LED regulable. **Cumple con el criterio.**
- Iluminación ergonómica dispuesta fuera de la zona de trabajo para no alterar el flujo laminar descendente, ni crear zonas oscuras. **Cumple con el criterio.**
- Posibilidad de inclinación del frontal 7º para que el usuario adopte una posición de trabajo ergonómica. Con posiciones de trabajo, apertura y cierre predefinidos. **Cumple con el criterio.**
- Cristal frontal apertura y cierre por accionamiento eléctrico. **Cumple con el criterio.**
- Cristal del frontal con bisagras que permita la apertura completa del frontal para acceder fácilmente a la parte trasera y a todos los puntos de la zona de trabajo. **Cumple con el criterio.**
- Recubrimiento de la zona interior antimicrobiano que permita una adecuada limpieza y desinfección. **Cumple con el criterio.**
- Iluminación  $\geq 1000$  lux. **Cumple con el criterio.**
- Bandeja de goteo ubicada debajo de la mesa para recoger todo el líquido derramado hasta al menos 4 litros, impidiendo que dichos líquidos entren en partes de la cabina difíciles de limpiar. **Cumple con criterio.**
- Servicio técnico propio. **Cumple con el criterio.**

**INFORME TÉCNICO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS INDICADOS EN TABLA I, DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN SOBRE B, EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SAS\_HU\_2024\_83 CONVOCADO POR LA GERENCIA DE SECTOR DE HUESCA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA DE CLASE II PARA CITOTÓXICOS CON DESTINO AL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE HUESCA.**

Recibida la oferta de la firma comercial y comprobando lo solicitado en el PPT relacionado con el plazo de entrega, formación, mantenimiento, garantía de repuestos, certificados del equipo y coordinación de actividades empresariales, se establece la tabla siguiente:

**TABLA I**

LICITADOR	Listado componentes	Calendario instalación	Protocolos mantenimientos	Certificado de visita obligatoria	Red asistencia	Garantía de piezas repuesto 10 años y suministro	Compromiso de formación	Declaración de cumplimiento de equipo electromédico.	Anexo I
<b>AZBIL TELSTAR TECHNOLOG IES, S.L.U.</b>	Si, presenta	Conforme	Aporta protocolos	Si, presenta	Conforme	Si, presenta compromiso	Si, compromiso	Presenta informe de la Agencia del Medicamento	Si, presenta

**CONCLUSIÓN:**

La firma comercial **AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L.U.**, presentan documentación y declaraciones que cumplen con las exigencias mínimas del PPT, en relación al plazo de entrega, formación, mantenimiento, garantía de repuestos, certificados del equipo y coordinación de actividades empresariales.

Huesca a 2 de octubre de 2024

EL JEFE SERVICIO DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO  
**salud** SECTOR SANITARIO DE HUESCA  
*[Firma]*  
SERVICIO MANTENIMIENTO  
HUESCA

Fdo. José Luis Aso Aso