

## INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO PARA LICITACIÓN DE COMPRA EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO

**Tabla 1. DATOS SOLICITUD**

Id Licitacion	1355734841
Licitacion	2023/90095
Nombre de contrato	Módulo de pirólisis para acoplar a equipamiento de cromatografía GC/MS Agilent. Este equipamiento es parte de la actuación PCI2024-153418, financiada por MCIU/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea.
Id de sobre	1355777638
Id Lote	1
Características técnicas objeto del contrato	Pirrolizador con tecnología de micro-horno cerámico tubular con reproducibilidad de 0.1°C. Programable desde 10°C por encima de la Tª ambiente hasta 1050°C en incrementos de 1°C con una estabilidad superior a ±0,1°C. Sistema de enfriamiento por ventilación forzada mediante aire comprimido ó N2. Velocidad de enfriamiento desde 800°C hasta 50°C ≤ 10 min. Interfase configurable desde 40° C hasta 450°C en incrementos de 1°C con una estabilidad superior a ±0,1°C. Debe tener compatibilidad con GC/MS Agilent 7820A, y debe ser montado directamente en el inyector del sistema GC, sin la necesidad de líneas de transferencia externas. Incluido sistema de doble canal de entrada a módulo MS, columna analítica de acero inoxidable y pack de consumibles de inicio, además de instalación, puesta en marcha, envío y gestión

**Tabla 2. EMPRESAS OFERTANTES**

ID Licitador	279200852	278580317
NIF Licitador	B13271739	B41654393
Licitador	ANALISIS VINICOS S.L	ANDALUZA DE INSTRUMENTACIÓN,S L.

**Tabla 3. PARÁMETROS DE VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA**

INSUFICIENTE (0 % puntuación)	La información suministrada no se refiere a todos los apartados o, aunque si contemple todos los apartados, no concreta o no desarrolla la adecuación y coherencia con lo establecido en la tabla 1
MEDIANA (50 % de la puntuación)	La información suministrada se refiere a todos los apartados, pero la adecuación y coherencia con lo establecido en la tabla 1 no está suficientemente concretadas o desarrolladas
BUENA (75 % de la puntuación)	La información suministrada se refiere a todos los apartados y la adecuación y coherencia con lo establecido en la tabla 1 está concretada y desarrollada
EXCELENTE (100 % de la puntuación)	La información suministrada concreta y desarrolla la adecuación y coherencia con lo establecido en la tabla 1 de forma que satisface plenamente las expectativas, demostrando una propuesta excepcional de alta calidad en la prestación

Consideradas las características técnicas objetos del contrato (Tabla 1) y las ofertas presentadas por las empresas mencionadas en la Tabla 2, ARACELI GARCÍA NÚÑEZ, como responsable de la Unidad Orgánica DU.42.3M.24.01, y persona a cargo de la comprobación de adecuación de las ofertas recibidas, procedo a continuación a valorar de forma comparativa entre las ofertas presentadas el mérito/capacidad técnica del EQUIPO ofertado (40% en total) en base a los parámetros establecidos en la tabla de datos de solicitud según la horquilla de puntuación descrita en la tabla 3.

ID Licitador	Comentarios	Id de Criterio: 1355766281	
		Valoración	Puntuación
279200852	La información proporcionada está cortada/incompleta. No cumple con montaje directo (necesidad de líneas de transferencia externas)	INSUFICIENTE	0
278580317	Cumple totalmente con las especificaciones requeridas y presenta información completa y adecuada	EXCELENTE	40

Considerando un umbral mínimo para continuar la licitación 50 % de la puntuación de la oferta técnica (las ofertas que no alcancen este umbral serán excluidas de la licitación), se informa de que el licitador con **ID 279200852, queda excluido** del proceso de licitación.

En Córdoba a 22 de Julio de 2024

Fdo.: Araceli García Núñez