

RECTIFICACIÓN PLIEGO Y ANEXOS

EXPEDIENTE Nº: 2024/A/SUM/0541, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE 7 CAMAS CON COLCHÓN PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL GENERAL MAZ M.C.S.S. Nº 11 EN ZARAGOZA

Mediante la presente se procede a realizar la siguiente rectificación del “Anexo I, Ficha de Especificaciones Técnicas” del Pliego de Prescripciones Técnicas:

- Con respecto a lo establecido en el apartado de estructura del punto 1.1 características técnicas.

Donde aparece:

“Cabecero extraíble o escamoteable sin herramientas.

Cabecero anclado.”

Se modifica quedando la redacción del siguiente modo:

“Cabecero sujeto al conjunto y además fácilmente extraíble o escamoteable sin necesidad de herramientas.”

- Con respecto a lo establecido en el apartado de alarmas y protecciones del punto 1.1 características técnicas.

Donde aparece:

“Pedal del freno y del bloqueo de la dirección en el lateral y en el pie de la cama.”

Se modifica quedando la redacción del siguiente modo:

“Con freno centralizado con al menos dos puntos de acceso al mismo.

Con posibilidad de bloqueo de la dirección.”

La rectificación referenciada amplía el plazo de presentación de proposiciones hasta el día 19 de septiembre de 2024

Zaragoza, 4 de septiembre de 2024.