

Hospital Universitario Miguel Servet - Sector II

Servicio de Suministros

Expte. **SAS\_Z2\_2024\_PA\_140: SUMINISTRO DE STENT CORONARIO DE POLIMERO DE PLA (ACIDO POLILACTICO), FARMACOACTIVO LIBERADOR DE SIROLIMUS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET DE ZARAGOZA**

Mª Carmen Yus Valero, Jefa de Servicio de Contratación y Suministros secretaria de la Mesa de Contratación por designación acordada por la Gerencia del Sector Zaragoza II.

**CERTIFICADO:**

Que la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día **27 de junio de 2024**, tras conocer el resultado de la valoración de los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor, procede a la apertura pública del **sobre C “Oferta económica y propuesta sujeta a valoración automática”**, del expediente referenciado, de los licitadores admitidos y cuyo resultado se hace público. Se adjunta Informe de criterios sujetos a Juicio de Valor y Estudio de Evaluación.


Conforme a lo dispuesto en el artículo **93.3** de la Ley 11/2023, de 30 de marzo, de uso estratégico de la contratación pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, se expide el presente certificado para su publicidad en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

SAS Z2 2024 PA 140

SUMINISTRO DE STENT CORONARIO DE POLIMERO DE PLA (ACIDO POLILACTICO), FARMACOACTIVO LIBERADOR DE SIROLIMUS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET DE ZARAGOZA

P máx 40 10 50  
P mín X X X 25

Material	Descripción	Licitador	Nombre	Marca	Modelo	Ref. Proveedor	CARACT STENT/PLATAF	CALIDAD PROG CIENTIF	Punt. Total	Comentarios
90001673	STENT CORONARIO DE POLIMERO DE PLA (ACIDO POLILACTICO), FARMACOACTIVO LIBERADOR DE SIROLIMUS. ESTERIL.	100066212	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIE	SMT	SUPRAFLEX CRUZ	FGTZXXXX	35	7	42	Buena navegabilidad, empuje y conformabilidad. Buena fuerza radial y diseño resistente a compresión longitudinal



Jefe de Sección de Hemodinámica  
José Antonio Diarte

