

DE: JEFE DE SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

30/11/2023

**A: CONTRATACIÓN**

**ASUNTO: INFORME TÉCNICO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE NÚMERO PA 578/2023 LOTE N°1: SUMINISTRO DE 4 CAMAS ELÉCTRICAS ARTICULADAS GINECOLÓGICAS (CAMAS DE PARTOS) PARA EL SERVICIO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE ALICANTE DEPARTAMENTO DE SALUD ALICANTE SANT JOAN**

**Informe técnico de verificación de cumplimiento de PPT y de valoración de criterios subjetivos**

**Previamente y en primer lugar el firmante declara:**

- Que conoce el artículo 24 de la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, que establece que “El concepto de conflicto de intereses comprenderá al menos cualquier situación en la que los miembros del personal del poder adjudicador, o de un proveedor de servicios de contratación que actúe en nombre del poder adjudicador, que participen en el desarrollo del procedimiento de contratación o puedan influir en el resultado de dicho procedimiento tengan, directa o indirectamente, un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de contratación”
- Que a su leal saber y entender no mantienen ningún conflicto de intereses con los operadores que han presentado oferta para esta contratación.
- Que si durante la tramitación del procedimiento descubren que dicho conflicto existe o podría surgir, informarán al poder adjudicador sin demora.

En el presente informe se valoran las ofertas presentadas:

Hill-Rom Iberia (mod. Hill-Rom affinity 4) y Linet Ibera, S.L. (Linet Iberia, S.L. Linet Ave 2)

En primer lugar se valora el cumplimiento de condiciones técnicas

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES TÉCNICAS**

A	Características técnicas generales	HILL-ROM Iberia	LINET IBERA SL
<b>1</b>	Deben ser articuladas, eléctricas, y diseñadas y equipadas para facilitar la asistencia a la parturienta en las cambiantes necesidades de todos los periodos del parto	<b>SÍ</b>	<b>SÍ</b>
<b>2</b>	Tamaño apropiado para pasar por las puertas de las dilataciones, ascensores y quirófanos: Anchura máxima con barandillas bajadas de 95 cm y longitud máxima de 230 cm	<b>SÍ</b>	<b>NO, 98 CM</b>

<b>3</b>	Movilización eléctrica para cambios de altura y respaldo, sección de pies, perneras y reposapiés, con los botones incorporados en la misma cama	<b>SÍ</b>	<b>SI</b>
<b>4</b>	Colchón de dos secciones para respaldo y pies, con fundas impermeables, transpirables y termo selladas, con facilidad de acceso a zona pélvica para las exploraciones y maniobras del parto: anatómico, anti-microbios, anti-bacterias y fácil de limpiar y desinfectar.	<b>SÍ</b>	<b>SÍ</b>
<b>5</b>	Barandillas laterales abatibles, con fácil mecanismo de retirada	<b>SÍ</b>	<b>SÍ</b>
<b>6</b>	Sección pélvica con inclinación automática al elevar el respaldo para evitar el desplazamiento de la mujer que está pariendo	<b>SÍ</b>	<b>NO</b> , los planos de respaldo y pelvis son independientes, y no es automática
<b>7</b>	Todas las ruedas giratorias con freno centralizado	<b>SÍ</b>	<b>SÍ</b>
<b>8</b>	Posibilidad de sustitución de plano bajo por perneras para posición ginecológica, con apoyo para pantorrillas	<b>SÍ</b>	<b>SÍ</b>
<b>9</b>	Capacidad de carga máxima de al menos 225 kg	<b>SÍ</b>	<b>SÍ</b>
<b>10</b>	Carga máxima de la sección inferior de al menos 180 kg	<b>SÍ</b>	<b>NO</b> <b>150 kg</b> <b>sección de</b> <b>piernas, 170</b> <b>kg piernas</b> <b>con</b> <b>apoyapiernas</b>
<b>11</b>	Distintas zonas de agarre para los distintos tipos de pujos, incluida la posibilidad de agarre para los pujos en barra para posición vertical	<b>SÍ</b>	<b>SÍ</b>
<b>12</b>	Sección de los pies que se pueda guardar debajo para ahorrar espacio	<b>SÍ</b>	<b>SÍ</b>
<b>13</b>	Batería de seguridad para manejo sin conexión a red	<b>SÍ</b>	<b>SÍ</b>
<b>14</b>	Barra de apoyo de pies para uso de ventosa y fórceps	<b>SÍ</b>	<b>NO</b>
<b>15</b>	Apoyo de pies y perneras integradas y fáciles de poner y quitar, que se puedan regular en altura	<b>SÍ</b>	<b>SÍ</b>
<b>16</b>	Fácil acceso para posible intervención de anestesia, intubación, con cabecero	<b>SÍ</b>	<b>SÍ</b>

	extraíble sin herramientas ni otros mecanismos que dificulten la maniobra		
<b>17</b>	Mecanismo de liberación del respaldo CPR de emergencia	<b>SÍ</b>	<b>SÍ</b>
<b>18</b>	Mecanismo neumático de Trendelemburg fácil de usar	<b>SÍ</b>	<b>NO</b>
<b>19</b>	Posibilidad de acople, con o sin accesorio, de palos de gotero para las bombas de perfusión y sondas Foley	<b>SÍ</b>	<b>SÍ</b>
<b>20</b>	Cubo de residuos incorporado y extraíble	<b>SÍ</b>	<b>SÍ</b>
<b>21</b>	Tener las piezas, perneras, anclajes, arcos, asas, etc, incorporados en la cama para evitar pérdidas y ahorrar espacio	<b>SÍ</b>	<b>SÍ</b>
<b>22</b>	Confortabilidad máxima para realizar el proceso de dilatación, parto y posparto inmediato en la misma cama, sin necesidad de cambiar a la mujer de sitio durante su estancia en PARTOS	<b>SÍ</b>	<b>SÍ</b>
<b>23</b>	Fácil modificación de planos y postura	<b>SÍ</b>	<b>SÍ</b>
<b>24</b>	Máxima versatilidad de posicionamiento para la dilatación y el parto	<b>SÍ</b>	<b>SÍ</b>
<b>25</b>	Facilidad de manejo para aprendizaje rápido por parte del personal nuevo	<b>SÍ</b>	<b>SÍ</b>
<b>26</b>	Seguridad y comodidad para la madre y para los profesionales	<b>SÍ</b>	<b>SÍ</b>
<b>27</b>	Facilidad para transportarla con poco empleo de la fuerza	<b>SÍ</b>	<b>SÍ</b>
<b>28</b>	Artículo con garantía de durabilidad con las mínimas averías y resistencia acreditadas	<b>SÍ</b>	<b>SÍ</b>

<b>B</b>	<b>Asistencia técnica</b>	<b>HILL-ROM AFFINITY 4</b>	<b>LINET IBERA SL</b>
<b>29</b>	Servicio técnico para facilitar reparaciones en un tiempo de respuesta máximo de 7 días, con piezas de recambio accesibles en ese período máximo de tiempo		
<b>30</b>	Personas de contacto accesibles en un día laborable, por teléfono o correo electrónico para aviso de reparación, pedido de repuestos o consultas técnicas	<b>SÍ</b>	<b>SÍ</b>
<b>31</b>	Compromiso mínimo de 10 años en repuestos del material y repuestos	<b>SÍ</b>	

	para aplazar lo máximo posible obsolescencia futura	Entregan compromiso firmado	
--	---	-----------------------------	--

<b>D</b>	<b>Accesorios</b>	<b>HILL-ROM AFFINITY 4</b>	<b>LINET IBERA SL</b>
<b>32</b>	La oferta debe incluir todos los accesorios y equipamiento necesarios para la correcta y completa asistencia de dilatación y parto	<b>SI</b>	<b>SI</b>

<b>E</b>	<b>Formación</b>	<b>HILL-ROM AFFINITY 4</b>	<b>LINET IBERA SL</b>
<b>33</b>	La empresa deberá formar a los profesionales en el manejo y prestaciones de las camas de manera práctica y presencial en el propio Hospital de San Juan y resolver todas las dudas in situ, sin coste añadido al de la oferta	Se comprometen a realizarlo	Se comprometen a realizarlo

<b>F</b>	<b>Documentación adicional</b>	<b>HILL-ROM AFFINITY 4</b>	<b>LINET IBERA SL</b>
<b>34</b>	Los licitadores deberán incluir en su oferta un documento con una descripción detallada de las características del equipamiento ofertado	<b>SÍ</b>	<b>SÍ</b>
<b>35</b>	Se entregará la documentación oficial del fabricante que notifique el cumplimiento de las características técnicas junto al catálogo oficial, manual de usuario y garantía	<b>SÍ</b>	<b>SÍ</b>
<b>36</b>	Se deberán facilitar al servicio de mantenimiento/electromedicina del hospital los manuales técnicos correspondientes, en cualquiera de los idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana	<b>SÍ</b>	<b>SÍ</b>
<b>37</b>	Se entregará un documento acreditando las condiciones de la garantía de los artículos que vayan	<b>SÍ</b>	

	a ser adquiridos, así como duración de la misma		
--	---	--	--

### **Informe técnico de criterios de valoración subjetiva**

**CRITERIO DE VALORACIÓN SUBJETIVA.** 45 puntos.

valoración subjetiva, en ningún momento tendrá carácter absoluto, se trata de una valoración comparativa entre las ofertas presentadas y admitidas. Se otorgará la puntuación máxima afectada del porcentaje correspondiente a las siguientes estimaciones:

FACILIDAD DE USO Y FACILIDAD DE LIMPIEZA	PORCENTAJE DE PUNTUACIÓN
Excelente	100%
Buena	75%
Regular	50%
Mala	25%
Muy mala	0%

El presente informe ha sido elaborado junto con la valoración técnica de la supervisora y equipo de matronas basados en la prueba-demostración efectuada, el conocimiento y experiencia previa con las camas, así como de lo presentado en la oferta técnica.

**La oferta presentada por la empresa Linet Iberia, S.L. no cumple las especificaciones técnicas mínimas contenidas en el PPT, por lo que no procede la valoración de la oferta en los criterios de valoración subjetiva**

<b>15</b>	<b>El grado y facilidad de la versatilidad necesaria para su funcionalidad</b>	<b>HILL-ROM AFFINITY 4</b>
	- Ergonomía de uso.	Excelente Manejo eléctrico de todos los planos que permite adaptarse a todas las posiciones y alturas
	- Movimientos necesarios para su uso y colocación de todos los accesorios extraíbles e integrados	Excelente Los movimientos de colocación de la paciente y accesorios se aprendieron fácilmente por todos los profesionales asistentes a la demostración y son simples y seguros

	- Sección pélvica con inclinación automática al pulsar el botón de elevación del respaldo para evitar el deslizamiento de la parturienta.	Excelente Al inclinar el respaldo, el plano de la pelvis se rectifica evitando que la mujer se salga de este plano en los pujos
	- Mandos de control de la cama integrado en barandillas. Funciones incorporadas en el mando, nº de botones y sencillez de uso.	Excelente Los botones están en las barandillas quedando al alcance de profesionales y paciente. El dibujo deja clara la función de cada botón.
	- Sección inferior de la cama extraíble fuera de la cama (no pivotante) de fácil uso y bajo peso. Sencillez de uso y ergonomía para su extracción y posterior recolocación	Excelente Se quita en un solo movimiento agarrando de las asas.
	- Sencillez de uso de los reposapiés y perneras integradas en la cama, no extraíbles, regulables eléctricamente en altura, que permitan un rápido posicionamiento de la parturienta en la cama.	Excelente Los reposapiés se mueven muy fácil activando una palanca visible. Se pueden regular en altura con el mando eléctrico integrado en barandilla. Se adapta a mujeres de cualquier altura.
	- Barra de fórceps extraíble y facilidad en la colocación y extracción así como la extensión de dicha barra y su capacidad de carga	Excelente La barra de forceps se coloca directamente, sin herramientas ni necesidad de agarres añadidos. Aguanta bien el peso de una persona apoyándose en ella.
	<b>PUNTUACIÓN TOTAL</b>	<b>EXCELENTE (15)</b>

<b>10</b>	<b>El grado y facilidad de la movilización de la cama y su estructura</b>	<b>HILL-ROM AFFINITY 4</b>
	- Anchura total externa de la cama con barandillas bajadas	Excelente Las barandillas se meten debajo de la cama al retirarlas, haciendo que la cama ocupe menos espacio.
	-Facilidad y maniobrabilidad en el desplazamiento asistido de la cama	Excelente La cama se mueve fácilmente ya que las ruedas y el peso permiten que se necesite emplear poca fuerza.
	<b>PUNTUACIÓN TOTAL</b>	<b>EXCELENTE (10)</b>

<b>10</b>	<b>Confort y seguridad para la parturienta</b>	<b>HILL-ROM AFFINITY 4</b>
	-Capacidad máxima segura en la sección de pies superior para facilitar la posición del parto en la propia sección inferior de la cama	Excelente La sección de pies tiene capacidad de soportar a un profesional que se apoye parcialmente para maniobras del parto
	-Sección de apoyos de pies anatómicos. Facilidad de colocación del pie y seguridad frente a deslizamientos fuera del apoyo en las fases del parto	Excelente El pie se apoya en una zona anatómica impidiendo que al hacer fuerza con ellos se salgan y se caiga la pierna de la mujer de parto.
	-Comodidad de acceso y movilización de la paciente	Excelente La forma del plano de la pelvis permite al profesional acercarse al máximo para las maniobras del parto
	-Confort para la paciente de los elementos que contactan o en que reposa	Excelente El colchón es grueso y resulta cómodo para que la mujer permanezca muchas horas en la cama, en todas las fases, incluido el posparto
	-Confort para la paciente de las diferentes posiciones que puede adaptar la cama para tal fin o en las distintas fases del parto	Excelente Permite múltiples posiciones con todos los apoyos en colchón cómodo o en pneras con material blando. La mujer tiene oportunidad de sentirse cómoda acostada, sentada, en posición lateral o en cualquier otra posición que precise durante dilatación, expulsivo o posparto.
	<b>PUNTUACIÓN TOTAL</b>	<b>EXCELENTE (10)</b>

<b>10</b>	<b>Comodidad y facilidad de uso y limpieza para los profesionales</b>	<b>HILL-ROM AFFINITY 4</b>
	-Grado de facilidad y seguridad para limpieza (valoración de aristas, superficies o ángulos cortantes, huecos, y movilización necesaria para correcta limpieza).	Excelente La profesional de limpieza y las TCAE la consideran así en su valoración de la facilidad de limpieza de la cama.
	-Grado de facilidad y seguridad durante el uso por los profesionales (valoración del grado de seguridad de los profesionales durante el uso y desplazamiento y de la sencillez de las instrucciones necesarias para un uso seguro)	Excelente El diseño de la cama hace que no tenga ninguna parte con la que se pueda dañar ni la mujer ni los profesional, en ninguna de las posiciones posibles.
	-Medidas antisépticas necesarias durante limpieza y facilidad de aplicación de las mismas	Excelente Los materiales de la cama y su diseño permiten la limpieza y desinfección necesarias en un paritorio con los productos habituales. No hay zonas inaccesibles.
	<b>PUNTUACIÓN TOTAL</b>	<b>EXCELENTE (10)</b>

Puntuación total:

<b>45</b>	<b>PUNTUACIÓN GLOBAL</b>	<b>HILL-ROM AFFINITY 4</b>
	<b>TOTAL VALORACIÓN SUBJETIVA</b>	<b>45</b>

En Sant Joan d'Alacant, a 30 de noviembre de 2023

EL JEFE DEL SERVICIO

Dr. Francisco Quereda Seguí  
Servicio de Ginecología y Obstetricia  
Departamento de Salud Alicante - Sant Joan d'Alacant  
E-mail: quereda\_fra@gva.es