


**INFORME CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE UN MÓDULO DE NORMO HIPOTERMIA PARA EL COMPLEJO
ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA**

P. A. 2019-0-34	GETINGE GROUP SPAIN, S. L. U.	
	CUMPLE	NO CUMPLE
Rango aproximado de 4 a 40º	Si	
Bomba de presión / aspiración	Si	
Circuitos independientes con tres salidas para oxigenador, manta térmica y cardioplejia	Si	
Control remoto que permita situar el módulo fuera del quirófano	Si	

Salamanca a 24 de Septiembre de 2019

EL JEFE DE SERVICIO DE CIRUGÍA CARDIACA,



Fdo.: José Mª González Santos