

**RESOLUCION DE SUSTITUCIÓN DE PRODUCTO EN EL AM IMPLANTES, MARCAPASOS, DESFIBRILADORES, ELECTRODOS Y HOLTERS 6102TO17SUM00004-AM.**

Expediente: 2017/001559

**Vistas** las solicitudes de sustitución presentadas por los siguientes adjudicatarios del Acuerdo Marco 6102TO17SUM00004- del AM IMPLANTES, MARCAPASOS, DESFIBRILADORES, ELECTRODOS Y HOLTERS:

- MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.U.
- MEDTRONIC IBERICA S.A.
- ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.
- BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.

**Visto** el informe el Informe Técnico de fecha 24 de noviembre de 2021, el cual especifica el cumplimiento y evaluación técnica de las sustituciones/inclusiones solicitadas por las empresas citadas, el cual se adjunta como Anexo a esta Resolución.

**Visto** el Informe del Servicio de Asesoramiento Jurídico y Responsabilidad Patrimonial de fecha 23 de marzo de 2022, en el cual se informa viable la inclusión o sustitución de artículos en el Acuerdo Marco .

A la vista de las disposiciones citadas y demás normas de general y pertinente aplicación, en base a la Resolución de 21/10/2019, de la Dirección-Gerencia, sobre delegación de competencias (DOCM. nº 216 de 31 de octubre de 2019), en relación con el Decreto 82/2019 de 16 de Julio, de estructura orgánica y funciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (DOCM nº 141 de 18 de julio de 2019, **RESUELVO**:

**AUTORIZAR** la solicitud de la sustitución de los productos solicitados por las empresas MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.U., MEDTRONIC IBERICA S.A., ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A., BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A. del AM del Acuerdo Marco 6102TO17SUM00004- del AM IMPLANTES, MARCAPASOS, DESFIBRILADORES, ELECTRODOS Y HOLTERS:

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	PuG30dhs1DBG0Xq+Cn9MIA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Luis Ruiz Molina - Secretario General	Firmado	10/05/2022 09:25:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/4	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sescam.jccm.es/verifirma/code/PuG30dhs1DBG0Xq+Cn9MIA==">https://sescam.jccm.es/verifirma/code/PuG30dhs1DBG0Xq+Cn9MIA==</a>			

SOLICITUDES APROBADAS			
Nº LOTE	MODELO NUEVO PROPUESTO	REF.NUEVA PROPUESTA	LICITADOR
L 1: 014232 MARCAPASOS SSI BÁSICO.	OTO SR	TPM019C	MICROPORT CRM MEDICAL SLU
L 8: 039298 MARCAPASOS DDDR BASICO	TEO DR	TPM016C	MICROPORT CRM MEDICAL SLU
L 9: 008464 MARCAPASOS DDDR ESTÁNDAR	KORA 250 DR	TPM010C	MICROPORT CRM MEDICAL SLU
L 10: 036939 MARCAPASOS DDDR AVANZADO	ENO DR	TPM014C	MICROPORT CRM MEDICAL SLU
L 26: 014236 ELECTRODO MARCAPASOS AURICULAR/VENTRIC ULAR FIJACIÓN PASIVA	XFINE JX24D XFINE JX25D XFINE TX25D XFINE TX26D	TLD056C TLD057C TLD054C TLD055C	MICROPORT CRM MEDICAL SLU
L 27: 014235 ELECTRODO MARCAPASOS AURICULAR/VENTRIC ULAR FIJACIÓN ACTIVA	VEGA R45 VEGA R52 VEGA R58	TLD040C TLD041C TLD042C	MICROPORT CRM MEDICAL SLU
L 3: 008468 MARCAPASOS SSIR. ESTÁNDAR	Azure S	W3SR01	MEDTRONIC IBERICA S.A.
L 4: 008467 MARCAPASOS SSIR AVANZADO	Azure XT	W2SR01	MEDTRONIC IBERICA S.A.
L 7: 008463 MARCAPASOS DDD BÁSICO	Attesta DR	ATDR01	MEDTRONIC IBERICA S.A.
L 9: 008464 MARCAPASOS DDDR ESTÁNDAR	AttestaL DR	ATDRL1	MEDTRONIC IBERICA S.A.
L 10: 036939 MARCAPASOS DDDR AVANZADO	Azure S	W3DR01	MEDTRONIC IBERICA S.A.
L 11: 008465 MARCAPASOS DDDRP BÁSICO	Azure XT	W2DR01	MEDTRONIC IBERICA S.A.
L 16: 045478 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR BÁSICO	Crome VR	DVPC3D4 DVPC3D1	MEDTRONIC IBERICA S.A.
L 17: 045479 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR ESTÁNDAR	Cobalt VR	DVPB3D4 DVPB3D1	MEDTRONIC IBERICA S.A.
L 18: 045480 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR AVANZADO	Cobalt XT VR	DVPA2D4 DVPA2D1	MEDTRONIC IBERICA S.A.
L 19: 045481 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE DDDR BÁSICO	Crome DR	DDPC3D4 DDPC3D1	MEDTRONIC IBERICA S.A.
L 20: 041460 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE DDDR ESTANDAR	Cobalt XT DR	DDPA2D4 DDPA2D1	MEDTRONIC IBERICA S.A.
L 21: 014653 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN BÁSICO	Crome CRT	DTPC2QQ / DTPC2Q1 DTPC2D4 / DTPC2D1	MEDTRONIC IBERICA S.A.
L 22: 008469 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN ESTANDAR	Cobalt CRT	DTPB2QQ / DTPB2Q1 DTPB2D4 / DTPB2D1	MEDTRONIC IBERICA S.A.
L 23: 014231 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN AVANZADO	Cobalt XT CRT	DTPA2QQ / DTPA2Q1 DTPA2D4 / DTPA2D1	MEDTRONIC IBERICA S.A.
L 16: 045478 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR BASICO	Ellipse VR	CD1377-36Q CD1377-36C	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A
L 17: 045479 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR ESTÁNDAR	Entrant	CDVRA300Q	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	PuG30dhs1DBG0Xq+Cn9MIA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Luis Ruiz Molina - Secretario General	Firmado	10/05/2022 09:25:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/4
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sescam.jccm.es/verifirma/code/PuG30dhs1DBG0Xq+Cn9MIA==">https://sescam.jccm.es/verifirma/code/PuG30dhs1DBG0Xq+Cn9MIA==</a>		



SOLICITUDES APROBADAS			
Nº LOTE	MODELO NUEVO PROPUESTO	REF.NUEVA PROPUESTA	LICITADOR
L 18: 045480 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR AVANZADO	Gallant	CDVRA500Q	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A
L 19: 045481 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE DDDR BÁSICO	Entrant	CDDRA300Q	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A
L 20: 041460 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE DDDR ESTANDAR	Gallant	CDDRA500Q	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A
L 22: 008469 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN ESTANDAR	Entrant	CDHFA300Q	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A
L 23: 014231 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN AVANZADO	Gallant	CDHFA500Q	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A
L 13: 012132 MARCAPASOS RESINCRONIZACION ESTÁNDAR	VISIONIST IS4	U225/U228/U226 + 6290	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.
L 17: 045479 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR ESTÁNDAR	RESONATE/MOMENTUM VR + LATITUDE	D432/D120 +6290	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.
L 22: 008469 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN ESTANDAR	RESONATE/MOMENTUM M TRCD + LATITUDE	G447/G424/G125/G126/G138 + 6290	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.
L 29: 030158 ELECTRODO PARA DAI BIBOBINA FIJACIÓN ACTIVA DIST. LONGITUDES	RELIANCE 4-FRONT/4 SITE	0695/0696/0295/0296/0185/0675/0676/0275/0276/0158	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.
L 30: 037888 ELECTRODO PARA DAI BIBOBINA FIJACION PASIVA DIST. LONGITUDES	RELIANCE 4-FRONT/4 SITE	0685/0686/0285/0286/0175/0665/0636/0265/0266/0148	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.
L 31: 030159 ELECTRODO PARA DAI MONOBOBINA	RELIANCE 4-FRONT/4 SITE	0692/0693/0682/0683/0282/0283/0292/0293/0181/0672/0673/0662/0663/0262/0263/0272/0273/0138	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	PuG30dhs1DBGXq+Cn9MIA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Luis Ruiz Molina - Secretario General	Firmado	10/05/2022 09:25:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/4
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sescam.jccm.es/verifirma/code/PuG30dhs1DBGXq+Cn9MIA==">https://sescam.jccm.es/verifirma/code/PuG30dhs1DBGXq+Cn9MIA==</a>		



No procede la autorización de los siguientes productos solicitados:

SOLICITUDES RECHAZADAS			
Nº LOTE	MODELO NUEVO PROPUESTO	REF.NUEVA PROPUESTA	LICITADOR
L 12: 014241 MARCAPASOS RESINCRONIZACION BÁSICO	VALITUDE IS4 3G	BUN52-U128-IS43G BUN52-U125-IS43G	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.
L 14: 012134 MARCAPASOS RESINCRONIZACION AVANZADO	VISIONIST IS4 3G + LATITUDE	BUN52-U228-IS43G BUN52-U225-IS13G BUN52-U226-LV13G + 6290	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.
L 18: 045480 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR AVANZADO	RESONATE/MOMENTUM HL VR + LATITUDE	BUN53-D432-RSVRHL BUN53-D120-MMVRHL +6290	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.
L 21: 014653 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN BÁSICO	VIGILANT TRCD HL + LATITUDE	BUN54-G247-VGIS4HL BUN54-G224-VGIS1HL BUN54-G138-MMIS4HL BUN54-G125-MMIS1HL BUN54-G126-MMLV1HL + 6290	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.
L 23: 014231 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN AVANZADO	RESONATE/MOMENTUM TRCD HL + LATITUDE	BUN54-G447-RSIS4HL BUN54-G424-RSIS1HL BUN54-G138-MMIS43G BUN54-G125-MMIS13G BUN54-G126-MMLV13G + 6290	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.

Frente a la presente Resolución las personas interesadas pueden interponer recurso potestativo de reposición ante el Secretario General del SESCAM, en el plazo de un mes desde su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien la Resolución puede ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de 6 meses, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

La presentación del escrito de interposición del recurso administrativo podrá hacerse en los lugares establecidos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Asimismo, podrá presentarse en el registro general de los Servicios Centrales del SESCAM (órgano de contratación). En el citado escrito se hará constar el acto recurrido, el motivo que fundamente el recurso, los medios de prueba de que pretenda valerse el recurrente y, en su caso, las medidas de la misma naturaleza que las mencionadas en el artículo 49 LCSP, cuya adopción solicite. A dicho escrito se acompañarán los documentos relacionados en el artículo 51.1 LCSP.

Toledo, a fecha de la firma electrónica

4

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	PuG30dhs1DBGOXq+Cn9MIA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Luis Ruiz Molina - Secretario General	Firmado	10/05/2022 09:25:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	4/4
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sescam.jccm.es/verifirma/code/PuG30dhs1DBGOXq+Cn9MIA==">https://sescam.jccm.es/verifirma/code/PuG30dhs1DBGOXq+Cn9MIA==</a>		



## **INFORME COMITÉ TÉCNICO EXPTE. 6102TO17SUM00004-AM ACUERDO MARCO MARCAPASOS, DESFIBRILADORES, ELECTRODOS Y HOLTERS PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN Y/O INCLUSIÓN ARTÍCULOS CONTRATADOS.**

Con Fecha 22 de Julio de 2019 se procede a la adjudicación del contrato administrativo “Acuerdo Marco Expediente 6102TO17SUM00004-AM Suministro de Marcapasos, Desfibriladores, Electrodo y Holters” de cada uno de los lotes mediante las correspondientes Resoluciones de la Secretaría General del Sescam.

Conforme lo dispuesto en las cláusulas 29.7 y 29.8 del PCAP y en el apartado 30 del Anexo I del PCAP, durante la ejecución del Acuerdo Marco los adjudicatarios podrán solicitar al órgano de contratación las sustituciones de artículos, inclusiones, ofertas indicativas, cambios de referencia o presentación de los mismos.

Recibidas las solicitudes de sustitución y/o inclusión presentadas por los siguientes adjudicatarios del Acuerdo Marco Expediente 6102TO17SUM00004-AM Suministro de Marcapasos, Desfibriladores, Electrodo y Holters:

- MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.U.
- MEDTRONIC IBERICA S.A.
- ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A
- BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A

El órgano de contratación solicita informe a la unidad técnica que en su momento evaluó los productos presentados en la licitación conforme lo establecido en la cláusula 29.8 del PCAP que rige este Acuerdo Marco.

Con el objeto de la evaluación técnica de los nuevos productos ofertados se reúnen los siguientes miembros del Comité Técnico convocados al efecto por el Órgano de Contratación con fecha 27 de octubre de 2021:

- Jaime Serrano Castañeda, Jefe de Servicio Cuidados Intensivos GAI Alcázar de San Juan.
- Javier Jiménez Díaz, FEA Servicio de Cardiología, GAI Ciudad Real
- Miguel Ángel Arias Palomares, FEA Cardiología/Electrofisiología, GAE Toledo
- Javier Balaguer Recena, Jefe Servicio Cardiología, GAI Guadalajara
- José Enero Navajo, Unidad de arritmias, GAI Albacete.
- Javier Viñas González, Jefe de Cardiología, GAI Cuenca.
- Joanna Fernández Munné, Responsable Sección Suministros SSCC del SESCAM.
- M<sup>a</sup> Soledad Carvajal Guadamillas, Jefa Sección (Gestión Adtva.) Suministros SSCC del SESCAM.

La valoración de las solicitudes de sustituciones y/o inclusiones de productos presentadas se ha realizado siguiendo la metodología siguiente:

1. Revisión de la documentación técnica incluidas muestras para la evaluación del nuevo producto, como para cada lote se exigió en la convocatoria del procedimiento.
2. Revisión de las condiciones para la Inclusión de ofertas indicativas, sustituciones y/o inclusiones, según corresponda, conforme cláusula 29 del PCAP y apartado 30 del Anexo I del PCAP.
3. Puntuación obtenida en base a los criterios de evaluación del expediente.

**El resultado de la revisión indicada en el punto 1 y 2 se resume en el cuadro siguiente:**

LICITADOR: MICROPORT CRM MEDICAL SLU						1 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DEL NUEVO PRODUCTO											2 CONDICIONES INCLUSIÓN Y/O SUSTITUCIÓN
Nº LOTE	MODELO ADJUDICADO	REFERENCIA ADJUDICADA	MODELO NUEVO PROPUESTO	REFERENCIA NUEVA PROPUESTA	MUESTRA	DOC. JUSTIIF. CUMPLIMIENTO PPT	ANEXO 3 PCAP RELACION PROD. OFERTADOS	AEMPS	CERTIFICADO CE	ANEXO 2 (II) PPT DATOS IDENTIF. EMPRESA	ANEXO 3 (III) PPT FICHA LOGISTICA PRODUCTOS	ANEXO 5 PCAP DECL. PROD. CON MERCADO CE	DECL.RESPONS. CRITERIOS JUICIOS VALOR	ANEXO 6 PCAP JUSTIF. CRITERIOS JUICIOS VALOR	DECL. RESPONS. CRITERIOS REGLAS O FÓRMULAS	ANEXO 7 PCAP JUST. CRITERIOS REGLAS O FÓRMULAS	
L 1: 014232 MARCAPASOS SSI BÁSICO.	REPLY SR	ICV1119	OTO SR	TPM019C	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
L 8: 039298 MARCAPASOS DDDR BASICO	REPLY DR	ICV1099	TEO DR	TPM016C	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
L 9: 008464 MARCAPASOS DDDR ESTÁNDAR	REPLY 200 DR	TPM003C	KORA 250 DR	TPM010C	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
L 10: 036939 MARCAPASOS DDDR AVANZADO	KORA 250 DR	TPM010C	ENO DR	TPM014C	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
L 26: 014236 ELECTRODO MARCAPASOS AURICULAR/V ENTRIC ULAR FIJACIÓN PASIVA	XFINE TX25D TX26D	JT5PM JT6PM	XFINE JX24D XFINE JX25D XFINE TX25D XFINE TX26D	TLD056C TLD057C TLD054C TLD055C	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
L 27: 014235 ELECTRODO MARCAPASOS AURICULAR/V ENTRIC ULAR FIJACIÓN ACTIVA	BEFLEX RF45D RF46D	JR5CN JR6CN	VEGA R45 VEGA R52 VEGA R58	TLD040C TLD041C TLD042C	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

LICITADOR: MEDTRONIC IBERICA S.A.						1 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DEL NUEVO PRODUCTO											2 CONDICIONES INCLUSIÓN Y/O SUSTITUCIÓN
Nº LOTE	MODELO ADJUDICADO	REFERENCIA ADJUDICADA	MODELO NUEVO PROPUESTO	REFERENCIA NUEVA PROPUESTA	MUESTRA	DOC. JUSTIF. CUMPLIMIENTO PPT	ANEXO 3 PCAP RELACION PROD. OFERTADOS	AEMPS	CERTIFICADO CE	ANEXO 2 (II) PPT DATOS IDENTIF. EMPRESA	ANEXO 3 (III) PPT FICHA LOGISTICA PRODUCTOS	ANEXO 5 PCAP DECL. PROD. CON MERCADO CE	DECL.RESPONS. CRITERIOS JUICIOS VALOR	ANEXO 6 PCAP JUSTIF. CRITERIOS JUICIOS VALOR	DECL. RESPONS. CRITERIOS REGLAS O FÓRMULAS	ANEXO 7 PCAP JUST. CRITERIOS REGLAS O FÓRMULAS	
L 3: 008468 MARCAPASOS SSIR. ESTÁNDAR	ADVISA MIRI	A3SR01	Azure S	W3SR01	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
L 4: 008467 MARCAPASOS SSIR AVANZADO	ASTRA XT MRI	X2SR01	Azure XT	W2SR01	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
L 7: 008463 MARCAPASOS DDD BÁSICO	ADAPTA D	ADD01	Attesta DR	ATDR01	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
L 9: 008464 MARCAPASOS DDDR ESTÁNDAR	ADAPTA DR	ADDR01	Attestal DR	ATDRL1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
L 10: 036939 MARCAPASOS DDDR AVANZADO	ADVISA DR MRI	A3DR01	Azure S	W3DR01	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI



LICITADOR: MEDTRONIC IBERICA S.A.						1 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DEL NUEVO PRODUCTO											2 CONDICIONES INCLUSIÓN Y/O SUSTITUCIÓN
Nº LOTE	MODELO ADJUDICADO	REFERENCIA ADJUDICADA	MODELO NUEVO PROPUESTO	REFERENCIA NUEVA PROPUESTA	MUESTRA	DOC. JUSTIF. CUMPLIMIENTO PPT	ANEXO 3 PCAP RELACION PROD. OFERTADOS	AEMPS	CERTIFICADO CE	ANEXO 2 (II) PPT DATOS IDENTIF. EMPRESA	ANEXO 3 (III) PPT FICHA LOGISTICA PRODUCTOS	ANEXO 5 PCAP DECL. PROD. CON MERCADO CE	DECL.RESPONS. CRITERIOS JUICIOS VALOR	ANEXO 6 PCAP JUSTIF. CRITERIOS JUICIOS VALOR	DECL. RESPONS. CRITERIOS REGLAS O FÓRMULAS	ANEXO 7 PCAP JUST. CRITERIOS REGLAS O FÓRMULAS	
L 11: 008465 MARCAPASOS DDDRP BÁSICO	ASTRA XT DR MRI	X2DR01	Azure XT	W2DR01	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
L 16: 045478 DESFIBRILADO R IMPLANTABLE VVIR BÁSICO	EVERA MRI SVR	DVMC3D4 DVMC3D1	Crome VR	DVPC3D4 DVPC3D1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
L 17: 045479 DESFIBRILADO R IMPLANTABLE VVIR ESTÁNDAR	VISIA AF MRI S VR	DVFC3D4 DVFC3D1	Cobalt VR	DVPB3D4 DVPB3D1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
L 18: 045480 DESFIBRILADO R IMPLANTABLE VVIR AVANZADO	VISIA AF MRI XT VR	DVFB2D4 DVFB2D1	Cobalt XT VR	DVPA2D4 DVPA2D1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
L 19: 045481 DESFIBRILADO R IMPLANTABLE DDDR BÁSICO	EVERA MRI SDR	DDMC3D4 DDMC3D1	Crome DR	DDPC3D4 DDPC3D1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

LICITADOR: MEDTRONIC IBERICA S.A.						1 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DEL NUEVO PRODUCTO											2 CONDICIONES INCLUSIÓN Y/O SUSTITUCIÓN
Nº LOTE	MODELO ADJUDICADO	REFERENCIA ADJUDICADA	MODELO NUEVO PROPUESTO	REFERENCIA NUEVA PROPUESTA	MUESTRA	DOC. JUSTIF. CUMPLIMIENTO PPT	ANEXO 3 PCAP RELACION PROD. OFERTADOS	AEMPS	CERTIFICADO CE	ANEXO 2 (II) PPT DATOS IDENTIF. EMPRESA	ANEXO 3 (III) PPT FICHA LOGISTICA PRODUCTOS	ANEXO 5 PCAP DECL. PROD. CON MARCADO CE	DECL.RESPONS. CRITERIOS JUICIOS VALOR	ANEXO 6 PCAP JUSTIF. CRITERIOS JUICIOS VALOR	DECL. RESPONS. CRITERIOS REGLAS O FÓRMULAS	ANEXO 7 PCAP JUST. CRITERIOS REGLAS O FÓRMULAS	
L 20: 041460 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE DDDR ESTANDAR	EVERA MRI XT DR	DDMB2D4 DDMB2D1	Cobalt XT DR	DDPA2D4 DDPA2D1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
L 21: 014653 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN BÁSICO	COMPIA MRI QUAD CRTD	DTMC2QQ DTMC2D4 DTMC2D1	Crome CRT	DTPC2QQ DTPC2Q1 DTPC2D4 DTPC2D1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
L 22: 008469 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN ESTANDAR	AMPLIA MRI QUAD CRTD	DTMB2QQ DTMB2Q1 DTMB2D4 DTMB2D1	Cobalt CRT	DTPB2QQ DTPB2Q1 DTPB2D4 DTPB2D1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
L 23: 014231 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN AVANZADO	CLARIA MRI QUAD CRTD	DTMA2QQ DTMA2Q1 DTMA2D4 DTMA2D1	Cobalt XT CRT	DTPA2QQ DTPA2Q1 DTPA2D4 DTPA2D1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

LICITADOR: ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A (ST JUDE)						1 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DEL NUEVO PRODUCTO											2 CONDICIONES INCLUSIÓN Y/O SUSTITUCIÓN
Nº LOTE	MODELO ADJUDICADO	REFERENCIA ADJUDICADA	MODELO NUEVO PROPUESTO	REFERENCIA NUEVA PROPUESTA	MUESTRA	DOC. JUSTIF. CUMPLIMIENTO PPT	ANEXO 3 PCAP RELACION PROD. OFERTADOS	AEMPS	CERTIFICADO CE	ANEXO 2 (II) PPT DATOS IDENTIF. EMPRESA	ANEXO 3 (III) PPT FICHA LOGISTICA PRODUCTOS	ANEXO 5 PCAP DECL. PROD. CON MARCADO CE	DECL.RESPONS. CRITERIOS JUICIOS VALOR	ANEXO 6 PCAP JUSTIF. CRITERIOS JUICIOS VALOR	DECL. RESPONS. CRITERIOS REGLAS O FÓRMULAS	ANEXO 7 PCAP JUST. CRITERIOS REGLAS O FÓRMULAS	
L 16: 045478 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR BASICO	Fortify	CD1233-40Q CD1233-40	Ellipse VR	CD1377-36QC CD1377-36C	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
L 17: 045479 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR ESTÁNDAR	Ellipse	CD1377-36QC D1377-36C	Entrant VR	CDVRA300Q	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
L 18: 045480 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR AVANZADO	Fortify Assura	CD1359-40QC CD1359-40C	Gallant VR	CDVRA500Q	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
L 19: 045481 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE DDDR BÁSICO	Ellipse	CD2377-36QC CD2377-36C	Entrant DR	CDDRA300Q	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

LICITADOR: ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A (ST JUDE)						1 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DEL NUEVO PRODUCTO											2 CONDICIONES INCLUSIÓN Y/O SUSTITUCIÓN
Nº LOTE	MODELO ADJUDICADO	REFERENCIA ADJUDICADA	MODELO NUEVO PROPUESTO	REFERENCIA NUEVA PROPUESTA	MUESTRA	DOC. JUSTIF. CUMPLIMIENTO PPT	ANEXO 3 PCAP RELACION PROD. OFERTADOS	AEMPS	CERTIFICADO CE	ANEXO 2 (II) PPT DATOS IDENTIF. EMPRESA	ANEXO 3 (III) PPT FICHA LOGÍSTICA PRODUCTOS	ANEXO 5 PCAP DECL. PROD. CON MARCADO CE	DECL.RESPONS. CRITERIOS JUICIOS VALOR	ANEXO 6 PCAP JUSTIF. CRITERIOS JUICIOS VALOR	DECL. RESPONS. CRITERIOS REGLAS O FÓRMULAS	ANEXO 7 PCAP JUST. CRITERIOS REGLAS O FÓRMULAS	
L 20: 041460 DEFIBRILADOR IMPLANTABLE DDR ESTANDAR	Fortify Assura	CD2359-40QC CD2359-40C	Gallant DR	CDDRA500Q	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
L 22: 008469 DEFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN ESTANDAR	Quadra Assura	CD3367-40QC CD3367-40C	Entrant HF	CDHFA300Q	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
L 23: 014231 DEFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN AVANZADO	Quadra Assura MPP	CD3371-40QC CD3371-40C	Gallant HF	CDHFA500Q	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

LICITADOR: BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.						DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DEL NUEVO PRODUCTO											2 CONDICIONES INCLUSIÓN Y/O SUSTITUCIÓN
Nº LOTE	MODELO ADJUDICADO	REFERENCIA ADJUDICADA	MODELO NUEVO PROPUESTO	REFERENCIA NUEVA PROPUESTA	MUESTRA	DOC. JUSTIF. CUMPLIMIENTO PPT	ANEXO 3 PCAP RELACION PROD. OFERTADOS	AEMPS	CERTIFICADO CE	ANEXO 2 (II) PPT DATOS IDENTIF. EMPRESA	ANEXO 3 (III) PPT FICHA LOGISTICA PRODUCTOS	ANEXO 5 PCAP DECL. PROD. CON MERCADO CE	DECL.RESPONS. CRITERIOS JUICIOS VALOR	ANEXO 6 PCAP JUSTIF. CRITERIOS JUICIOS VALOR	DECL. RESPONS. CRITERIOS REGLAS O FÓRMULAS	ANEXO 7 PCAP JUST. CRITERIOS REGLAS O FÓRMULAS	
L 12: 014241 MARCAPASOS RESINCRONIZACION BÁSICO	VALITUDE IS1	U125	VALITUDE IS4 3G	BUN52-U128-IS43G/ BUN52-U125-IS43G	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	***
L 13: 012132 MARCAPASOS RESINCRONIZACION ESTÁNDAR	VALITUDE IS4*	U128	VISIONIST IS4	U225/U228/U226 + 6290	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
L 14: 012134 MARCAPASOS RESINCRONIZACION AVANZADO	VISIONIST IS4 + LATITUDE	U225 //U228//U226 + 6290	VISIONIST IS4 3G + LATITUDE	BUN52-U228-IS43G/ BUN52-U225-IS13G/ BUN52-U226-LV13G + 6290	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	***
L 17: 045479 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR ESTÁNDAR	AUTOGEN VR + LATITUDE	D174//D175//D044//D045 + 6290	RESONATE/MOMENTUM VR + LATITUDE	D432/D120 +6290	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

LICITADOR: BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.						DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DEL NUEVO PRODUCTO											
Nº LOTE	MODELO ADJUDICADO	REFERENCIA ADJUDICADA	MODELO NUEVO PROPUESTO	REFERENCIA NUEVA PROPUESTA	MUESTRA	DOC. JUSTIF. CUMPLIMIENTO PPT	ANEXO 3 PCAP RELACION PROD. OFERTADOS	AEMPS	CERTIFICADO CE	ANEXO 2 (I) PPT DATOS IDENTIF. EMPRESA	ANEXO 3 (III) PPT FICHA LOGISTICA PRODUCTOS	ANEXO 5 PCAP DECL. PROD. CON MERCADO CE	DECL.RESPONS. CRITERIOS JUICIOS VALOR	ANEXO 6 PCAP JUSTIF. CRITERIOS JUICIOS VALOR	DECL. RESPONS. CRITERIOS REGLAS O FÓRMULAS	ANEXO 7 PCAP JUST. CRITERIOS REGLAS O FÓRMULAS	2 CONDICIONES INCLUSIÓN Y/O SUSTITUCIÓN
L 18: 045480 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR AVANZADO	RESONATE/MOMENTU M VR + LATITUDE	D432//D120 + 6290	RESONATE/MOMENTU M HL VR + LATITUDE	BUN53-D432-RSVRHL BUN53-D120-MMVVRHL +6290	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	***
L 21: 014653 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓ N BÁSICO	VIGILANT TRCD + LATITUDE	G224//G247 + 6290	VIGILANT TRCD HL + LATITUDE	BUN54-G247-VGIS4HL BUN54-G224-VGIS1HL BUN54-G138-MMIS4HL BUN54-G125-MMIS1HL BUN54-G126-MIMLV1HL + 6290	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	***
L 22: 008469 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓ N ESTANDAR	AUTOGEN CRTD	G172/G173 G175/G177 G179 + 6290	RESONATE/ MOMENTU M TRCD + LATITUDE	G447/G424 /G125/G12 6/ G138 + 6290	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
L 23: 014231 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓ N AVANZADO	RESONATE/MOMENTU M TRCD + LATITUDE	G447//G424//G125/ G126//G138 + 6290	RESONATE/MOMENTU M TRCD HL + LATITUDE	BUN54-G447-RSIS4HL BUN54-G424-RSIS1HL BUN54-G138-MMIS43G BUN54-G125-MMIS13G BUN54-G126- MIMLV13G + 6290	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	***

LICITADOR: BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.						DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DEL NUEVO PRODUCTO											
Nº LOTE	MODELO ADJUDICADO	REFERENCIA ADJUDICADA	MODELO NUEVO PROPUESTO	REFERENCIA NUEVA PROPUESTA	MUESTRA	DOC. JUSTIF. CUMPLIMIENTO PPT	ANEXO 3 PCAP RELACION PROD. OFERTADOS	AEMPS	CERTIFICADO CE	ANEXO 2 (II) PPT DATOS IDENTIF. EMPRESA	ANEXO 3 (III) PPT FICHA LOGISTICA PRODUCTOS	ANEXO 5 PCAP DECL. PROD. CON MARCADO CE	DECL.RESPONS. CRITERIOS JUICIOS VALOR	ANEXO 6 PCAP JUSTIF. CRITERIOS JUICIOS VALOR	DECL. RESPONS. CRITERIOS REGLAS O FÓRMULAS	ANEXO 7 PCAP JUST. CRITERIOS REGLAS O FÓRMULAS	2 CONDICIONES INCLUSIÓN Y/O SUSTITUCIÓN
L 29: 030158 ELECTRODO PARA DAI BIBOBINA FIJACIÓN ACTIVA DIST. LONGITUDES	RELIANCE 4-FRONT/4 SITE	0695/0696/0295//0296/0185/0275/0276/0158	RELIANCE 4-FRONT/4 SITE	0695/0696/0295/0296/0185/0675/0676/0275/0276/0158	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
L 30: 037888 ELECTRODO PARA DAI BIBOBINA FIJACION PASIVA DIST. LONGITUDES	RELIANCE 4-FRONT/4 SITE	0685/0686/0285//0286/0175	RELIANCE 4-FRONT/4 SITE	0685/0686/0285/0286/0175/0665/0636/0265/0266/0148	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
L 31: 030159 ELECTRODO PARA DAI MONOBOBINA	RELIANCE 4-FRONT/4 SITE	0692/0693/0682/0683/0282/0283/0292/0293/0181	RELIANCE 4-FRONT/4 SITE	0692/0693/0682/0683/0282/0283/0292/0293/0181/0672/0673/0662/0663/0262/0263/0272/0273/0138	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

\*\*\* No se evalúan si cumplen las condiciones requeridas para la inclusión y/o sustitución de estas solicitudes puesto que no aportan la documentación técnica necesaria para la evaluación del nuevo producto.

**MEJORAS DE LOS LOTES APROBADOS:**

LICITADOR: MICROPORT CRM MEDICAL SLU					
Nº LOTE	MOD. ADJUD.	REF. ADJUD.	MOD.NUEVO PROP.	REF. NUEVA PROPUESTA	MEJORAS
<b>LOTE 1: 014232 MARCAPASOS SSI BÁSICO.</b>	REPLY SR	ICV1119	<b>OTO SR</b>	<b>TPM019C</b>	<p>_ Se amplían las posibilidades de diagnóstico por imagen. El modelo OTO SR es RM compatible en 1,5T y 3T sin limitación anatómica.</p> <p>_ Cuenta con detección automática de la resonancia magnética Auto MRI mode.</p> <p>_ Cambio de polaridad automática de sonda ventricular.</p>
<b>LOTE 8: 039298 MARCAPASOS DDDR BASICO</b>	REPLY DR	ICV1099	<b>TEO DR</b>	<b>TPM016C</b>	<p>_ Se valora la capacidad de monitorización de apneas del sueño. El modelo TEO DR incluye el algoritmo SAM (Sleep Apnea Monitoring).</p> <p>Que este algoritmo permite el cribado automático de pacientes con marcapasos para detectar el riesgo de Apnea del Sueño severa gracias a tener una alta especificidad (85 %) y alta sensibilidad (89 %). Adicionalmente, SAM ha sido validado frente al patrón de referencia Índice de Apnea-Hipoapnea (polisomnografía) en el estudio DREAM1, con lo que cumple con la capacidad de monitorización de apneas del sueño tal como se requiere.</p> <p>_ Se amplían las posibilidades de diagnóstico por imagen. El modelo TEO DR es RM compatible en 1,5T y 3T sin limitación anatómica, cuenta con detección automática de la resonancia magnética Auto MRI mode.</p> <p>_ Ampliación de las especificaciones del dispositivo con el cambio automático de polaridad de las sondas y autoumbrales ventricular y auricular.</p>
<b>LOTE 9: 008464 MARCAPASOS DDDR ESTÁNDAR</b>	REPLY 200 DR	TPM003C	<b>KORA 250 DR</b>	<b>TPM010C</b>	<p>_ Se amplían las posibilidades de diagnóstico por imagen. El modelo Kora 250 DR es RM compatible en 1,5T sin limitación anatómica, cuenta con detección automática de la resonancia magnética Auto MRI mode.</p> <p>_ Ampliación de las especificaciones del dispositivo con el cambio automático de polaridad de las sondas y autoumbrales ventricular y auricular.</p>
<b>LOTE 10: 036939 MARCAPASOS DDDR AVANZADO</b>	KORA 250 DR	TPM010C	<b>ENO DR</b>	<b>TPM014C</b>	<p>_ Se amplían las posibilidades de diagnóstico por imagen. El modelo ENO DR es RM compatible en 1,5T y 3T sin limitación anatómica.</p>
<b>LOTE 26: 014236 ELECTRODO PARA MARCAPASOS AURICULAR/VENT RICULAR FIJACIÓN PASIVA</b>	XFINE TX25D TX26D	JT5PM JT6PM	<b>XFINE JX24D XFINE JX25D XFINE TX25D XFINE TX26D</b>	<b>TLD056C TLD057C TLD054C TLD055C</b>	<p>_ Ampliación de la gama de sondas de bradicardia de fijación pasiva, añadiendo dos nuevos modelos preformados en J: XFine JX24D y JX25D, con longitudes de 45 y 52 cm respectivamente, con el objetivo de facilitar el procedimiento de implante de fijación pasiva en aurícula.</p>
<b>LOTE 27: 014235 ELECTRODO PARA MARCAPASOS AURICULAR/VENT RICULAR FIJACIÓN ACTIVA</b>	BEFLEX RF45D RF46D	JR5CN JR6CN	<b>VEGA R45 VEGA R52 VEGA R58</b>	<b>TLD040C TLD041C TLD042C</b>	<p>_ Ampliación de la gama de sondas de bradicardia de fijación activa, añadiendo una nueva de longitud de 45 cm, con el modelo Vega R45, con el objetivo de facilitar el procedimiento de implante de fijación pasiva en aurícula.</p> <p>_ Mejora del comportamiento y navegabilidad de la sonda con cuerpo de silicona y tratamiento superficial Silglide*</p>

LICITADOR: MEDTRONIC IBERICA S.A.					
Nº LOTE	MOD. ADJUD.	REF. ADJUD.	MOD.NUEVO PROP.	REF. NUEVA PROPUESTA	MEJORAS
<b>LOTE 3: 008468</b> <b>MARCAPASOS</b> <b>SSIR ESTÁNDAR</b>	ADVISIA MRI	A3SR01	<b>Azure S</b>	<b>W3SR01</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Compatibilidad con programador basado en tableta SmartSync.</li> <li>_ Telemetría inalámbrica Bluetooth con el programador SmartSync.</li> <li>_ Telemetría Bluetooth/ Monitorización remota vía APP (MyCarelink Heart App).</li> <li>_ Alertas inalámbricas de seguimiento remoto (CareAlerts).</li> <li>_ Aumento Vida útil estimada (* 50% estimulación, 2.5 V@ 0.4ms, 60lpm, 500 ohmios). Modelo Adjudicado (152, 4 meses). Propuesto (189,6 meses).</li> </ul>
<b>LOTE 4: 008467</b> <b>MARCAPASOS</b> <b>SSIR AVANZADO</b>	ASTRA XT MRI	X2SR01	<b>Azure XT</b>	<b>W2SR01</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Compatibilidad con programador basado en tableta SmartSync.</li> <li>_ Telemetría inalámbrica Bluetooth con el programador SmartSync.</li> <li>_ Telemetría Bluetooth/ Monitorización remota vía APP (MyCarelink Heart App)</li> <li>_ Alertas inalámbricas de seguimiento remoto (CareAlerts)</li> </ul>
<b>LOTE 7: 008463</b> <b>MARCAPASOS</b> <b>DDD BÁSICO</b>	ADAPTA D	ADD01	<b>Attesta DR</b>	<b>ATDR01</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Compatible con resonancia magnética a 1,5 T y 3 T.</li> <li>_ Programación de sensor en modos monocamerales y modos bicamerales AAIR-DDDR; DDIR;DVIR. Modelo adjudicado compatible sólo algunos modos (VVIR; VOOR; AAIR; AOOD; VDIR; ADIR).</li> </ul>
<b>LOTE 9: 008464</b> <b>MARCAPASOS</b> <b>DDDR ESTÁNDAR</b>	ADAPTA DR	ADDR01	<b>AttestaL DR</b>	<b>ATDRL1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Compatible con resonancia magnética a 1,5 T y 3 T.</li> <li>_ Aumento Vida útil estimada. Modelo Adjudicado (145, 2 meses). Propuesto (169,2 meses)</li> </ul>
<b>LOTE 10: 036939</b> <b>MARCAPASOS</b> <b>DDDR AVANZADO</b>	ADVISIA DR MRI	A3DR01	<b>Azure S</b>	<b>W3DR01</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Compatibilidad con programador basado en tableta SmartSync.</li> <li>_ Telemetría inalámbrica Bluetooth con el programador SmartSync.</li> <li>_ Telemetría Bluetooth/ Monitorización remota vía APP (MyCarelink Heart App)</li> <li>_ Alertas inalámbricas de seguimiento remoto (CareAlerts).</li> <li>_ Aumento Vida útil estimada (*5% estimulación A, 50% estimulación V, 60lpm, 1.5 V@ 0.4ms en A, 2V@0,4ms en V, 500 ohmios). Modelo Adjudicado (129, 6 meses). Propuesto (164,4 meses)</li> </ul>
<b>LOTE 11: 008465</b> <b>MARCAPASOS</b> <b>DDDRP BÁSICO</b>	ASTRA XT DR MRI	X2DR01	<b>Azure XT</b>	<b>W2DR01</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Compatibilidad con programador basado en tableta SmartSync</li> <li>_ Telemetría inalámbrica Bluetooth con el programador SmartSync</li> <li>_ Telemetría Bluetooth/ Monitorización remota vía APP (MyCarelink Heart App)</li> <li>_ Alertas inalámbricas de seguimiento remoto (CareAlerts)</li> </ul>
<b>LOTE 16: 045478</b> <b>DESFIBRILADOR</b> <b>IMPLANTABLE</b> <b>VVIR BÁSICO</b>	EVERA MRI S VR	DVMC3D4 DVMC3D1	<b>Crome VR</b>	<b>DVPC3D4</b> <b>DVPC3D1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Compatibilidad con programador basado en tableta SmartSync™</li> <li>_ Telemetría inalámbrica Bluetooth con el programador SmartSync</li> <li>_ Telemetría Bluetooth/ Monitorización remota vía APP (MyCarelink Heart App)</li> <li>_ Nuevas alertas de monitorización cardíaca tipo CareAlert</li> <li>_ Energía entregada desde el primer choque. Modelo adjudicado 35-36J. Propuesto 40J</li> <li>_ Tiempo de carga durante ERI. Modelo adjudicado 12,3 s. Propuesto &lt; 10,5 s</li> <li>_ Vida útil estimada. Modelo adjudicado 132 meses. Propuesto 163 meses</li> </ul>

LICITADOR: MEDTRONIC IBERICA S.A.					
Nº LOTE	MOD. ADJUD.	REF. ADJUD.	MOD.NUEVO PROP.	REF. NUEVA PROPUESTA	MEJORAS
<b>LOTE 17: 045479 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR ESTÁNDAR</b>	VISIA AF MRI S VR	DVFC3D4 DVFC3D1	<b>Cobalt VR</b>	<b>DVPB3D4 DVPB3D1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Compatibilidad con programador basado en tableta SmartSync</li> <li>_ Telemetría inalámbrica Bluetooth con el programador SmartSync</li> <li>_ Telemetría Bluetooth/ Monitorización remota vía APP (MyCarelink Heart App)</li> <li>_ Nuevas alertas de monitorización cardíaca tipo CareAlert</li> <li>_ Energía entregada desde primer choque. M. Adjudicado 35-36J. Propuesto 40J</li> <li>_ Tiempo de carga durante ERI. Modelo adjudicado 12,3 s. Propuesto &lt; 10,5 s</li> <li>_ Vida útil estimada. Modelo adjudicado 132 meses. Propuesto 163 meses</li> </ul>
<b>LOTE 18: 045480 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR AVANZADO</b>	VISIA AF MRI XT VR	DVFB2D4 DVFB2D1	<b>Cobalt XT VR</b>	<b>DVPA2D4 DVPA2D1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Compatibilidad con programador basado en tableta SmartSync</li> <li>_ Telemetría inalámbrica Bluetooth con el programador SmartSync</li> <li>_ Telemetría Bluetooth/Monitorización remota vía APP (MyCarelink Heart App)</li> <li>_ Algoritmo de terapia de ATP automático (Intrinsic ATP)</li> <li>_ Nuevas alertas de monitorización cardíaca tipo CareAlert</li> <li>_ Energía máxima suministrada. Modelo adjudicado 35-36J. Propuesto 40J</li> <li>_ Tiempo de carga durante ERI. Modelo adjudicado 12,3 s. Propuesto &lt; 10,5 s</li> <li>_ Vida útil estimada. Modelo adjudicado 132 meses. Propuesto 163 meses</li> </ul>
<b>LOTE 19: 045481 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE DDDR BÁSICO</b>	EVERA MRI S DR	DDMC3D4 DDMC3D1	<b>Crome DR</b>	<b>DDPC3D4 DDPC3D1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Compatibilidad con programador basado en tableta SmartSync</li> <li>_ Telemetría inalámbrica Bluetooth con el programador SmartSync</li> <li>_ Telemetría Bluetooth/Monitorización remota vía APP (MyCarelink Heart App)</li> <li>_ Nuevas alertas de monitorización cardíaca tipo CareAlert</li> <li>_ Energía máxima suministrada. Modelo adjudicado 35-36J. Propuesto 40J</li> <li>_ Tiempo de carga durante ERI. Modelo adjudicado 12,3 s. Propuesto &lt; 10,5 s</li> <li>_ Vida útil estimada. Modelo adjudicado 116 meses. Propuesto 147 meses</li> </ul>
<b>LOTE 20: 041460 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE DDDR ESTANDAR</b>	EVERA MRI XT DR	DDMB2D4 DDMB2D1	<b>Cobalt XT DR</b>	<b>DDPA2D4 DDPA2D1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Compatibilidad con programador basado en tableta SmartSync</li> <li>_ Telemetría inalámbrica Bluetooth con el programador SmartSync</li> <li>_ Telemetría Bluetooth/Monitorización remota vía APP (MyCarelink Heart App)</li> <li>_ Algoritmo de terapia de ATP automático (Intrinsic ATP)</li> <li>_ Nuevas alertas de monitorización cardíaca tipo CareAlert</li> <li>_ Energía entregada desde primer choque. M. adjudicado 35-36J. Propuesto 40J</li> <li>_ Tiempo de carga durante ERI. Modelo adjudicado 12,3 s. Propuesto &lt; 10,5 s</li> <li>_ Vida útil estimada. Modelo adjudicado 116 meses. Propuesto 147 meses</li> </ul>
<b>LOTE 21: 014653 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓ N BÁSICO</b>	COMPIA MRI QUAD CRTD MRI CRTD	DTMC2QQ DTMC2D4 DTMC2D1	<b>Crome CRT</b>	<b>DTPC2QQ DTPC2Q1 DTPC2D4 DTPC2D1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Compatibilidad con programador basado en tableta SmartSyncTM</li> <li>_ Telemetría inalámbrica Bluetooth con el programador SmartSync</li> <li>_ Telemetría Bluetooth/ Monitorización remota vía APP (MyCarelink Heart App)</li> <li>_ Nuevas alertas de monitorización cardíaca tipo CareAlert</li> <li>_ Algoritmo para medición automática del retraso eléctrico de VI (Vector Express 2.0)</li> <li>_ Algoritmo de estimulación multipunto en VI</li> <li>_ Posibilidad de entregar terapias auriculares (ATP Reactiva)</li> <li>_ Energía entregada desde el primer choque. Modelo adjudicado 35-36J, Propuesto 40J</li> <li>_ Tiempo de carga durante ERI. Modelo adjudicado 12,3 s, Propuesto &lt; 10,5 s</li> <li>_ Vida útil estimada. Modelo adjudicado 84 meses, Propuesto 115 meses</li> </ul>

LICITADOR: MEDTRONIC IBERICA S.A.					
Nº LOTE	MOD. ADJUD.	REF. ADJUD.	MOD. NUEVO PROP.	REF. NUEVA PROPUESTA	MEJORAS
<b>LOTE 22: 008469</b> <b>DESFIBRILADOR</b> <b>IMPLANTABLE</b> <b>RESINCRONIZACIÓN</b> <b>N ESTANDAR</b>	AMPLIA MRI QUAD CRTD AMPLIA MRI CRTD	DTMB2Q1 DTMB2D1 DTMB2QQ DTMB2D4	<b>Cobalt CRT</b>	<b>DTPB2QQ</b> <b>DTPB2Q1</b> <b>DTPB2D4</b> <b>DTPB2D1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Compatibilidad con programador basado en tableta SmartSync</li> <li>_ Telemetría inalámbrica Bluetooth con el programador SmartSync</li> <li>_ Telemetría Bluetooth/Monitorización remota vía APP (MyCarelink Heart App)</li> <li>_ Nuevas alertas de monitorización cardíaca tipo CareAlert</li> <li>_ Algoritmo para medición automática del retraso eléctrico de VI (Vector Express 2.0)</li> <li>_ Energía entregada desde primer choque. M.adjudicado 35-36J. Propuesto 40J</li> <li>_ Tiempo de carga durante ERI. Modelo adjudicado 12,3 s. Propuesto &lt; 10,5 s</li> <li>_ Vida útil estimada. Modelo adjudicado 84 meses. Propuesto 121 meses</li> </ul>
<b>LOTE 23: 014231</b> <b>DESFIBRILADOR</b> <b>IMPLANTABLE</b> <b>RESINCRONIZACIÓN</b> <b>N AVANZADO</b>	CLARIA MRI QUAD CRTD CLARIA MRI CRTD	DTMA2Q1 DTMA2D1 DTMA2QQ DTMA2D4	<b>Cobalt XT CRT</b>	<b>DTPA2QQ</b> <b>DTPA2Q1</b> <b>DTPA2D4</b> <b>DTPA2D1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Compatibilidad con programador basado en tableta SmartSync</li> <li>_ Telemetría inalámbrica Bluetooth con el programador SmartSync</li> <li>_ Telemetría Bluetooth/Monitorización remota vía APP (MyCarelink Heart App)</li> <li>_ Algoritmo de terapia de ATP automático (Intrinsic ATP)</li> <li>_ Nuevas alertas de monitorización cardíaca</li> <li>_ Energía entregada desde primer choque. M. adjudicado 35-36J. Propuesto 40J</li> <li>_ Tiempo de carga durante ERI. Modelo adjudicado 12,3 s. Propuesto &lt; 10,5 s</li> <li>_ Vida útil estimada. Modelo adjudicado 84 meses. Propuesto 121 meses</li> </ul>

LICITADOR: ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A					
Nº LOTE	MOD. ADJUD.	REF. ADJUD.	MOD. NUEVO PROP.	REF. NUEVA PROPUESTA	MEJORAS
<b>Lote 16: 045478</b> <b>DESFIBR.</b> <b>IMPLANTABLE</b> <b>VVIR BASICO</b>	Fortify	CD1233-40Q CD1233-40	<b>Ellipse VR</b>	<b>CD1377-36QC</b> <b>CD1377-36C</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Referencias adjudicadas inicialmente en lote estándar.</li> <li>_ El dispositivo Ellipse VR CD1377-36QC cuenta con la tecnología ShockGuard con programación DecisionTx diseñada para reducir las terapias inadecuadas y minimizar la necesidad de programar ajustes durante el implante:</li> <li>_ La discriminación de ruido en el cable de ventrículo derecho mediante el algoritmo SecureSense: detecta las ráfagas sostenidas y cortas de ruido, que de otra forma pasarían desapercibidas o podrían provocar descargas inapropiadas.</li> <li>_ El discriminador de Morfología de Campo Lejano MD mejora la distinción de TSV y TV a fin de reducir las terapias inapropiadas.</li> <li>_ Nuevo recubrimiento de parileno para una mejor resistencia a la abrasión.</li> <li>_ Algoritmo de detección de sobrecorriente DinamicTx que cambia automáticamente las configuraciones del vector de choque a fin de asegurar la administración de terapia de alto voltaje en caso de detectar alta corriente.</li> <li>_ Capacidad de programación carcasa fría que proporciona la configuración adicional para el vector de choque VD-VCS en la terapia de alto voltaje para desacoplar la carcasa de los parámetros de descarga en caso de problemas con los electrodos.</li> <li>_ Capacidad de monitorización del segmento ST que ofrece información continua sobre episodios significativos de desviación del segmento ST y arritmias ventriculares asociadas, gracias a una mejor monitorización del EGM intracavitario y del segmento ST que sirve como herramienta diagnóstica para guiar la acción clínica correcta.</li> <li>_ Compatibilidad con resonancia magnética, probada en combinación con electrodos compatibles con RM, en exploraciones de cuerpo entero utilizando un escáner de MRI con una intensidad de campo de 1,5 T.</li> <li>_ Forma más ergonómica, además de tamaño, volumen y peso inferior.</li> </ul>

LICITADOR: ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A					MEJORAS
Nº LOTE	MOD. ADJUD.	REF. ADJUD.	MOD. NUEVO PROP.	REF. NUEVA PROPUESTA	
LOTE 17: 045479 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR ESTÁNDAR	Ellipse	CD1377-36QC CD1377-36C	Entrant	CDVRA300Q	<p>_ Comunicación Bluetooth de baja energía (LE) que permite la conectividad de teléfonos móviles con cifrado de datos. La tecnología Bluetooth, en combinación con la aplicación myMerlinPulse y la red de atención al paciente (PCN) Merlin.net, permite una monitorización y seguimiento remoto diarios que aportan una intervención más precoz al paciente, reducen tiempo de soporte por parte de los especialistas y ofrecen discreción y libertad a los pacientes.</p>
LOTE 18: 045480 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR AVANZADO	Fortify Assura	CD1359-40QC CD1359-	Gallant	CDVRA500Q	<p>_ La aplicación myMerlinPulse (disponible para teléfonos móviles iPhone y Android) transmite el estado del dispositivo y la información a la red de atención al paciente Merlin.net a través de una conexión segura y cifrada.</p> <p>_ Habilita la posibilidad de que los pacientes puedan comprobar el estado de la conectividad, enviar datos manualmente, acceder al estado del dispositivo para verificar el estado de la batería y el número de modelo, ver el historial, encontrar recursos de asistencia, etc. a través de la App myMerlinPulse.</p>
LOTE 19: 045481 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE DDDR BÁSICO	Ellipse	CD2377-36QC CD2377-36C	Entrant	CDDRA300Q	<p>_ Doble notificación al paciente de alertas: de audio a través del dispositivo y visual a través de la aplicación myMerlinPulse.</p>
LOTE 20: 041460 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE DDDR ESTANDAR	Fortify Assura	CD2359-40QC CD2359-40C	Gallant	CDDRA500Q	<p>_ Nueva batería que proporciona mayor capacidad, ofreciendo una relación duración/volumen superior.</p> <p>_ Compatibilidad con resonancia magnética, probada en combinación con electrodos compatibles con RM, en exploraciones de cuerpo entero utilizando un escáner de MRI con una intensidad de campo de 1,5 T a 3 T.</p>
LOTE 22: 008469 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN ESTANDAR	Quadra Assura	CD3367-40QC CD3367-40C	Entrant	CDHFA300Q	<p>_ Respuesta de contracción auricular prematura (CAP) para evitar estimular la aurícula en una zona vulnerable.</p> <p>_ Algoritmo VF Therapy Assurance que reduce el tiempo hasta el tratamiento de las arritmias hemodinámicamente inestables.</p> <p>_ Forma más ergonómica además de un volumen y grosor inferior.</p>
LOTE 23: 014231 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN AVANZADO	Quadra Assura MPP	CD3371-40QC CD3371-40C	Gallant	CDHFA500Q	<p>_ El TRC-D Gallant HF y el electrodo VI cuadripolar Quartet añaden 3 posibilidad más de vectores de estimulación que proporcionan más opciones y un mayor control para abordar complicaciones de los implantes, como la estimulación diafragmática y los umbrales de estimulación altos.</p> <p>_ El TRC-D Gallant HF, la tecnología de TRC SyncAV Puls ofrece una adaptación del intervalor AV dinámica con programación adaptable para garantizar la estimulación BiV con o sin estimulación MultiPoint.</p>

LICITADOR: BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.					MEJORAS
Nº LOTE	MODEL O ADJUD.	REF. ADJUD.	MOD . NUE VO PROP .	REF. NUEVA PROPUESTA	
LOTE 13: 012132 MARCAPASOS RESINCRONIZACIÓN ESTÁNDAR	VALITUDE IS4*	U128	VISIONIST IS4	U225/U228/ U226 + 6290	<p>_ Referencias del lote avanzado en las que se oferta mejora económica ajustándolo al lote estándar.</p> <p>_ Distintas conexiones de electrodos ventriculares izquierdos, incluyendo conectividad de electrodos ya descatalogados.</p> <p>_ Umbral automático en ventrículo izquierdo.</p> <p>_ Plataforma RighRate para la gestión de pacientes con incompetencia cronotrópica.</p>

LICITADOR: BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.					MEJORAS
Nº LOTE	MODEL O ADJUD.	REF. ADJUD.	MOD · NUE VO PROP ·	REF. NUEVA PROPUESTA	
LOTE 17: 045479 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR ESTÁNDAR	AUTOGEN VR + LATITUDE	D174//D175//D 044//D045 + 6290	RESONATE/MO MENTUM VR +	D432/D120 + 6290	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Referencias del lote avanzado en las que se oferta mejora económica ajustándolo al lote estándar.</li> <li>_ Mejora en el diagnóstico y tratamiento de las arritmias auriculares.</li> <li>_ Nuevos sensores que permiten un seguimiento avanzado de la insuficiencia cardiaca.</li> </ul>
LOTE 22: 008469 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACI ÓN ESTANDAR	AUTOGEN CRTD	G172/ G173/ G175/G177/ G179 + 6290	RESONATE/MO MENTU M TRCD	G447/G424/ G125/G126/ G138 + 6290	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Referencias del lote avanzado en las que se oferta mejora económica ajustándolo al lote estándar.</li> <li>_ Mejora en el diagnóstico y tratamiento de las arritmias auriculares.</li> <li>_ Nuevos sensores que permiten un seguimiento avanzado de la insuficiencia cardiaca.</li> <li>_ Posibilidad de programación de estimulación multisitio en ventrículo izquierdo.</li> </ul>
LOTE 29: 030158 ELECTRODO PARA DAI BIBOBINA FIJACIÓN ACTIVA DISTINTAS LONGITUDES	RELIANCE 4- FRONT/4 SITE	0695/0696/ 0295/0296/ 0185	RELIANCE 4- FRONT/4 SITE	0695/0696/0295/ 0296/0185/0675/ 0676/0275/0276/ 0158	Electrodos de desfibrilación NO GORE que mejoran la interacción entre la bobina y el sustrato del tejido cardiaco.
LOTE 30: 037888 ELECTRODO PARA DAI BIBOBINA FIJACION PASIVA DISTINTAS LONGITUDES	RELIANCE 4- FRONT/4 SITE	0685/0686/ 0285/ 0286/ 0175	RELIANCE 4- FRONT/4 SITE	0685/0686/0285/ 0286/0175/0665/ 0636/0265/0266/ 0148	Electrodos de desfibrilación NO GORE que mejoran la interacción entre la bobina y el sustrato del tejido cardiaco.
LOTE 31: 030159 ELECTRODO PARA DAI MONOBOBINA	RELIANCE 4-FRONT/4 SITE	0692//0693//0682//06 83//0282//0283//0292 //0 293//0181	RELIANCE 4-FRONT/4 SITE	0692/0693/0682/0683 0282/0283/0292/0293 0181/0672/0673/0662 0663/0262/0263 0272/0273/0138	Electrodos de desfibrilación NO GORE que mejoran la interacción entre la bobina y el sustrato del tejido cardiaco.

**RESUMEN SOLICITUDES APROBADAS:**

Aportan la documentación técnica incluidas muestras para la evaluación del nuevo producto, como para cada lote se exigió en la convocatoria del procedimiento y cumplen requisitos exigidos.

Cumplen las condiciones para la Inclusión de ofertas indicativas, sustituciones y/o inclusiones, según corresponda, conforme cláusula 29 del PCAP y apartado 30 del Anexo I del PCAP.

SOLICITUDES APROBADAS			
Nº LOTE	MODELO NUEVO PROPUESTO	REF.NUEVA PROPUESTA	LICITADOR
L 1: 014232 MARCAPASOS SSI BÁSICO.	OTO SR	TPM019C	MICROPORT CRM MEDICAL SLU
L 8: 039298 MARCAPASOS DDDR BASICO	TEO DR	TPM016C	MICROPORT CRM MEDICAL SLU
L 9: 008464 MARCAPASOS DDDR ESTÁNDAR	KORA 250 DR	TPM010C	MICROPORT CRM MEDICAL SLU
L 10: 036939 MARCAPASOS DDDR AVANZADO	ENO DR	TPM014C	MICROPORT CRM MEDICAL SLU
L 26: 014236 ELECTRODO MARCAPASOS AURICULAR/VENTRIC ULAR FIJACIÓN PASIVA	XFINE JX24D XFINE JX25D XFINE TX25D XFINE TX26D	TLD056C TLD057C TLD054C TLD055C	MICROPORT CRM MEDICAL SLU
L 27: 014235 ELECTRODO MARCAPASOS AURICULAR/VENTRIC ULAR FIJACIÓN ACTIVA	VEGA R45 VEGA R52 VEGA R58	TLD040C TLD041C TLD042C	MICROPORT CRM MEDICAL SLU
L 3: 008468 MARCAPASOS SSIR. ESTÁNDAR	Azure S	W3SR01	MEDTRONIC IBERICA S.A.
L 4: 008467 MARCAPASOS SSIR AVANZADO	Azure XT	W2SR01	MEDTRONIC IBERICA S.A.
L 7: 008463 MARCAPASOS DDD BÁSICO	Attesta DR	ATDR01	MEDTRONIC IBERICA S.A.
L 9: 008464 MARCAPASOS DDDR ESTÁNDAR	AttestaL DR	ATDRL1	MEDTRONIC IBERICA S.A.
L 10: 036939 MARCAPASOS DDDR AVANZADO	Azure S	W3DR01	MEDTRONIC IBERICA S.A.
L 11: 008465 MARCAPASOS DDDRP BÁSICO	Azure XT	W2DR01	MEDTRONIC IBERICA S.A.
L 16: 045478 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR BÁSICO	Crome VR	DVPC3D4 DVPC3D1	MEDTRONIC IBERICA S.A.
L 17: 045479 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR ESTÁNDAR	Cobalt VR	DVPB3D4 DVPB3D1	MEDTRONIC IBERICA S.A.
L 18: 045480 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR AVANZADO	Cobalt XT VR	DVPA2D4 DVPA2D1	MEDTRONIC IBERICA S.A.
L 19: 045481 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE DDDR BÁSICO	Crome DR	DDPC3D4 DDPC3D1	MEDTRONIC IBERICA S.A.
L 20: 041460 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE DDDR ESTANDAR	Cobalt XT DR	DDPA2D4 DDPA2D1	MEDTRONIC IBERICA S.A.
L 21: 014653 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN BÁSICO	Crome CRT	DTPC2QQ / DTPC2Q1 DTPC2D4 / DTPC2D1	MEDTRONIC IBERICA S.A.
L 22: 008469 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN ESTANDAR	Cobalt CRT	DTPB2QQ / DTPB2Q1 DTPB2D4 / DTPB2D1	MEDTRONIC IBERICA S.A.
L 23: 014231 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN AVANZADO	Cobalt XT CRT	DTPA2QQ / DTPA2Q1 DTPA2D4 / DTPA2D1	MEDTRONIC IBERICA S.A.
L 16: 045478 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR BASICO	Ellipse VR	CD1377-36Q CD1377-36C	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A

SOLICITUDES APROBADAS			
Nº LOTE	MODELO NUEVO PROPUESTO	REF.NUEVA PROPUESTA	LICITADOR
L 17: 045479 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR ESTÁNDAR	Entrant	CDVRA300Q	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A
L 18: 045480 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR AVANZADO	Gallant	CDVRA500Q	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A
L 19: 045481 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE DDDR BÁSICO	Entrant	CDDRA300Q	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A
L 20: 041460 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE DDDR ESTANDAR	Gallant	CDDRA500Q	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A
L 22: 008469 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN ESTANDAR	Entrant	CDHFA300Q	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A
L 23: 014231 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN AVANZADO	Gallant	CDHFA500Q	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A
L 13: 012132 MARCAPASOS RESINCRONIZACION ESTÁNDAR	VISIONIST IS4	U225/U228/U226 + 6290	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.
L 17: 045479 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR ESTÁNDAR	RESONATE/MOMENTUM VR + LATITUDE	D432/D120 +6290	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.
L 22: 008469 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN ESTANDAR	RESONATE/MOMENTUM M TRCD + LATITUDE	G447/G424/G125/G126/G138 + 6290	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.
L 29: 030158 ELECTRODO PARA DAI BIBOBINA FIJACIÓN ACTIVA DIST. LONGITUDES	RELIANCE 4-FRONT/4 SITE	0695/0696/0295/ 0296/0185/0675/0676/0275/0276/0158	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.
L 30: 037888 ELECTRODO PARA DAI BIBOBINA FIJACION PASIVA DIST. LONGITUDES	RELIANCE 4-FRONT/4 SITE	0685/0686/0285/0286/0175/0665/0636/0265/0266/0148	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.
L 31: 030159 ELECTRODO PARA DAI MONOBOBINA	RELIANCE 4-FRONT/4 SITE	0692/0693/0682/0683/0282/0283/0292/0293/0181/0672/0673/0662/0663/0262/0263/0272/0273/0138	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.

#### RESUMEN SOLICITUDES RECHAZADAS:

- **NO APORTAN embalaje ni etiquetado** de las referencias nuevas propuestas. Incumpliendo la cláusula 16.5 del PCAP "MUESTRAS" y el apartado 23 "MUESTRAS" del ANEXO I del PCAP.
- **NO APORTAN los certificados de la AEMPS** de puesta en el mercado de las referencias nuevas propuestas. Incumpliendo la cláusula 22.1 "Criterios sujetos a evaluación previa (mediante juicio de valor)" del Anexo I del PCAP:

*"Deberán incluir en el sobre 2 la siguiente documentación:"*

*22.1.3 "(...) copia del DOCUMENTO DE ANOTACIÓN EN EL REGISTRO de Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por cada uno de los productos ofertados."*

***"Cualquiera de los documentos solicitado, en caso de omisión o datos ilegibles, dicha oferta no será considerada"***

- **NO APORTAN los certificados CE** en cumplimiento de la Directiva 90/385/CEE sobre Productos sanitarios implantables activos y sus anexos de las referencias nuevas propuestas. Incumpliendo la cláusula 22.1 “Criterios sujetos a evaluación previa (mediante juicio de valor)” del Anexo I del PCAP:

*“Deberán incluir en el sobre 2 la siguiente documentación:”*

*22.1.3 “(...) Fotocopia del certificado CE en cumplimiento de la Directiva 90/385/CEE sobre productos sanitarios implantables activos y sus anexos(...).”*

***“Cualquiera de los documentos solicitado, en caso de omisión o datos ilegibles, dicha oferta no será considerada”***

SOLICITUDES RECHAZADAS			
Nº LOTE	MODELO NUEVO PROPUESTO	REF.NUEVA PROPUESTA	LICITADOR
L 12: 014241 MARCAPASOS RESINCRONIZACION BÁSICO	VALITUDE IS4 3G	BUN52-U128-IS43G BUN52-U125-IS43G	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.
L 14: 012134 MARCAPASOS RESINCRONIZACION AVANZADO	VISIONIST IS4 3G + LATITUDE	BUN52-U228-IS43G BUN52-U225-IS13G BUN52-U226-LV13G + 6290	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.
L 18: 045480 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR AVANZADO	RESONATE/MO MENTUM HL VR + LATITUDE	BUN53-D432-RSVRHL BUN53-D120-MMVRHL +6290	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.
L 21: 014653 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN BÁSICO	VIGILANT TRCD HL + LATITUDE	BUN54-G247-VGIS4HL BUN54-G224-VGIS1HL BUN54-G138-MMIS4HL BUN54-G125-MMIS1HL BUN54-G126-MMLV1HL + 6290	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.
L 23: 014231 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN AVANZADO	RESONATE/MO MENTU M TRCD HL + LATITUDE	BUN54-G447-RSIS4HL BUN54-G424-RSIS1HL BUN54-G138-MMIS43G BUN54-G125-MMIS13G BUN54-G126-MMLV13G + 6290	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.

## PUNTUACIÓN OBTENIDA EN BASE A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE

Las inclusiones de los productos nuevos ACEPTADAS, salvo en los lotes 26, 27, 29, 30 y 31, implican la sustitución de los modelos y referencias adjudicadas inicialmente puesto que no admiten variantes conforme el apartado 6.2 del Anexo I del PCAP, pág. 67:

*“Los licitadores podrán ofertar a los lotes 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37, una variante, sin contar la oferta base. Al resto de lotes, no se admiten variantes.”*

Por otro lado, conforme el apartado 6.3 del Anexo I del PCAP, pág. 67, cada licitador no podrá ofertar **la misma referencia en más de un lote y además no podrá una referencia repetirse dentro del mismo Procedimiento en el mismo lote o lotes distintos**, ni en las ofertas iniciales ni en las incorporaciones o sustituciones durante la duración del contrato.

El licitador BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A. ha solicitado la sustitución de las referencias adjudicadas inicialmente en el procedimiento en los Lotes 13, 17 y 22 por las adjudicadas inicialmente en los Lotes 14, 18 y 23, respectivamente. Estas solicitudes han sido aceptadas por cumplir todos los requisitos establecidos como se puede observar en el cuadro resumen anterior, sin embargo, las solicitudes propuestas para los Lotes 14, 18 y 23 han sido rechazadas por lo que en principio seguirían vigentes las ofertas adjudicadas inicialmente que no podrán ser puntuadas por repetir las referencias en dos lotes distintos.

Y en base a todo lo anterior, procede la valoración de las ofertas de todos los licitadores, incluidas las ofertas iniciales, de los lotes afectados por las solicitudes de sustituciones y/o inclusiones aceptadas.

### **Puntuaciones Criterios basados en Juicios de Valor**

Se incluye las puntuaciones obtenidas en base a los Criterios de Juicio de Valor de las solicitudes aceptadas, el resto no varían con respecto a las obtenidas en la adjudicación inicial, por lo que se reflejan en el cuadro resumen de puntuaciones.

MICROPORT CRM MEDICAL SLU LOTES 1 a 25 y 38 a 40			CALIDAD DE LA INFORMACION ADJUNTADA EN CADA DISPOSITIVO (INSTRUCCIONES)		SEGURIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS OFERTADOS EN BASE A ESTUDIOS REALIZADOS Y APORTADOS.		INTERFAZ PROGRAMADOR/USUARIO, CLARO E INTUITIVO				TOTAL PTOS
			HASTA 1 PUNTO		HASTA 2 PUNTOS		CLARO		INTUITIVO		
			OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	
LOTE 1	14232	MARCAPASOS SSI BÁSICO	Cada marcapasos y desfibrilador MicroPort contiene un Manual de Implante multilingüe en CD-ROM con instrucciones de uso completas y detalladas sobre el funcionamiento y las características técnicas del dispositivo. Documento "Criterio 1_Lotes 1-25. Calidad de la información (manuales)"	1,00	Se presenta el informe de rendimiento de producto (Product Performance Report) que demuestran la alta fiabilidad y seguridad para el paciente de dichos dispositivos. Documento "Criterio 2_Lotes 1-25. Fiabilidad y seguridad (estudios)"	2,00	El interfaz del programador es muy sencillo e intuitivo, con tiempos de interrogación de como máximo 1 minuto (con los datos principales recuperados en menos de 15 segundos). Las acciones básicas de seguimiento están automatizadas con la función Smartcheck, incluido el guardado y la impresión de resultados. Así mismo, la mayoría de funciones requieren simplemente de su activación (SI/NO), sin requerir programación de parámetros adicionales. Todo ello redundando en la agilización y rapidez del seguimiento.	1,00	El interfaz del programador es muy sencillo e intuitivo, con tiempos de interrogación de como máximo 1 minuto (con los datos principales recuperados en menos de 15 segundos). Las acciones básicas de seguimiento están automatizadas con la función Smartcheck, incluido el guardado y la impresión de resultados. Así mismo, la mayoría de funciones requieren simplemente de su activación (SI/NO), sin requerir programación de parámetros adicionales. Todo ello redundando en la agilización y rapidez del seguimiento.	1,00	5,00
LOTE 8	39298	MARCAPASOS DDDR BASICO									
LOTE 9	8464	MARCAPASOS DDDR ESTANDAR									
LOTE 10	36939	MARCAPASOS DDDR AVANZADO									

MICROPORT CRM MEDICAL SLU LOTES 26 a 37			CALIDAD DE LA INFORMACION ADJUNTADA EN CADA DISPOSITIVO (INSTRUCCIONES)		DISEÑO DEL ELECTRODO		SEGURIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CABLES OFERTADOS EN BASE A ESTUDIOS REALIZADOS Y APORTADOS		TOTAL PTOS
			HASTA 1 PUNTO		HASTA 2 PUNTOS		HASTA 2 PUNTOS		
			OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	
Lote 26	14236	ELECTRODO PARA MARCAPASOS AURICULAR /VENTRICULAR FIJACIÓN PASIVA	Cada electrodo fabricado o distribuido por MicroPort viene con un Manual de Implante multilingüe conteniendo instrucciones de uso completas y detalladas sobre el funcionamiento y las características técnicas del electrodo. Documento "CRITERIO 1_Lotes 26-37. Calidad de la información adjuntada en cada dispositivo (instrucciones)"	1	Se detallan las características físicas que condicionan la navegabilidad del electrodo, y se detallan aspectos de manejo relacionados con la navegabilidad Documento "CRITERIO 2_Lotes 26-37. Diseño del electrodo"	2	Se presentan los datos del Informe de Rendimiento de Producto que avalan la fiabilidad y seguridad de los cables, así como estudios clínicos realizados con los cables	2	5,00
Lote 27	14235	ELECTRODO PARA MARCAPASOS AURICULAR/VENTRICULAR FIJACIÓN ACTIVA							

MEDTRONIC IBERICA S.A. LOTES 1 a 25 y 38 a 40			CALIDAD DE LA INFORMACION ADJUNTADA EN CADA DISPOSITIVO (INSTRUCCIONES)		SEGURIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS OFERTADOS EN BASE A ESTUDIOS REALIZADOS Y APORTADOS.		INTERFAZ PROGRAMADOR/USUARIO, CLARO E INTUITIVO				TOTAL PTOS		
			HASTA 1 PUNTO		HASTA 2 PUNTOS		CLARO		INTUITIVO				
			OFERTA		PTOS	OFERTA		PTOS	HASTA 1 PUNTO			HASTA 1 PUNTO	
			OFERTA		PTOS	OFERTA		PTOS	OFERTA			PTOS	
Lote 3	8468	M. SSIR ESTANDAR	<p>Todos los dispositivos ofertados comprendidos entre los lotes 1 y 15, así como los lotes 39 y 40 incluyen los manuales y la documentación complementaria necesaria para poder realizar el implante y los futuros seguimientos de control. Esta información también está disponible en formato electrónico en una web de acceso público, con el objeto de tener fácil acceso a dicha documentación.</p> <p>Documento CRITERIOS BASADOS EN JUICIOS DE VALOR para los lotes de Marcapasos (LOTE 1-LOTE 15), desfibriladores (LOTE 16-LOTE23) y Holter (LOTE 39- LOTE 40). Punto 1, "Calidad de la información adjuntada" y Anexos punto 1</p>	1,00	<p>Medtronic dispone de los certificados de calidad necesarios en cada una de las plantas de fabricación y distribución a nivel mundial, que avala la calidad de los procesos de fabricación de los dispositivos. Medtronic realiza una vigilancia activa de los productos una vez se han puesto en mercado. Adicionalmente, existen numerosos estudios realizados con dispositivos de Medtronic para probar la seguridad y eficacia de las terapias y funciones que incorporan.</p> <p>Documento CRITERIOS BASADOS EN JUICIOS DE VALOR para los lotes de Marcapasos(LOTE 1-LOTE 15), desfibriladores (LOTE 16-LOTE23) y Holter (LOTE 39- LOTE 40), punto 2 "Seguridad en el funcionamiento de los dispositivos" y Anexos punto 2</p>	2,00	<p>Los dos programadores y el gestor de dispositivos que hay disponibles para programar los dispositivos ofertados, permiten al usuario navegar por las diferentes pantallas fácilmente, gracias al diseño de una interfaz clara e intuitiva y al diseño sencillo de sus componentes. El programador basado en tablet ofrece una gran portabilidad y ligereza, con la sencillez de uso del programador convencional.</p> <p>Documento CRITERIOS BASADOS EN JUICIOS DE VALOR para los lotes de Marcapasos(LOTE 1-LOTE 15), desfibriladores (LOTE 16-LOTE23) y Holter (LOTE 39- LOTE 40), punto 3 "Interfaz programador/usuario claro e intuitivo" y Anexos punto 3</p>	1,00	<p>Se aporta documentación adicional relacionada con los programadores y su utilización, ya que se introduce el programador basado en Tablet, compatible con los dispositivos Azure, Cobalt y Crome. Este programador es también compatible con los marcapasos CRT-P que hay actualmente en el acuerdo marco.</p>	1,00	5,00		
Lote 4	8467	M.SSIR AVANZADO											
Lote 7	8463	M. DDD BÁSICO											
Lote 9	8464	M.DDDR ESTANDAR											
Lote 10	36939	M.DDDR AVANZADO											
Lote 11	8465	M. DDDRP BÁSICO											
Lote 16	45478	D. IMPLANTABLE VVIR BASICO											
Lote 17	45479	D. IMPLANTABLE VVIR ESTANDAR											
Lote 18	45480	D. IMPLANTABLE VVIR AVANZADO											
Lote 19	45481	D. IMPLANTABLE DDDR BASICO											
Lote 20	41460	D. IMPLANTABLE DDDR ESTANDAR											
Lote 21	14653	D. IMPLANTABLE RESINCRONIZACION BASICO											
Lote 22	8469	D. IMPLANTABLE RESINCRONIZACION ESTANDAR											
Lote 23	14231	D. IMPLANTABLE RESINCRONIZACION AVANZADO											

ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A			CALIDAD DE LA INFORMACION ADJUNTADA EN CADA DISPOSITIVO (INSTRUCCIONES)		SEGURIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS OFERTADOS EN BASE A ESTUDIOS REALIZADOS Y APORTADOS.		INTERFAZ PROGRAMADOR/USUARIO, CLARO E INTUITIVO				TOTAL PTOS.
							CLARO		INTUITIVO		
			HASTA 1 PUNTO		HASTA 2 PUNTOS		HASTA 1 PUNTO		HASTA 1 PUNTO		
OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS		PTOS				
Lote 16	045478	DEFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR BÁSICO	<p>La calidad de la información de cada uno de nuestros dispositivos, se encuentra detallada en las instrucciones de uso, con un contenido amplio y detallado del producto. (Ampliación información Ver <b>Declaración A</b>, se adjunta soporte electrónico "Manuales de Usuario") "<b>Declaración A</b> Calidad de la Información. Soporte informático ""Manuales usuario""</p>	<p>Los productos ofertados, garantizan la fiabilidad y seguridad mediante el resultado de estudios realizados los cuales se detallan en el <b>Declaración B. Declaración B Seguridad</b></p>	<p>2,00</p>	<p>El programador está especialmente diseñado para interrogar, programar, mostrar datos y comprobar los dispositivos implantables de Abbott Medical™, cuyo manejo es claro, facil e intuitivo para el Usuario. Manual Usuario Programador Merlin Ref. 3650</p>	<p>1,00</p>	<p>El programador está especialmente diseñado para interrogar, programar, mostrar datos y comprobar los dispositivos implantables de Abbott Medical™, cuyo manejo es claro, facil e intuitivo para el Usuario. Manual Usuario Programador Merlin Ref. 3650</p>	<p>1,00</p>	<p>5,00</p>	
Lote 17	45479	DEFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR ESTANDAR									
Lote 18	45480	DEFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR AVANZADO									
Lote 19	45481	DEFIBRILADOR IMPLANTABLE DDDR BASICO									
Lote 20	41460	DEFIBRILADOR IMPLANTABLE DDDR ESTANDAR									
Lote 22	8469	DEFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACION ESTANDAR									
Lote 23	14231	DEFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACION AVANZADO									

BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A. (Lotes 1-25 y del 38-40)			CALIDAD DE LA INFORMACION ADJUNTADA EN CADA DISPOSITIVO (INSTRUCCIONES)		SEGURIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS OFERTADOS EN BASE A ESTUDIOS REALIZADOS Y APORTADOS.		INTERFAZ PROGRAMADOR/USUARIO, CLARO E INTUITIVO				TOTAL PTOS
			HASTA 1 PUNTO		HASTA 2 PUNTOS		HASTA 1 PUNTO		HASTA 1 PUNTO		
			OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	
Lote 13	012132	MARCAPASOS RESINCRONIZACION ESTÁNDAR	Referencias ofertadas en adjudicación inicial en otros lotes. Por lo tanto conservan la puntuación obtenida en estos criterios.	1,00	Referencias ofertadas en adjudicación inicial en otros lotes. Por lo tanto conservan la puntuación obtenida en estos criterios	2,00	Referencias ofertadas en adjudicación inicial en otros lotes. Por lo tanto conservan la puntuación obtenida en estos criterios	1,00	Referencias ofertadas en adjudicación inicial en otros lotes. Por lo tanto conservan la puntuación obtenida en estos criterios	1,00	5,00
Lote 17	045479	DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR ESTÁNDAR									
Lote 22	008469	DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN ESTANDAR									

BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A. (Lotes 26-37)			CALIDAD DE LA INFORMACION ADJUNTADA EN CADA DISPOSITIVO (INSTRUCCIONES)		DISEÑO DEL ELECTRODO		SEGURIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CABLES OFERTADOS EN BASE A ESTUDIOS REALIZADOS Y APORTADOS		TOTAL PTOS
			HASTA 1 PUNTO		HASTA 2 PUNTOS		HASTA 2 PUNTOS		
			OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	
Lote 29	30158	Electrodo para DAI Bibobina Fijación Activa distintas longitudes	SI ANEXO 6.1. Manual técnico del médico Endotak Reliance activa / Manual técnico del médico Endotak Reliance DF1 / Manual técnico del médico Endotak Reliance pasiva / Manual técnico del médico Reliance 4-front pasiva / Manual técnico del médico Reliance 4-front	1,00	SI Manual técnico del médico Endotak Reliance activa / Manual técnico del médico Endotak Reliance DF1 / Manual técnico del médico Endotak Reliance pasiva / Manual técnico del médico Reliance 4-front pasiva / Manual técnico del médico Reliance 4-front	2,00	SI ANEXO 6.4	2,00	5,00
Lote 30	37888	Electrodo para DAI Bibobina Fijación Pasiva distintas longitudes							
Lote 31	30159	Electrodo para DAI Monobobina							

### **Puntuaciones Criterios Reglas o Fórmulas**

Se deben volver a recalcular todas las ofertas de los lotes que han sufrido alguna modificación y/o inclusión, incluidas las de los licitadores que no han modificado su oferta, pues su puntuación se ve afectada.

Las ofertas incluidas en el siguiente cuadro acompañadas del símbolo “\*” no han variado con respecto a la adjudicación inicial.

LOTE 1: 014232 MARCAPASOS SSI BÁSICO.			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.		MEDTRONIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		MICROPORT CRM MEDICAL SLU	
CRITERIO POR APLICACIÓN REGLAS O FORMULAS	POND.	REGLA O FORMULA	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS
CRITERIOS PARA TODOS LOS LOTES	Puntos máximos		ESSENTIO SR L100		SPHERA MRI SPSR01		PM1140		OTO SR TPM019C	
1.- Productos exento de látex	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI *	1	SI *	1	SI *	1	SI	1
2.- Producto NO esterilizado en óxido de Etileno	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	NO *	0	NO *	0	NO *	0	NO	0
3- Cursos de formación para impartir a personal especializado respecto al objeto del contrato y valorados en créditos por parte de Organismos Oficiales Españoles. Se valora básicamente la formación continuada para los componentes de las distintas unidades de implantación de los Hospitales del SESCAM.	7 PUNTOS	Mayor número de créditos 7 puntos, el resto proporcional	NO *	0	143,87 *	7	87,03 *	4,23	SI (No es un valor cuantificable)	0
4.- Servicio técnico propio para asegurar la calidad de los seguimientos de los pacientes y del propio implante, con los técnicos homologados y con sistema propio de calidad técnica.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3	SI *	3	SI	3
CRITERIO PARA TODOS LOS MARCAPASOS										
1.- Compromiso de retirada de las baterías recambiadas. Para mejor cuidado del medio ambiente y ahorro hospitalario	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI *	1	NO *	0	NO*	0	SI	1
CRITERIOS MARCAPASOS SSI BÁSICO.										
1.- Posibilidad de cambiar automáticamente a configuración monopolar en caso de duda en la integridad del electrodo	9 PUNTOS	Si =9 punto No=0 puntos	SI *	9	SI *	9	SI *	9	SI	9
2.- Medición continua de los umbrales de estimulación y ajuste automático de la salida. Compatible con electrodos unipolares, bipolares, de alta y baja polarización	8 PUNTOS	Si =8 punto No=0 puntos	SI *	8	SI *	8	SI *	8	SI	8
3.- Detección automática de la polaridad del electrodo en el procedimiento de implante	9 PUNTOS	Si =9 punto No=0 puntos	SI *	9	SI *	9	SI *	9	SI	9
4.- Menor peso (en grs)	HASTA 2 PUNTOS	Menor peso, máxima puntuación, resto proporcional	23,60 *	1,61	21,50 *	1,77	19,00 *	2,00	19	2
5.- Menor volumen (cm3)	HASTA 2 PUNTOS	Menor volumen, máxima puntuación, resto proporcional	13,20 *	1,14	9,70 *	1,55	9,70 *	1,55	7,5	2
6.- Tiempo de vida-útil (meses)	HASTA 1 PUNTO	Mayor tiempo, máxima puntuación, resto proporcional	126,00 *	0,73	114,00 *	0,66	172,80 *	1,00	136,8	0,79
7.- Tamaño de la huella en cm <sup>2</sup>	HASTA 1 PUNTO	Menor huella, máxima puntuación, resto proporcional	21,40 *	0,60	26,90*	0,48	15,91 *	0,81	12,9	1
		<b>TOTAL</b>		<b>35,08</b>		<b>41,46</b>		<b>39,59</b>		<b>36,79</b>

LOTE 3: 008468 MARCAPASOS SSIR ESTÁNDAR			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		MEDTRONIC IBERICA S.A.	
CRITERIO POR APLICACIÓN REGLAS O FORMULAS	POND.	REGLA O FORMULA	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS
CRITERIOS PARA TODOS LOS LOTES	Puntos máximos		PROponent SR L210		PM1172		Azure S W3SR01	
1.- Productos exento de látex	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI *	1	SI *	1	SI	1
2.- Producto NO esterilizado en óxido de Etileno	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	NO *	0	NO *	0	NO	0
3- Cursos de formación para impartir a personal especializado respecto al objeto del contrato y valorados en créditos por parte de Organismos Oficiales Españoles. Se valora básicamente la formación continuada para los componentes de las distintas unidades de implantación de los Hospitales del SESCAM.	7 PUNTOS	Mayor número de créditos 7 puntos, el resto proporcional	NO *	0	87,03 *	4,23	143,87	7
4.- Servicio técnico propio para asegurar la calidad de los seguimientos de los pacientes y del propio implante, con los técnicos homologados y con sistema propio de calidad técnica.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3	SI	3
CRITERIO PARA TODOS LOS MARCAPASOS								
1.- Compromiso de retirada de las baterías recambiadas. Para mejor cuidado del medio ambiente y ahorro hospitalario	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI *	1	NO *	0	NO	0
CRITERIOS MARCAPASOS SSIR ESTÁNDAR.								
1.- Compatibilidad con RMN	5 PUNTOS	Si =5 punto No=0 puntos	SI *	5	SI *	5	SI	5
2.- Posibilidad de cambiar automáticamente a configuración monopolar en caso de duda en la integridad del electrodo	6 PUNTOS	Si =6 punto No=0 puntos	SI *	6	SI *	6	SI	6
3.- Medición continua de los umbrales de estimulación y ajuste automático de la salida. Compatible con electrodos unipolares, bipolares, de alta y baja polarización	5 PUNTOS	Si =5 punto No=0 puntos	SI *	5	SI *	5	SI	5
4.- Detección automática de la polaridad del electrodo en el procedimiento de implante	6 PUNTOS	Si= 6 puntos, No= 0 puntos	SI *	6	SI *	6	SI	6
5.- Recogida de los datos del sensor independientemente de estar o no activado	6 PUNTOS	Si =6 punto No=0 puntos	SI *	6	SI *	6	SI	6
6.- Menor peso (en grs)	HASTA 1 PUNTO	Menor peso, máxima puntuación, resto proporcional	23,60 *	0,81	19,00 *	1,00	22,5	0,84
7.- Menor volumen	HASTA 1 PUNTO	Menor volumen, máxima puntuación, resto proporcional	13,20 *	0,73	9,70 *	1,00	12,25	0,79
8.- Tiempo de vida-útil (meses)	HASTA 1 PUNTO	Mayor tiempo, máxima puntuación, resto proporcional	126,00 *	0,59	NO *	0,00	214,8	1,00
9.- Tamaño de la huella en cm <sup>2</sup>	HASTA 1 PUNTO	Menor huella, máxima puntuación, resto proporcional	21,40 *	0,74	15,91 *	1,00	33,48	0,48
		<b>TOTAL</b>		<b>35,87</b>		<b>39,23</b>		<b>42,11</b>

LOTE 4: 008467 MARCAPASOS SSIR AVANZADO			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		MEDTRONIC IBERICA S.A.	
CRITERIO POR APLICACIÓN REGLAS O FORMULAS	POND.	REGLA O FORMULA	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS
CRITERIO PARA TODOS LOS LOTES	Puntos máximos		ACCOLADE SR L310		PM1272		Azure XT W2SR01	
1.- Productos exento de látex	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI *	1	SI *	1	SI	1
2.- Producto NO esterilizado en óxido de Etileno	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	NO *	0	NO*	0	NO	0
3- Cursos de formación para impartir a personal especializado respecto al objeto del contrato y valorados en créditos por parte de Organismos Oficiales Españoles. Se valora básicamente la formación continuada para los componentes de las distintas unidades de implantación de los Hospitales del SESCAM.	7 PUNTOS	Mayor número de créditos 7 puntos, el resto proporcional	NO *	0	87,03 *	4,23	143,87	7
4.- Servicio técnico propio para asegurar la calidad de los seguimientos de los pacientes y del propio implante, con los técnicos homologados y con sistema propio de calidad técnica.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3	SI	3
CRITERIO PARA TODOS LOS MARCAPASOS								
1.- Compromiso de retirada de las baterías recambiadas. Para mejor cuidado del medio ambiente y ahorro hospitalario	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI *	1	NO *	0	NO	0
CRITERIOS MARCAPASOS SSIR AVANZADO.								
1.- Posibilidad de cambiar automáticamente a configuración monopolar en caso de duda en la integridad del electrodo	5 PUNTOS	Si =5 punto No=0 puntos	SI *	5	SI *	5	SI	5
2.- Medición continua de los umbrales de estimulación y ajuste automático de la salida. Compatible con electrodos unipolares, bipolares, de alta y baja polarización	4 PUNTOS	Si =4 punto No=0 puntos	SI *	4	SI *	4	SI	4
3.- Detección automática de la polaridad del electrodo en el procedimiento de implante	5 PUNTOS	Si =5 punto No=0 puntos	SI *	5	SI *	5	SI	5
4.- Regularización de la frecuencia ventricular ante arritmias auriculares con programación de frecuencia máxima independiente.	5 PUNTOS	Si =5 punto No=0 puntos	SI *	5	SI *	5	SI	5
5.- Recogida de los datos del sensor independientemente de estar o no activado	5 PUNTOS	Si =5 punto No=0 puntos	SI *	5	SI *	5	SI	5
6.- Sugerencia de programación en función de parámetros clínicos	4 PUNTOS	Si =4 punto No=0 puntos	SI *	4	SI *	4	SI	4
7.- Menor peso (en grs)	HASTA 1 PUNTO	Menor peso, máxima puntuación, resto proporcional	23,60 *	0,85	20,00 *	1,00	22,5	0,89
8.- Menor volumen	HASTA 1 PUNTO	Menor volumen, máxima puntuación, resto proporcional	13,20 *	0,79	10,40 *	1,00	12,25	0,85
9.- Tiempo de vida-útil (meses)	HASTA 1 PUNTO	Mayor tiempo, máxima puntuación, resto proporcional	126,00 *	0,59	165,00 *	0,77	214,8	1,00
10.- Tamaño de la huella en cm <sup>2</sup>	HASTA 1 PUNTO	Menor huella, máxima puntuación, resto proporcional	21,40 *	0,84	17,97 *	1,00	33,48	0,54
<b>TOTAL</b>				<b>36,07</b>		<b>40,00</b>		<b>42,28</b>

LOTE 7: 008463 MARCAPASOS DDD BASICO			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		MEDTRONIC IBERICA S.A.	
CRITERIO POR APLICACIÓN REGLAS O FORMULAS	POND.	REGLA O FORMULA	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS
CRITERIOS PARA TODOS LOS LOTES	Puntos máximos		ESSENTIO DR L131		PM2140		Attesta DR ATDR01	
1.- Productos exento de látex	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI *	1	SI *	1	SI	1
2.- Producto NO esterilizado en óxido de Etileno	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	NO *	0	NO*	0	NO	0
3- Cursos de formación para impartir a personal especializado respecto al objeto del contrato y valorados en créditos por parte de Organismos Oficiales Españoles. Se valora básicamente la formación continuada para los componentes de las distintas unidades de implantación de los Hospitales del SESCAM.	7 PUNTOS	Mayor número de créditos 7 puntos, el resto proporcional	NO *	0	87,03 *	4,23	143,87	7
4.- Servicio técnico propio para asegurar la calidad de los seguimientos de los pacientes y del propio implante, con los técnicos homologados y con sistema propio de calidad técnica.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3	SI	3
CRITERIO PARA TODOS LOS MARCAPASOS								
1.- Compromiso de retirada de las baterías recambiadas. Para mejor cuidado del medio ambiente y ahorro hospitalario	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI *	1	NO *	0	NO	0
CRITERIOS MARCAPASOS DDD BÁSICO								
1.-Compatibilidad con RMN	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3	SI	3
2.- Posibilidad de cambiar automáticamente a configuración monopolar en dos latidos máximo en caso duda en la integridad del electrodo.	4 PUNTOS	Si =4 punto No=0 puntos	SI *	4	SI *	4	SI	4
3.- Medición continua de los umbrales de estimulación y ajuste automático de la salida en ambas cámaras. Compatible con electrodos unipolares, bipolares, de alta y baja polarización.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3	SI	3
4. Detección automática de la polaridad del electrodo en el procedimiento de implante.	4 PUNTOS	Si =4 punto No=0 puntos	SI *	4	SI *	4	SI	4
5.- Control automático de la sensibilidad de ambas cámaras.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	NO *	0	SI	3
6.- Posibilidad de programar la frecuencia máxima de seguimiento superior a 190 lpm.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	NO *	0	NO *	0	SI	3
7.- Sugerencia de programación en función de parámetros clínicos del paciente.	4 PUNTOS	Si =4 punto No=0 puntos	NO *	0	SI *	4	SI	4
8.- Modo de estimulación bicameral que reduce la estimulación ventricular innecesaria sin modificar los retardos AV programados	4 PUNTOS	Si =4 punto No=0 puntos	SI *	4	SI *	4	SI	4
9.- Menor peso (en grs)	HASTA 1 PUNTOS	Menor peso, máxima puntuación, resto proporcional	29,20 *	0,65	19,00 *	1,00	23,6	0,81
10.- Menor volumen (en cm3)	HASTA 1 PUNTOS	Menor volumen, máxima puntuación, resto proporcional	15,80 *	0,66	10,40 *	1,00	12,1	0,86

LOTE 7: 008463 MARCAPASOS DDD BASICO			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		MEDTRONIC IBERICA S.A.	
11- Tiempo de vida-útil (meses)	HASTA 1 PUNTO	Mayor tiempo, máxima puntuación, resto proporcional	182,40 *	1,00	172,80 *	0,95	145,2	0,80
12.- Tamaño de la huella en cm <sup>2</sup>	HASTA 1 PUNTO	Menor huella, máxima puntuación, resto proporcional	22,33 *	0,80	17,97 *	1,00	30,7	0,59
<b>TOTAL</b>				<b>29,11</b>		<b>34,18</b>		<b>42,06</b>

LOTE 8: 039298 MARCAPASOS DDDR BASICO			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.		MEDTRONIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		MICROPORT CRM MEDICAL SLU	
CRITERIO POR APLICACIÓN REGLAS O FORMULAS	POND.	REGLA O FORMULA	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS
CRITERIOS PARA TODOS LOS LOTES	Puntos máximos		PROponent DR L211		SPHERA DR MRI SPDR01		PM2162		TEO DR TPM019C	
1.- Productos exento de látex	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI *	1	SI *	1	SI *	1	SI	1
2.- Producto NO esterilizado en óxido de Etileno	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	NO *	0	NO *	0	NO *	0	NO	0
3- Cursos de formación para impartir a personal especializado respecto al objeto del contrato y valorados en créditos por parte de Organismos Oficiales Españoles. Se valora básicamente la formación continuada para los componentes de las distintas unidades de implantación de los Hospitales del SESCAM.	7 PUNTOS	Mayor número de créditos 7 puntos, el resto proporcional	NO *	0	143,87 *	7	87,03 *	4,23	SI (No es un valor cuantificable)	0
4.- Servicio técnico propio para asegurar la calidad de los seguimientos de los pacientes y del propio implante, con los técnicos homologados y con sistema propio de calidad técnica.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3	SI *	3	SI	3
CRITERIO PARA TODOS LOS MARCAPASOS										
1.- Compromiso de retirada de las baterías recambiadas. Para mejor cuidado del medio ambiente y ahorro hospitalario	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI *	1	NO *	0	NO *	0	SI	1
CRITERIOS MARCAPASOS DDDR BÁSICO.										
1.-Compatibilidad con RMN	5 PUNTOS	Si =5 punto No=0 puntos	SI *	5	SI *	5	SI *	5	SI	5
2.- Posibilidad de cambiar automáticamente a configuración monopolar en caso de duda en la integridad del electrodo.	4 PUNTOS	Si =4 punto No=0 puntos	SI *	4	SI *	4	SI *	4	SI	4
3.- Medición continua de los umbrales de estimulación y ajuste automático de la salida ventricular. Compatible con electrodos unipolares, bipolares, de alta y baja polarización.	5 PUNTOS	Si =5 punto No=0 puntos	SI *	5	SI *	5	SI *	5	SI	5
4.- Detección automática de la polaridad de los electrodos en el procedimiento de implante	5 PUNTOS	Si =5 punto No=0 puntos	SI *	5	SI *	5	SI *	5	SI	5
5.- Sugerencia de programación en función de parámetros clínicos.	5 PUNTOS	Si =5 punto No=0 puntos	SI *	5	SI *	5	SI *	5	SI	5
6.- Recogida de los datos del sensor independientemente de estar o no activado.	4 PUNTOS	Si =4 punto No=0 puntos	SI *	4	SI *	4	SI *	4	SI	4

LOTE 8: 039298 MARCAPASOS DDDR BASICO			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.		MEDTRONIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		MICROPORT CRM MEDICAL SLU	
7.- Menor peso (en grs)	HASTA 1 PUNTOS	Menor peso, máxima puntuación, resto proporcional	24,80 *	0,77	27,10 *	0,70	19,00 *	1,00	20	0,95
8.- Menor volumen (en cm3)	HASTA 1 PUNTOS	Menor volumen, máxima puntuación, resto proporcional	13,70 *	0,58	12,10 *	0,66	10,40 *	0,77	8	1,00
9.- Tiempo de vida-útil (meses)	HASTA 1 PUNTO	Mayor tiempo, máxima puntuación, resto proporcional	114,00 *	0,79	136,80 *	0,95	116,40 *	0,81	144	1,00
10.- Tamaño de la huella en cm <sup>2</sup>	HASTA 1 PUNTO	Menor huella, máxima puntuación, resto proporcional	26,16 *	0,53	30,70 *	0,45	17,97 *	0,77	13,78	1,00
<b>TOTAL</b>				<b>35,67</b>		<b>41,76</b>		<b>39,58</b>		<b>36,95</b>

LOTE 9: 008464 MARCAPASOS DDDR ESTANDAR			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		MICROPORT CRM MEDICAL SLU		MEDTRONIC IBERICA S.A.	
CRITERIO POR APLICACIÓN REGLAS O FORMULAS	POND.	REGLA O FORMULA	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS
CRITERIOS PARA TODOS LOS LOTES	Puntos máximos		PROONENT DR L231		PM2172		KORA 250 DR TPM010C		Attestal DR ATDRL1	
1.- Productos exento de látex	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI *	1	SI *	1	SI	1	SI	1
2.- Producto NO esterilizado en óxido de Etileno	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	NO *	0	NO *	0	NO	0	NO	0
3- Cursos de formación para impartir a personal especializado respecto al objeto del contrato y valorados en créditos por parte de Organismos Oficiales Españoles. Se valora básicamente la formación continuada para los componentes de las distintas unidades de implantación de los Hospitales del SESCAM.	7 PUNTOS	Mayor número de créditos 7 puntos, el resto proporcional	NO *	0	87,03 *	4,23	SI (No es un valor cuantificable)	0	143,87	7
4.- Servicio técnico propio para asegurar la calidad de los seguimientos de los pacientes y del propio implante, con los técnicos homologados y con sistema propio de calidad técnica.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3	SI	3	SI	3
CRITERIO PARA TODOS LOS MARCAPASOS										
1.- Compromiso de retirada de las baterías recambiadas. Para mejor cuidado del medio ambiente y ahorro hospitalario	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI *	1	NO *	0	SI	1	NO	0
CRITERIOS MARCAPASOS DDDR ESTÁNDAR										
1.-Compatibilidad con RMN	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3	SI	3	SI	3
2.- Posibilidad de cambiar automáticamente a configuración monopolar en caso de duda en la integridad del electrodo.	4 PUNTOS	Si =4 punto No=0 puntos	SI *	4	SI *	4	SI	4	SI	4
3.- Medición continua de los umbrales de estimulación y ajuste automático de la salida en ambas cámaras. Compatible con electrodos unipolares, bipolares, de alta y baja polarización.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3	SI	3	SI	3

LOTE 9: 008464 MARCAPASOS DDDR ESTANDAR			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		MICROPORT CRM MEDICAL SLU		MEDTRONIC IBERICA S.A.	
4.- Detección automática de la polaridad de los electrodos en el procedimiento de implante	4 PUNTOS	Si =4 punto No=0 puntos	SI *	4	SI *	4	SI	4	SI	4
5.- Control automático de la sensibilidad de ambas cámaras.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3	SI	3	SI	3
6.- Algoritmo de estimulación para prevención de síncope neuro mediados	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3	SI	3	SI	3
7.- Sugerencia de programación en función de parámetros clínicos.	4 PUNTOS	Si =4 punto No=0 puntos	SI *	4	SI *	4	SI	4	SI	4
8.- Recogida de los datos del sensor independientemente de estar o no activado.	4 PUNTOS	Si =4 punto No=0 puntos	SI *	4	SI *	4	SI	4	SI	4
9.- Menor peso (en grs)	HASTA 1 PUNTOS	Menor peso, máxima puntuación, resto proporcional	29,20 *	0,65	19,00 *	1,00	20	0,95	31,3	0,61
10.- Menor volumen (en cm3)	HASTA 1 PUNTOS	Menor volumen, máxima puntuación, resto proporcional	15,80 *	0,51	10,40 *	0,77	8	1,00	13,1	0,61
11.- Tiempo de vida-útil (meses)	HASTA 1 PUNTO	Mayor tiempo, máxima puntuación, resto proporcional	182,40 *	1,00	116,40 *	0,64	144	0,79	169,2	0,93
12.- Tamaño de la huella en cm <sup>2</sup>	HASTA 1 PUNTO	Menor huella, máxima puntuación, resto proporcional	22,33 *	0,62	17,97 *	0,77	13,78	1,00	34,3	0,40
<b>TOTAL</b>				<b>35,78</b>		<b>39,41</b>		<b>36,74</b>		<b>41,55</b>

LOTE 10: 036939 MARCAPASOS DDDR AVANZADO			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		MICROPORT CRM MEDICAL SLU		MEDTRONIC IBERICA S.A.	
CRITERIO POR APLICACIÓN REGLAS O FORMULAS	POND.	REGLA O FORMULA	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS
<b>CRITERIOS PARA TODOS LOS LOTES</b>	<b>Puntos máximos</b>		<b>ACCOLADE DR L311</b>		<b>PM2272</b>		<b>ENO DR TPM014C</b>		<b>Azure S W3DR01</b>	
1.- Productos exento de látex	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI *	1	SI *	1	SI	1	SI	1
2.- Producto NO esterilizado en óxido de Etileno	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	NO *	0	NO *	0	NO	0	NO	0
3- Cursos de formación para impartir a personal especializado respecto al objeto del contrato y valorados en créditos por parte de Organismos Oficiales Españoles. Se valora básicamente la formación continuada para los componentes de las distintas unidades de implantación de los Hospitales del SESCAM.	7 PUNTOS	Mayor número de créditos 7 puntos, el resto proporcional	NO *	0	87,03 *	4,23	SI (No es un valor cuantificable)	0	143,87	7
4.- Servicio técnico propio para asegurar la calidad de los seguimientos de los pacientes y del propio implante, con los técnicos homologados y con sistema propio de calidad técnica.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3	SI	3	SI	3

LOTE 10: 036939 MARCAPASOS DDDR AVANZADO			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		MICROPORT CRM MEDICAL SLU		MEDTRONIC IBERICA S.A.	
<b>CRITERIO PARA TODOS LOS MARCAPASOS</b>										
1.- Compromiso de retirada de las baterías recambiadas. Para mejor cuidado del medio ambiente y ahorro hospitalario	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI *	1	NO *	0	SI	1	NO	0
<b>CRITERIOS MARCAPASOS DDDR AVANZADO.</b>										
1.- Tecnología de procesamiento digital de la señal.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3	SI	3	SI	3
2.- Posibilidad de cambiar automáticamente a configuración monopolar en caso de duda en la integridad del electrodo.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3	SI	3	SI	3
3.- Medición continua de los umbrales de estimulación y ajuste automático de la salida en ambas cámaras. Compatible con electrodos unipolares, bipolares, de alta y baja polarización.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3	SI	3	SI	3
4.- Detección automática de la polaridad de los electrodos en el procedimiento de implante.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3	SI	3	SI	3
5.- Control automático de la sensibilidad de ambas cámaras.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3	SI	3	SI	3
6.- Sugerencia de programación en función de parámetros clínicos.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3	SI	3	SI	3
7.- Modo de estimulación bicameral que reduce la estimulación ventricular innecesaria sin modificar los retardos AV programados.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3	SI	3	SI	3
8.- Recogida de los datos del sensor independientemente de estar o no activado	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3	SI	3	SI	3
9.- Algoritmo de estimulación para prevención de síncope neuro mediados	4 PUNTOS	Si =4 punto No=0 puntos	SI *	4	SI *	4	SI	4	SI	4
10.- Menor peso (en grs)	HASTA 1 PUNTOS	Menor peso, máxima puntuación, resto proporcional	24,80 *	0,81	20,00 *	1,00	20	1,00	22,5	0,89
11.- Menor volumen (en cm3)	HASTA 1 PUNTOS	Menor volumen, máxima puntuación, resto proporcional	13,70 *	0,58	10,40 *	0,77	8	1,00	12,75	0,63
12.- Tiempo de vida-útil (meses)	HASTA 1 PUNTO	Mayor tiempo, máxima puntuación, resto proporcional	114,00 *	0,69	112,80 *	0,69	144	0,88	164,4	1,00
13.- Tamaño de la huella en cm <sup>2</sup>	HASTA 1 PUNTO	Menor huella, máxima puntuación, resto proporcional	22,33 *	0,62	18,98 *	0,73	13,78	1,00	33,48	0,41
<b>TOTAL</b>				<b>35,70</b>		<b>39,42</b>		<b>36,88</b>		<b>41,93</b>

LOTE 11: 008465 MARCAPASOS DDDRP BASICO			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.		MEDTRONIC IBERICA S.A.	
CRITERIO POR APLICACIÓN REGLAS O FORMULAS	POND.	REGLA O FORMULA	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS
CRITERIOS PARA TODOS LOS LOTES	Puntos máximos		ACCOLADE DR EL L331		Azure XT W2DR01	
1.- Productos exento de látex	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI *	1	SI	1
2.- Producto NO esterilizado en óxido de Etileno	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	NO *	0	NO	0
3- Cursos de formación para impartir a personal especializado respecto al objeto del contrato y valorados en créditos por parte de Organismos Oficiales Españoles. Se valora básicamente la formación continuada para los componentes de las distintas unidades de implantación de los Hospitales del SESCAM.	7 PUNTOS	Mayor número de créditos 7 puntos, el resto proporcional	NO *	0	143,87	7
4.- Servicio técnico propio para asegurar la calidad de los seguimientos de los pacientes y del propio implante, con los técnicos homologados y con sistema propio de calidad técnica.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI	3
CRITERIO PARA TODOS LOS MARCAPASOS						
1.- Compromiso de retirada de las baterías recambiadas. Para mejor cuidado del medio ambiente y ahorro hospitalario	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI *	1	NO	0
CRITERIOS MARCAPASOS DDDRP BÁSICO.						
1.- Tecnología de procesamiento digital de la señal.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI	2
2.- Posibilidad de cambiar automáticamente a configuración monopolar en caso de duda en la integridad del electrodo.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI	2
3.- Medición continua de los umbrales de estimulación y ajuste automático de la salida en ambas cámaras. Compatible con electrodos unipolares, bipolares, de alta y baja polarización.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI	2
4.- Detección automática de la polaridad de los electrodos en el procedimiento de implante.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI	2
5.- Algoritmo de estimulación para prevención de síncope neuro mediados	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI	2
6.- Sugerencia de programación en función de parámetros clínicos.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI	2
7.- Modo de estimulación bicameral que reduce la estimulación ventricular innecesaria sin modificar los retardos AV programados.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI	2
8.- Recogida de los datos del sensor independientemente de estar o no activado	2,5 PUNTOS	Si =2,5 punto No=0 puntos	SI *	2,5	SI	2,5
9.- Compatible con resonancia magnética.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI	2
10.- Mínimo 3 algoritmos de prevención de arritmias auriculares.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI	2
11.- Sistema de monitorización de la Insuficiencia Cardiaca basado en la impedancia transtorácica.	4 PUNTOS	Si =4 punto No=0 puntos	SI *	4	SI	4
12.- Compatible con monitorización remota.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI	2

LOTE 11: 008465 MARCAPASOS DDDRP BASICO			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.		MEDTRONIC IBERICA S.A.	
13.- Telemetría inalámbrica para implantes y seguimientos presenciales	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI	3
14.- Menor peso (en grs)	HASTA 0,5 PUNTOS	Menor peso, máxima puntuación, resto proporcional	29,20 *	0,39	22,5	0,50
15.- Menor volumen (cm3)	HASTA 0,5 PUNTOS	Menor volumen, máxima puntuación, resto proporcional	15,80 *	0,40	12,75	0,50
16.- Tiempo de vida-útil (meses)	HASTA 0,5 PUNTOS	Mayor tiempo, máxima puntuación, resto proporcional	182,40 *	0,50	183,6	0,50
17.- Tamaño de la huella en cm <sup>2</sup>	HASTA 1 PUNTO	Menor huella, máxima puntuación, resto proporcional	26,16 *	1,00	33,48	0,78
<b>TOTAL</b>				<b>36,79</b>		<b>42,78</b>

LOTE 13: 012132 MARCAPASOS RESINCRONIZACION ESTANDAR			MEDTRONIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	
CRITERIO POR APLICACIÓN REGLAS O FORMULAS	POND.	REGLA O FORMULA	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS
<b>CRITERIOS PARA TODOS LOS LOTES</b>	<b>Puntos máximos</b>		<b>SERENA CRTP MRI W1TR05 / W4TR05</b>		<b>PM3542</b>		<b>VISIONIST IS4 U225/U228/U226 + 6290</b>	
1.- Productos exento de látex	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI *	1	SI *	1	SI	1
2.- Producto NO esterilizado en óxido de Etileno	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	NO *	0	NO *	0	NO	0
3- Cursos de formación para impartir a personal especializado respecto al objeto del contrato y valorados en créditos por parte de Organismos Oficiales Españoles. Se valora básicamente la formación continuada para los componentes de las distintas unidades de implantación de los Hospitales del SESCAM.	7 PUNTOS	Mayor número de créditos 7 puntos, el resto proporcional	143,87 *	1,91	87,03 *	1,16	527,24	7
4.- Servicio técnico propio para asegurar la calidad de los seguimientos de los pacientes y del propio implante, con los técnicos homologados y con sistema propio de calidad técnica.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3	SI	3
<b>CRITERIO PARA TODOS LOS MARCAPASOS</b>								
1.- Compromiso de retirada de las baterías recambiadas. Para mejor cuidado del medio ambiente y ahorro hospitalario	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	NO *	0	NO *	0	SI	1
<b>CRITERIOS MARCAPASOS ESTÁNDAR</b>								
1.-Compatibilidad con RMN	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI *	2	SI	2
2.- Tecnología de procesamiento digital de la señal.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI *	2	SI	2
3.- Posibilidad de cambiar automáticamente a configuración monopolar en caso de duda en la integridad de los electrodos de AD y VD.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI *	2	SI	2

LOTE 13: 012132 MARCAPASOS RESINCRONIZACION ESTANDAR			MEDTRONIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	
4.- Medición continua de los umbrales de estimulación y ajuste automático de la salida en todas las cámaras. Compatible con electrodos unipolares, bipolares, de alta y baja polarización.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI *	2	SI	2
5.- Detección automática de la polaridad de los electrodos en el procedimiento de implante.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI *	2	SI	2
6.- Sensibilidad auricular y ventricular autoajutable.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI *	2	SI	2
7.- Sugerencia de programación en función de parámetros clínicos.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI *	2	SI	2
8.- Disponibilidad de programación de hasta 5 vectores diferentes de estimulación en VI.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI *	2	SI	2
9.- Al menos 2 algoritmos que aseguren la terapia de resincronización cardiaca.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI *	2	SI	2
10.- Posibilidad de ECG de superficie sin cables mediante electrodos incorporados en la carcasa del marcapasos.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3	NO	0
11.- Recogida de los datos del sensor independientemente de estar o no activado.	3,5 PUNTOS	Si =3,5 punto No=0 puntos	SI *	3,5	SI *	3,5	SI	3,5
12.- Telemetría inalámbrica para implantes y seguimientos presenciales	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI *	2	SI	2
13.- Compatible con monitorización remota.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3	SI	3
14.- Menor peso (en grs)	HASTA 0,5 PUNTOS	Menor peso, máxima puntuación, resto proporcional	30 *	0,45	27 *	0,50	30,6	0,44
15.- Menor volumen (en cm3)	HASTA 0,5 PUNTOS	Menor volumen, máxima puntuación, resto proporcional	20,5 *	0,37	15 *	0,50	15,2	0,49
16.- Tiempo de vida-útil (meses)	HASTA 0,5 PUNTOS	Mayor tiempo, máxima puntuación, resto proporcional	118,8 *	0,36	120 *	0,36	165,6	0,50
17.- Tamaño de la huella en cm <sup>2</sup>	HASTA 1 PUNTO	Menor huella, máxima puntuación, resto proporcional	40,7 *	0,58	23,75 *	1,00	27,45	0,87
<b>TOTAL</b>				<b>37,17</b>		<b>37,02</b>		<b>40,80</b>

LOTE 14: 012134 MARCAPASOS RESINCRONIZACION AVANZADO			MEDTRONIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A	
CRITERIO POR APLICACIÓN REGLAS O FORMULAS	POND.	REGLA O FORMULA	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS
CRITERIOS PARA TODOS LOS LOTES	Puntos máximos		PERCEPTA CRTP MRI W1TR04 // W4TR04		PM3562	
1.- Productos exento de látex	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI *	1	SI *	1
2.- Producto NO esterilizado en óxido de Etileno	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	NO *	0	NO *	0
3- Cursos de formación para impartir a personal especializado respecto al objeto del contrato y valorados en créditos por parte de Organismos Oficiales Españoles. Se valora básicamente la formación continuada para los componentes de las distintas unidades de implantación de los Hospitales del SESCAM.	7 PUNTOS	Mayor número de créditos 7 puntos, el resto proporcional	143,87 *	7	87,03 *	4,23
4.- Servicio técnico propio para asegurar la calidad de los seguimientos de los pacientes y del propio implante, con los técnicos homologados y con sistema propio de calidad técnica.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3
CRITERIO PARA TODOS LOS MARCAPASOS						
1.- Compromiso de retirada de las baterías recambiadas. Para mejor cuidado del medio ambiente y ahorro hospitalario	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	NO *	0	NO *	0
CRITERIOS MARCAPASOS RESINCRONIZACIÓN AVANZADO.						
1.-Compatibilidad con RMN	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI *	2
2.- Tecnología de procesamiento digital de la señal.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI *	2
3.- Posibilidad de cambiar automáticamente a configuración monopolar en caso de duda en la integridad de los electrodos de AD y VD.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI *	2
4.- Medición continua de los umbrales de estimulación y ajuste automático de la salida en todas las cámaras. Compatible con electrodos unipolares, bipolares, de alta y baja polarización.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI *	2
5.- Detección automática de la polaridad de los electrodos en el procedimiento de implante.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI *	2
6.- Sensibilidad auricular y ventricular autoajutable.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI *	2
7.- Sugerencia de programación en función de parámetros clínicos.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI *	2
8.- Disponibilidad de programación de hasta 5 vectores diferentes de estimulación en VI.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI *	2
9.- Al menos 2 algoritmos que aseguren la terapia de resincronización cardiaca.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI *	2
10.- Posibilidad de ECG de superficie sin cables mediante electrodos incorporados en la carcasa del marcapasos.	3,5 PUNTOS	Si= 3,5 puntos, No= 0 puntos	SI *	3,5	SI *	3,5
11.- Recogida de los datos del sensor independientemente de estar o no activado.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI *	2
12.- Telemetría inalámbrica para implantes y seguimientos presenciales	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3
13.- Compatible con monitorización remota.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3
14.- Menor peso (en grs)	HASTA 0,5 PUNTOS	Menor peso, máxima puntuación, resto proporcional	30 *	0,45	27 *	0,50

LOTE 14: 012134 MARCAPASOS RESINCRONIZACION AVANZADO			MEDTRONIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A	
15.- Menor volumen (en cm3)	HASTA 0,5 PUNTOS	Menor volumen, máxima puntuación, resto proporcional	20 *	0,38	15 *	0,50
16.- Tiempo de vida-útil (meses)	HASTA 0,5 PUNTOS	Mayor tiempo, máxima puntuación, resto proporcional	118,8 *	0,35	168,8 *	0,50
17.- Tamaño de la huella en cm <sup>2</sup>	HASTA 1 PUNTO	Menor huella, máxima puntuación, resto proporcional	40,7 *	0,58	23,75 *	1,00
<b>TOTAL</b>				<b>42,26</b>		<b>40,23</b>

LOTE 16: 045478 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR BASICO			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.		MEDTRONIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	
CRITERIO POR APLICACIÓN REGLAS O FORMULAS	POND.	REGLA O FORMULA	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS
<b>CRITERIOS PARA TODOS LOS LOTES</b>	<b>Puntos máximos</b>		<b>PERCIVA VR + LATITUDE D400//D412 + 6290</b>		<b>Crome VR DVPC3D4 DVPC3D1</b>		<b>CD1377-36QC CD1377-36C</b>	
1.- Productos exento de látex	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI *	1	SI	1	SI	1
2.- Producto NO esterilizado en óxido de Etileno	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	NO *	0	NO	0	NO	0
3- Cursos de formación para impartir a personal especializado respecto al objeto del contrato y valorados en créditos por parte de Organismos Oficiales Españoles. Se valora básicamente la formación continuada para los componentes de las distintas unidades de implantación de los Hospitales del SESCOAM.	7 PUNTOS	Mayor número de créditos 7 puntos, el resto proporcional	NO *	0	143,87	7	87,03	4,23
4.- Servicio técnico propio para asegurar la calidad de los seguimientos de los pacientes y del propio implante, con los técnicos homologados y con sistema propio de calidad técnica.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI	3	SI	3
<b>CRITERIO PARA TODOS LOS DESFIBRILADORES.</b>								
1.- Compromiso de retirada de las baterías recambiadas.	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI *	1	NO	0	NO	0
<b>CRITERIOS DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR BÁSICO.</b>								
1.- Medición automática del umbral de estimulación de la cámara estimulada	2,5 PUNTOS	Si= 2,5 puntos, No= 0 puntos	SI *	2,5	SI	2,5	SI	2,5
2.-Compatibilidad con RMN	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI	2	SI	2
3.- Posibilidad de programar ATP antes y durante la carga en la zona de FV con posibilidad de programar el tipo y los parámetros de dicha ATP.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI	3	SI	3
4.- Alertas de paciente programables para al menos inicio de ERI por voltaje y tiempo de carga, detección y/o todas las terapias de FV desactivadas e impedancias de los electrodos fuera de rango.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI	3	SI	3

LOTE 16: 045478 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR BASICO			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.		MEDTRONIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	
5.- Alerta sonora específica de integridad de electrodo.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI	3	SI	3
6.- Contador de intervalos no fisiológicos	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI	3	SI	3
7.- Sugerencia de programación en función de parámetros clínicos del paciente.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI	3	SI	3
8.- Algoritmo programable que sea capaz de detectar la sobredetección de la onda T e inhiba la terapia	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI	3	SI	3
9.- Telemetría inalámbrica para implantes y seguimientos presenciales	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI	2	SI	2
10.- Compatibilidad conexión DF4 para electrodo desfibrilación	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI	2	SI	2
11.- Métodos de inducción de FV de al menos 3 modalidades distintas mediante estudio electrofisiológico no invasivo	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI	3	SI	3
12.- Menor peso (en grs)	HASTA 0,5 PUNTOS	Menor peso, máxima puntuación, resto proporcional	60,00 *	0,50	79	0,38	66	0,45
13.- Menor volumen	HASTA 0,5 PUNTOS	Menor volumen, máxima puntuación, resto proporcional	26,50 *	0,50	32,8	0,40	30	0,44
14.- Tiempo de vida-útil (meses)	HASTA 0,5 PUNTOS	Mayor tiempo, máxima puntuación, resto proporcional	111,60 *	0,34	163	0,50	133,2	0,61
15.- Tamaño de la huella en cm <sup>2</sup>	HASTA 1 PUNTO	Menor huella, máxima puntuación, resto proporcional	35,09 *	0,79	57	0,48	27,6	1,00
<b>TOTAL</b>				<b>36,63</b>		<b>42,26</b>		<b>40,23</b>

LOTE 17: 045479 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR ESTANDAR			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.		MEDTRONIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	
CRITERIO POR APLICACIÓN REGLAS O FORMULAS	POND.	REGLA O FORMULA	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS
<b>CRITERIOS PARA TODOS LOS LOTES</b>	<b>Puntos máximos</b>		<b>RESONATE/MOMENTUM VR + LATITUDE D432/D120+6290</b>		<b>Cobalt VR DVPB3D4 DVPB3D1</b>		<b>Entrant CDVRA300Q</b>	
1.- Productos exento de látex	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI	1	SI	1	SI	1
2.- Producto NO esterilizado en óxido de Etileno	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	NO	0	NO	0	NO	0
3- Cursos de formación para impartir a personal especializado respecto al objeto del contrato y valorados en créditos por parte de Organismos Oficiales Españoles. Se valora básicamente la formación continuada para los componentes de las distintas unidades de implantación de los Hospitales del SESCAM.	7 PUNTOS	Mayor número de créditos 7 puntos, el resto proporcional	527,24	7	143,87	1,91	87,03	1,16

LOTE 17: 045479 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR ESTANDAR			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.		MEDTRONIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	
4.- Servicio técnico propio para asegurar la calidad de los seguimientos de los pacientes y del propio implante, con los técnicos homologados y con sistema propio de calidad técnica.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI	3	SI	3	SI	3
<b>CRITERIO PARA TODOS LOS DESFIBRILADORES.</b>								
1.- Compromiso de retirada de las baterías recambiadas.	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI	1	NO	0	NO	0
<b>CRITERIOS DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR ESTÁNDAR.</b>								
1.- Medición automática del umbral de estimulación de la cámara estimulada	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI	2	SI	2	SI	2
2.- Posibilidad de programar ATP antes y durante la carga en la zona de FV con posibilidad de programar el tipo y los parámetros de dicha ATP.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI	2	SI	2	SI	2
3.- Alertas de paciente programables para al menos inicio de ERI por voltaje y tiempo de carga, detección y/o todas las terapias de FV desactivadas e impedancias de los electrodos fuera de rango.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI	3	SI	3	SI	3
4.- Alerta sonora específica de integridad de electrodo.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI	3	SI	3	SI	3
5.- Contador de intervalos no fisiológicos	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI	3	SI	3	SI	3
6.- Sugerencia de programación en función de parámetros clínicos del paciente.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI	3	SI	3	SI	3
7.- Algoritmo programable que sea capaz de detectar la sobredetección de la onda T e inhiba la terapia.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI	3	SI	3	SI	3
8.- Algoritmo programable que sea capaz de discriminar la sobredetección ventricular debida a ruido y que inhiba la terapia.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI	2	SI	2	SI	2
9.- Energía entregada igual o superior a 40 julios.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI	0	SI	2	NO	0
10.- Métodos de inducción de FV de al menos 3 modalidades distintas mediante estudio electrofisiológico no invasivo	4 PUNTOS	Si =4 punto No=0 puntos	SI	4	SI	4	SI	4
11.- Menor peso (en grs)	HASTA 1 PUNTO	Menor peso, máxima puntuación, resto proporcional	68,9	1,00	79	0,87	69	1,00
12.- Menor volumen (en cm3)	HASTA 1 PUNTO	Menor volumen, máxima puntuación, resto proporcional	29,5	1,00	32,8	0,90	30	0,98
13.- Tiempo de vida-útil (meses)	HASTA 1 PUNTO	Mayor tiempo, máxima puntuación, resto proporcional	210	1,00	163	0,78	133,2	0,63
14.- Tamaño de la huella en cm <sup>2</sup>	HASTA 2 PUNTOS	Menor huella, máxima puntuación, resto proporcional	39,52	1,37	57	0,95	27	2,00
<b>TOTAL</b>				<b>41,37</b>		<b>36,41</b>		<b>34,77</b>

LOTE 18: 045480 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR AVANZADO			ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		MEDTRONIC IBERICA S.A.	
CRITERIO POR APLICACIÓN REGLAS O FORMULAS	POND.	REGLA O FORMULA	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS
CRITERIOS PARA TODOS LOS LOTES	Puntos máximos		Gallant CDVRA500Q		Cobalt XT VR DVPA2D4 DVPA2D1	
1.- Productos exento de látex	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI	1	SI	1
2.- Producto NO esterilizado en óxido de Etileno	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	NO	0	NO	0
3.- Cursos de formación para impartir a personal especializado respecto al objeto del contrato y valorados en créditos por parte de Organismos Oficiales Españoles. Se valora básicamente la formación continuada para los componentes de las distintas unidades de implantación de los Hospitales del SESCAM.	7 PUNTOS	Mayor número de créditos 7 puntos, el resto proporcional	87,03	4,23	143,87	7
4.- Servicio técnico propio para asegurar la calidad de los seguimientos de los pacientes y del propio implante, con los técnicos homologados y con sistema propio de calidad técnica.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI	3	SI	3
<b>CRITERIO PARA TODOS LOS DESFIBRILADORES.</b>						
1.- Compromiso de retirada de las baterías recambiadas.	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	NO	0	NO	0
<b>CRITERIOS DESFRIBILADOR IMPLANTABLE VVIR AVANZADO.</b>						
1.- Posibilidad de programar ATP antes y durante la carga en la zona de FV con posibilidad de programar el tipo y los parámetros de dicha ATP.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI	2	SI	2
2.- Alertas de paciente programables para al menos inicio de ERI por voltaje y tiempo de carga, detección y/o todas las terapias de FV desactivadas e impedancias de los electrodos fuera de rango.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI	2	SI	2
3.- Algoritmo programable que sea capaz de detectar la sobredetección de la onda T e inhiba la terapia.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI	2	SI	2
4.- Algoritmo programable que sea capaz de discriminar la sobredetección ventricular debida a ruido y que inhiba la terapia	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI	3	SI	3
5.- Alerta sonora específica de integridad de electrodo.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI	3	SI	3
6.- Contador de intervalos no fisiológicos	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI	3	SI	3
7.- Sugerencia de programación en función de parámetros clínicos del paciente.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI	3	SI	3
8.- Sistema de monitorización de la Insuficiencia Cardíaca basado en la impedancia transtorácica.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI	3	SI	3
9.- Algoritmo automático de medida del umbral ventricular y ajuste de la salida de estimulación.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI	2	SI	2
10.- Energía entregada igual o superior a 40 julios.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI	2	SI	2
11.- Métodos de inducción de FV de al menos 3 modalidades distintas mediante estudio electrofisiológico no invasivo	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI	3	SI	3

LOTE 18: 045480 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR AVANZADO			ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		MEDTRONIC IBERICA S.A.	
12.- Menor peso (en grs)	HASTA 1 PUNTO	Menor peso, máxima puntuación, resto proporcional	69,00	1,00	79	0,87
13.- Menor volumen	HASTA 1 PUNTO	Menor volumen, máxima puntuación, resto proporcional	30,00	1,00	32,8	0,91
14.- Tiempo de vida-útil (meses)	HASTA 1 PUNTO	Mayor tiempo, máxima puntuación, resto proporcional	151,1	0,93	163	1,00
15.- Tamaño de la huella en cm <sup>2</sup>	HASTA 1 PUNTO	Menor huella, máxima puntuación, resto proporcional	26,50	1,00	57	0,46
			<b>TOTAL</b>	<b>40,16</b>		<b>42,24</b>

LOTE 19: 045481 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE DDDR BASICO			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.		MEDTRONIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	
CRITERIO POR APLICACIÓN REGLAS O FORMULAS	POND.	REGLA O FORMULA	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS
CRITERIOS PARA TODOS LOS LOTES	Puntos máximos		PERCIVA DR + LATITUDE D401//D413 + 6290		Crome DR DDPC3D4 DDPC3D1		Entrant CDDRA300Q	
1.- Productos exento de látex	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI *	1	SI	1	SI	1
2.- Producto NO esterilizado en óxido de Etileno	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	NO *	0	NO	0	NO	0
3- Cursos de formación para impartir a personal especializado respecto al objeto del contrato y valorados en créditos por parte de Organismos Oficiales Españoles. Se valora básicamente la formación continuada para los componentes de las distintas unidades de implantación de los Hospitales del SESCAM.	7 PUNTOS	Mayor número de créditos 7 puntos, el resto proporcional	NO *	0	143,87	7	87,03	4,23
4.- Servicio técnico propio para asegurar la calidad de los seguimientos de los pacientes y del propio implante, con los técnicos homologados y con sistema propio de calidad técnica.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI	3	SI	3
<b>CRITERIO PARA TODOS LOS DESFIBRILADORES.</b>								
1.- Compromiso de retirada de las baterías recambiadas.	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI *	1	NO	0	NO	0
<b>CRITERIOS DESFIBRILADOR IMPLANTABLE DDDR BÁSICO.</b>								
1.- Posibilidad de programar ATP antes y durante la carga en la zona de FV con posibilidad de programar el tipo y los parámetros de dicha ATP.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI	2	SI	2
2.- Alertas de paciente programables para al menos inicio de ERI por voltaje y tiempo de carga, detección y/o todas las terapias de FV desactivadas e impedancias de los electrodos fuera de rango.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI	2	SI	2

LOTE 19: 045481 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE DDDR BASICO			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.		MEDTRONIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	
3.- Alerta sonora específica de integridad de electrodo.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI	2	SI	2
4.- Contador de intervalos no fisiológicos	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI	3	SI	3
5.- Sugerencia de programación en función de parámetros clínicos del paciente.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI	3	SI	3
6.- Algoritmo programable que sea capaz de detectar la sobredetección de la onda T e inhiba la terapia.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI	3	SI	3
7.- Algoritmo programable que sea capaz de discriminar la sobredetección ventricular debida a ruido y que inhiba la terapia.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI	3	SI	3
8.- Algoritmo para minimizar la estimulación ventricular innecesaria.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI	3	SI	3
9.- Energía entregada igual o superior a 40 julios.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI	2	NO	0
10.- Compatibilidad conexión DF4 para electrodo desfibrilación	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI	2	SI	2
11.- Métodos de inducción de FV de al menos 3 modalidades distintas mediante estudio electrofisiológico no invasivo	3 PUN TOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI	3	SI	3
12.- Menor peso (en grs)	HASTA 1 PUNTO	Menor peso, máxima puntuación, resto proporcional	62,50 *	1,00	79	0,79	71	0,88
13.- Menor volumen	HASTA 1 PUNTO	Menor volumen, máxima puntuación, resto proporcional	28,50 *	1,00	33,1	0,86	31	0,92
14.- Tiempo de vida-útil (meses)	HASTA 1 PUNTO	Mayor tiempo, máxima puntuación, resto proporcional	102,00 *	0,69	148	1,00	133,2	0,90
15.- Tamaño de la huella en cm <sup>2</sup>	HASTA 1 PUNTO	Menor huella, máxima puntuación, resto proporcional	36,76 *	0,77	57	0,50	28,4	1,00
		<b>TOTAL</b>		<b>36,46</b>		<b>42,15</b>		<b>37,93</b>

LOTE 20: 041460 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE DDDR ESTANDAR			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		MEDTRONIC IBERICA S.A.	
CRITERIO POR APLICACIÓN REGLAS O FORMULAS	POND.	REGLA O FORMULA	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS
<b>CRITERIOS PARA TODOS LOS LOTES</b>	<b>Puntos máximos</b>		<b>RESONATE/MOMENTUM DR + LATITUDE D433//D121 + 6290</b>		<b>Gallant CDDRA500Q</b>		<b>Cobalt XT DRDDPA2D4 DDPA2D1</b>	
1.- Productos exento de látex	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI *	1	SI	1	SI	1
2.- Producto NO esterilizado en óxido de Etileno	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	NO *	0	NO	0	NO	0

LOTE 20: 041460 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE DDDR ESTANDAR			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		MEDTRONIC IBERICA S.A.	
3- Cursos de formación para impartir a personal especializado respecto al objeto del contrato y valorados en créditos por parte de Organismos Oficiales Españoles. Se valora básicamente la formación continuada para los componentes de las distintas unidades de implantación de los Hospitales del SESCAM.	7 PUNTOS	Mayor número de créditos 7 puntos, el resto proporcional	NO *	0	87,03	4,23	143,87	7
4.- Servicio técnico propio para asegurar la calidad de los seguimientos de los pacientes y del propio implante, con los técnicos homologados y con sistema propio de calidad técnica.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI	3	SI	3
<b>CRITERIO PARA TODOS LOS DESFIBRILADORES.</b>								
1.- Compromiso de retirada de las baterías recambiadas.	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI *	1	NO	0	NO	0
<b>CRITERIOS DESFIBRILADOR IMPLANTABLE DDDR ESTÁNDAR.</b>								
1.- Posibilidad de programar ATP antes y durante la carga en la zona de FV con posibilidad de programar el tipo y los parámetros de dicha ATP.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI	2	SI	2
2.- Alertas de paciente programables para al menos inicio de ERI por voltaje y tiempo de carga, detección y/o todas las terapias de FV desactivadas e impedancias de los electrodos fuera de rango.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI	2	SI	2
3.- Algoritmo para minimizar la estimulación ventricular innecesaria.	3 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	3	SI	3	SI	3
4.- Alerta sonora específica de integridad de electrodo.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI	2	SI	2
5.- Contador de intervalos no fisiológicos	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI	2	SI	2
6.- Sugerencia de programación en función de parámetros clínicos del paciente.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI	2	SI	2
7.- Algoritmo programable que sea capaz de detectar la sobredetección de la onda T e inhiba la terapia.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI	3	SI	3
8.- Algoritmo programable que sea capaz de discriminar la sobredetección ventricular debida a ruido y que inhiba la terapia.	4 PUNTOS	Si =4 punto No=0 puntos	SI *	4	SI	4	SI	4
9.- Sistema de monitorización de la Insuficiencia Cardíaca basado en la impedancia transtorácica.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI	2	SI	2
10.- Algoritmo automático de medida del umbral auricular y ventricular y ajuste de las salidas de estimulación.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI	3	SI	3
11.- Energía entregada igual o superior a 40 julios.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI	3	SI	3
12.- Menor peso (en grs)	HASTA 1 PUNTO	Menor peso, máxima puntuación, resto proporcional	71,40 *	1,00	71,00	1,00	80	0,89
13.- Menor volumen (en cm3)	HASTA 1 PUNTO	Menor volumen, máxima puntuación, resto proporcional	31,50 *	1,00	31,00	1,00	33	0,94

LOTE 20: 041460 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE DDDR ESTANDAR			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		MEDTRONIC IBERICA S.A.	
14.- Tiempo de vida-útil (meses)	HASTA 1 PUNTO	Mayor tiempo, máxima puntuación, resto proporcional	192,00 *	1,00	140,10	0,73	147	0,77
15.- Tamaño de la huella en cm <sup>2</sup>	HASTA 1 PUNTO	Menor huella, máxima puntuación, resto proporcional	41,24 *	0,64	27,80	1,00	57	0,49
<b>TOTAL</b>				<b>36,64</b>		<b>39,96</b>		<b>42,09</b>

LOTE 21: 014653 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN BÁSICO			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		MEDTRONIC IBERICA S.A.	
CRITERIO POR APLICACIÓN REGLAS O FORMULAS	POND.	REGLA O FORMULA	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS
<b>CRITERIOS PARA TODOS LOS LOTES</b>	<b>Puntos máximos</b>		<b>VIGILANT TRCD + LATITUDE G224//G247 + 6290</b>		<b>CD3361-40QC // CD3361-40C</b>		<b>Crome CRT DTTPC2QQ DTTPC2Q1 DTTPC2D4 DTTPC2D1</b>	
1.- Productos exento de látex	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI *	1	SI *	1	SI	1
2.- Producto NO esterilizado en óxido de Etileno	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	NO *	0	NO *	0	NO	0
3- Cursos de formación para impartir a personal especializado respecto al objeto del contrato y valorados en créditos por parte de Organismos Oficiales Españoles. Se valora básicamente la formación continuada para los componentes de las distintas unidades de implantación de los Hospitales del SESCAM.	7 PUNTOS	Mayor número de créditos 7 puntos, el resto proporcional	NO *	0	87,03 *	4,23	143,87	7
4.- Servicio técnico propio para asegurar la calidad de los seguimientos de los pacientes y del propio implante, con los técnicos homologados y con sistema propio de calidad técnica.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3	SI	3
<b>CRITERIO PARA TODOS LOS DESFIBRILADORES.</b>								
1.- Compromiso de retirada de las baterías recambiadas.	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI *	1	NO *	0	NO	0
<b>CRITERIOS DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN BÁSICO.</b>								
1.-Compatibilidad con RMN	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI *	1	NO *	0	SI	1
2.- Posibilidad de programar ATP antes y durante la carga en la zona de FV con posibilidad de programar el tipo y los parámetros de dicha ATP.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI *	2	SI	2
3.- Alertas de paciente programables para al menos inicio de ERI por voltaje y tiempo de carga, detección y/o todas las terapias de FV desactivadas e impedancias de los electrodos fuera de rango.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI *	2	SI	2

LOTE 21: 014653 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN BÁSICO			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		MEDTRONIC IBERICA S.A.	
4.- Posibilidad de programar la ATP en VD, VI y en ambos ventrículos al mismo tiempo.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	NO *	0	SI	2
5.- Alerta sonora específica de integridad de electrodo.	1,5 PUNTOS	Si= 1,5 puntos, No= 0 puntos	SI *	1,5	NO *	0	SI	1,5
6.- Contador de intervalos no fisiológicos	1,5 PUNTOS	Si= 1,5 puntos, No= 0 puntos	SI *	1,5	SI *	1,5	SI	1,5
7.- Sugerencia de programación en función de parámetros clínicos del paciente.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	NO *	0	SI	2
8.- Salidas de estimulación programables hasta 8 V	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	NO *	0	SI	2
9.- Algoritmo programable que sea capaz de detectar la sobredetección de la onda T e inhiba la terapia.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3	SI	3
10.- Algoritmo que permita la optimización automática de la estimulación biventricular	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3	SI	3
11.- Energía entregada igual o superior a 40 julios.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3	SI	3
12.- Telemetría inalámbrica para implantes y seguimientos presenciales	1,5 PUNTOS	Si= 1,5 puntos, No= 0 puntos	SI *	1,5	SI *	1,5	SI	1,5
13.- Compatibilidad conexión DF4 para electrodo desfibrilación	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI *	2	SI *	2	SI	2
14.- Métodos de inducción de FV de al menos 3 modalidades distintas mediante estudio electrofisiológico no invasivo	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3	SI	3
15.- Menor peso (en grs)	HASTA 0,5 PUNTO	Menor peso, máxima puntuación, resto proporcional	73,8 *	0,50	77,00 *	0,48	82,1	0,45
16.- Menor volumen	HASTA 0,5 PUNTO	Menor volumen, máxima puntuación, resto proporcional	32,50 *	0,50	36,00 *	0,45	35	0,46
17.- Tiempo de vida-útil (meses)	HASTA 0,5 PUNTO	Mayor tiempo, máxima puntuación, resto proporcional	176,40 *	0,50	133,20 *	0,38	115	0,33
18.- Tamaño de la huella en cm <sup>2</sup>	HASTA 1 PUNTO	Menor huella, máxima puntuación, resto proporcional	43,92 *	0,63	27,61 *	1,00	57	0,48
		<b>TOTAL</b>		<b>36,63</b>		<b>31,54</b>		<b>42,22</b>

LOTE 22: 008469 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN ESTANDAR			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.		MEDTRONIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	
CRITERIO POR APLICACIÓN REGLAS O FORMULAS	POND.	REGLA O FORMULA	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS
CRITERIOS PARA TODOS LOS LOTES	Puntos máximos		RESONATE/MOMENTU M TRCD + LATITUDE G447/G424/G125 G126/G138 + 6290		Cobalt CRT DTPB2QQ DTPB2Q1 DTPB2D4 DTPB2D1		Entrant CDHFA300Q	
1.- Productos exento de látex	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI	1	SI	1	SI	1
2.- Producto NO esterilizado en óxido de Etileno	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	NO	0	NO	0	NO	0
3- Cursos de formación para impartir a personal especializado respecto al objeto del contrato y valorados en créditos por parte de Organismos Oficiales Españoles. Se valora básicamente la formación continuada para los componentes de las distintas unidades de implantación de los Hospitales del SESCAM.	7 PUNTOS	Mayor número de créditos 7 puntos, el resto proporcional	527,24	7	143,87	1,91	87,03	1,16
4.- Servicio técnico propio para asegurar la calidad de los seguimientos de los pacientes y del propio implante, con los técnicos homologados y con sistema propio de calidad técnica.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI	3	SI	3	SI	3
<b>CRITERIO PARA TODOS LOS DESFIBRILADORES.</b>								
1.- Compromiso de retirada de las baterías recambiadas.	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI	1	NO	0	NO	0
<b>CRITERIOS DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN ESTÁNDAR.</b>								
1.-Compatibilidad con RMN	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI	2	SI	2	SI	2
2.- Posibilidad de programar ATP antes y durante la carga en la zona de FV con posibilidad de programar el tipo y los parámetros de dicha ATP.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI	2	SI	2	SI	2
3.- Alertas de paciente programables para al menos inicio de ERI por voltaje y tiempo de carga, detección y/o todas las terapias de FV desactivadas e impedancias de los electrodos fuera de rango.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI	2	SI	2	SI	2
4.- Posibilidad de programar la ATP en VD, VI y en ambos ventrículos al mismo tiempo.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI	2	SI	2	NO	0
5.- Salidas de estimulación programables hasta 8 V.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI	2	SI	2	NO	0
6.- Alerta sonora específica de integridad de electrodo.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI	2	SI	2	SI	2
7.- Contador de intervalos no fisiológicos	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI	3	SI	3	SI	3
8.- Sugerencia de programación en función de parámetros clínicos del paciente.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI	3	SI	3	SI	3

LOTE 22: 008469 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN ESTANDAR			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.		MEDTRONIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	
9.- Algoritmo programable que sea capaz de detectar la sobredetección de la onda T e inhiba la terapia.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI	3	SI	3	SI	3
10.- Algoritmo programable que sea capaz de discriminar la sobredetección ventricular debida a ruido y que inhiba la terapia.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI	2	SI	2	SI	2
11.- Energía entregada igual o superior a 40 Julios.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI	2	SI	2	NO	0
12.- Algoritmo que permita la optimización automática de la estimulación biventricular	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI	3	SI	3	SI	3
13.- Menor peso (en grs)	HASTA 1 PUNTO	Menor peso, máxima puntuación, resto proporcional	73,6	1,00	83	0,89	76	0,97
14.- Menor volumen (en cm3)	HASTA 1 PUNTO	Menor volumen, máxima puntuación, resto proporcional	32,5	1,00	35	0,93	34	5,19
15.- Tiempo de vida-útil (meses)	HASTA 1 PUNTO	Mayor tiempo, máxima puntuación, resto proporcional	176,4	1,00	121	0,69	133,2	0,76
16.- Tamaño de la huella en cm <sup>2</sup>	HASTA 1 PUNTO	Menor huella, máxima puntuación, resto proporcional	43,38	0,66	57	0,50	28,5	1,00
		<b>TOTAL</b>		<b>43,66</b>		<b>36,92</b>		<b>35,08</b>

LOTE 23: 014231 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN AVANZADO			MEDTRONIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	
CRITERIO POR APLICACIÓN REGLAS O FORMULAS	POND.	REGLA O FORMULA	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS
<b>CRITERIOS PARA TODOS LOS LOTES</b>	<b>Puntos máximos</b>		<b>Cobalt XT CRT DTPA2QQ DTPA2Q1 DTPA2D4 DTPA2D1</b>		<b>Entrant CDHFA500Q</b>	
1.- Productos exento de látex	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI	1	SI	1
2.- Producto NO esterilizado en óxido de Etileno	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	NO	0	NO	0
3- Cursos de formación para impartir a personal especializado respecto al objeto del contrato y valorados en créditos por parte de Organismos Oficiales Españoles. Se valora básicamente la formación continuada para los componentes de las distintas unidades de implantación de los Hospitales del SESCAM.	7 PUNTOS	Mayor número de créditos 7 puntos, el resto proporcional	143,87	7	87,03	4,23
4.- Servicio técnico propio para asegurar la calidad de los seguimientos de los pacientes y del propio implante, con los técnicos homologados y con sistema propio de calidad técnica.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI	3	SI	3

LOTE 23: 014231 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN AVANZADO			MEDTRONIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	
<b>CRITERIO PARA TODOS LOS DESFIBRILADORES.</b>						
1.- Compromiso de retirada de las baterías recambiadas.	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	NO	0	NO	0
<b>CRITERIOS DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN AVANZADO.</b>						
1.- Posibilidad de programar ATP antes y durante la carga en la zona de FV con posibilidad de programar el tipo y los parámetros de dicha ATP.	1,5 PUNTOS	Si= 1,5 puntos, No= 0 puntos	SI	1,5	SI	1,5
2.- Alertas de paciente programables para al menos inicio de ERI por voltaje y tiempo de carga, detección y/o todas las terapias de FV desactivadas e impedancias de los electrodos fuera de rango.	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI	1	SI	1
3.- Posibilidad de programar la ATP en VD, VI y en ambos ventrículos al mismo tiempo.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI	2	NO	0
4.- Salidas de estimulación programables hasta 8 V.	1,5 PUNTOS	Si= 1,5 puntos, No= 0 puntos	SI	1,5	NO	0
5.- Algoritmo programable que sea capaz de detectar la sobredetección de la onda T e inhiba la terapia.	1,5 PUNTOS	Si= 1,5 puntos, No= 0 puntos	SI	1,5	SI	1,5
6.- Algoritmo programable que sea capaz de discriminar la sobredetección ventricular debida a ruido y que inhiba la terapia.	1,5 PUNTOS	Si= 1,5 puntos, No= 0 puntos	SI	1,5	SI	1,5
7.- Alerta sonora específica de integridad de electrodo.	1,5 PUNTOS	Si= 1,5 puntos, No= 0 puntos	SI	1,5	SI	1,5
8.- Contador de intervalos no fisiológicos	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI	2	SI	2
9.- Sugerencia de programación en función de parámetros clínicos del paciente.	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI	2	SI	2
10.- Terapias auriculares para el tratamiento de las taquiarritmias auriculares mediante ATP y/o cardioversión.	2,5 PUNTOS	Si= 2,5 puntos, No= 0 puntos	SI	2,5	SI	2,5
11.- Sistema de monitorización de la Insuficiencia Cardiaca basado en la impedancia transtorácica.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI	3	SI	3
12.- Algoritmo automático de medida del umbral en todas las cámaras y ajuste de las salidas de estimulación.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI	3	SI	3
13.- Energía entregada igual o superior a 40 julios.	1,5 PUNTOS	Si= 1,5 puntos, No= 0 puntos	SI	1,5	SI	1,5
14.- Algoritmo que permita la optimización automática de la estimulación biventricular	2 PUNTOS	Si =2 punto No=0 puntos	SI	2	SI	2
15.- Métodos de inducción de FV de al menos 3 modalidades distintas mediante estudio electrofisiológico no invasivo	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI	3	SI	3
16.- Menor peso (en grs)	HASTA 0,5 PUNTOS	Menor peso, máxima puntuación, resto proporcional	83	0,46	76	0,5

LOTE 23: 014231 DESFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACIÓN AVANZADO			MEDTRONIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	
17.- Menor volumen	HASTA 0,5 PUNTOS	Menor volumen, máxima puntuación, resto proporcional	35	0,49	34	0,5
18.- Tiempo de vida-útil (meses)	HASTA 0,5 PUNTOS	Mayor tiempo, máxima puntuación, resto proporcional	121,2	0,43	139,9	0,5
19.- Tamaño de la huella en cm <sup>2</sup>	HASTA 1 PUNTO	Menor huella, máxima puntuación, resto proporcional	57	0,52	29,6	1
<b>TOTAL</b>				<b>42,40</b>		<b>36,73</b>

LOTE 26: 014236 ELECTRODO PARA MARCAPASOS AURICULAR/VENTRICULAR FIJACIÓN PASIVA			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.		MICROPORT CRM MEDICAL SLU		MEDTRONIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		MICROPORT CRM MEDICAL SLU	
CRITERIO POR APLICACIÓN REGLAS O FORMULAS	POND.	REGLA O FORMULA	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS
CRITERIOS PARA TODOS LOS LOTES	Puntos máximos		INGEVITY 7731 7732 7735 7736		OFERTA VARIANTE:TILDA JT53/T53/T60 382865/382870/ 382877		CAPSURE 4074 4574 5054 // 5554		1948/46 1948/52 1948/58 1944/46 1944/52		TLD056C XFINE JX24D TLD057C XFINE JX25D TLD054C XFINE TX25D TLD055C XFINE TX26D	
1.- Productos exento de látex	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI *	1	SI *	1	SI *	1	SI *	1	SI	1
2.- Producto NO esterilizado en óxido de Etileno	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	NO *	0	NO *	0	NO *	0	NO *	0	NO	0
3- Cursos de formación para impartir a personal especializado respecto al objeto del contrato y valorados en créditos por parte de Organismos Oficiales Españoles. Se valora básicamente la formación continuada para los componentes de las distintas unidades de implantación de los Hospitales del SESCAM.	7 PUNTOS	Mayor número de créditos 7 puntos, el resto proporcional	NO *	0	NO *	0	143,87 *	7	87,03 *	4,23	SI	0
4.- Servicio técnico propio para asegurar la calidad de los seguimientos de los pacientes y del propio implante, con los técnicos homologados y con sistema propio de calidad técnica.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3	SI *	3	SI *	3	SI	3

LOTE 26: 014236 ELECTRODO PARA MARCAPASOS AURICULAR/VENTRICULAR FIJACIÓN PASIVA			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	MICROPORT CRM MEDICAL SLU	MEDTRONIC IBERICA S.A.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	MICROPORT CRM MEDICAL SLU					
<b>CRITERIOS ELECTRODO PARA MARCAPASOS AURICULAR/VENTRICULAR FIJACIÓN PASIVA</b>												
1.- Disponibilidad de al menos 2 longitudes diferentes.	7 PUNTOS	Si =7 punto No=0 puntos	SI *	7	SI *	7	SI *	7	SI	7		
2.- Compatibilidad con introductor de 7 Fr.	7 PUNTOS	Si =7 punto No=0 puntos	SI *	7	SI *	7	SI *	7	SI	7		
3.- Electrodo distal de superficie porosa y con liberación lenta de esteroides.	7 PUNTOS	Si =7 punto No=0 puntos	SI *	7	SI *	7	SI *	7	SI	7		
4.-Compatibilidad con RMN	7 PUNTOS	Si =7 punto No=0 puntos	SI *	7	NO *	0	SI *	7	SI	7		
5.- Tiempo de garantía superior a 24 meses (meses de garantía ofertada)	HASTA 5 PUNTOS	Mayor tiempo, máxima puntuación, resto proporcional	180 *	5	36 *	1	25 *	0,69	180 *	5	36	1
		<b>TOTAL</b>		<b>37,00</b>		<b>26,00</b>		<b>39,69</b>		<b>41,23</b>		<b>33</b>

LOTE 27: 014235 ELECTRODO PARA MARCAPASOS AURICULAR/VENTRICULAR FIJACIÓN ACTIVA			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	MEDTRONIC IBERICA S.A.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	MICROPORT CRM MEDICAL SLU				
CRITERIO POR APLICACIÓN REGLAS O FORMULAS	POND.	REGLA O FORMULA	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS
<b>CRITERIOS PARA TODOS LOS LOTES</b>	<b>Puntos máximos</b>		<b>INGEVITY 7740 7741/7742</b>		<b>CAPSURE FIX 5076 // 4076</b>		<b>2088TC/46 - 2088TC/52 2088TC/58 - 2088TC/65 2088TC/100</b>		<b>TLD040C VEGA R45 TLD041C VEGA R52 TLD042C VEGA R58</b>	
1.- Productos exento de látex	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI *	1	SI *	1	SI *	1	SI	1
2.- Producto NO esterilizado en óxido de Etileno	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	NO *	0	NO *	0	NO *	0	NO	0
3- Cursos de formación para impartir a personal especializado respecto al objeto del contrato y valorados en créditos por parte de Organismos Oficiales Españoles. Se valora básicamente la formación continuada para los componentes de las distintas unidades de implantación de los Hospitales del SESCAM.	7 PUNTOS	Mayor número de créditos 7 puntos, el resto proporcional	NO *	0	143,87 *	7	87,03 *	4,23	SI	0
4.- Servicio técnico propio para asegurar la calidad de los seguimientos de los pacientes y del propio implante, con los técnicos homologados y con sistema propio de calidad técnica.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI *	3	SI *	3	SI *	3	SI	3

LOTE 27: 014235 ELECTRODO PARA MARCAPASOS AURICULAR/VENTRICULAR FIJACIÓN ACTIVA			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	MEDTRONIC IBERICA S.A.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	MICROPORT CRM MEDICAL SLU				
<b>CRITERIOS ELECTRODO PARA MARCAPASOS AURICULAR/VENTRICULAR FIJACIÓN ACTIVA</b>										
1.- Disponibilidad de al menos 2 longitudes diferentes.	7 PUNTOS	Si =7 punto No=0 puntos	SI *	7	SI *	7	SI *	7	SI	7
2.- Compatibilidad con introductor de 7 Fr.	7 PUNTOS	Si =7 punto No=0 puntos	SI *	7	SI *	7	SI *	7	SI	7
3.- Electrodo distal con hélice retraible con liberación lenta de esteroides.	7 PUNTOS	Si =7 punto No=0 puntos	SI *	7	SI *	7	SI *	7	SI	7
4.- Compatible con resonancia magnética.	7 PUNTOS	Si =7 punto No=0 puntos	SI *	7	SI *	7	SI *	7	SI	7
5.- Tiempo de garantía superior a 24 meses (garantía ofertada en meses)	HASTA 5 PUNTOS	Mayor tiempo, máxima puntuación, resto proporcional	180 *	5	25 *	0,69	180 *	5	36	1
<b>TOTAL</b>				<b>37,00</b>		<b>39,69</b>		<b>41,23</b>		<b>33</b>

LOTE 29: 030158 ELECTRODO PARA DAI BIBOBINA FIJACIÓN ACTIVA DISTINTAS LONGITUDES			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	MEDTRONIC IBERICA S.A.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.				
CRITERIO POR APLICACIÓN REGLAS O FORMULAS	POND.	REGLA O FORMULA	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS
<b>CRITERIOS PARA TODOS LOS LOTES</b>	<b>Puntos máximos</b>		<b>RELIANCE 4-FRONT/4 SITE 0695/0696/0295/0296 /0185/0675/0676/0275 0276/0158</b>		<b>SPRINT QUATTRO 6947M // 6947</b>		<b>OFERTA BASE: 7120/60 - 7120/65 - 7120Q/52 -7120Q/58 7120Q/65</b>		<b>OFERTA VARIANTE: LDA220Q/52 LDA220Q/58 LDA220Q/65</b>	
1.- Productos exento de látex	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI	1	SI *	1	SI *	1	SI *	1
2.- Producto NO esterilizado en óxido de Etileno	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	NO	0	NO *	0	NO *	0	NO *	0
3- Cursos de formación para impartir a personal especializado respecto al objeto del contrato y valorados en créditos por parte de Organismos Oficiales Españoles. Se valora básicamente la formación continuada para los componentes de las distintas unidades de implantación de los Hospitales del SESCAM.	7 PUNTOS	Mayor número de créditos 7 puntos, el resto proporcional	NO	0	143,87 *	7	87,03 *	4,23	87,03 *	4,23
4.- Servicio técnico propio para asegurar la calidad de los seguimientos de los pacientes y del propio implante, con los técnicos homologados y con sistema propio de calidad técnica.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI	3	SI *	3	SI *	3	SI *	3
<b>CRITERIOS ELECTRODO PARA DAI BIBOBINA FIJACIÓN ACTIVA DISTINTAS LONGITUDES</b>										
1.- Bipolar verdadero: con anillo independiente de la bobina de ventrículo derecho.	10 PUNTOS	Si= 10 ptos. No= 0 ptos.	NO	0	SI *	10	SI *	10	SI *	10
2.- Compatibilidad con introductor de 9 Fr.	9 PUNTOS	Si= 9 ptos. No= 0 ptos.	SI	9	SI *	9	SI *	9	SI *	9
3.- Distintas longitudes	9 PUNTOS	Si= 9 ptos. No= 0 ptos.	SI	9	SI *	9	SI *	9	SI *	9

LOTE 29: 030158 ELECTRODO PARA DAI BIBOBINA FIJACIÓN ACTIVA DISTINTAS LONGITUDES			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.		MEDTRONIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	
4.- Tiempo de garantía superior a 24 meses (garantía ofertada en meses)	HASTA 5 PUNTOS	Mayor tiempo, máxima puntuación, resto proporcional	180	5	120 *	3,33	180 *	5	180 *	5
<b>TOTAL</b>				<b>27,00</b>		<b>42,33</b>		<b>41,23</b>		<b>41,23</b>

LOTE 30: 037888 ELECTRODO PARA DAI BIBOBINA FIJACION PASIVA DISTINTAS LONGITUDES			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.		MEDTRONIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	
CRITERIO POR APLICACIÓN REGLAS O FORMULAS	POND.	REGLA O FORMULA	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS
<b>CRITERIOS PARA TODOS LOS LOTES</b>	<b>Puntos máximos</b>		<b>RELIANCE 4-FRONT/4 SITE 0685/0686/0285/ 0286/0175/0665/ 0636/0265/0266/0148</b>		<b>SPRINT QUATTRO 6946M</b>		<b>OFERTA BASE: 7170/60 // 7170/65 7170/75 // 7170Q/52 7170Q/58 // 7170Q/65</b>		<b>OFERTA VARIANTE: LDP220Q/52 LDP220Q/58 LDP220Q/65</b>	
1.- Productos exento de látex	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	SI	1	SI *	1	SI *	1	SI *	1
2.- Producto NO esterilizado en óxido de Etileno	1 PUNTO	Si =1 punto No=0 puntos	NO	0	NO *	0	NO *	0	NO *	0
3- Cursos de formación para impartir a personal especializado respecto al objeto del contrato y valorados en créditos por parte de Organismos Oficiales Españoles. Se valora básicamente la formación continuada para los componentes de las distintas unidades de implantación de los Hospitales del SESCAM.	7 PUNTOS	Mayor número de créditos 7 puntos, el resto proporcional	NO	0	143,87 *	7	87,03 *	4,23	87,03 *	4,23
4.- Servicio técnico propio para asegurar la calidad de los seguimientos de los pacientes y del propio implante, con los técnicos homologados y con sistema propio de calidad técnica.	3 PUNTOS	Si =3 punto No=0 puntos	SI	3	SI *	3	SI *	3	SI *	3
<b>CRITERIOS ELECTRODO PARA DAI BIBOBINA FIJACION PASIVA DISTINTAS LONGITUDES.</b>										
1.- Bipolar verdadero: con anillo independiente de la bobina de ventrículo derecho.	10 PUNTOS	Si= 10 ptos. No= 0 ptos	NO	0	SI *	10	SI *	10	SI *	10
2.- Compatibilidad con introductor de 9 Fr.	9 PUNTOS	Si= 9 ptos. No= 0 ptos	SI	9	SI *	9	SI *	9	SI *	9
3.- Distintas longitudes	9 PUNTOS	Si= 9 ptos. No= 0 ptos	SI	9	SI *	9	SI *	9	SI *	9
4.- Tiempo de garantía superior a 24 meses (garantía ofertada en meses)	HASTA 5 PUNTOS	Mayor tiempo, máxima puntuación, resto proporcional	180	5	120 *	3,33	180 *	5	180 *	5
<b>TOTAL</b>				<b>27,00</b>		<b>42,33</b>		<b>41,23</b>		<b>41,23</b>

LOTE 31: 030159 ELECTRODO PARA DAI MONOBOBINA			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.		MEDTRONIC IBERICA S.A.		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A	
CRITERIO POR APLICACIÓN REGLAS O FORMULAS	POND.	REGLA O FORMULA	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS	OFERTA	PTOS
<b>CRITERIOS PARA TODOS LOS LOTES</b>	<b>Puntos máximos</b>		<b>RELIANCE 4-FRONT/4 SITE 0692/0693/0682/0683/ 0282/0283/0292/0293/ 0181/0672/0673/0662/ 0663/0262/0263/0272/ 0273/0138</b>		<b>SPRINT QUATTRO** 6935M // 6935</b>		<b>OFERTA BAASE: 7122/60 7122/65 - 7122/75- 7122Q/52 - 7122Q/58 7122Q/65 - 7172Q/52 7172Q/58 - 7172Q/65</b>		<b>OFERTA VARIANTE: LDA210Q/52 LDA210Q/58 LDA210Q/65</b>	
1.- Productos exento de látex	1 PUNTO	Si=1 punto No=0 puntos	SI	1	SI *	1	SI *	1	SI *	1
2.- Producto NO esterilizado en óxido de Etileno	1 PUNTO	Si=1 punto No=0 puntos	NO	0	NO *	0	NO *	0	NO *	0
3- Cursos de formación para impartir a personal especializado respecto al objeto del contrato y valorados en créditos por parte de Organismos Oficiales Españoles. Se valora básicamente la formación continuada para los componentes de las distintas unidades de implantación de los Hospitales del SESCAM.	7 PUNTOS	Mayor número de créditos 7 puntos, el resto proporcional	NO	0	143,87 *	7	87,03 *	4,23	87,03 *	4,23
4.- Servicio técnico propio para asegurar la calidad de los seguimientos de los pacientes y del propio implante, con los técnicos homologados y con sistema propio de calidad técnica.	3 PUNTOS	Si=3 punto No=0 puntos	SI	3	SI *	3	SI *	3	SI *	3
<b>CRITERIOS ELECTRODO PARA DAI MONOBOBINA.</b>										
1.- Bipolar verdadero: con anillo independiente de la bobina de ventrículo derecho.	10 PUNTOS	Si= 10 ptos No= 0 ptos	NO	0	SI *	10	SI *	10	SI *	10
2.- Compatibilidad con introductor de 9 Fr.	9 PUNTOS	Si= 9 ptos No= 0 ptos	SI	9	SI *	9	SI *	9	SI *	9
3.- Distintas longitudes	9 PUNTOS	Si= 9 ptos No= 0 ptos	SI	9	SI *	9	SI *	9	SI *	9
4.- Tiempo de garantía superior a 24 meses (garantía ofertada en meses)	HASTA 5 PUNTOS	Mayor tiempo, máxima puntuación, resto proporcional	180	5	120 *	3,33	180 *	5	180 *	5
		<b>TOTAL</b>		<b>27,00</b>		<b>42,33</b>		<b>41,23</b>		<b>41,23</b>

### Puntuaciones Oferta Económica

Solo varía con respecto la adjudicación inicial la puntuación de las ofertas del lote 18 puesto que no puede puntuarse la oferta de BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A. (no se admite que una referencia se repita en el mismo o distintos lotes y se ha solicitado sustituirla por la adjudicada en el lote 17) y era la oferta económica más baja.

Nº LOTE	LICITADOR	MODELO	REFERENCIA	Precio máximo licitación € SIN IVA	Oferta mínima	Precio unitario ofertado € SIN IVA	Puntuación Obtenida proposición económica
<b>LOTE 18: 045480</b> DEFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR AVANZADO	<b>BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.</b>	Referencia adjudicada inicialmente en este lote aceptada solicitud para Lote 17. Conforme Apto. 6.3 del Anexo I del PCAP no se puede repetir una referencia en el mismo o distinto lote.		-	-	-	-
	<b>MEDTRONIC IBERICA S.A.</b>	<b>Cobalt XT VR</b>	<b>DVPA2D4 DVPA2D1</b>	18.067,50	17525,48	17.580,00	44,97
	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	CD1359-40QC CD1359-40C	CD1359-40QC CD1359-40C	18.067,50	17525,48	17.525,48	50,00

### Resumen puntuación siguiente cuadro:

Nº LOTE	LICITADOR	MODELO	REFERENCIA	PUNTUACIÓN			
				PUNTOS JUICIO VALOR	PUNTOS REGLAS FÓRMULAS	PUNTOS ECÓNOMICA	TOTAL
<b>L 1: 014232</b> MARCAPASOS SSI BÁSICO.	<b>MICROPORT CRM MEDICAL SLU</b>	<b>OTO SR</b>	<b>TPM019C</b>	5,00	36,79	50,00	<b>91,79</b>
	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	ESSENTIO SR	L100	5,00	35,08	27,30	<b>67,38</b>
	MEDTRONIC IBERICA S.A.	SPHERA MRI	SPSR01	5,00	41,46	7,70	<b>54,16</b>
	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	PM1140	PM1140	5,00	39,59	1,35	<b>45,94</b>
<b>LOTE 3: 008468</b> MARCAPASOS SSIR ESTÁNDAR	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	PROPONENT SR	L210	5,00	35,87	50,00	<b>90,87</b>
	<b>MEDTRONIC IBERICA S.A.</b>	<b>Azure S</b>	<b>W3SR01</b>	5,00	42,11	14,03	<b>61,14</b>
	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	PM1172	PM1172	5,00	39,23	15,03	<b>59,26</b>
<b>LOTE 4: 008467</b> MARCAPASOS SSIR AVANZADO	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	ACCOLADE SR	L310	5,00	36,07	50,00	<b>91,07</b>
	<b>MEDTRONIC IBERICA S.A.</b>	<b>Azure XT</b>	<b>W2SR01</b>	5,00	42,28	21,94	<b>69,22</b>
	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	PM1272	PM1272	5,00	40,00	23,51	<b>68,51</b>

Nº LOTE	LICITADOR	MODELO	REFERENCIA	PUNTUACIÓN			
				PUNTOS JUICIO VALOR	PUNTOS REGLAS FÓRMULAS	PUNTOS ECÓNOMICA	TOTAL
LOTE 7: 008463 MARCAPASOS DDD BASICO	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	ESSENTIO DR	L131	5,00	29,11	50,00	84,11
	MEDTRONIC IBERICA S.A.	Attesta DR	ATDR01	5,00	42,06	2,00	49,06
	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	PM2140	PM2140	5,00	34,18	15,00	54,18
LOTE 8: 039298 MARCAPASOS DDDR BASICO	MICROPORT CRM MEDICAL SLU	TEO DR	TPM019C	5,00	36,95	50,00	91,95
	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	PROPONENT DR	L211	5,00	35,67	17,47	58,14
	MEDTRONIC IBERICA S.A.	SPHERA DR MRI	SPDR01	5,00	41,76	8,10	54,86
	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	PM2162	PM2162	5,00	39,58	8,10	52,68
LOTE 9: 008464 MARCAPASOS DDDR ESTANDAR	MICROPORT CRM MEDICAL SLU	KORA 250 DR	TPM010C	5,00	36,74	50,00	91,74
	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	PROPONENT DR	L231	5,00	35,78	24,93	65,71
	MEDTRONIC IBERICA S.A.	Attestal DR	ATDRL1	5,00	41,55	7,25	53,80
	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	PM2172	PM2172	5,00	39,41	7,50	51,91
LOTE 10: 036939 MARCAPASOS DDDR AVANZADO	MICROPORT CRM MEDICAL SLU	ENO DR	TPM014C	5,00	36,88	50,00	91,88
	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	ACCOLADE DR	L311	5,00	35,70	4,72	45,42
	MEDTRONIC IBERICA S.A.	Azure S	W3DR01	5,00	41,93	10,75	57,68
	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	PM2272	PM2272	5,00	39,42	11,52	55,94
LOTE 11: 008465 MARCAPASOS DDDRP BASICO	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	ACCOLADE DR EL	L331	5,00	36,79	50,00	91,79
	MEDTRONIC IBERICA S.A.	Azure XT	W2DR01	5,00	42,78	27,99	75,77
LOTE 13: 012132 MARCAPASOS RESINCRONIZACION ESTANDAR	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	VISIONIST IS4	U225/U228/ U226 + 6290	5,00	40,80	50,00	95,80
	MEDTRONIC IBERICA S.A.	SERENA CRTP MRI	W1TR05 // W4TR05	5,00	37,17	15,74	57,91
	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	PM3542	PM3542	5,00	37,02	16,86	58,88
LOTE 14: 012134 MARCAPASOS RESINCRONIZACION AVANZADO	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	Referencia adjudicada inicialmente en este lote aceptada solicitud para Lote 13. Conforme Apto. 6.3 del Anexo I del PCAP no se puede repetir una referencia en el mismo o distinto lote.		-	-	-	-
	MEDTRONIC IBERICA S.A.	PERCEPTA CRTP MRI	W1TR04 // W4TR04	5,00	42,26	50,00	97,26
	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	PM3562	PM3562	5,00	40,23	49,82	95,05

Nº LOTE	LICITADOR	MODELO	REFERENCIA	PUNTUACIÓN			
				PUNTOS JUICIO VALOR	PUNTOS REGLAS FÓRMULAS	PUNTOS ECÓNOMICA	TOTAL
LOTE 16: 045478 DEFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR BASICO	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	PERCIVA VR + LATITUDE	D400//D412 + 6290	5,00	36,63	41,40	83,03
	MEDTRONIC IBERICA S.A.	Crome VR	DVPC3D4 // DVPC3D1	5,00	42,26	8,33	55,59
	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	Ellipse VR	CD1377-36QC	5,00	40,23	50,00	95,23
LOTE 17: 045479 DEFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR ESTANDAR	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	RESONATE/M OMENTUM VR + LATITUDE	D432/D120+ 6290	5,00	41,37	3,95	50,32
	MEDTRONIC IBERICA S.A.	Cobalt VR	DVPB3D4 DVPB3D1	5,00	36,41	49,99	91,40
	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	Entrant	CDVRA300Q	5,00	34,77	50,00	89,77
LOTE 18: 045480 DEFIBRILADOR IMPLANTABLE VVIR AVANZADO	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	Referencia adjudicada inicialmente en este lote aceptada solicitud para Lote 17. Conforme Apto. 6.3 del Anexo I del PCAP no se puede repetir una referencia en el mismo o distinto lote.		-	-	-	-
	MEDTRONIC IBERICA S.A.	Cobalt XT VR	DVPA2D4 DVPA2D1	5,00	42,24	44,97	92,21
	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	Gallant	CDVRA500Q	5,00	40,16	50,00	95,16
LOTE 19: 045481 DEFIBRILADOR IMPLANTABLE DDDR BASICO	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	PERCIVA DR + LATITUDE	D401//D413 + 6290	5,00	36,46	50,00	91,46
	MEDTRONIC IBERICA S.A.	Crome DR	DDPC3D4 DDPC3D1	5,00	42,15	28,41	75,56
	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	Entrant	CDDRA300Q	5,00	37,93	5,15	48,08
LOTE 20: 041460 DEFIBRILADOR IMPLANTABLE DDDR ESTANDAR	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	RESONATE/MO MENTUM DR + LATITUDE	D433//D121 + 6290	5,00	36,65	22,12	63,77
	MEDTRONIC IBERICA S.A.	Cobalt XT DR	DDPA2D4 DDPA2D1	5,00	42,09	44,97	92,06
	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	Gallant	CDDRA500Q	5,00	39,96	50,00	94,96
LOTE 21: 014653 DEFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACI ÓN BÁSICO	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	VIGILANT TRCD + LATITUDE	G224//G247 + 6290	5,00	36,63	13,74	55,37
	MEDTRONIC IBERICA S.A.	Crome CRT	DTPC2QQ DTPC2Q1 DTPC2D4 DTPC2D1	5,00	42,22	50,00	97,22
	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	CD3361-40QC CD3361-40C	CD3361-40QC CD3361-40C	5,00	31,54	9,08	45,62

Nº LOTE	LICITADOR	MODELO	REFERENCIA	PUNTUACIÓN			
				PUNTOS JUICIO VALOR	PUNTOS REGLAS FÓRMULAS	PUNTOS ECÓNOMICA	TOTAL
LOTE 22: 008469 DEFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACI ÓN ESTANDAR	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	RESONATE/M OMENTU M TRCD + LATITUDE	G447/G424/ G125/G126/ G138 + 6290	5,00	43,66	14,42	63,08
	MEDTRONIC IBERICA S.A.	Cobalt CRT	DTPB2QQ DTPB2Q1 DTPB2D4 DTPB2D1	5,00	36,92	49,97	91,89
	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	Entrant	CDHFA300Q	5,00	35,08	50,00	90,08
LOTE 23: 014231 DEFIBRILADOR IMPLANTABLE RESINCRONIZACI ÓN AVANZADO	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	Referencia adjudicada inicialmente en este lote aceptada solicitud para Lote 22. Conforme Apto. 6.3 del Anexo I del PCAP no se puede repetir una referencia en el mismo o distinto lote.		-	-	-	-
	MEDTRONIC IBERICA S.A.	Cobalt XT CRT	DTPA2QQ DTPA2Q1 DTPA2D4 DTPA2D1	5,00	42,40	45,00	92,40
	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	Entrant	CDHFA500Q	5,00	36,73	50,00	91,73
LOTE 26: 014236 ELECTRODO PARA MARCAPASOS AURICULAR/VEN TRICULAR FIJACIÓN PASIVA	MICROPORT CRM MEDICAL SLU	XFINE JX24D XFINE JX25D XFINE TX25D XFINE TX26D	TLD056C TLD057C TLD054C TLD055C	5,00	33,00	50,00	88,00
	MICROPORT CRM MEDICAL SLU	OFERTA VARIANTE: TILDA JT53/T53/T60	382865 382870 382877	5,00	26,00	50,00	81,00
	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	INGEVITY	7731 // 7732 // 7735 // 7736	5,00	37,00	0,00	42,00
	MEDTRONIC IBERICA S.A.	CAPSURE	4074 // 4574 // 5054 // 5554	5,00	39,69	14,29	58,98
	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	1948/1944	1948/46 1948/52 1948/58 1944/46 1944/52	5,00	41,23	3,93	50,16

Nº LOTE	LICITADOR	MODELO	REFERENCIA	PUNTUACIÓN			
				PUNTOS JUICIO VALOR	PUNTOS REGLAS FÓRMULAS	PUNTOS ECÓNOMICA	TOTAL
<b>LOTE 27: 014235</b> <b>ELECTRODO PARA MARCAPASOS AURICULAR/VENTRÍCULAR FIJACIÓN ACTIVA</b>	<b>MICROPORT CRM MEDICAL SLU</b>	<b>VEGA R45 VEGA R52 VEGA R58</b>	<b>TLD040C TLD041C TLD042C</b>	5,00	33,00	50,00	<b>88,00</b>
	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	INGEVITY	7740 // 7741 // 7742	5,00	37,00	0,00	<b>42,00</b>
	MEDTRONIC IBERICA S.A.	CAPSURE FIX	5076 // 4076	5,00	39,69	14,29	<b>58,98</b>
	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	2088TC	2088TC/46 2088TC/52 2088TC/58 2088TC/65 2088TC/100	5,00	41,23	3,93	<b>50,16</b>
<b>L 29: 030158</b> <b>ELECTRODO PARA DAI BIBOBINA FIJACIÓN ACTIVA DIST. LONG</b>	<b>BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.</b>	<b>RELIANCE 4-FRONT/4 SITE</b>	<b>0695/0696/ 0295/0296/ 0185/0675/ 0676/0275/ 0276/0158</b>	5,00	27,00	0,00	<b>32,00</b>
	MEDTRONIC IBERICA S.A.	SPRINT QUATTRO	6947M 6947	5,00	42,33	31,65	<b>78,98</b>
	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA BASE:7120 // 7120Q	7120/60 7120/65 7120Q/52 7120Q/58 7120Q/65	5,00	41,23	50,00	<b>96,23</b>
		OFERTA VARIANTE: LDA220Q	LDA220Q/52 LDA220Q/58 LDA220Q/65	5,00	41,23	50,00	<b>96,23</b>
<b>L 30: 037888</b> <b>ELECTRODO PARA DAI BIBOBINA FIJACION PASIVA DIST. LONGITUDES</b>	<b>BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.</b>	<b>RELIANCE 4-FRONT/4 SITE</b>	<b>0685/0686/ 0285/0286/ 0175/0665/ 0636/0265/ 0266/0148</b>	5,00	27,00	0,00	<b>32,00</b>
	MEDTRONIC IBERICA S.A.	SPRINT QUATTRO	6946M	5,00	42,33	50,00	<b>97,33</b>
	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA BASE: 7170 //7170Q	7170/60 // 7170/65 // 7170/75 // 7170Q/52 // 7170Q/58 // 7170Q/65	5,00	41,23	8,02	<b>54,25</b>
		OFERTA VARIANTE: LDP220Q	LDP220Q/52 // LDP220Q/58 // LDP220Q/65	5,00	41,23	8,02	<b>54,25</b>

Nº LOTE	LICITADOR	MODELO	REFERENCIA	Puntuación			
				PUNTOS JUICIO VALOR	PUNTOS REGLAS FÓRMULAS	PUNTOS ECÓNOMICA	TOTAL
<b>L 31: 030159 ELECTRODO PARA DAI MONOBOBINA</b>	<b>BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.</b>	<b>RELIANCE 4- FRONT/4 SITE</b>	<b>0692/0693/ 0682/0683/ 0282/0283/ 0292/0293/ 0181/0672/ 0673/0662/ 0663/0262/ 0263/</b>	5,00	27,00	0,00	<b>32,00</b>
	MEDTRONIC IBERICA S.A.	SPRINT QUATTRO	6935M 6935	5,00	42,33	48,38	<b>95,71</b>
	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA BAASE: 7122 // 7122Q // 7172Q	7122/60 7122/65 7122/75 7122Q/52 7122Q/58 7122Q/65 7172Q/52 7172Q/58 7172Q/65	5,00	41,23	50,00	<b>96,23</b>
		OFERTA VARIANTE:LDA 210Q/ LDP210Q	LDA210Q/52 LDA210Q/58 LDA210Q/65	5,00	41,23	50,00	<b>96,23</b>

En Toledo, a 24 de noviembre de 2021.