

Informe de idoneidad técnica y valoración de juicios de valor. Expte. nº 2023-SUS-010 Suministro de sondas, drenajes y colectores.

Reunido el comité técnico, en fecha 9 de julio de 2024, compuesto por los responsables de las diferentes unidades vinculadas al objeto del contrato, se procede a la evaluación de idoneidad técnica, a través de los criterios de adjudicación sometidos a juicios de valor de las muestras presentadas por los licitadores al expte. 2023-SUS-010 suministro de sondas, drenajes y colectores, para los siguientes lotes:

LOTE 2: SONDAS DE ASPIRACIÓN

LICITADORES	PUNTUACIÓN
BM2 HEALTH, S.L	49
PALEX MEDICAL, S.A	32,67

Se valora, previamente, la documentación técnica exigible, de carácter obligatoria y excluyente, solicitada en los pliegos, para la catalogación de ofertas APTAS/NO APTAS, siendo ambos licitadores APTOS para la valoración de criterios sujetos a juicios de valor.

DOCUMENTACIÓN TECNICA EXIGIBLE (Carácter obligatorio y excluyente)
Declaración CE (conformidad del R.D 1591/2009 de 16 de Octubre regula los productos sanitarios)

Habiendo obtenido ambos licitadores puntuación superior a la mínima exigida en los pliegos, 30 puntos, se procederá a la evaluación de criterios evaluables automáticamente.

Detalle de la valoración en doc. adjunto

LOTE 4: JERINGA DE PERA

LICITADORES	PUNTUACIÓN
VYGON, S.A.U	16,34

Se valora, previamente, la documentación técnica exigible, de carácter obligatoria y excluyente, solicitada en los pliegos, para la catalogación de ofertas APTAS/NO APTAS, siendo ambos licitadores APTOS para la valoración de criterios sujetos a juicios de valor.

DOCUMENTACIÓN TECNICA EXIGIBLE (Carácter obligatorio y excluyente)
Declaración CE (conformidad del R.D 1591/2009 de 16 de Octubre regula los productos sanitarios)

Valorada la muestra aportada por el licitador, esta se considera NO APTA por no haber alcanzado la mínima puntuación exigida, 30 puntos. Si bien el producto ofertado hace la función, el material plástico del producto lo hace poco flexible y de difícil agarre.

Detalle de la valoración en doc. adjunto

En Palma de Mallorca, a 11 de julio de 2024

Fdo.

Raquel Muñoz

Responsable Admón. y gestión sanitaria

Dpto. gestor expte. 2023-SUS-010

LOTE 2: SONDAS DE ASPIRACIÓN					LICITADOR 1 BM2 HEALTH, S.L			LICITADOR 2 PALEX MEDICAL, S.A		
Nº Orden	Descripción Producto	muestras	FABRICANTE	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA DEL FABRICANTE	FABRICANTE	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA DEL FABRICANTE		
2.1	Sonda de Aspiración traqueobronquial recta y con control. Extremo distal abierto biselado con dos orificios laterales. Extremo proximal con conexión universal al equipo de aspiración. Envase unitario estéril. Longitud 52 cm aprox.CH 12,14,16,18. Portadora de orificio para el control de aspiración (sin necesidad de pieza en Y)	SI	BiÇakcilar, S.A	Sonda Aspiración c/control CH-12,14,16-50cm	191 1211 1 191 1411 1 191 1611 1	Well Lead	Nursia	373012 373014 373016 373018		
DOCUMENTACIÓN TECNICA EXIGIBLE (Carácter obligatorio y excluyente)			S/N	OBSERVACIONES		S/N	OBSERVACIONES			
1	Declaración CE (conformidad del R.D 1591/2009 de 16 de Octubre regula los productos sanitarios)		SI	La documentación técnica exigible es apta para valoración		SI	La documentación técnica exigible es apta para valoración			
CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE JUICIOS DE VALOR			PUNTUACION	OBSERVACIONES DEL LOTE COMPLETO		PUNTUACION	OBSERVACIONES DEL LOTE COMPLETO			
		Criterio de Valoración	DEFICIENTE	CORRECTA	EXCELENTE					
Calidad de los productos (49 puntos)	<i>Se valorará la correcta fijación de la sonda a la tubuladura de aspiración sin conexiones accidentales durante su uso, asó como se comprobará que la sonda garantiza la correcta aspiración. Así mismo se valorará que la sonda permita una visualización adecuada de las secreciones.</i>	<i>Facilidad de inserción y retirada</i>	0	8,18	16,34	16,34	Material que se ajusta a las necesidades del servicio. Material flexible, de fácil manejo y con resistencia excelente.	Material que se ajusta a las necesidades del servicio. Es menos flexible comparada con otras. Resto de características similares al resto.		
		<i>Sonda resistente a la torsión</i>	0	8,16	16,33	16,33				
		<i>Transparencia de la sonda para facilitar la visualización de la secreción</i>	0	8,16	16,33	16,33				
			Puntuacion licitador		49	32,67				

Aquellas ofertas que no consigan alcanzar al menos 30 puntos por lote en este apartado, se considerarán NO APTAS y estarán excluidas del siguiente proceso de valoración.

LOTE 4: JERINGA DE PERA						LICITADOR 1 VYGON S.A.U					
Nº Orden	Descripción Producto	muestras	FABRICANTE	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA DEL FABRICANTE						
4.1	Jeringa de pera 60ml para succión/irrigación. Con tapón protector. Envase individual estéril	SI	VYGON	PERA DE IRRIGACIÓN	45100						
DOCUMENTACIÓN TECNICA EXIGIBLE (Carácter obligatorio y excluyente)						S/N	OBSERVACIONES				
1	Declaración CE (conformidad del R.D 1591/2009 de 16 de Octubre regula los productos sanitarios)					SI	La documentación técnica exigible es apta para valoración				
CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE JUICIOS DE VALOR						PUNTUACION	OBSERVACIONES DEL LOTE COMPLETO				
		Criterio de Valoración	DEFICIENTE	CORRECTA	EXCELENTE						
Calidad de los productos (49 puntos)	<i>Se valorará la morfología y composición, libre de látex, que tenga diseño flexible y suave para evitar molestias en el pacientes, así como la facilidad de apertura del envase.</i>	<i>Flexibilidad</i>	0	8,16	16,33	8,16	Material que hace su función pero de dudosa calidad. Todo el producto es de plástico, la pera no es muy flexible y tarda en recuperar la forma para un uso continuado. Otros productos del mercado disponen de la pera de goma, más flexible, lo que hace que el manejo sea más práctico.				
		<i>Fácil manejo</i>	0	8,18	16,34	8,18					
		<i>Suavidad y textura</i>	0	8,16	16,33	0					
<p>Aquellas ofertas que no consigan alcanzar al menos 30 puntos por lote en este apartado, se considerarán NO APTAS y estarán excluidas del siguiente proceso de valoración.</p>						Puntuacion licitador	16,34				