

INFORME SOBRE EL PLIEGO DE PESCRIPTIONES TÉCNICAS DEL AM PA SCS 2023/14  
PARA EL SUMINISTRO DE TUBOS DE EXTRACCIÓN DE SANGRE Y RECOGIDA DE  
MUESTRAS DE LÍQUIDOS BIOLÓGICOS Y ETIQUETAS ADHESIVAS IDENTIFICATIVAS PARA  
LOS SERVICIOS DE ANÁLISIS CLINICOS, BANCO DE SANGRE, FARMACOLOGIA,  
GENÉTICA, HEMATOLOGIA, INMUNOLOGIA Y MICROBIOLOGIA PARA LOS CENTROS  
DEPENDIENTES DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD.

## Relación de casas concursantes por lote.

### Lote 1.

BECTON DICKINSON S.A.U.  
GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.U.  
LAMBRA S.L.

### Lote 2.

GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.U.  
LAMBRA S.L.

### Lote 3.

GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.U.  
LAMBRA S.L.

### Lote 4.

BECTON DICKINSON S.A.U.  
SARSTEDT S.A.U.  
GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.U.  
LAMBRA S.L.

### Lote 5.

BIOCAREMAR S.L.  
LOGISTICA Y COMUNICACIÓN S.L.  
DISEÑOS CÓDIGOS E IMPRESIÓN S.L.  
ETIDUERO S.L.  
MET DIAGNOSTICS S.L.

## Cumplimiento de los criterios técnicos obligatorios.

### Lote 1.

BECTON DICKINSON S.A.U. **CUMPLE.**

Características de obligado cumplimiento: cumple.

Sublotes presentados: todos.

GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.U. **EXCLUIDO.**

Características de obligado cumplimiento: cumple.

Sublotes presentados: no presenta oferta ni muestras según condiciones del sub lote 1.5. Para este sub lote oferta la referencia 456234 de 5 ml de vacío no de 4ml.

LAMBRA S.L.

Características de obligado cumplimiento: cumple.

Sublotes presentados: todos.

### Lote 2.

GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.U. **CUMPLE.**

Características de obligado cumplimiento: cumple.

Sublotes presentados: todos.

LAMBRA S.L. **CUMPLE.**

Características de obligado cumplimiento: cumple.

Sublotes presentados: todos.

### Lote 3.

GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.U. **CUMPLE.**

Características de obligado cumplimiento: cumple.

Sublotes presentados: todos.

LAMBRA S.L. **CUMPLE.**

Características de obligado cumplimiento: cumple.

Sublotes presentados: todos.

#### Lote 4.

BECTON DICKINSON S.A.U. **CUMPLE.**

Características de obligado cumplimiento: cumple.

Sublotes presentados: todos.

SARSTEDT S.A.U. **CUMPLE.**

Características de obligado cumplimiento: cumple.

Sublotes presentados: todos.

GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.U. **CUMPLE.**

Características de obligado cumplimiento: cumple.

Sublotes presentados: todos.

LAMBRA S.L. **EXCLUIDO.**

Características de obligado cumplimiento: No presenta fichas técnicas.

Sublotes presentados: presenta referencias pero no presenta muestras.

#### Lote 5.

BIOCAREMAR S.L. **CUMPLE.**

Características de obligado cumplimiento: cumple.

LOGISTICA Y COMUNICACIÓN S.L. **EXCLUIDO.**

Características de obligado cumplimiento: en las muestras presentadas, la etiqueta "AMARILLO Cadena" no es leída por los analizadores Atellica de Siemens (equipos del CORE del Hospital

Universitario Marqués de Valdecilla y del Hospital de Laredo". Tienen mal impreso el prefijo, en lugar de "0001" llevan el "1".

**DISEÑOS CÓDIGOS E IMPRESIÓN S.L. CUMPLE.**

Características de obligado cumplimiento: cumple.

**ETIDUERO S.L. CUMPLE.**

Características de obligado cumplimiento: cumple.

**MET DIAGNOSTICS S.L. CUMPLE.**

Características de obligado cumplimiento: cumple.

## Aspectos técnicos de la oferta cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.

### Lote 1.

	Becton Dickinson S.A.U.	Greiner Bio-One España S.A.U.	Lambra S.L.
Tiempo de caducidad	5	EXCLUIDO	5
Calidad documentada sobre interferencias y estabilidades...	10	EXCLUIDO	0
Proyecto de implementación y seguimiento del...	30	EXCLUIDO	0
Sistema de auditoría de puntos de extracción...	10	EXCLUIDO	10
<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>EXCLUIDO</b>	<b>15</b>

## Lote 2.

	Greiner Bio-One España S.A.U	Lambra S.L.
Diámetro boca frasco orina 24 horas	20	20
Opacidad frasco orina 24 horas	5	5
Modo lectura frasco orina 24 horas	0	0
Asa frasco orina 24 horas	10	10
Etiquetas adhesivas frasco orina 24 horas	5	5
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

## Lote 3.

	Greiner Bio-One España S.A.U	Lambra S.L.
Tiempo de caducidad	15	15
Envasado	10	0
Calidad documentada sobre interferencia y estabilidades	30	0
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	<b>15</b>


## Lote 4.

	BECTON DICKINSON S.A.U.	SARSTEDT S.A.U.	GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.U.	LAMBRA S.L.
Intercambio de tapones	15	15	15	EXCLUIDO
Sistema de extracción	0	0	0	EXCLUIDO
Adecuación a centrifugas	10	10	10	EXCLUIDO
Tiempos de caducidad	5	5	5	EXCLUIDO
Volumen de recogida	10	10	10	EXCLUIDO
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>EXCLUIDO</b>

Lote 5.

	BIOCAREMAR S.L.	LOGISTICA Y COMUNICACIÓN S.L.	DISEÑOS CÓDIGOS E IMPRESIÓN S.L.	ETIDUERO S.L.	MET DIAGNOSTICS S.L.
Envasado	40	EXCLUIDO	40	40	40
Resistencia temperatura	15	EXCLUIDO	15	15	15
<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>EXCLUIDO</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>

Santander, 22 de junio de 2023.



Firmado: José Carlos Garrido Gómez

Jefe de Servicio Análisis/Bioquímica Clínica.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.