

INFORME DE VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE HSLI 426/2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 30 CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN DE PSIQUIATRÍA PARA EL SERVICIO DE PSIQUIATRÍA DEL HOSPITAL SON LLÀTZER.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas del apartado 3.1 tienen la consideración de mínimas tanto en cuanto su no cumplimiento es objeto de exclusión. Las detalladas en el apartado 3.2 serán objeto de valoración de acuerdo con los criterios que se establecen en el Pliego de Cláusulas Particulares Administrativas.

Cuando las características del equipo que sean objeto de valoración se adapten perfectamente a las necesidades del servicio, se obtendrá la puntuación asignada a cada una de las características que se valoran. Si no se adaptan perfectamente a las necesidades del servicio la puntuación será de 0 puntos.

3.1 Especificaciones técnicas mínimas

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	LINET	STRYKER	PARDO
	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: <ul style="list-style-type: none"> • Longitud aproximada de 225 cm. • Anchura máxima 110 cm, con barandillas y accesorios incluidos. • Lecho de 4 planos y 3 articulaciones (tronco, cadera y rodillas). Doble regresión de las secciones del respaldo y superior de piernas, para alivio de presión en la zona de la pelvis. Angulación del plano inferior de piernas en varias posiciones intermedias, con sistema que evite posiciones anómalas de la rodilla. Con extensión adicional de 15 cm de largo aprox. • Tren de rodadura con cuatro ruedas diámetro de 150 mm. Freno centralizado y sistema direccional accionables al menos desde el picero. 	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	LINET	STRYKER	PARDO
	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
Material de la superficie de descanso (lecho) resistente a posibles golpes, saltos, balanceos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Cama articulada de accionamiento eléctrico (El somier dispondrá de un mínimo de 3 articulaciones y 4 planos), especificar y detallar angulaciones (detalle con ángulos), indicando en cada movimiento el sistema empleado (eléctrico o manual y eléctrico).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Con protecciones en las cuatro esquinas de la cama de tamaño que permiten el acceso por las puertas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Carga de trabajo segura de 250 kg como mínimo, conforme a la norma UNE 60601-2-52 o equivalente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Motores con sistema antipinzamiento, protección térmica y grado de protección de al menos IPX4 según la Norma Europea 60529 o equivalente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Sistema de baterías, con una autonomía de al menos 100 movimientos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Alimentación eléctrica: 220 V CA y 50 Hz	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Permitirá el accionamiento manual del tronco del lecho en caso de fallo de suministro eléctrico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Regulable eléctricamente en altura, entre 40 cms. para la posición más baja posible y 76 cms. para la posición más alta aproximadamente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Posición Trendelenburg/Anti-Trendelenburg (angulaciones mínimas de entre 13º y 15º).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Capacidad de carga segura de al menos 220 kg y peso máximo del paciente de al menos 170kg.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Palanca CPR para la liberación mecánica del respaldo, fácilmente accesible, bilateral, así como CPR eléctrico como función predeterminada en el panel de control principal.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Incluirá sistema puesta a "0" (restablecimiento de condiciones iniciales- horizontal) de manera manual y/o eléctrica.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Cabecero y piecero extraíbles fácilmente con sistema de seguridad que dificulte la extracción por parte del usuario	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Hospital Son Llàtzer
 Carretera de Manacor km 4
 07198 Palma

parte del usuario			
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	LINET	STRYKER	PARDO
	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
Barandillas ergonómicas con sistema de bajada amortiguado para evitar golpes y atrapamientos. Sistema de accionamiento fuera del alcance del paciente.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Pedal de Freno y dirección en porción inferior.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Equipada con barandillas enteras y mandos integrados en la cama.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Equipada con mando Control eléctrico de la cama para el personal.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Dispondrá de sistema de baterías.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Dispondrá de soportes para cinturones de contención, manos y pies que admita elevar el cabecero y el piecero con seguridad.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Sistema de frenado centralizado sobre las cuatro ruedas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Dispondrá de una quinta rueda direccional.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Estructura sólida que no permita extraer piezas cortantes, punzantes, tornillos así como cableado.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Colchón:			
Dimensiones: longitud aproximada 190cm, anchura aproximada 85cm y una altura mínima aproximada de 14cm.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Material: espuma visco elástica, formado por dos capas: una capa superior de espuma visco elástica mínimo aproximado de 6cm de altura y 55kg.m ³ de densidad y una capa inferior espuma de poliuretano aproximado de 8cm de altura	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Debe soportar un peso de mínimo 170Kg.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Debe ser resistente, ignífugo, anti-bacterias, anti-moho, radiotransparente, sin látex, antialérgico.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Vértices ad.
accesorios y



Con funda protectora impermeable, transpirable, bacteriostática, ignífuga, sellada o cosida de fácil limpieza.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	LINET	STRYKER	PARDO
	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
Vértices adaptados para facilitar el manejo de accesorios y soportes portasueros.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Revisada la oferta presentada por la empresa **LINET** se comprueba que **CUMPLE** con los requisitos mínimos del apartado 3.1 del Pliego de Prescripciones técnicas.

Revisada la oferta presentada por la empresa **STRYKER** se comprueba que **NO CUMPLE** con los requisitos mínimos del apartado 3.1 del Pliego de Prescripciones técnicas porque tiene 4 barandillas y no 2 completas.

Revisada la oferta presentada por la empresa **PARDO** se comprueba que **NO CUMPLE** con los requisitos mínimos del apartado 3.1 del Pliego de Prescripciones técnicas porque solo tiene el sistema de bajada anti atrapamientos en la barandilla superior pudiéndose pillar los dedos y el sistema de protección del cableado es cortante.

3.2 Especificaciones técnicas adicionales:

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PUNTUACIÓN	LINET
Se valorará capacidad de recorrido de altura de la cama (altura mínima cercano a nivel del suelo).	0/4	4
Se valorará la posibilidad de anclajes para su sujeción de la cama al suelo, en caso de necesidad.	0/6	6
Se valorará que disponga de caja de cierre magnético para cables de alimentación, como sistema de seguridad frente al cable de conexión a red.	0/5	5

Hospital Son LLàtzer
Carretera de Manacor km 4
07198 Palma



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PUNTUACIÓN	LINET
Se valorará luz nocturna incorporada	0/4	4
Se valorará la facilidad de montaje/desmontaje de los componentes de la cama	0/5	5
Se valorará menor peso de la cama	0/4	4
Se valorará calidad y resistencia de las ruedas y la menor producción de ruido durante el movimiento de la cama	0/4	4
Se valorará mando de paciente con sistema de desanclaje fácil (sin necesidad de herramientas) para eliminar en caso de ser necesario	0/5	5 _{ET}

La puntuación obtenida por LINET en el apartado 3.2 Especificaciones técnicas adicionales. es **45** puntos.

Palma, 05 de noviembre de 2024

FDO. Directora Enfermería

Susana Sobrino Luengo