



Ayuntamiento
de Gijón/Xixón

Nº de verificación: **13523406311307163666**



Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev

Datos del expediente: Nº Exp: 49530T/2021 Contrato: 01.ALCALDIAAYTO2021000167 P2 - Preparación, gestión y adjudicación del contrato AYTO	Asunto: Arrendamiento de 40 equipos desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) para el Ayuntamiento de Gijón/Xixón y el Centro Municipal de Empresas con formación del personal usuario
Datos del documento: Tramitador: Emisor: 01006734 Fecha Emisor: 02/09/2021	

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN

Siendo las diez horas y 5 minutos del día 2 de septiembre de 2021, de conformidad con el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de julio de 2020 que faculta el funcionamiento electrónico de las mesas de contratación por cualquiera de los medios previstos en el artículo 17 de la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, la presente reunión se realiza de forma telemática a través de la Plataforma Webex.

Previamente a la constitución de la Mesa de Contratación, por la Secretaría de la misma se informa a los miembros sobre la identidad de los licitadores presentados en la presente licitación, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en relación a los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, **DECLARAN** no estar incurso en causa alguna de recusación o abstención, en base a lo señalado en los precitados artículos de los mencionados textos legales.

Siendo la respuesta negativa, queda constituida la Mesa de Contratación por los siguientes miembros de conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 20 de abril de 2021:

Presidenta: Doña Sonsoles Mori de Arriba, Jefa del Servicio de Planificación y Gestión de Compra Pública del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

Vocales: Doña Covadonga Prieto Díaz, Viceinterventora General del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
Don Ángel Miguel Jaime Gutiérrez, Director de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
Don Manuel Ángel González Rodríguez, Jefe del Servicio de Prevención y Salud Laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

Secretaria: Doña Lucía Ramil Pérez, Jefa de la Sección de Contratación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón

Constituida la Mesa de Contratación en la forma expresada, por la Sra. Presidenta, se procedió a dar lectura al informe sobre la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos elaborado por el Jefe del Servicio de Prevención y Salud Laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón de fecha 25 de agosto de 2021.

La Mesa de Contratación presta su conformidad al informe emitido.

En consecuencia, se acuerda excluir del procedimiento al licitador ANEK S3, S.L. por no cumplir los requisitos técnicos detallados en el pliego de prescripciones técnicas, en concreto:

- NO CUMPLE EL REQUISITO DEL PESO DEL DESA: EL APARATO OFERTADO TIENE UN PESO DE 3,1 KG CON BATERÍA. MIENTRAS QUE EN EL PPT SE INDICA QUE EL PESO HA DE SER INFERIOR 3 KG CON BATERÍA.
- NO CUMPLE EL REQUISITO DEL TIEMPO DE CARGA CON BATERÍA NUEVA A 200 JULIOS=0 <9 SEGUNDOS.

Igualmente por la Mesa de Contratación se acuerda pedir aclaración al resto de las empresas de conformidad a lo dispuesto en el citado informe, de las cuestiones que se significan a continuación, concediéndole para ello un plazo de **TRES DÍAS HÁBILES**, a contar desde el siguiente a aquel en que se hubiera recibido el requerimiento:

CARYOSA HIGIENICS SOLUTIONS, S.L

- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELATIVA A LA MALETA DE TRANSPORTE RÍGIDA O SEMIRÍGIDA ACOLCHADA QUE PERMITA EVIDENCIAR SU AJUSTE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS INDICADAS EN EL PPT.
- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELATIVA AL MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS CON DOTACIÓN MÍNIMA QUE PERMITA EVIDENCIAR SU AJUSTE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS INDICADAS EN EL PPT.
- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELATIVA AL MALETIN DE REANIMACIÓN O DE OXIGENOTERAPIA PARA PISCINAS CON DOTACIÓN MÍNIMA QUE PERMITA EVIDENCIAR SU AJUSTE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS INDICADAS EN EL PPT.
- DECLARACIÓN RESPONSABLE RESPECTO A LA ADECUACIÓN DEL DESFIBRILADOR OFERTADO A LAS ÚLTIMAS GUÍAS ERC (European Resuscitation Council) PUBLICADAS EN 2021

ESFOREM FORMACIÓN DE EMERGENCIAS, S.L.

- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE ACREDITE QUE EL MODELO DE DESFIBRILADOR OFERTADO CUMPLA EL REQUISITO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTOS Y DE MARCAPASOS INTERNO QUE PERMITA EVIDENCIAR SU AJUSTE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS INDICADAS EN EL PPT.
- PESE A APORTAR UNA FOTOGRAFÍA, NO SE ESPECIFICA EL MODELO QUE SE OFERTA DE MALETA DE TRANSPORTE RÍGIDA O SEMIRÍGIDA ACOLCHADA QUE PERMITA EVIDENCIAR SU AJUSTE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS INDICADAS EN EL PPT.
- PESE A APORTAR UNA FOTOGRAFÍA, NO SE ESPECIFICA EL MODELO QUE SE OFERTA DE MALETIN DE REANIMACIÓN O DE OXIGENOTERAPIA PARA PISCINAS CON DOTACIÓN MÍNIMA QUE PERMITA EVIDENCIAR SU AJUSTE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS INDICADAS EN EL PPT.
- DECLARACIÓN RESPONSABLE RESPECTO A LA ADECUACIÓN DEL DESFIBRILADOR OFERTADO A LAS ÚLTIMAS GUÍAS ERC (European Resuscitation Council) PUBLICADAS EN 2021

GESPRIN FACILITY SERVICES, S.L.

- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE ACREDITE QUE EL MODELO DE DESFIBRILADOR OFERTADO CUMPLA EL REQUISITO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTOS Y DE MARCAPASOS INTERNO QUE PERMITA EVIDENCIAR SU AJUSTE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS INDICADAS EN EL PPT.
- INFORMACIÓN ACREDITATIVA DE QUE EL MODELO OFERTADO NO DISPONE DE OPCIÓN MANUAL.
- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE ACREDITE QUE EL MODELO DE ARMARIO VITRINA DE PARED PARA ALBERGAR EL DESFIBRILADOR HOMOLOGADO QUE PERMITA EVIDENCIAR SU AJUSTE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS INDICADAS EN EL PPT.
- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE ACREDITE QUE EL MODELO DE DESFIBRILADOR OFERTADO CUMPLA EL REQUISITO DE POSIBILIDAD DE REGISTRO, DEBE PODER SER CONTROLADO REMOTAMENTE DESDE UNA PLATAFORMA DE CONTROL QUE PERMITA EVIDENCIAR SU AJUSTE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS INDICADAS EN EL PPT.
- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELATIVA A LA MALETA DE TRANSPORTE RÍGIDA O SEMIRÍGIDA ACOLCHADA QUE PERMITA EVIDENCIAR SU AJUSTE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS INDICADAS EN EL PPT.
- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELATIVA AL MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS CON DOTACIÓN MÍNIMA QUE PERMITA EVIDENCIAR SU AJUSTE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS INDICADAS EN EL PPT.
- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELATIVA AL MALETIN DE REANIMACIÓN O DE OXIGENOTERAPIA PARA PISCINAS CON DOTACIÓN MÍNIMA QUE PERMITA EVIDENCIAR SU AJUSTE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS INDICADAS EN EL PPT.
- DECLARACIÓN RESPONSABLE RESPECTO A LA ADECUACIÓN DEL DESFIBRILADOR OFERTADO A LAS ÚLTIMAS GUÍAS ERC (European Resuscitation Council) PUBLICADAS EN 2021

TECHNOLOGY 2050, S.L.

- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL MODELO DE DESFRIBILADOR OFERTADO QUE PERMITA COMPROBAR SU AJUSTE CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FIJADAS EN EL PPT.
- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL MODELO DE ARMARIO VITRINA DE PARED PARA ALBERGAR EL DESFIBRILADOR HOMOLOGADO OFERTADO QUE PERMITA COMPROBAR SU AJUSTE CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FIJADAS EN EL PPT.
- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL MODELO DE MALETA TRANSPORTE RÍGIDA O SEMIRÍGIDA ACOLCHADA OFERTADA QUE PERMITA COMPROBAR SU AJUSTE CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FIJADAS EN EL PPT.
- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELATIVA AL MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS CON DOTACIÓN MÍNIMA QUE PERMITA EVIDENCIAR SU AJUSTE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS INDICADAS EN EL PPT.
- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELATIVA AL MALETIN DE REANIMACIÓN O DE OXIGENOTERAPIA PARA PISCINAS CON DOTACIÓN MÍNIMA QUE PERMITA EVIDENCIAR SU AJUSTE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS INDICADAS EN EL PPT.
- DECLARACIÓN RESPONSABLE RESPECTO A LA ADECUACIÓN DEL DESFIBRILADOR OFERTADO A LAS ÚLTIMAS GUÍAS ERC (European Resuscitation Council) PUBLICADAS EN 2021



Ayuntamiento
de Gijón/Xixón

Nº de verificación: **13523406311307163666**



Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev

Datos del expediente:	Asunto:
Nº Exp: 49530T/2021 Contrato: 01.ALCALDIAAYTO2021000167 P2 - Preparación, gestión y adjudicación del contrato AYTO	Arrendamiento de 40 equipos desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) para el Ayuntamiento de Gijón/Xixón y el Centro Municipal de Empresas con formación del personal usuario
Datos del documento:	
Tramitador: Emisor: 01006734 Fecha Emisor: 02/09/2021	

Finalmente, la Mesa de Contratación acuerda que, una vez sean presentadas, se remitan las mismas a informe técnico, que elevará el correspondiente informe que será sometido a esta Mesa.

Finalmente, la Mesa de Contratación, de conformidad con el Pliego Modelo de Cláusulas Administrativas Particulares, acuerda publicar la presente acta en la Plataforma de Contratación del Sector Público (<http://contrataciondelestado.es>).

Y, siendo las diez horas y veintidós minutos, se levanta la sesión, extendiéndose la presente Acta, que firma la Sra. Presidenta, conmigo Secretaria, que certifico.