



**MESA DE CONTRATACIÓN PA/2023/052/GCE. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SALA BLANCA MODULAR CON UNA CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA Y EL DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE LAS CABINAS DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL Y DE SEGURIDAD BIOLÓGICA PARA EL HUCE.**

**ACTA Nº 6**

**Fecha y hora de celebración**

15 de marzo de 2024 a las 9:30

**Lugar de celebración**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA

**Asistentes**

**PRESIDENTA:**

Dña. Adoración Navas Castillo, Subdirectora de Gestión y SSGG Hospital Universitario de Ceuta.

**SECRETARIO**

Dña. Pablo Caballero Romero. Técnico de la función administrativa. Hospital Universitario de Ceuta.

**VOCALES**

Dña. María Inmaculada Izuzquiza Márquez, Interventora Seguridad Social

Dña. M<sup>a</sup> Ángeles Nondedeu Gómez, Letrada Seguridad Social

Dña. Antonia Valverde Sánchez. Técnico de la función administrativa. Hospital Universitario de Ceuta.

**Orden del día**

1.- Subsanación solicitada a la empresa Tecnología para el diagnóstico e investigación, S.A.

**Se Expone**

1.- La Resolución nº36/2024 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales estimó el recurso especial en materia de contratación interpuesto por Tecnología para el diagnóstico e investigación, S.A., indicando que “procede ordenar la retroacción del procedimiento al momento anterior al de su exclusión, a fin de que se le requiera la subsanación de la documentación administrativa.”

Solicitada subsanación, la mesa se reúne en el día de hoy para la apertura del sobre “Otras comunicaciones/Solicitud de información adicional”. Se comprueba que la empresa presenta la documentación en plazo. Se descarga la documentación y se decide dar traslado de la misma a los técnicos para que comprueben el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos que motivaron la exclusión de la empresa Tecnología para el diagnóstico e investigación, S.A.:

- Cabina de seguridad biológica: Acreditar si dispone de prefiltro G3 previo a las tres etapas de filtración (página 12 del PPT).
- Cabina de flujo laminar horizontal: Acreditar si incluye un sistema de pre-filtración G3 (página 14 del PPT).

Se convoca la siguiente mesa para el día 22 de marzo de 2024, salvo incidencia.

Yo, como Secretario, certifico con el visto bueno de la Presidenta:

Pablo Caballero Romero  
SECRETARIO

Dña. Adoración Navas Castillo  
PRESIDENTA