

2020-0-008 // 1119002091 IMPLANTES PARA HEMODINÁMICA
 ANEXO I: INFORME CRITERIOS EVALUACIÓN PREVIA

Lote	Pos.	Material	Descripción	Proveedor	Ref.	Punt. Téc.	Pasa / NO pasa	Coment. Técnica
1	1	90000827	STENT COR. CR/CO C/REG. TITANOX DIF. MED	HEXACATH ESPAÑA S.L.	LICM XX OPTI (VER ANEXO)	30	SI	Buena navegabilidad, facilidad de implantación y rango de medidas
2	2	90000648	STENT COR. A/I OXIGENO DIF. MEDIDAS	IBERHOSPITEX S.A.	VER ANEXO	35	SI	Buena navegabilidad, facilidad de implantación y rango de medidas
2	2	90000648	STENT COR. A/I OXIGENO DIF. MEDIDAS	IZASA HOSPITAL S.L.U.	CAR-XLXXX-G	19	NO	Deficiente navegabilidad que dificulta el implante en determinados casos
2	3	90000460	STENT COR. CR/CO E.TUBULAR DIF. MEDIDAS	PALEX MEDICAL, S.A.	VER ANEXO	49	SI	Excelente navegabilidad, manejabilidad. Dispone de medidas muy largas que permite ahorrar un stent
2	3	90000460	STENT COR. CR/CO E.TUBULAR DIF. MEDIDAS	TERUMO EUROPE ESPAÑA S.L.	DE-RQXXXXKSM	30	SI	Buena navegabilidad, facilidad de implantación y rango de medidas
2	3	90000460	STENT COR. CR/CO E.TUBULAR DIF. MEDIDAS	IZASA HOSPITAL S.L.U.	CAR-XLXXX-G	19	NO	Deficiente navegabilidad que dificulta el implante en determinados casos
2	3	90000460	STENT COR. CR/CO E.TUBULAR DIF. MEDIDAS	CARDINAL HEALTH SPAIN S11, S.L.	VER ANEXO	19	NO	Fármaco no es sirolimus (ridorodimos). Struis muy gruesos, dificultan teóricamente la navegabilidad
2	4	90000472	STENT COR. CR/CO F/AC.ZOTAROLIMUS D. MED	MEDTRONIC IBERICA S.A.	VER ANEXO	49	SI	Excelente navegabilidad, manejabilidad y buen rango de medidas
2	5	90001458	STENT COR. CR/CO FARMACOACTIVO DIF. MED.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA SA	VER ANEXO	49	SI	Excelente navegabilidad, manejabilidad y buen rango de medidas
2	6	90000459	STENT COR. CR/CO LIBER.SIRO. P.BIO D.MED	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	VER ANEXO	49	SI	Excelente navegabilidad, manejabilidad y buen rango de medidas
2	7	90000474	STENT COR. CR/PT F/AC.EVEROLIMUS D. MED.	BOSTON_SCIENTIFIC IBERICA SA	VER ANEXO	49	SI	Excelente navegabilidad, manejabilidad y buen rango de medidas
2	8	90001673	STENT COR. PO/PLA F/AC.BIOLIMUS D. MEDID	LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITA	ZSTCXXXXX14CFSP	30	SI	Buena navegabilidad, facilidad de implantación y rango de medidas
2	8	90001673	STENT COR. PO/PLA F/AC.BIOLIMUS D. MEDID	IZASA HOSPITAL S.L.U.	CAR-XLXXX-G	19	NO	Deficiente navegabilidad que dificulta el implante en determinados casos
2	9	90002909	STENT CORO. LIBER. SIROLIMUS DIF/MEDIDAS	IMEX SALUD S.L.	SUPRAFLEX CRUZ	40	SI	Excelente navegabilidad, manejabilidad y buen rango de medidas
2	9	90002909	STENT CORO. LIBER. SIROLIMUS DIF/MEDIDAS	IZASA HOSPITAL S.L.U.	CAR-XLXXX-G	19	NO	Deficiente navegabilidad que dificulta el implante en determinados casos
2	10	90001676	STENT CORO. CR/CO 6-9 CRESTAS	LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITA	ZSTXXXXXXX14CS	30	SI	Buena navegabilidad, facilidad de implantación y rango de medidas
2	11	90003187	STENT CORONARIO DOBLE TERAPIA 2.5-4-9-33	ORBUSNEICH MEDICAL, S.L.	VER ANEXO	49	SI	Excelente navegabilidad, manejabilidad y buen rango de medidas
3	12	90003904	STENT COR S/POLIMERO LIB BIOLIMUS A9 D/M	BIOMENCO, SL	VER ANEXO	49	SI	Excelente navegabilidad, manejabilidad y buen rango de medidas. Tiene dos marcadores platino para facilitar el implante
3	12	90003904	STENT COR S/POLIMERO LIB BIOLIMUS A9 D/M	BIOSENSORS IBERIA, S.L.	VER ANEXO	25	SI	Navegabilidad y manejabilidad discreta

Lote	Pos.	Material	Descripción	Proveedor	Ref.	Punt. Téc.	Pasa / NO pasa	Coment. Técnica
3	13	90003448	STENT FARMACOACTIVO CR/CO S.POLIMER D/M	B BRAUN SURGICAL S.A.	VER ANEXO	49	SI	Excelente navegabilidad, manejabilidad y buen rango de medidas
3	13	90003448	STENT FARMACOACTIVO CR/CO S.POLIMER D/M	IZASA HOSPITAL S.L.U.	CAR-XLXXX-G	19	NO	Deficiente navegabilidad que dificulta el implante en determinados casos. No libre de polímero
4	14	90002283	STENT CORO.ABS FARMACOACT. DIF. MEDIDAS	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	VER ANEXO	30	SI	Buena navegabilidad, facilidad de implantación y rango de medidas
5	15	90000901	STENT COR. CR/CO MICROMALLA DIF. MEDIDAS	WORLD MEDICA, S.L.	VER ANEXO	30	SI	Buena navegabilidad, facilidad de implantación y rango de medidas
5	16	90003232	STENT CORONARIO REC. CON UNA CAPA DIF-ME	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	VER ANEXO	49	SI	Excelente navegabilidad, manejabilidad y buen rango de medidas
6	17	90000240	OCLUSOR FORAMEN OVAL TIPO AMPLATZER	IZASA HOSPITAL S.L.U.	993XXX-G	49	SI	Excelente navegabilidad, manejabilidad y buen rango de medidas. Sistema de angulación que facilita la acomodación
6	17	90000240	OCLUSOR FORAMEN OVAL TIPO AMPLATZER	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA SA	VER ANEXO	30	SI	Buena navegabilidad, facilidad de implantación y rango de medidas
6	17	90000240	OCLUSOR FORAMEN OVAL TIPO AMPLATZER	MERCE V. ELECTROMEDICINA SL	VER ANEXO	19	NO	Dispositivo menos favorable para oclusiones complejas
6	18	90000239	OCLUSOR SEPTAL/CRIBRI. INTERAURICULAR	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA SA	VER ANEXO	49	SI	Excelente navegabilidad, manejabilidad y buen rango de medidas. Dispositivos para oclusiones mas complejas
6	18	90000239	OCLUSOR SEPTAL/CRIBRI. INTERAURICULAR	IZASA HOSPITAL S.L.U.	99329ASDXX-G	20	SI	Aceptable navegabilidad, facilidad de implantación y rango de medidas.
6	18	90000239	OCLUSOR SEPTAL/CRIBRI. INTERAURICULAR	MERCE V. ELECTROMEDICINA SL	VER ANEXO	0	NO	Excluido. No dispone de oclisor cribriforme

El Jefe de Sección de Hemodinámica,

Dr. Ruiz Arroyo