

Paseo de San Vicente, 58-182
37007 Salamanca

INFORME TÉCNICO DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN CON DESTINO AL COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA (P.A 2018-0-13B)

Lote 1: Sistema de Monitorización para UCI

.- Características, prestaciones y arquitectura de los monitores ofertados (tecnología, resolución, gestión de alarmas, información mostrada...):

Se aplica la máxima puntuación (4 puntos) a la oferta de Philips Ibérica SAU por, a nuestro criterio de valor, mejor gestión del sistema de alarmas.

.- Características, prestaciones y arquitectura de los monitores/módulos de transporte ofertados (tecnología, resolución, información mostrada):

Se aplica la máxima puntuación (4 puntos) a la oferta de General Electric Healthcare España por, a nuestro juicio de valor, mayor facilidad de configuración.

.- Características, herramientas y arquitectura de la central ofertada que mejoren los requisitos y prestaciones solicitadas:

Se aplica la máxima puntuación (4 puntos) a la oferta de Philips Ibérica SAU por la oferta de doble pantalla en cada central.

.- Prestaciones, herramientas y aplicaciones de software de apoyo al trabajo clínico integradas de apoyo al trabajo clínico:

Paseo de San Vicente, 58-182
37007 Salamanca

Se aplica la máxima puntuación (4 puntos) a la oferta de Philips Ibérica SAU por la mayor compatibilidad con el Sistema de Información Clínica que permite presentar la pantalla de paciente en la aplicación.

Salamanca 3 de diciembre de 2018

Jefe del Servicio de Medicina Intensiva



Fdo. Víctor Sagredo Meneses.

Paseo de San Vicente, 58-182
37007 Salamanca

**INFORME EVALUACION CRITERIOS JUICIO DE VALOR PARA EL SUMINISTRO,
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE MONITORIZACION
CON DESTINO AL COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA.
P.A. EXPEDIENTE 2018-0-13B**

LOTE 1: SISTEMA DE MONITORIZACIÓN PARA UCI.		
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR: HASTA 24 PUNTOS	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA	PHILIPS IBERICA SAU
MONITORES: HASTA 12 PUNTOS		
Se valorarán las características, prestaciones y arquitectura de los monitores ofertados (tecnología, resolución, gestión de alarmas, información mostrada...) PUNTUACION MAXIMA:4 PUNTOS	3	4 (Mejor gestión alarma)
Se valorarán las características y prestaciones del interfaz de usuario, así como funcionalidades y facilidad de manejo de los parámetros adquiridos del monitor. PUNTUACION MÁXIMA:4 PUNTOS	4	4
Se valorarán las prestaciones, herramientas y aplicaciones de software de apoyo al trabajo clínico integradas en la monitorización. PUNTUACION MAXIMA: 4 PUNTOS.	4	4
MODULO/MONITOR DE TRANSPORTE: HASTA 4 PUNTOS		
Se valorarán las características, prestaciones y arquitectura de los monitores ofertados (tecnología, resolución, información mostrada). PUNTUACION MÁXIMA:2 PUNTOS	2	2
Se valorarán las características y prestaciones del interfaz del usuario, así como funcionalidades y facilidad de manejo y configurabilidad de los parámetros adquiridos del monitor). PUNTUACION MÁXIMA:2 PUNTOS	2(facilidad de configuración)	1
CENTRAL DE MONITORIZACIÓN: HASTA 8 PUNTOS		
Se valorarán las características, herramientas y arquitectura de la central ofertada que mejoren los requisitos y prestaciones solicitadas. PUNTUACIÓN MÁXIMA: 4 PUNTOS	3	4 (2 pantallas por central)
Se valorarán las prestaciones, herramientas y aplicaciones de software de apoyo al trabajo clínico integradas de apoyo al trabajo clínico. PUNTUACION MAXIMA: 4 PUNTOS.	3	4 (conectividad central-ICCA)
TOTAL PUNTOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR	21	23

Salamanca 3 de diciembre de 2018

Jefe del Servicio de Medicina Intensiva

Fdo. Víctor Sagredo Meneses.

