

SERVICIO CANTABRO DE SALUD  
H.U. "Marqués de Valdecilla"

2018-0-0030

AVDA. VALDECILLA S/N                      Telef.: 942 202688  
39008 SANTANDER (CANTABRIA)              Fax : 942 203426

Fecha impresión: 26/03/2019

## INFORME TECNICO - LISTA DE PROVEEDORES

### Lote 1 MONITOR HEMODINAMICA U. CRITICA-CORONARIAS.

Proveedor	(2) Calidad	Otros (3,4,5,6,7)
10 DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.              Ofta.Base	3,000	0,000

### Justificaciones:

#### Proveedor 10 - DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A. (Oferta Base)

Cumple especificaciones tecnicas. La valoracion del equipo de acuerdo con los criterios de la adjudicacion del PCAP (Punto N - N°2) es la siguiente:

- |   |       |
|---|-------|
| 1.- El Control de la monitorizacion se realizara ...              | = 0,2 |
| 2.- Dispondra de varios niveles de alarma acustica ...            | = 0,3 |
| 3.- La pantalla/monitor no debera tener ventiladores ...          | = 0,2 |
| 4.- Almacenamiento de +100 eventos, con posibilidad ...           | = 0,2 |
| 5.- Visualizacion de +12 canales en la pantalla ...               | = 0,2 |
| 6.- Almacenamiento continuo durante el transporte ...             | = 0,2 |
| 7.- Control total de la monitorización desde ...                  | = 0,2 |
| 8.- Visualizacion de los datos hemodinamicos ...                  | = 0,2 |
| 9.- Pantalla del del monitor mayor de 20".                        | = 0,3 |
| 10.- El permitir desplazar al paciente sin necesidad ...          | = 0,2 |
| 11.- Pantalla giratoria del modulo de transporte                  | = 0,2 |
| 12.- Modulo de transporte que este diseado ...                    | = 0,2 |
| 13.- Almacenamiento de 96 horas de tendencias:NO especifica horas | = 0,0 |
| 14.- Visualizacion de otros monitores ...                         | = 0,2 |
| 15.- Incluye soporte para colocacion ...                          | = 0,2 |
- VER CRITERIOS SUBJETIVOS ADJUNTOS

Responsable: J.S. CARDIOLOGIA - DR. ZUECO

En relación con el expediente de Hemodinamica **2018/0/0030**, y los aspectos relativos a Informática e Integración de sistemas de Información, que fija los requisitos siguientes

2023

- Renovación y actualización del software departamental existente (innovian de Draequer), a su versión actual, así como su mantenimiento y soporte durante el periodo de garantía de este contrato. Los recursos hardware necesarios (servidores, almacenamiento), si fuera el caso, serán provistos por HUMV dentro de sus criterios y estándares vigentes.
- Integración completa de flujos de trabajo y elementos de UCI con ALTAMIRA-HCE y restos de sistemas de información de HUMV implicados, entre ellas:
  - \* Gráficas de Enfermería, en sus dimensiones de variables clínicas y medicación
  - \* Informes y Evolutivos clínicos de Enfermería
  - \* Registro de actividades /ordenes medicas procedentes de PEA

Se informa que la propuesta presentada por el licitador DRAEQUER no cumple dichos requisitos.

Santander 16 de Abril de 2019

El Jefe de Servicio de Informática



Fdo: Ricardo Sáez Crespo