

**PASA 605/2024 Suministro de Ecógrafos para consultas de planificación familiar y ginecología, 3 unidades, respetuoso con el medio ambiente, para los CS de Acacias, Novelda y Monovar. DS Elda.**

LICITADOR		SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS	CENTROS CONTROL SALUD, S.L.	ELECTROMEDICAL S.L.	ESAOTE IBERIA S.A.U.				
<b>PLAZO GARANTIA 10%</b>	<b>10</b>								
Plazo de garantía 2 años (2 años legal) 0 3 años (2 años legal + 1 año adicional) 2 4 años (2 años legal + 2 años adicionales) 4 5 años (2 años legal + 3 años adicionales) 6 6 años (2 años legal + 4 años adicionales) 8 7 años (2 años legal + 5 años adicionales) 10		7 años	10	5 años	6	5 años	6	7 años	10
<b>CRITERIOS TECNICOS OBJETIVOS 30%</b>									
Monitor color de alta resolución con tamaño superior a 21.5" sin parpadeo direccionable.	2	21,5"	0	21,5"	0	21,5"	0	21,5"	0
Pantalla táctil LCD Color multifuncional para acceso directo a las funciones de 9" o superior.	2	13'3"	2	13'3"	2	10,5	2	9"	2
Tres o más puertos activos simultáneos para transductores electrónicos.	1	4 PUERTOS	1	3 PUERTOS	1	3 PUERTOS	1	3 PUERTOS	1
Ancho de banda de al menos 1 a 25 Mhz	2	1 A 25 MHZ	2	1 a 18 Mhz	0	1 a 22 MHZ	0	1 A 25 MHZ	2
Rango dinámico de al menos 350 Db	2	320 Db	0	280 Db	0	324 Db	0	350 Db	2
Profundidad de exploración superior a 40 cm	3	46 CM	3	42 CM	3	50 CM	3	41,4 CM	3
Zoom de magnificación de imágenes en tiempo real o congelado.	2	SI	2	SI	2	SI	2	SI	2
Puertos USB superior a 2	2	6 PUERTOS	2	4 PUERTOS	2	6 PUERTOS	2	6 PUERTOS	2
Sonda vaginal 2D de alta densidad multifrecuencia de mínimo de 3 a 10 Mhz – 2 puntos	4	3 a 15 Mhz	2	3 a 10 Mhz	2	4 a 9 Mhz	0	3 a 10 Mzh	2
Y además al menos 200° de amplitud – 2 puntos		208°	2	168°	0	148°	0	200°	2
Sonda convex 2D de alta densidad multifrecuencia de 1 a 6 Mhz - 2 puntos	6			1 a 6 Mhz	2				
Sonda convex 2D de alta densidad multifrecuencia de 2 a 8 Mhz - 4 puntos						2 a 8 Mhz	4		
Sonda convex 2D de alta densidad multifrecuencia de 1 a 8 Mhz - 6 puntos		1 a 8 Mhz	6					1 a 8 Mhz	6
Teclado alfanumérico táctil en español.	2	SI	2	SI	2	SI	2	SI	2
Criterios Medioambientales:									
Máximo nivel de ruido de 35 dB – 1 punto	2	26 Db	1	30 Db	1	39 Db	0	35 Db	1
Disponible modo de ahorro energético – 1 punto		SI	1	SI	1	SI	1	SI	1
<b>TOTAL PUNTUACION, UMBRAL MINIMO 15 PUNTOS</b>	<b>40</b>		<b>36</b>		<b>24</b>		<b>23</b>		<b>38</b>
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>Todos los licitadores superan el umbral mínimo que para este expediente son 15 puntos.</b>								

En Elda, a fecha de la firma digital

Jefa Servicio de Ginecología