

JUICIO DE VALOR DE LA PUNTUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LA ADQUISICIÓN ENSTALACIÓN DE SEIS ECÓGRAFOS PORTÁTILES DE TRANSDUCTOR ÚNICO PARA CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE VINARÒS.

LOTE 13 PA 309/2024

Entregada la documentación técnica exigida en el Expte. PA 309/2024, LOTE 13, son dos las empresas que han presentado oferta para su valoración, con un modelo diferente de ecógrafo portátil de transductor único cada una:

1. Modelo BUTTERFLY IQ+ (Matclinic, S.L.).
2. Modelo VSCAN AIR CL (Centros control salud S.L).

El presente informe se realiza para valorar los criterios cualitativos sobre características técnicas y prestaciones, evaluables mediante juicio de valor, de los equipos ofertados. Está elaborado bajo un ámbito técnico y estratégico atendiendo a las necesidades de los centros de Atención Primaria del Departamento.

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LOTE 13 PA 309/2024

ORDEN	CRITERIO	PESO/ PONDERACIÓN
1	Usabilidad, Sencillez y ergonomía del equipo. Controles intuitivos para un uso rápido y eficiente, minimizando los botones.	10
	Tipo de tecnología alojada en el único transductor.	10
	Modos de exploración adicionales. Se valorará la posibilidad de realización de otras aplicaciones ecográficas que puedan ser de uso en la asistencia del paciente crítico en prehospitalaria.	10
	Posibilidad de selección automática y digital del tipo de haz según profundidad y preset seleccionados.	5
	Herramientas que cuantifiquen automáticamente variables de interés como la FE o el volumen vesical.	5
	Visualización simultánea de dos planos en modo B.	5
	Duración de batería superior a 90 minutos.	3
	Resistencia a caídas desde diferentes alturas	2
Total orden 1 LOTE 13 PA 309/2024		50

- Usabilidad, sencillez y ergonomía del equipo. Controles intuitivos para uso rápido y eficiente minimizando los botones: Ambos modelos ofertados cuentan con interfaz de usuario táctil, de uso intuitivo. Compatibles con dispositivos Android e iOS.
 - BUTTERFLY IQ+: Sonda única que se ajusta de manera automática con la exploración seleccionada, sin necesidad de cambiar o girar el cabezal. Además, incluye en la oferta una tablet como dispositivo móvil para usar con cada sonda. (9 pts)
 - VSCAN AIR CL: Puede instalarse en los dispositivos móviles, pero en la oferta no se incluyen. (6 pts).
- Tipo de tecnología alojada en el único transductor:
 - BUTTERFLY IQ+: Ecógrafo capaz de generar sonda lineal, convex y de cardio en un solo dispositivo. (10 pts).
 - VSCAN AIR CL: Sonda dual, doble cabezal. Integra transductor convexo y lineal uno en cada extremo. (7 pts).
- Modos de exploración adicionales. Se valorará otras aplicaciones de uso en asistencia del paciente crítico: Ambos dispositivos con configuraciones predeterminadas para exploración de diferentes órganos – especialidades:
 - BUTTERFLY IQ+: Más de 20 aplicaciones preestablecidas, además detalla FAST -paciente con politraumatismo (detectar fluidos intraperitoneales o pericárdicos)-, CARDIAC DEEP cardiaco profundo. (9 pts)
 - VSCAN AIR CL: Varios tipos de examen preestablecidos comunes. No describe ninguno adicional. (6 puntos).
- Posibilidad de selección automática y digital del tipo de haz según profundidad y preset seleccionado: Ambos modelos contienen ajustes automáticos para optimización de imagen, ajustes según preset seleccionado.
 - BUTTERFLY IQ+: Proceso simplificado, sonda única. (5 pts)
 - VSCAN AIR CL: Sonda dual, dos transductores. (3 pts).
- Herramientas que cuantifiquen automáticamente variables de interés como FE o volumen vesical:
 - BUTTERFLY IQ+: Se ajusta a esta especificación. (5 pts)
 - VSCAN AIR CL: No se ajusta, no se describe en la documentación. (2pts)
- Visualización automática de dos planos en modo M:
 - BUTTERFLY IQ+: Modo de visualización en dos planos (BIPLANE) en modo B (5 pts).
 - VSCAN AIR CL: No se describe en el software incluido (1 pts)
- Duración de batería superior a 90 minutos:
 - BUTTERFLY IQ+: Duración > 2 h uso continuo (3 pts)
 - VSCAN AIR CL: Funcionamiento a batería más de 50 min. (1 pts)

- Resistencia a caídas desde diferentes alturas:
 - BUTTERFLY IQ+: Blindaje antichoque caídas soportadas desde 1,20 m (2 pts)
 - VSCAN AIR CL: Resistente a caídas -pruebas MIL-STD-810G, no indica altura- (1pto).

Dra. Ana E. Castillejo Orozco, en calidad de Directora médica de A.P. del departamento de Vinaròs

INFORMO:

Que con relación a la valoración realizada según expediente PA 309/2024 para la adquisición de seis ecógrafos portátiles para centros de Atención Primaria del departamento y habiendo evaluado la documentación aportada por las empresas licitadoras al Lote 13, han obtenido la siguiente puntuación:

- BUTTERFLY IQ 10 (Matclinic, S.L.): 48 puntos
- VSCAN AIR CL (Centros control salud S.L): 27 puntos

LOTE 13: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEIS ECÓGRAFOS PORTÁTILES DE TRANSDUCTOR ÚNICO, PARA CENTROS DE ANTENCIÓN PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE VINARÒS			
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 13	PUNTOS (MÁX. 50)	CENTROS CONTROL SALUD, S.L.	MATCLINIC, S.L.
Usabilidad, Sencillez y ergonomía del equipo	10	6	9
Tipo de tecnología alojada en el único transductor	10	7	10
Modos de exploración adicionales	10	6	9
Posibilidad de selección automática y digital del tipo de haz según profundidad y preset seleccionado	5	3	5
Herramientas que cuantifiquen automáticamente variables de interés como la FE o el volumen vesical	5	2	5
Visualización simultánea de dos planos en modo B	5	1	5
Duración de batería superior a 90 minutos	3	1	3
Resistencia a caídas desde diferentes alturas	2	1	2
	50	27	48

Vinaròs, a fecha de firma electrónica