

INFORME CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR PARA EL SUMINISTRO, OBRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA RESONANCIA MAGNÉTICA DE 3 TESLAS PARA EL COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA


	PHILIPS IBÉRICA, S. A. U.	SIEMENS HEALTHCARE, S. L. U.	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S. A. U.
P. A. 2019-0-17			
CRITERIOS DE VALORACIÓN.- HASTA 32 PUNTOS			
ERGONOMÍA Y FUNCIONALIDAD.- Hasta 8 puntos			
Se valorarán mejoras en los flujos de trabajo, tanto en productividad como en eficiencia (automatización del proceso, facilidad de conexión en las bobinas).	1,5	2	1,25
PUNTUACIÓN MÁXIMA: 2 PUNTOS			
Se valorarán las mejoras en el confort del paciente: rapidez de posicionamiento y ergonomía de las bobinas.	0,5	0,75	0,75
PUNTUACIÓN MÁXIMA: 1 PUNTO			
Se valorarán las soluciones que favorezcan la humanización de la sala mediante elementos externos (música ambiental, iluminación).	0,25	1	0,25
PUNTUACIÓN MÁXIMA: 1 PUNTO			
Se valorará la solución aportada para el paso adecuado a la sala de pacientes encamados y/o con limitaciones físicas.	2,5	4	3,5
PUNTUACIÓN MÁXIMA: 4 PUNTOS			

NOTA IMPORTANTE

(*) Los puntos otorgados a cada empresa deberán motivarse en un documento adjunto a estos criterios de valoración.

Salamanca a, 17 de julio de 2019

EL JEFE DE SERVICIO DE RADIOLOGÍA



Fdo.: José M. Fernández García Hierro

EL JEFE DE SERVICIO DE RADIOFÍSICA.



Fdo.: Carlos Martín Rincón

		PHILIPS IBÉRICA, S. A. U.	SIEMENS HEALTHCARE, S. L. U.	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S. A. U.
P. A. 2019-0-17				
CRITERIOS DE VALORACIÓN.- HASTA 32 PUNTOS				
BOBINAS.- Hasta 5 puntos				
Se valorarán las características de las bobinas incluidas, en cuanto a tipología, número de canales, rango de cobertura, posibilidad de combinación, compatibilidad con técnicas de adquisición	3,5	4,5	4	
PUNTUACIÓN MÁXIMA: 5 PUNTOS				
SISTEMA DE GRADIENTE.- Hasta 5 puntos				
Se valorarán las características del sistema de aislamiento de ruido tanto dentro como fuera del imán.	3,5	4	3,25	
PUNTUACIÓN MÁXIMA: 4 PUNTOS				
Se valorarán tecnologías utilizadas en el sistema que supongan una reducción del consumo energético	0,75	0,75	0	
PUNTUACIÓN MÁXIMA: 1 PUNTOS				
PROGRAMAS CLÍNICOS Y APLICACIONES.- Hasta 12 puntos				
Se valorarán las prestaciones y características de los programas clínicos y aplicaciones ofertadas que incrementen la calidad de imagen y/o permitan la reducción de tiempo de escaneo sin mermar la calidad de imagen.	10,5	12	11	
PUNTUACIÓN MÁXIMA: 12 PUNTOS				
CONTROL DE CALIDAD.- Hasta 2 puntos				
Se valorarán las características de los maniqués ofertados para la realización de controles de calidad, en cuanto a prestaciones y facilidad de manejo.	2	2	2	
PUNTUACIÓN MÁXIMA: 2 PUNTOS				