

INFORME DE ASESORAMIENTO TECNICO PARA EL SUMINISTRO DE ECOGRAFO CON SONDA ABDOMINAL Y TRANSRECTAL EN LA UNIDAD DE3 ENDOSCOPIAS PARA EL SERVICIO DE UROLOGIA : procedimiento con número de expediente NÚMERO DE EXPEDIENTE: CNMY 385/2024 lote 2.

En el contexto de la adjudicación de contratos administrativos de suministros, mediante procedimiento abierto del Hospital Universitario de la Ribera, Nº EXPEDIENTE CNMY 385/2024 los criterios de adjudicación permiten otorgar un máximo de 25 puntos a los criterios de valoración de las características técnicas de los equipos.

Como vocal técnico del Departamento de salud de la Ribera, he valorado el ajuste a las características exigidas en el pliego de prescripciones técnicas CNMY 385/2024.

El licitador que ha presentado oferta es CENTROS CONTROL SALUD con CIF B46705737.

La oferta técnica presentada cumple con las características requeridas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Memoria Técnica (hasta 25 puntos). CRITERIO PARA EL LOTE 2 Se valorarán los siguientes aspectos:

- Calidad de Imagen en modo B, color y Doppler. 10 Puntos

Excelente 100 %.

Posibilidad de cambios de parámetros en modo B y doppler sobre imagen congelada y en tiempo real. Presentación simultánea en pantalla de imagen modo B e imagen mod B+color La función "2D+2D/C, modifica la visualización única de la imagen en dos cuadros simultáneos. El cuadro izquierdo muestra sola la imagen en 2D. El cuadro derecho muestra la imagen en modo 2D junto con la información sobre el color. Descomprime imágenes.

Documentación presentada amplia y suficientemente detallada que se ajusta a las necesidades del pliego y que justifica un conocimiento profundo del objeto y capacidad para el cumplimiento de este y además basada en metodologías estándares o reconocidas

- Adecuación al uso previsto. 5 Puntos

Muy buena 80 %.

Ecógrafo con tecnología digital, completamente escalable según las necesidades del usuario. Basado sobre una plataforma completamente actualizable. Diseñado ergonómicamente para evitar la fatiga del usuario y con una interface muy fácil e intuitiva, a la vez que muy configurable por el usuario.

Documentación presentada amplia y suficientemente detallada que se ajusta a las necesidades del pliego y que justifica un conocimiento profundo del objeto y capacidad para el cumplimiento de este, pero no sujeta a metodologías estándares o reconocidas

- Aplicaciones específicas para tratamiento de imágenes incluidas. 10 Puntos

Excelente 100 %.

Permite la configuración de la grabación y la exportación según las necesidades de usuario y se puede configurar en un solo botón. También dispone de borrado de las imágenes que enviadas al PACS después de un volcado satisfactorio. Y da avisos en caso que quede poco espacio de almacenamiento. Ligero, manejable de poco peso inferior a 80kgs.

Documentación presentada amplia y suficientemente detallada que se ajusta a las necesidades del pliego y que justifica un conocimiento profundo del objeto y capacidad para el cumplimiento de este y además basada en metodologías estándares o reconocidas.

La puntuación obtenida es la siguiente:

descripcion	puntuacion máxima	puntuación obtenida
Calidad de Imagen en modo B, color y Doppler	10	10
Adecuación al uso previsto	5	4
Aplicaciones específicas para tratamiento de imágenes incluidas	10	10
total		24 puntos

Fdo: Antonio Benedicto Redón
Jefe de Servicio de Urología
Hospital de la Ribera