



EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM.: HMAN CA 13/24 (NCASU 2024 39463)
TIPUS DE CONTRACTE: subministrament
OBJECTE: subministrament de quatre ecògrafs digitals per a diferents serveis de l'Hospital de Manacor
ÓRGAN DE CONTRACTACIÓ: Director gerent de l'Hospital de Manacor

Exp.: HMAN CA 13/24
Doc.: Acta n. 4
Emisor: UAC Hospital Manacor

MESA DE CONTRACTACIÓ

Assistents i membres de la mesa:

<p>President: Francesc Moranta Mulet, Director de gestió de l'Hospital de Manacor.</p> <p>Secretaria: Agustina Adrover Forteza, Cap de servei UAC</p> <p>Vocal del Departament Jurídic: Maria Antònia Julià Pou, Departament d'Assessoria jurídica.</p> <p>Vocal d'UGE: Miquel Perelló Montserrat, Cap de servei administració.</p> <p>Vocal: M^a Cinta Escuder Capafons, Directora mèdica</p> <p>Vocal: Gaspar Noguera Hernández, UAC Hospital de Manacor</p>	<p>Manacor a 11 de juliol de 2024 a les 12.27 hores, es reuneixen, al despatx de contractació administrativa de l'Hospital Manacor, els membres de la Mesa de Contractació de la licitació de referència abans esmentats, que signen al marge.</p>
--	--

La reunió té com a objecte:

1. Revisar l'aclariment tècnic de Siemens Healthcare, S.L.U que li va ser sol.licitat el dia 08 de juliol de 2024:

Al respecte, indicar que:

. En relació al Lot 4, es va requerir a Siemens Healthcare, S.L.U que aclarís els dos següents punts tècnics:

- a) En relació al *"Software de mejora de la visualización de agujas en intervencionismo"*: a la seva oferta va indicar que es pot adquirir, però no quedava clar si estava inclòs de base.
- b) En relació al criteri *"Que disponga de software de elastografía Shear-wave y elastografía cuantificada"*: al document Annex IX signat, indica que sí compleix i, en el document tècnic a que fa referència hi ha una nota que exposa que no està inclòs en la oferta i, per tant, no sabem aquí ens hem d'atendre.

. En data 11 de juliol de 2024, Siemens Healthcare, S.L.U va contestar a l'esmentat requeriment, indicant el següent:

"En la pàgina 13 de la DT indica las aplicaciones que se han incluido en la oferta y que se solicitaban en el PPT del concurso, como son:

- (...) *Enhanced Needle Visualization"*

"El modulo de elastografía està incluido en la oferta como los otros dos. Ha sido una errata de transcripción".

Per tant, es conclou que Siemens Healthcare, S.L.U ha aclarit els dubtes tècnics sol.licitats, els quals acredita que compleix i, per tant, es procedirà a la seva valoració en la puntuació.

2. Realitzar la puntuació definitiva un cop avaluades les propostes i, si cal, proposar adjudicataris.

Recordem que la relació de licitadors i lots és el següent:

		lots a los que licita
Canon Medical Systems, SA	A28206712	1, 3, 4
FUJIFILM Healthcare España S.L.	B82097940	4
Mindray Medical España S.L.	B86029311	4
MORANT Y CONTRI MEDICA S.L.	B07795263	1, 2, 3, 4
SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.	B60805769	4

Realitzada l'avaluació per part del promotor, a continuació es reflecteixen unes taules resum per cada un dels lots en que figuren les propostes i les puntuacions obtingudes.

Es fa constar que s'ha detectat una errada de càlcul al lot 3, al qual, enlloc d'assignar-li un total de 100 punts, se li han assignat un total de 110 punts, per tant la puntuació del lot 3 s'ha realitzada damunt 110 punts (considerant que 110 punts representa el 100%).

Lote 1 Neurologia	Puntuación		Oferta MC medica	Puntuación MC medica
	Oferta Canon	Canon		
proposicion económica	41.500,00	42,78	39.450,00	45
Peso máximo menor con carro y sin sondas: +5 puntos.	si, 91 kgs	4,01	si, 73 kgs	5
Batería interna con autonomía mayor o igual a 90 minutos: +5 puntos.	no	0	si	5
Disco duro mayor a 1TB: + 5 puntos.	si	5	no	0
Capacidad de profundidad de escaneo superior a 35 cm: + 5 puntos.	si	5	si	5
Tecnología de procesado de imagen que permita trabajar sin focos y que ofrezca una uniformidad en la imagen a nivel superficial, medio y profundo: + 5 puntos.	si	5	si	5
Imagen trapezoidal, tanto para sondas lineales como para sondas convexas, ampliando en las sondas convexas su ángulo de visión hasta 115º: + 5 puntos.	si	5	si	5
Capacidad de recoger flujos con velocidad inferior a 0,5cms /seg trabajando a una velocidad de barrido de 50 imágenes por seg en todas las sondas para la detección de flujo en placas activas. Posibilidad de trabajar con esta tecnología Doppler combinada con el software de Contraste: + 5 puntos.	si	5	si	5
Formación del equipo in situ, así como soporte y servicio técnico en Mallorca: + 5 puntos.	si	5	si	5
Futuras actualizaciones: + 5 puntos.	si	5	si	5
Mejora plazo garantía	1 año adicional	5	1 año adicional	5
Mejora plazo de entrega	30 dias mejora	5	30 dias mejora	5
		91,79		95

Lote 2 Otorrinolaringología		
	MC medica	Puntuación MC medica
proposicion económica	22.950,00	45
Posibilidad de creación de notas de voz asociado a una imagen ecográfica para su registro y posterior revisión. 5 puntos	si	5
Herramienta de referencia del plano de exploración, disponible a demanda durante la exploración y que ayuda en los protocolos de imagen. 5 puntos	si	5
Módulo de formación interactiva integrado en el equipo sobre el uso básico y avanzado del equipo. 5 puntos	si	5
Software de reconocimiento de aguja compatible con sondas lineales y convexas el cual puedas ajustar la ganancia de la aguja y grado de inclinación del haz dedicado para una mejor visualización del recorrido de la aguja y con herramienta de previsualización del recorrido de la misma. 10 puntos	si	10
Software que permite al recuperar un paciente para hacer el seguimiento y evolución de su enfermedad que el equipo automáticamente recupere los predefinidos de imagen, comentarios y marcas corporales que fueron usados en la exploración anterior para que sean totalmente comparables y evitar variabilidad debida al equipo en el seguimiento del paciente. Al mismo tiempo debe permitir una fusión de mapa de color para alinearse con los puntos de referencia óseos o planos para encontrar el mismo corte ecográfico que la imagen de referencia. 10 puntos	si	10
Software optimizará continuamente el brillo, el contraste y la uniformidad de las imágenes en modo B cuando se escaneen diferentes tejidos/órganos. En modo doppler PW/CW optimiza los datos espectrales y ajusta automáticamente la escala de velocidad/PRF en imágenes en vivo, cambio del valor de referencia y la inversión. Y en modo Doppler Color optimiza dinámicamente los parámetros del modo CF en tiempo real, facilitando una calidad de imagen y mediciones óptimas y uniformes. 10 puntos	si	10
Mejora plazo garantía	si	5
Mejora plazo de entrega	si 30 dias	5

Lote 3 Radiología	Puntuación		Puntuación MC	
	Oferta Canon	Canon	Oferta MC medica	medica
proposicion económica	52.392,38	45	63.300,00	37,25
Presentación simultánea y en tiempo real en pantalla de imagen modo B e imagen modo B+Color con selección de imágenes Dcha/Izq y Arriba /Abajo. 15 puntos	si	15	no	0
Cuantificación señal doppler. 5 puntos.	si	5	no	0
Software para ampliar el ángulo de apertura de la sonda convex más de 110º sin pérdida de calidad. 10 puntos.	si	10	no	0
Totalidad de las sondas ofertadas con conectores con pines. 15	si	15	no	0
Control de ganancias parciales en profundidad físico en consola de control y virtual en pantalla táctil. 5 puntos.	si	5	no	0
Sonda lineal con huella superior a 55mm (físicos reales sin ayudas electrónicas): Incorporar imagen e información. 5 puntos	si	5	no	0
Mejora plazo garantía	1 año adicional	5	no	0
Mejora plazo de entrega	si 30 dias	5	no	0

Lote 4 Dermatologia	Puntuación		Puntuació		Puntuació		Puntuación MC		Mindray medical	Puntuación Mindray
	Canon	Canon	Fuji oferta	Fuji	Siemens	Siemens	Mc medica	medica		
proposicion económica	37.900,00	25,45	33.429,00	28,86	21.438,00	45	32.750,00	29,457	27.250,00	35,40
Módulo de formación interactiva integrado en el equipo sobre el uso básico y avanzado del mismo. 10 puntos.	no		0 si		10 si				10 Si	
Que disponga de software de elastografía Shear -wave y elastografía cuantificada. 10 puntos.	si		10 si		10 si				10 Si	
Plataforma digital superior a 12 bits. 10 puntos.	si		10 si		10 si				10 Si	
Sistema de procesamiento digital con un mínimo de 4 millones de canales digitales. 10 puntos.	si		10 si		10 si				10 Si	
Panel táctil interactivo de mayor tamaño al mínimo exigido. 5 puntos.	si		5 si		5 si				5 Si	
Mejora plazo garantía	1 año de garantía		3 años en total		5 años en total				5 años total	
Mejora plazo de entrega	30 días mejora		5 mejoras		5 entrega en 15 días				5 mejora 30 días	
		70,45		83,86		100		84,46		90,40

Finalitzada l'obertura de sobres, s'adopta el següent acord:

Proposar com adjudicatari:

. Del Lot 1 (Neurologia): a Morant y Contri Medica, S.L, per import de 39.450,00 € (47.734,50€ IVA inclòs)

. Del Lot 2 (Otorrinolaringologia): a Morant y Contri Medica, S.L, per import de 22.950,00 € (27.796,50€, IVA inclòs)

. Del Lot 3 (Radiologia): a Canon Medical Systems, S.A, per import de 52.392,38 € (63.394,78€, IVA inclòs)

. Del Lot 4 (Dermatologia): a Siemens Healthcare, S.L.U, per import de 21.438,00 € (25.939,98€, IVA inclòs)

Prèvia presentació de la documentació que se'ls sol·licitarà al requeriment previ a l'adjudicació.

Quan són les 12:43 hores, el President alça la sessió, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta Acta.

PRESIDENT Francesc Moranta Mulet 	VOCAL JURÍDICA Maria Antonia Julià Pou 	ASESORIA VOCAL Miquel Perelló Monserrat 
VOCAL M ^a Cinta Escuder Capafons 	VOCAL Gaspar Noguera Hernández 	SECRETÀRIA Agustina Adrover Forteza 