

Lote	Material	Descripción	Proveedor	Marca	Modelo	Pasa / NO pasa	Sistema	Interfaz	Rangos superiores	Visibilidad	Prestaciones	Comentarios
Lote 1: Adjudicación por lote												
1	30650256	ELECTROCARDIOGRAFO	APLICACIONES ELECTRONICAS EURO	G.E.	MAC S A4	SI	12	10	5	6	3	Ver informe comentado
1	30650256	ELECTROCARDIOGRAFO	BIOCAMERAR, S.L	SHENZHEN GAREWELL ELECTRONICS	NEOECG	NO	0	0	0	0	0	Ver informe comentado
1	30650256	ELECTROCARDIOGRAFO	EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIO	ZONCARE	IMAC120	NO	0	0	0	0	0	Ver informe comentado
1	30650256	ELECTROCARDIOGRAFO	HANS E RUTH SA	EDAN	SE 1200 PRO	NO	0	0	0	0	0	Ver informe comentado
1	30650256	ELECTROCARDIOGRAFO	IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L	LEPU MEDICAL	NEOECG T180	NO	0	0	0	0	0	Ver informe comentado
1	30650256	ELECTROCARDIOGRAFO	MEDIP HEALTH SL	LEPU MEDICAL	NEOECG T180	NO	0	0	0	0	0	Ver informe comentado
1	30650256	ELECTROCARDIOGRAFO	QUERMED S.A.	STRING	OPUS 1	NO	0	0	0	0	0	Ver informe comentado
Lote 2: Adjudicación por lote												
TORRE DE TOMA DE												
2	30012204	CONSTANTES VITALES	DRAGER HISPANIA S.A.U.	DRAGER	VISTA 120 SC	SI	10	10	10	8	6	Ver informe comentado
2	30012204	TORRE DE TOMA DE										
2	30012204	CONSTANTES VITALES	HANS E RUTH SA	EDAN	IM3	SI	8	10	6	8	4	Ver informe comentado
2	30012204	TORRE DE TOMA DE										
2	30012204	CONSTANTES VITALES	IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L	BIOLIGHT MEDITECH	V9	NO	0	0	0	0	0	Ver informe comentado
2	30012204	CONSTANTES VITALES	QUERMED S.A.	NORTHERN MEDITEC	AQUARIUS+	NO	0	0	0	0	0	Ver informe comentado
Lote 3: Adjudicación por lote												
MONITOR												
3	30651120	MULTIPARAMETRICO	IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L	BIOLIGHT MEDITECH	S12	SI	10	10	4	5	3	Ver informe comentado
3	30651120	MONITOR			RESPARRAY-KIT-SP1	SI	13	12	8	8	6	Ver informe comentado
Lote 4: Adjudicación por lote												
HOLTER PRESION ARTERIAL												
4	30650849	(MAPA)	IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L	WELCHALLYN	ABPM 7100	SI	10	8	8	4	3	Ver informe comentado
4	30650849	HOLTER PRESION ARTERIAL										
4	30650849	(MAPA)	QUERMED S.A.	BENEWARE	ABPM-021	NO	0	0	0	0	0	Ver informe comentado
Lote 5: Adjudicación por lote												
EQUIPO VENTILACION												
5	30650323	MECANICA TRANSPORTE	DRAGER HISPANIA S.A.U.	DRAGER	OXYLOG* VEB00	SI	10	12	8	5	5	Ver informe comentado
5	30650323	MECANICA TRANSPORTE	HERSILL S.L		VITAE40	NO	0	0	0	0	0	Ver informe comentado

Lote 2: TORRE CONSTANTES VITALES

Puntuación máxima 49 puntos

PROVEEDOR	MARCA	MODELO	PUNTUACIÓN					COMENTARIOS
			Sistema (hasta 13 ptos)	Interfaz (hasta 12 ptos)	Rangos superiores (hasta 10 ptos)	Visibilidad (hasta 5 ptos)	Prestaciones adicionales (hasta 5 ptos)	TOTAL
DRÄGER HISPANIA S.A.	DRAGER	Vista 120 SC	10	10	10	8	6	44
Año 2020. Sistema robusto, ligero (<3Kg), portátil y dispone de un asa integrada que facilita el transporte. Protección IPX2. Batería >= 8 h, carga 390 min. Interface amable y configurable, ofrece modos de mediciones puntuales, de monitorización ronda y monitorización continua. Rangos de parámetros superiores a los mínimos solicitados. Pantalla de 8" de alta visibilidad. Indicadores de alarma, alimentación y de batería. Tecnología Nellcor SpO2. Prestaciones adicionales: está equipado con un sistema de puntuación de alerta temprana (Early Warning Score – EWS) que combina múltiples parámetros de constantes vitales para calcular una puntuación que indica el grado de deterioro del paciente. Avanzadas opciones de conectividad.								
HANS E RÜTH S.A.	EDAN	IM3	8	10	6	8	4	36
Año 2017. Es ligero (<2Kg), portátil y dispone de un asa integrada que facilita el transporte. Protección IPX2. Batería >= 4 h, carga 180 min. Interface amable y configurable, ofrece modos de mediciones puntuales, de monitorización ronda y monitorización continua. Rangos de parámetros superiores a los mínimos solicitados. Alarmas visuales y acústicas. SpO2 Nellcor, incluido. Pantalla de 8,4" de alta visibilidad. Prestaciones adicionales, está equipado con un sistema de puntuación de alerta temprana (Early Warning Score – EWS) que combina múltiples parámetros de constantes vitales para calcular una puntuación que indica el grado de deterioro del paciente. Opciones de conectividad.								
IBOR Ortopedia y Medicina S.L.	BIOLIGHT MEDITECH	V9	-	-	-	-	-	-
NO CUMPLE IPX1, poca protección.								
QUERMED S.A.	Northern Meditec	Aquarius+	-	-	-	-	-	-
NO CUMPLE CE hasta 27/01/2024.								

Zaragoza, 6 de agosto 2024

BARBA ARRANZ
MARIA PILAR -
DNI 17725660C

Fdo.: _____

Puntuación máxima 49 puntos

PROVEEDOR	MARCAS	MODELO	PUNTAJACIÓN					COMENTARIOS
			Sistema (hasta 13 pto)	Interfaz (hasta 12 pto)	Rangos superiores (hasta 10 pto)	Visibilidad (hasta 5 pto)	Prestaciones adicionales (hasta 6 pto)	
IBOR Ortopedia y Medicina, S.L.	BIOLIGHT MEDITECH	S12	10	10	4	5	3	Año 2019. IPX1 poca protección. acabados que facilitan la desinfección. Funcionamiento por red y autonomo. Duración 4/8 h. carga 6/12 h. Interface amable y configurable. Rangos superiores a los mínimos exigidos. Pantalla 12,1" y prestaciones adicionales.
Medtronic Iberica	MEDTRONIC	RESPARRAY-KIT-SP1	13	12	8	8	6	Año 2023. Sistema robusto, acabados que facilitan la desinfección. Funcionamiento por red y autonomo. Duración 5 h. carga 5/6 h. Rangos superiores a los mínimos exigidos. Pantalla 13,3" y prestaciones adicionales, algoritmos clínicos. Alta conectividad.

Zaragoza, 6 de agosto 2024

BARBA ARRANZ

MARIA PILAR

Fdo.: DNL17725660C

Digitally signed by BARBA ARRANZ MARIA PILAR, DN: DN: 17725660C, email=BARBA.ARRANZ.MARIA.PILAR@ARAGONES.DES.SANIDAD.CAT, o=ARAGONES DE SALUD, ou=ARAGONES DE SALUD, cn=BARBA ARRANZ MARIA PILAR, Date: 2024.08.06 10:05:37 +0200

EQUIPOS MONOTORIZACIÓN

Puntuación máxima 49 puntos

PROVEEDOR	MARCA	MODELO	PUNTUACIÓN					TOTAL	COMENTARIOS
			Sistema (hasta 13 ptos)	Interfaz (hasta 12 ptos)	Rangos superiores (hasta 10 pts)	Visibilidad (hasta 8 ptos)	Prestaciones adicionales (hasta 6 pts)		
IBOR Otorpeía y Medicina, S.L.	WelchAllyn	ABPM 7100	10	8	8	4	3	33	
QUERMED S.A.	BENEWARE	ABPM-021	-	-	-	-	-		Cumple mínimos. Mejora rangos de parámetros Alta conectividad. Prestaciones adicionales.
									NO CUMPLE. CE válido hasta 26/5/2024.

Zaragoza, 6 de agosto 2024
Digitally signed by BARBA ARRANZ MARIA PILAR - DN: cn=BARBA ARRANZ MARIA PILAR, o=DNI 17725660G, email=barba.arpilar@mapa.es, serial=1, c=ES, s=SERVICIO REGIONAL DE SALUD, cn=SERVIDOR DE AUTENTICACION, o=SERVIDOR DE AUTENTICACION, ou=SERVIDOR DE AUTENTICACION, c=ES
Fecha: 2024.08.06 15:10:54 +02'00'

Lote 5: RESPIRADOR TRANSPORTE

Puntuación máxima 49 puntos

PROVEEDOR	MARCÁ	MODELO	PUNTUACIÓN				TOTAL	COMENTARIOS
			Sistema (hasta 13 pts)	Interfaz (hasta 12 pts)	Rangos superiores (hasta 10 pts)	Visibilidad (hasta 8 pts)	Prestaciones adicionales (hasta 6 pts)	
DRÁGER HISPANIA, S.A.	DRAGER	Oxylog® VE300	10	12	8	5	5	40
HERSILL, S.L.		VItae40	-	-	-	-	-	0

Año 2017. Equipo robusto 3.6 Kg con batería y sistema de transporte, permite el inicio de funcionamiento del equipo en menos de 10 segundos y su comprobación en menos de un minuto. Monitorización del CO₂ que ayuda a garantizar una intubación correcta y un control adecuado de la ventilación. Condiciones de funcionamiento extremas (entre -20 °C y +50 °C). IP22. acabados que facilitan la desinfección minimizando la degradación. Ergonómico con asa de transporte y giro de la pantalla 180 grados. Funcionamiento por red y autónomo. Duración 9 h. Interface amable y configurable. Pantalla 4.3". Principio de control: Cíclico por tiempo, volumen constante, con presión de soporte. Tiene a su disposición una ventilación controlada por volumen, ventilación controlada por presión, ventilación no invasiva (NIV con CPAP) y modos de respiración espontánea y presión de soporte. Cumple los mínimos exigidos y tiene prestaciones adicionales. Alta conectividad.

NO CUMPLE: Batería libre de litio. Batería NiMH sin compuestos reactivos. Autonomía 5 h. batería interna, (ampliable 7 h con una exterior)

Zaragoza, 6 de agosto 2024

BARBA ARRANZ
MARIA PILAR

Fdo.: DNI 17725660C

Digitally signed by BARBA ARRANZ MARIA PILAR, DN: cn=BARBA ARRANZ MARIA PILAR, o=ARRANZ, ou=ARRANZ, email=barba.artzan@arranz.es, c=ES, serial=17725660, version=3