

**SUMINISTRO DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN TERAPÉUTICA CON
DESTINO AL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DEL ÁREA
DE SALUD DE CÁCERES**

CS/05/1119038240/19/PASS

INFORME TÉCNICO OFERTA NACIL MÉDICA 4 GROUP, SL

Analizada la documentación técnica presentada por **NACIL MÉDICA 4 GROUP, SL**, empresa propuesta como adjudicataria en el expediente de referencia, se observa incumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas por los siguientes motivos:

1. En cinturón, tobilleras y muñequeras refiere ojetes + arandelas de latón niquelado.
En PPT se pide orificios acero inoxidable.
2. Las muñequeras y Tobilleras ofrece talla Única.
En PPT se piden 2 tallas.
3. En cinturón abdominal al final de FT indica lavado a 60 grados
En PPT se indica Resistente al lavado 90 grados

Además de lo anterior, la empresa no presenta Normativa UNE-EN ISO 14001 o similar.

En Cáceres, a 6 de agosto de 2019

U.T.A.O.C
Supervisora de RRMM
Gerencia del
Área de Salud
de Cáceres

JUNTA DE EXTREMADURA

Fdo.: María Ángeles García Bernal.

