

NOTA ACLARATORIA 7/02/2024

EXPEDIENTE NÚMERO: @2023/016500

TÍTULO: "Suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de equipamiento de medicina nuclear de los Hospitales Univ. de Toledo, Guadalajara y Cuenca"

Preguntas de licitadores en negro; aclaraciones de la Administración en rojo (Se recogen todas las consultas hasta esta fecha. Si alguna empresa detecta que alguna consulta realizada no se incorpora en este documento, se solicita que se remita un correo electrónico para su contestación posterior en PLACSP).

1. En el PPT respecto a los suministros del lote 4, se solicitan para un solo hospital 7 unidades de Contenedores blindados para almacenamiento de residuos con 7 alveolos cada uno y 4 m de longitud (pag 23). Es correcto el número de unidades? Supondría 28 m lineales de muebles de residuos.

De acuerdo con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común A.P., se procede a su corrección por error material en el PPT:

Donde dice:

Contenedores blindados para almacenamiento de residuos radiactivos

Mueble de residuos radiactivos de dimensiones exteriores aproximadas (l x p x a): 400 x 55 x 85 cm.

Fabricado en acero inoxidable.

Blindado perimetralmente y por su cara superior con mínimo 10 mm de plomo.

Equipado con:

- 7 alvéolos de dimensiones aproximadas 50 x 50 x 80 cm, para alojar contenedores de residuos homologados.
- 7 puertas frontales correderas (blindadas con mínimo 10 mm de plomo).
- 7 compuertas superiores correderas con accesos de 20 x 20 cm, blindadas con mínimo 10 mm de plomo.

Número de unidades: 7 para el hospital de Cuenca (TOTAL 7 unidades).

Debe decir:

Mueble con contenedores blindados para almacenamiento de residuos radiactivos

1 ud Mueble de residuos radiactivos de dimensiones exteriores aproximadas (l x p x a): 400 x 55 x 85 cm.

Fabricado en acero inoxidable.

Blindado perimetralmente y por su cara superior con mínimo 10 mm de plomo.

Equipado con:

- 7 alvéolos de dimensiones aproximadas 50 x 50 x 80 cm, para alojar contenedores de residuos homologados.
- 7 puertas frontales correderas (blindadas con mínimo 10 mm de plomo).
- 7 compuertas superiores correderas con accesos de 20 x 20 cm, blindadas con mínimo 10 mm de plomo.

Número de unidades: 1 para el hospital de Cuenca (TOTAL 1 unidades).