

INFORME DE SOLVENCIA


SUMINISTRO DE MATERIAL PROTÉSICO DE LA UNIDAD DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES Y PROFESIONALES Y EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE

CS/05/1120011086/20/PA

LOTE 1: CATÉTER BALÓN DE ANGIOPLASTIA LIBERADOR DE FÁRMACO

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	En la plataforma 0,018 (artículo 2 del lote) no presenta diámetros de 8 mm como exigen las características mínimas del PPT.	NO CUMPLE PPT

En Cáceres, a 22 octubre de 2020



Fdo.: Sergio Luis Moyano Calvente
Jefe de Sección de Radiología
del Área de Salud de Cáceres

INFORME DE SOLVENCIA


SUMINISTRO DE MATERIAL PROTÉSICO DE LA UNIDAD DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES Y PROFESIONALES Y EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE

CS/05/1120011086/20/PA

LOTE 2: STENT BALÓN EXPANDIBLE

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.A.	No presentan plataforma para guía 0,014 (artículo 1 del lote).	NO CUMPLE PPT

En Cáceres, a 22 de octubre de 2020



Fdo.: Sergio Luis Moyano Calvente
Jefe de Sección de Radiología
del Área de Salud de Cáceres

INFORME DE SOLVENCIA


SUMINISTRO DE MATERIAL PROTÉSICO DE LA UNIDAD DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES Y PROFESIONALES Y EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE

CS/05/1120011086/20/PA

LOTE 3: STENT PERIFÉRICO METÁLICO AUTOEXPANDIBLE

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
BIOTRONIK SPAIN, S.A.		CUMPLE PPT

En Cáceres, a 22 de octubre de 2020



Fdo.: Sergio Luis Moyano Calvente
Jefe de Sección de Radiología
del Área de Salud de Cáceres

INFORME DE SOLVENCIA


SUMINISTRO DE MATERIAL PROTÉSICO DE LA UNIDAD DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES Y PROFESIONALES Y EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE

CS/05/1120011086/20/PA

LOTE 4: STENT PERIFÉRICO METÁLICO AUTOEXPANDIBLE PARA ACCESO RADIAL SOPORTE 0.018

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
GRIFOLS MOVACO, S.A.		CUMPLE PPT

En Cáceres, a 22 de octubre de 2020



Fdo.: Sergio Luis Moyano Calvente
Jefe de Sección de Radiología
del Área de Salud de Cáceres

INFORME DE SOLVENCIA

SUMINISTRO DE MATERIAL PROTÉSICO DE LA UNIDAD DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES Y PROFESIONALES Y EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE

CS/05/1120011086/20/PA

LOTE 5: STENT PERIFÉRICO METÁLICO AUTOEXPANDIBLE PARA ACCESO RADIAL SOPORTE 0.035

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
PRIM, S.A.	No presenta longitudes de catéter portador de 150 cm como exigen las características técnicas mínimas del PPT	NO CUMPLE PPT

En Cáceres, a 22 de octubre de 2020



Fdo.: Sergio Luis Moyano Calvente
Jefe de Sección de Radiología
del Área de Salud de Cáceres

INFORME DE SOLVENCIA


SUMINISTRO DE MATERIAL PROTÉSICO DE LA UNIDAD DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES Y PROFESIONALES Y EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE

CS/05/1120011086/20/PA

LOTE 6: STENT PERIFÉRICO PARA TÉCNICA DE SPOT STENTING CON SISTEMA DE STENT MÚLTIPLE

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
B. BRAUN SURGICAL, S.A.		CUMPLE PPT

En Cáceres, a 22 de octubre de 2020



Fdo.: Sergio Luis Moyano Calvente
Jefe de Sección de Radiología
del Área de Salud de Cáceres

INFORME DE SOLVENCIA


SUMINISTRO DE MATERIAL PROTÉSICO DE LA UNIDAD DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES Y PROFESIONALES Y EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE

CS/05/1120011086/20/PA

LOTE 7: STENT PERIFÉRICO METÁLICO AUTOEXPANDIBLE LIBERADOR DE FÁRMACO

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.		CUMPLE PPT

En Cáceres, a 22 de octubre de 2020



Fdo.: Sergio Luis Moyano Calvente
Jefe de Sección de Radiología
del Área de Salud de Cáceres

INFORME DE SOLVENCIA

SUMINISTRO DE MATERIAL PROTÉSICO DE LA UNIDAD DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES Y PROFESIONALES Y EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE

CS/05/1120011086/20/PA

LOTE 8: STENT PERIFÉRICO METÁLICO AUTOEXPANDIBLE DE GRANDES DIÁMETROS PARA SISTEMA VENOSO CENTRAL

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.		CUMPLE PPT

En Cáceres, a 22 de octubre de 2020



Fdo.: Sergio Luis Moyano Calvente
Jefe de Sección de Radiología
del Área de Salud de Cáceres

INFORME DE SOLVENCIA


SUMINISTRO DE MATERIAL PROTÉSICO DE LA UNIDAD DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES Y PROFESIONALES Y EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE

CS/05/1120011086/20/PA

LOTE 9: STENT PERIFÉRICO AUTOEXPANDIBLE DE CELDA CERRADA RECUBIERTO

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.		CUMPLE PPT

En Cáceres, a 22 de octubre de 2020



Fdo.: Sergio Luis Moyano Calvente
Jefe de Sección de Radiología
del Área de Salud de Cáceres

INFORME DE SOLVENCIA


SUMINISTRO DE MATERIAL PROTÉSICO DE LA UNIDAD DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES Y PROFESIONALES Y EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE

CS/05/1120011086/20/PA

LOTE 10: ENDOPRÓTESIS RECUBIERTA CON SUPERFICIE DE HEPARINA

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.		CUMPLE PPT

En Cáceres, a 22 de octubre de 2020



Fdo.: Sergio Luis Moyano Calvente
Jefe de Sección de Radiología
del Área de Salud de Cáceres

INFORME DE SOLVENCIA


SUMINISTRO DE MATERIAL PROTÉSICO DE LA UNIDAD DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES Y PROFESIONALES Y EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE

CS/05/1120011086/20/PA

LOTE 12: STENT AUTOEXPANDIBLE PARA TRATAMIENTO DE ESTENOSIS DE ARTERIA CARÓTIDA

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CUMPLE PPT

En Cáceres, a 22 de octubre de 2020



Fdo.: Sergio Luis Moyano Calvente
Jefe de Sección de Radiología
del Área de Salud de Cáceres

INFORME DE SOLVENCIA


SUMINISTRO DE MATERIAL PROTÉSICO DE LA UNIDAD DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES Y PROFESIONALES Y EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE

CS/05/1120011086/20/PA

LOTE 13: FILTRO CAROTÍDEO DE PROTECCIÓN

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.A.		CUMPLE PPT

En Cáceres, a 22 de octubre de 2020



Fdo.: Sergio Luis Moyano Calvente
Jefe de Sección de Radiología
del Área de Salud de Cáceres

INFORME DE SOLVENCIA


SUMINISTRO DE MATERIAL PROTÉSICO DE LA UNIDAD DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES Y PROFESIONALES Y EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE

CS/05/1120011086/20/PA

LOTE 14: COILS PARA EMBOLIZACIÓN VASCULAR

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.		CUMPLE PPT

En Cáceres, a 22 de octubre de 2020



Fdo.: Sergio Luis Moyano Calvente
Jefe de Sección de Radiología
del Área de Salud de Cáceres

INFORME DE SOLVENCIA


SUMINISTRO DE MATERIAL PROTÉSICO DE LA UNIDAD DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES Y PROFESIONALES Y EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE

CS/05/1120011086/20/PA

LOTE 15: PARTÍCULAS DE EMBOLIZACIÓN VASCULAR

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
CARDIVA 2, S.L.		CUMPLE PPT

En Cáceres, a 22 de octubre de 2020



Fdo.: Sergio Luis Moyano Calvente
Jefe de Sección de Radiología
del Área de Salud de Cáceres

INFORME DE SOLVENCIA


SUMINISTRO DE MATERIAL PROTÉSICO DE LA UNIDAD DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES Y PROFESIONALES Y EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE

CS/05/1120011086/20/PA

LOTE 16: TAPONES PARA OCLUSIÓN VASCULAR A TRAVÉS DE CATÉTER

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		CUMPLE PPT

En Cáceres, a 22 de octubre de 2020



Fdo.: Sergio Luis Moyano Calvente
Jefe de Sección de Radiología
del Área de Salud de Cáceres

INFORME DE SOLVENCIA

SUMINISTRO DE MATERIAL PROTÉSICO DE LA UNIDAD DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES Y PROFESIONALES Y EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE

CS/05/1120011086/20/PA

LOTE 17: MICROTAPONES PARA OCLUSIÓN VASCULAR A TRAVÉS DE MICROCATÉTER

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CUMPLE PPT

En Cáceres, a 22 de octubre de 2020



Fdo.: Sergio Luis Moyano Calvente
Jefe de Sección de Radiología
del Área de Salud de Cáceres

INFORME DE SOLVENCIA


SUMINISTRO DE MATERIAL PROTÉSICO DE LA UNIDAD DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES Y PROFESIONALES Y EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE

CS/05/1120011086/20/PA

LOTE 18: EMBOLIZADOR LÍQUIDO DE COPOLÍMERO DE ETILÉN-VINILO Y DMSO

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
BALT SPAIN MEDICAL, S.L.		CUMPLE PPT

En Cáceres, a 22 de octubre de 2020



Fdo.: Sergio Luis Moyano Calvente
Jefe de Sección de Radiología
del Área de Salud de Cáceres