


Servicio  
Canario de la Salud

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE  
GRAN CANARIA DOCTOR NEGRÍN



## NOTA INTERIOR

Las Palmas de G.C., a 21 de mayo de 2024

**De: DIRECCIÓN INGENIERÍAS**  
**A: DIRECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA**  
**A: UNIDAD DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA**

---

N/ref.: LFTM/arl

**ASUNTO: Informe técnico lámpara de hendidura**

Adjunto les remito **INFORME TÉCNICO DEL EXPEDIENTE N.º SUM/2024/0000000585 PARA EL SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE UNA LÁMPARA DE HENDIDURA**, con destino a la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

Atentamente

Director de Ingenierías

Fdo. Luis Fernando Talavera Martín








Servicio  
Canario de la Salud

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE  
GRAN CANARIA DOCTOR NEGRÍN



## NOTA INTERIOR

Las Palmas de Gran Canaria, 21.05.2024

**De: SERVICIO DE ELECTROMEDICINA**

**A: DIRECCIÓN DE INGENIERÍA**

N/ref.:

**Asunto : INFORME TÉCNICO LÁMPARA DE HENDIDURA**

Estudiada la única oferta técnica presentada por el licitador admitido al **EXPEDIENTE N.º SUM/2024/0000000585 PARA EL SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE UNA LÁMPARA DE HENDIDURA, CON DESTINO EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN**, se informa a continuación sobre el resultado de la valoración realizada sobre los criterios de adjudicación establecidos en el epígrafe 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la presente contratación.

Proveedores admitidos al proceso de licitación:

- W. M. BLOSS, S.A.

Analizadas las características técnicas de la oferta presentada, se comprueba el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. Por tanto, se pasa a informar la valoración de los **CRITERIOS CUALITATIVOS** obtenidos por el proveedor:

### CRITERIO A.2.1 - 15 PUNTOS.

**Variador estéreo que permita cambiar el ángulo de observación estereoscópica al menos de 13° a 4.5°.**

	Sí/No	Puntuación
W. M. BLOSS, S.A.	Sí	15,00

### CRITERIO A.2.2 - 10 PUNTOS.

**Mesa suficientemente amplia que permita disponer de una zona de trabajo.**

	Sí/No	Puntuación
W. M. BLOSS, S.A.	Sí	10,00



**CRITERIO A.2.3 - 15 PUNTOS.**

Mesa sin pie central que facilite accesibilidad para sillas de ruedas.		
	Sí/No	Puntuación
W. M. BLOSS, S.A.	Sí	15,00

**CRITERIO A.2.4 - 15 PUNTOS.**

Posibilidad de adaptación para captura de imágenes.		
	Sí/No	Puntuación
W. M. BLOSS, S.A.	Sí	15,00

**CRITERIO A.2.5 - 15 PUNTOS.**

Adaptador de ocular inclinado con ángulo de visión de al menos 20°.		
	Sí/No	Puntuación
W. M. BLOSS, S.A.	Sí	15,00

De los **CRITERIOS ECONÓMICOS**, resulta la siguiente puntuación:

**CRITERIO A.1 - 30 PUNTOS.**

Precio de licitación.		
	IMPORTE	Puntuación
W. M. BLOSS, S.A.	24.720,00	30,00

Cuadro resumen de la valoración:

		Puntos	W. M. BLOSS, S.A.
<b>A.1</b>	<b>CRITERIO ECONÓMICO</b>		
A.1	Precio de licitación	30%	30,00
<b>A.2</b>	<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PRESTACIONES OFERTADAS</b>		
A.2.1	Variador estéreo que permita cambiar el ángulo de observación estereoscópica al menos de 13° a 4.5°.	15%	15,00
A.2.2	Mesa suficientemente amplia que permita disponer de una zona de trabajo.	10%	10,00
A.2.3	Mesa sin pie central que facilite accesibilidad para sillas de ruedas.	15%	15,00
A.2.4	Posibilidad de adaptación para captura de imágenes.	15%	15,00
A.2.5	Adaptador de ocular inclinado con ángulo de visión de al menos 20°.	15%	15,00
		<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>

SUAREZ RAMOS  
JOSE JUAN -  
42806870Y

Firmado digitalmente  
por SUAREZ RAMOS  
JOSE JUAN - 42806870Y  
Fecha: 2024.05.21  
12:48:00 +01'00'

JEFE SECC. ELECTROMEDICINA