

NOTA RECTIFICATIVA

Expediente 2024-0-7 (2020014594): SUMINISTRO DEL SISTEMA DE COMPRESIÓN NEUMÁTICA ANTITROMBOSIS Y MEDIAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN GRADUAL PARA EL COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA.

Habiendo advertido errores en la página 2 del PPT, se ha procedido a la rectificación del mismo.

Donde decía:

CARACTERÍSTICAS DE LAS FUNDAS PARA EL SISTEMA DE COMPRESIÓN NEUMÁTICA ANTITROMBOSIS

- Formada, al menos, por 3 cámaras hinchables, independientes, que se adapten a los distintos contornos de la pierna.
- Variabilidad de tallas: pequeña, mediana, grande
- Variabilidad de largos: pierna entera, media pierna, pie

Ahora dice:

CARACTERÍSTICAS DE LAS FUNDAS PARA EL SISTEMA DE COMPRESIÓN NEUMÁTICA ANTITROMBOSIS

- Formada por 2 ó más cámaras hinchables, independientes, que se adapten a los distintos contornos de la pierna.
- Variabilidad de tallas: mediana, grande
- Variabilidad de largos: pierna entera, media pierna

LA UNIDAD DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

