

VALORACIÓN TÉCNICA LOTE 5 P.A 309 / 2024

LOTE 5 : SUMINISTRO,INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRES MONITORES CARDIOTOCOGRÁFICOS PARA EL SERVICIO DE OBSTETRICIA -GINECOLOGIA DEL HOSPITAL DE VINARÒS.

ORDEN	CRITERIOS DE ADJUDICACION	PUNTOS/PON- DERACIÓN	VALORACIÓN	SOBRE ELECTRONI CO
1	Características técnicas y Prestaciones.Memoria Tecnica	50	Juicio de valor	2
2	Precio	35	Fórmula matemática o aritmética.	3
3	Ampliación de Plazo de Garantia	5	Fórmula matemática o aritmética.	3
4	Criterios medioambientales	10	Fórmula matemática o aritmética.	3

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR. LOTE 5	Puntuación máxima
Especificaciones técnicas y prestaciones : <ul style="list-style-type: none"> • Calidad de la señal de los monitores, en función de los cristales de los transductores y de su número. 20 puntos • Máxima compatibilidad con el sistema de conexión central de monitorización del Hospital de Vinaròs.(TRIUM, actualizado recientemente). 15 puntos • Prestaciones de pantalla de monitorización materna y fetal.Sistemas de análisis de alarmas de señal.Transductores resistentes al agua. 8 puntos • Fácil limpieza, calidad, resistencia y robustez de los materiales y del monitor, así como facilidad de manejo y visualización. 4 puntos 	47
Servicio Técnico : Organización ante avisos de avería	2
Plan de formación : Se valorará mayores medios y recursos dedicados a la actualización y formación del personal del servicio	1

Departament de Salut de Vinaròs.

SERVICIO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA.

A/A DIRECCIÓN ECONÓMICA.HOSPITAL DE VINARÒS.



En el pliego se especifica que no se admitirá ninguna oferta que en su valoración técnica no supere los 35 puntos. (70 % de la puntuación máxima).

Tras presentar la documentación exigida en el Expte. PA 309/2024, LOTE 5. Son dos las empresas que han presentado su oferta:

- DEXTRO MÉDICA, S.L. .

Con el monitor modelo AVALON FM20 Y FM 30 DE PHILIPS.

- ARJO IBERIA, S.L.

Con el monitor modelo TEAM 3 DE HUNTLEIGH .sonicaid

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR CON UNA PUNTUACIÓN MÁXIMA DE 50 PUNTOS.

Especificaciones Técnicas y prestaciones

- Calidad de la señal de los monitores, en función de los cristales de los transductores y de su numero. (máx. 20 puntos)

Aunque si es cierto que ambos equipos presentan una adecuada calidad de la señal y el número de cristales mínimo es superior al solicitado en el pliego , en el caso de el modelo de Dextro Médica S.l presenta transductores de ultrasonidos de 7 cristales frente al modelo de Arjo que presenta una configuración de 8 cristales, con altas prestaciones, IMC elevado que aseguran una mejor calidad en la señal.

DEXTRO MEDICA, S.L (10 PUNTOS)

ARJO iberia (18 PUNTOS)

- Máxima compatibilidad conel sistema de conexión central de monitorización del Hospital de Vinaròs (TRIUM) actualizado recientemente.(máx. 15 puntos)

Las dos ofertas cumplen, de forma similar, con este criterio . (**15 PUNTOS Para ambos modelos**).

- Prestaciones de pantalla de monitorización materna y fetal.Sistemas de análisis de alarmas de señal.Transductores resistentes al agua.

Ambos modelos cumplen con las prestaciones de monitorización materna y fetal, así como del sistema de alarmas de señal.

Aunque el modelo de HUNTLEIGH presenta una pantalla táctil de 8'5'' de alta resolución con caracteres grandes para una fácil y rápida visualización de los parámetros, superior a la pantalla táctil del modelo de DEXTRO MÉDICA S.L de 6'5''.

DEXTRO MÉDICA S.L. (6 PUNTOS)

ARJO iberia (8 PUNTOS)

- Fácil limpieza , calidad, resistencia y robustez de los materiales y del monitor, asi como de la facilidad de manejo y visualización.

Debido al diseño compacto del modelo de ARJO iberia, le aporta más robustez al equipo, asi como facilita su limpieza, con unos transductores de Toco con la base en contacto con la gestante de un material siliconado agradable al tacto, proporcionando más confort a la mujer. Asi mismo este equipo cuenta con soportes laterales para depositar los distintos transductores que facilitan el manejo y el cuidado de los mismos.

DEXTRO MÉDICA S.L (1 PUNTO)

ARJO iberia (4 PUNTOS)

- Servicio Técnico : Organización del Servicio Técnico ante avisos de averia.

En los dos casos el tiempo máximo de reparación de los equipos en caso de averia es 48 h. En el caso de DEXTRO MÉDICA S.L. el horario de soporte es en dias laborables de 8 h a 18 h como en el caso de ARJO iberia, pero estos ultimos además cuentan con un servicio de urgencias SAT.

DEXTRO MÉDICA S.L cuenta con un tiempo de respuesta máximo :

soporte remoto . 4H

soporte presencial. 8H

El tiempo de uso en % de los equipos es del 95%.

ARJO iberia presenta un tiempo de respuesta de aviso de averia de 2h y el tiempo de uso en % de los equipos es del 98%.

DEXTRO MÉDICA S.L (1 PUNTO)

ARJO iberia (2 PUNTOS)

Departament de Salut de Vinaròs.

SERVICIO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA.

**A/A DIRECCIÓN ECONÓMICA.HOSPITAL DE
VINARÒS.**



- Plan de formació : se valorará mayores medios y recursos dedicados a la actualización y formación del personal del servicio.

Las dos ofertas cumplen, de forma similar con los requisitos requeridos.

DEXTRO MÉDICA S.L. (1 PUNTO)

ARJO iberia (1 PUNTO)

PUNTUACIÓN TOTAL :

ARJO iberia : Puntuación total 48 puntos

DEXTRO MÉDICA S.L : Puntuación total 34 puntos

Aunque las dos ofertas cumplen básicamente los requisitos mínimos, bien es cierto que la oferta de ARJO IBERIA presenta un mayor nivel en las especificaciones técnicas y prestaciones.

Y para que así conste , en Vinaròs a 5 de JULIO DE 2024.