



ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Mesa expediente SSCC PA 79/24 Suministro de pruebas rápidas de detección de estreptococo A en muestras faríngeas para los centros sanitarios dependientes del Servicio de Salud de les Illes Balears

Fecha y hora de celebración

28 de agosto de 2024 a las 10:30

Lugar de celebración

Sala grande UAC IB-Salut (C/ Reina Esclaramunda, 9)

Asistentes

PRESIDENTA

Laura Monserrat Calbó, Jefa Departamento Contratación

VOCALES

Virgilio Medina Ferragut, Representante de UGE

Ismael Culebras Martín, Representante Servicio Asesoría Jurídica

SECRETARIO

Diego Báguena Berduque, Técnico FA

Orden del día

- 1.- Presentación informe cumplimiento requisitos
- 2.- Si procede, propuesta de adjudicación.

Se Expone

1.- Presentación informe cumplimiento requisitos.

Se presenta y se acepta el informe técnico de valoración, el cual se adjunta a esta acta.

2.- Si procede, propuesta de adjudicación.

De acuerdo con dicho informe, las empresas LAMBRA, S.L. y ALEU MEDICAL, S.L. son las únicas que cumplen con los requisitos técnicos establecidos en los pliegos. Teniendo en cuenta que el único criterio de adjudicación es el precio, que la oferta más económica es la correspondiente a LAMBRA, S.L. y que además se comprueba que no se encuentra en posible situación de oferta anormalmente baja, se propone la adjudicación del expediente a la empresa LAMBRA, S.L. (B79018891).

Asimismo, y de acuerdo con el informe, la Mesa propone excluir las ofertas de las empresas indicadas en el mismo que no cumplen con los requisitos de los pliegos y/o no se ha podido comprobar dicho cumplimiento por no haber presentado la documentación que se exigía en los pliegos.

Document signat electrònicament per Laura Monserrat Calbo a data 29-08-2024 13:53:00 CEST.

Codi segur de verificació: NT10Mzc5fNlirjcZ00wHmoXl4qFUV0V-EI8GF_YRzXUMB2A=
Verificació: https://valida.ssb.es/?authcode=NT10Mzc5fNlirjcZ00wHmoXl4qFUV0V-EI8GF_YRzXUMB2A=



La Presidenta pregunta a los asistentes si hay alguna duda o pregunta. Sin ninguna cuestión más y de acuerdo por tanto con el orden del día y el desarrollo de la sesión, a instancias de la Presidenta, la Mesa adopta los siguientes

Acuerdos:



1º.- Aprobar y aceptar el informe de valoración, el cual se adjunta a esta acta.

2º.- Proponer como adjudicataria del expediente de referencia a la empresa LAMBRA, S.L. (B79018891), por lo que se requerirá a la misma para que presente la documentación previa a la adjudicación.

3º.- Proponer excluir las ofertas de las siguientes empresas de acuerdo con el informe de valoración adjunto y por los motivos señalados:

- Abbott Rapid Diagnostics Healthcare, S.L.U. B58882952: De la documentación presentada no se puede comprobar el cumplimiento del requisito "límite de detección 5 x 104"
- Biosynex Ibérica, S.L. B86462587: De la documentación presentada no se puede comprobar el cumplimiento del requisito "límite de detección 5 x 104"
- Coll Farma, S.L. B08165912: No cumple especificidad ni límite de detección.
- DISTRIBUCIONES BIOCIENTIFICAS, S.L. B87451307: No cumple límite de detección
- GAMMA SOLUTIONS HEALTH S.L. B88630728: No cumple especificidad y de la documentación presentada no se puede comprobar el cumplimiento del requisito "límite de detección 5 x 104"
- Linear Chemicals, S.L.U. B60485687: De la documentación presentada no se puede comprobar el cumplimiento del requisito "límite de detección 5 x 104"
- MONLAB, S.L. B25039850: No cumple precisión
- Proolutions Activities, S.L. B66314063: No cumple especificidad ni límite de detección Exp.:SSCC PA 79/24 Emisor: C3L Documento: Informe Criterios mínimos
- VEN BIOS-ES B06561120: No cumple especificidad y de la documentación presentada no se puede comprobar el cumplimiento del requisito "límite de detección 5 x 104"

Tras ello, cuando son las 10:40 h., se da por finalizada la reunión.

Yo, como Secretario, certifico con el visto bueno de la Presidenta.

Laura Monserrat Calbó

Diego Báguena Berduque

PRESIDENTA

SECRETARIO

Document signat electrònicament per: Laura Monserrat Calbo a data 29-08-2024 13:53:00 CEST.

Codi segur de verificació: NT10Mzc5fNlirjcZ00wHmoXl4qFUV0V-EI8GF_YRzXUMB2A=
Verificació: https://valida.ssb.es/?authcode=NT10Mzc5fNlirjcZ00wHmoXl4qFUV0V-EI8GF_YRzXUMB2A=



Informe justificativo sobre el cumplimiento de los requisitos mínimos específicos de las ofertas en expediente SSCC PA 79/24



Antecedentes

1. Tras la Apertura de documentación técnica del citado expediente,
 - a. todas las ofertas presentadas en ambos lotes declaran que se comprometen en nombre propio y representación de la empresa a ejecutarlo con sujeción estricta a los requisitos y las condiciones estipulados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del contrato
 - b. Incumplimientos detectados:

ABBOTT B58882952 De la documentación presentada no se puede comprobar el cumplimiento del requisito “límite de detección 5×10^4 ”

BIOSYNEX B86462587 De la documentación presentada no se puede comprobar el cumplimiento del requisito “límite de detección 5×10^4 ”

COLL FARMA B08165912 No cumple especificidad ni límite de detección.

DISTRIBUCIONES BIOCIENTIFICAS B87451307 No cumple límite de detección

GAMMA B88630728 No cumple especificidad y de la documentación presentada no se puede comprobar el cumplimiento del requisito “límite de detección 5×10^4 ”

LINEAR B60485687 De la documentación presentada no se puede comprobar el cumplimiento del requisito “límite de detección 5×10^4 ”

MONLAB B25039850 No cumple precisión

PROSOLUTIONS B66314063 No cumple especificidad ni límite de detección



VEN BIOS B06561120 No cumple especificidad y de la documentación presentada no se puede comprobar el cumplimiento del requisito “límite de detección 5×10^4 ”



Conclusión

Por ello, se informa a la Mesa que cumplen con los requisitos mínimos establecidos en el Pliego Técnico las ofertas presentadas por ALEU B61239521 y LAMBRA B79018891.

Palma, 22 de agosto de 2024

Pedro Sastre Franco
Técnico Función Administrativa
Central de Compras y Logística Servei de Salut de les Illes Balears

Firmado por PEDRO URBANO SASTRE
FRANCO - DNI ***9454** el día
22/08/2024 con un certificado
emitido por SIA SUB01