

De: Servicio de Oftalmología. Hospital Comarcal de Vinaròs

A: Dirección Económica. Hospital Comarcal de Vinaròs

Asunto Informe de valoración de aspectos técnicos y prestaciones EXP. PA 309 /2024 Lote 9 (Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un equipo multifunción para el Hospital Comarcal de Vinaròs)

1.- Características generales. Hasta 29 puntos

Ambas empresas licitadoras cumplen con los mínimos requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. En la tabla se especifican las características diferenciales relevantes entre ambas propuestas.

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES	WM BLOSS	AJL OPHTHALMIC, S.A.
	Puntos / Justificación	Puntos / Justificación
Medición del poder refractivo esférico en un rango superior al de -30 a +20 Dp	Cumple. Rango esférico de -30 a +25 // 4 puntos	Cumple. Rango esférico de -30 a +25 // 4 puntos
Medición de poder refractivo astigmático en un rango superior a + 12 Dp	Cumple. El rango de medición llega a ± 12.5 // 4 puntos	Cumple. El rango de medición llega a ± 12.5 // 4 puntos
Medida de presión intraocular en rango desde 1 mmHg a 60 mmHg	Cumple con el rango requerido // 5 puntos	Cumple con el rango requerido // 5 puntos
Medida de paquimetría en un rango de 300 micras a 800 micras	Cumple con el rango requerido // 5 puntos	Cumple con el rango requerido // 5 puntos
Medidas topográficas corneales en un rango de curvatura corneal de 5.5 mm a 10 mm	Cumple con el rango requerido // 5 puntos	Cumple con el rango requerido // 5 puntos
Software para análisis de ojo seco. Posibilidad de observación de estado integridad de película lagrimal, menisco lagrimal y de estado de glándulas de Meibomio	Dispone de software para la medición de frecuencia de parpadeo, menisco lagrimal y estado de las glándulas de Meibomio. Además, aunque sea de forma opcional, dispone del sistema de análisis del estado de la integridad de la película lagrimal // 6 puntos	Aunque dispone de software para la medición de frecuencia de parpadeo, menisco lagrimal y estado de glándulas de Meibomio, no se especifica si, aunque sea de forma opcional, dispone del sistema de observación del estado de la integridad de la película lagrimal // 4 puntos
PUNTUACIÓN	29 puntos	27 puntos

2.- Ergonomía. Hasta 4 puntos

Ambas empresas licitadoras cumplen con los mínimos requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. En la tabla se especifican las características diferenciales relevantes entre ambas propuestas.

2.- ERGONOMÍA	WM BLOSS	CARL ZEISS
	Puntos / Justificación	Puntos / Justificación
Mesa de elevación eléctrica. Se valorará la facilidad de acceso con silla de ruedas	Pie de mesa en lateral y medidas de tablero de 510 x 650 mm. La disposición del pie facilita el acceso con silla de ruedas // 4 puntos	Pie central y medidas de tablero de 460 x 660 mm. El pie central dificulta algo el acceso con silla de ruedas // 2 puntos
PUNTUACIÓN	4 puntos	2 puntos

3.- Conectividad. Hasta 7 puntos

Ambas empresas licitadoras cumplen con los mínimos requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. En la tabla se especifican las características diferenciales relevantes entre ambas propuestas.

3. CONECTIVIDAD	WM BLOSS	AJL OPHTHALMIC, S.A.
	Puntos / Justificación	Puntos / Justificación
Impresora térmica integrada	Cumple con el requisito // 4 puntos	Cumple con el requisito // 4 puntos
Posibilidad de almacenaje de datos en varios soportes digitales (no únicamente uno) como SDcard y USB	Presenta varias posibilidades de conexión y almacenaje // 3 puntos	Presenta varias posibilidades de conexión y almacenaje // 3 puntos
PUNTUACIÓN	7 puntos	7 puntos

Resumen de la valoración de las características técnicas del aparato multifunción

CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	WM BLOSS	AJL OPHTHALMIC, S.A.
Características generales	29	29	27
Ergonomía	4	4	2
Conectividad	7	7	7
TOTAL	40	40	36

En Vinaròs, a fecha de firma electrónica

Jefe de Sección de Oftalmología. Hospital Comarcal de Vinaròs