



INFORME TÉCNICO SOBRE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN LÁSER YAG Y UN LÁSER DE ARGÓN, CON DESTINO AL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE PALENCIA.

Analizada la documentación técnica presentada por las empresas W.M. BLOSS S.A. (lote 2, láser YAG) y CARL ZEISS MEDITEC IBERIA S.A.U. (lote 1 y 2), se informa que:

- -La oferta de CARL ZEISS MEDITEC IBERIA S.A.U para el LOTE 1, cumple lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, redactado para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un láser Yag.
- -La oferta de W.M. BLOSS S.A. para el LOTE 2, cumple lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas redactado para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un láser de Argón.
- -La oferta de CARL ZEISS MEDITEC IBERIA S.A.U. para el LOTE 2, **no cumple** en cuanto a la duración del impulso, en lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, redactado para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un láser de Argón.

Por tanto, **se consideran válidas las ofertas presentadas por CARL ZEISS MEDITEC IBERIA S.A.U. para el lote 1 y por W.M. BLOSS S.A. para el lote 2**

En Palencia,

LA JEFA DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL CAUPA

