

Hospital Universitario Miguel Servet. - Sector II
Servicio de Contratación y Suministros

Expte. P.A. 101 HMS/2021 (1121002397): SUMINISTRO DE MATERIAL IMPLANTABLE PARA LA UNIDAD DE PRUEBAS FUNCIONALES DEL SERVICIO DE DIGESTIVO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET DE ZARAGOZA.

Mª Carmen Yus Valero, Jefe de Servicio de Contratación y Suministros, Secretaria de la Mesa de Contratación por designación acordada por el Gerente del Sector Zaragoza II, de fecha **24 de enero de 2022.**

CERTIFICO:

Que la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día **27 de enero de 2022**, tras conocer el resultado de la valoración de los criterios sujetos a evaluación previa, procede a la apertura pública del sobre C "Oferta económica y propuesta sujeta a evaluación posterior", del **Procedimiento Abierto 101 HMS/2021**, de los licitadores admitidos y cuyo resultado se hace público. Se adjunta Informe de criterios subjetivos e Informe de criterios objetivos.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 8.4 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas de Contratos del Sector Público de Aragón, se expide el presente certificado para su publicidad en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en Zaragoza a **27 de enero de 2022.**

INFORME CRITERIOS SUBJETIVOS

ANEXO I - INFORME CRITERIOS DE EVALUACION PREVIA 101 HMS/2021

ZPIE: 112 MATERIAL IMPLANTABLE P/UNIDAD PRUEBAS FUNCIONALES DIGESTIVO

Nº de Exp CS/Z210/1121002397/21/PA PA 101 HMS/21

Total
Punt. Max: 40
Punt. Min: X 20

Lote	Pos.	Material	Descripción	Licitador	Nombre	Marca	Modelo	Ref. Proveedor	N.Oferta	Var.	OFERTA TECNICA	Punt. Total	Comentarios Servicio	PASA
1	1	90000481	PROTESIS ESOFAGICA CUBIERTA DE SILICONA DIFERENTES/MEDIDAS. DE LIBERACION DISTAL O PROXIMAL CON EXTREMOS ENSANCHADOS Y MARCAS RADIOPACAS. ESTERIL.	100005132	BOSTON_SCIENTI FIC IBERICA SA	BOSTON	WALLFLEX FC	M00516XXX	6022101541	OB	20	20	Apertura correcta. Malla simple con mayor posibilidad de migración disminuyendo la seguridad en su uso.	SI
1	1	90000481	PROTESIS ESOFAGICA CUBIERTA DE SILICONA DIFERENTES/MEDIDAS. DE LIBERACION DISTAL O PROXIMAL CON EXTREMOS ENSANCHADOS Y MARCAS RADIOPACAS. ESTERIL.	100005177	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS	TAEWOONG	ESOFAGICA DOUBLE	ES****FD	6022101542	OB	40	40	Se valora especialmente la doble malla aumentando la seguridad en su uso. Excelente navegabilidad. Muy buena apertura y poca migración	SI
1	1	90000481	PROTESIS ESOFAGICA CUBIERTA DE SILICONA DIFERENTES/MEDIDAS. DE LIBERACION DISTAL O PROXIMAL CON EXTREMOS ENSANCHADOS Y MARCAS RADIOPACAS. ESTERIL.	100011687	DIMESAN QUIRURGICA SL	ELLA-CS	HV-PLUS	019-09S-20- 085 A 150	6022101545	OB	15	15	El sistema de implantación ofrece resistencia en la liberación. Escasa practica para valorar la migración.	NO
1	1	90000481	PROTESIS ESOFAGICA CUBIERTA DE SILICONA DIFERENTES/MEDIDAS. DE LIBERACION DISTAL O PROXIMAL CON EXTREMOS ENSANCHADOS Y MARCAS RADIOPACAS. ESTERIL.	100058761	IZASA HOSPITAL S.L.U.	M.I.TECH	STENT ESOFAGICO VARIAS MEDIDAS	144EBN-XXX	6022101543	OB	15	15	La apertura tras la colocación no se expande de forma adecuada. No dispone de malla doble.	NO
2	2	90001660	PROTESIS ESOFAGICA METALICA DE NITINOL TOTALM/RECUBIERTA DE SILICONA. DE 18-20 MM DE D. EXTREMOS ENSANCHADOS DE 23-26 MM D. LAZO PROXIMAL DE 60-170MM DE L. IMPLANTACION VIA ENDOSCOPICA (TTS). INTRODUCIDOR DIF.L TIPO HEAD TTS O EQUIV. LIBRE DE LATEX. ESTER	100005132	BOSTON_SCIENTI FIC IBERICA SA	BOSTON	AGILE FC	M00517XXX	6022101541	OB	40	40	Excelente apertura, optima colocación.	SI

INFORME CRITERIOS SUBJETIVOS

ANEXO I - INFORME CRITERIOS DE EVALUACION PREVIA 101 HMS/2021

ZPIE: 112 MATERIAL IMPLANTABLE P/UNIDAD PRUEBAS FUNCIONALES DIGESTIVO

Nº de Exp CS/Z2210/1121002397/21/PA PA 101 HMS/21

Total
Punt. Max: 40
Punt. Min: X 20

Lote	Pos.	Material	Descripción	Licitador	Nombre	Marca	Modelo	Ref. Proveedor	N.Oferta	Var.	OFERTA TECNICA	Punt. Total	Comentarios Servicio	PASA
2	2	90001660	PROTESIS ESOFAGICA METALICA DE NITINOL TOTAL.MI.RECUBIERTA DE SILICONA. DE 18-20 MM DE D. EXTREMOS ENSANCHADOS DE 23-26 MM D. LAZO PROXIMAL DE 60-170MM DE L. IMPLANTACION VIA ENDOSCOPICA (TTS). INTRODUCIDOR DIF.L TIPO HEAD TTS O EQUIV. LIBRE DE LATEX. ESTER	100005177	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS	TAEWOONG	ESOFAGICA "TIPO S"	EST****F	6022101542	OB	15	15	La apertura tras la colocación no se expande de forma adecuada . colocación dificultosa	NO
2	2	90001660	PROTESIS ESOFAGICA METALICA DE NITINOL TOTAL.MI.RECUBIERTA DE SILICONA. DE 18-20 MM DE D. EXTREMOS ENSANCHADOS DE 23-26 MM D. LAZO PROXIMAL DE 60-170MM DE L. IMPLANTACION VIA ENDOSCOPICA (TTS). INTRODUCIDOR DIF.L TIPO HEAD TTS O EQUIV. LIBRE DE LATEX. ESTER	100058781	IZASA HOSPITAL S.L.U.	M.I.TECH	STENT ESOFAGICO TTS VARIAS MED	144ECBA-18-XXX-G	6022101543	OB	15	15	La apertura tras la colocación no se expande de forma adecuada . colocación dificultosa	NO
3	3	90000483	PROTESIS ESOFAGICA AUTOEXPANDIBLE DE NITINOL CON VALVULA ANTIRREFLUJO TOTALMENTE RECUBIERTA DE SILICONA, CON EXTREMOS ENSANCHADOS, MARCAS RADIO-OPACAS, LIBERACION VIA ENDOSCOPICA, DE DIFERENTES MEDIDAS. ESTERIL.	100005177	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS	TAEWOONG	ESOFAGICA ANTIRREFLUJO	EA****FD	6022101542	OB	40	40	Muy facil colocación, Optimo resultado antirreflujo	SI
3	3	90000483	PROTESIS ESOFAGICA AUTOEXPANDIBLE DE NITINOL CON VALVULA ANTIRREFLUJO TOTALMENTE RECUBIERTA DE SILICONA, CON EXTREMOS ENSANCHADOS, MARCAS RADIO-OPACAS, LIBERACION VIA ENDOSCOPICA, DE DIFERENTES MEDIDAS. ESTERIL.	100011687	DIMESAN QUIRURGICA SL	ELLA-CS	HV-PLUS C/ VALVULA	019-09S-085-O A 150-O	6022101545	OB	15	15	El sistema de implantación ofrece resistencia en la liberación. Escasa practica para valorar la migración.	NO

INFORME CRITERIOS SUBJETIVOS

ANEXO I - INFORME CRITERIOS DE EVALUACION PREVIA 101 HMS/2021

Total

Punt. Max: 40

40

Punt. Min: X

20

ZPIE: 112 MATERIAL IMPLANTABLE P/UNIDAD PRUEBAS FUNCIONALES DIGESTIVO
 Nº de Exp CS/Z210/1121002397/21/PA PA 101 HMS/21

Lote	Pos. Material	Descripción	Licitador	Nombre	Marca	Modelo	Ref. Proveedor	N.Oferta	Var.	OFERTA TECNICA	Punt. Total	Comentarios Servicio	PASA
3	3	90000483 PROTESIS ESOFAGICA AUTOEXPANDIBLE DE NITINOL CON VALVULA ANTIRREFLUJO TOTALMENTE RECUBIERTA DE SILICONA, CON EXTREMOS ENSANCHADOS, MARCAS RADIO-OPACAS, LIBERACION VIA ENDOSCOPICA, DE DIFERENTES MEDIDAS. ESTERIL.	100058761	IZASA HOSPITAL S.L.U.	M.I.TECH	STENT ESOFAGICO VARIAS MEDIDAS	144ECW22XX X-Z070-G	6022101543	OB	15	15	La apertura tras la colocación no se expande de forma adecuada . colocación dificultosa	NO
4	4	90000482 PROTESIS ESOFAGICA AUTOEXPANDIBLE DE NITINOL, PARCIALMENTE RECUBIERTA DE SILICONA, CON EXTREMOS DESCUBIERTOS Y ENSANCHADOS, MARCAS RADIOOPACAS, LIBERACION VIA ENDOSCOPICA, DE DIFERENTES MEDIDAS. ESTERIL.	100005132	BOSTON SCIENTI FIC IBERICA SA	BOSTON	WALLFLEX PC	M005169XX	6022101541	OB	40	40	Muy facil colocación, no migración, optima visualización radiologica	SI
4	4	90000482 PROTESIS ESOFAGICA AUTOEXPANDIBLE DE NITINOL, PARCIALMENTE RECUBIERTA DE SILICONA, CON EXTREMOS DESCUBIERTOS Y ENSANCHADOS, MARCAS RADIOOPACAS, LIBERACION VIA ENDOSCOPICA, DE DIFERENTES MEDIDAS. ESTERIL.	100005177	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS	TAEWOONG	ESOFAGICA "TIPO S BOTH BARE"	EST***B	6022101542	OB	15	15	La visualización radiologica tras la colocacion es pobre.	NO
4	4	90000482 PROTESIS ESOFAGICA AUTOEXPANDIBLE DE NITINOL, PARCIALMENTE RECUBIERTA DE SILICONA, CON EXTREMOS DESCUBIERTOS Y ENSANCHADOS, MARCAS RADIOOPACAS, LIBERACION VIA ENDOSCOPICA, DE DIFERENTES MEDIDAS. ESTERIL.	100058761	IZASA HOSPITAL S.L.U.	M.I.TECH	STENT ESOFAGICO VARIAS MEDIDAS	144EPBAXXX XX-XXX-G	6022101543	OB	15	15	La visualización radiologica tras la colocación es pobre.	NO

INFORME CRITERIOS SUBJETIVOS

ANEXO I - INFORME CRITERIOS DE EVALUACION PREVIA 101 HMS/2021

Total

Punt. Max: 40

Punt. Min: X 20

ZPIE: 112 MATERIAL IMPLANTABLE PIUNIDAD PRUEBAS FUNCIONALES DIGESTIVO
 PA 101 HMS/21

Nº de Exp CS/Z2210/1121002397/21/PA

Lote	Pos.	Material	Descripción	Licitador	Nombre	Marca	Modelo	Ref. Proveedor	N. Oferta	Var.	OFERTA TECNICA	Punt. Total	Comentarios Servicio	PASA
8	8	90004605	PROTESIS ENTERAL DUODENAL- COLONICA METALICA AUTOEXPANDIBLE DESCUBIERTA. DE 18 A 22 MM DE D. Y 60 A 90 MM DE L. INTRODUCUTOR DE DIF.L. TIPO WALLSTENT ENTERAL O EQUIVALENTE. LIBRE DE LATEX. ESTERIL.	100005132	BOSTON_SCIENTI FIC IBERICA SA	BOSTON	WALLFLEX UC	M00555XXX	6022101541	OB	20	20	Navegabilidad correcta. Apertura correcta	SI
8	8	90004605	PROTESIS ENTERAL DUODENAL- COLONICA METALICA AUTOEXPANDIBLE DESCUBIERTA. DE 18 A 22 MM DE D. Y 60 A 90 MM DE L. INTRODUCUTOR DE DIF.L. TIPO WALLSTENT ENTERAL O EQUIVALENTE. LIBRE DE LATEX. ESTERIL.	100005177	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS	TAEWOONG	PILORICA "TIPO D"	PDT****	6022101542	OB	20	20	Navegabilidad correcta. Apertura correcta	SI
8	8	90004605	PROTESIS ENTERAL DUODENAL- COLONICA METALICA AUTOEXPANDIBLE DESCUBIERTA. DE 18 A 22 MM DE D. Y 60 A 90 MM DE L. INTRODUCUTOR DE DIF.L. TIPO WALLSTENT ENTERAL O EQUIVALENTE. LIBRE DE LATEX. ESTERIL.	100058761	IZASA HOSPITAL S.L.U.	M.I.TECH	STENT COLON VARIAS MEDIDAS	144CNJF- XXXXX230-G	6022101543	OB	15	15	Apertura difícil. La salida por el canal de trabajo de la protesis es dificultosa en el momento previo a la inserción	NO
8	8	90004605	PROTESIS ENTERAL DUODENAL- COLONICA METALICA AUTOEXPANDIBLE DESCUBIERTA. DE 18 A 22 MM DE D. Y 60 A 90 MM DE L. INTRODUCUTOR DE DIF.L. TIPO WALLSTENT ENTERAL O EQUIVALENTE. LIBRE DE LATEX. ESTERIL.	100080003	COOK ESPAÑA S.L.	COOK	EVOLUTION	EVO-22-27- XX-D	6022101544	OB	40	40	Muy facil colocación, no migración, optima visualización radiológica	SI

INFORME CRITERIOS SUBJETIVOS

ANEXO I - INFORME CRITERIOS DE EVALUACION PREVIA 101 HMS/2021

ZPIE: 112 MATERIAL IMPLANTABLE P/UNIDAD PRUEBAS FUNCIONALES DIGESTIVO
 PA 101 HMS/21

Punt. Max: 40
 Punt. Min: X

Total

40

20

Lote	Pos.	Material	Descripción	Licitador	Nombre	Marca	Modelo	Ref. Proveedor	N.Oferta	Var.	OFERTA TECNICA	Comentarios Servicio	PASA
9	9	90004606	PROTESIS ENTERAL COLONICA METALICA DE NITINOL TOTALMENTE RECUBIERTA DE SILICONA. EXTREMOS ENSANCHADOS. LAZO PROXIMAL DE 18-20 MM DE D. Y 60-140 MM DE L. IMPLANTACION VIA ENDOSCOPICA (TTS).INTRODUCTOR DIF.L. TIPO HEAD O EQUIV. ESTERIL.	1000051777	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS	TAEWOONG	COLONICA "TIPO S CUBIERTA"	CST****F	6022101542	OB	40	Muy facil colocación, no migración, optima visualización radiológica	SI
9	9	90004606	PROTESIS ENTERAL COLONICA METALICA DE NITINOL TOTALMENTE RECUBIERTA DE SILICONA. EXTREMOS ENSANCHADOS. LAZO PROXIMAL DE 18-20 MM DE D. Y 60-140 MM DE L. IMPLANTACION VIA ENDOSCOPICA (TTS).INTRODUCTOR DIF.L. TIPO HEAD O EQUIV. ESTERIL.	100058761	IZASA HOSPITAL S.L.U.	M.I.TECH	PROTESIS ENTERAL VARIAS MEDIDA	144CCBA20X XX-230-G	6022101543	OB	15	La visualización radiológica tras la colocación es pobre.	NO
10	10	90004607	PROTESIS ENTERAL COLONICA METALICA DE NITINOL PARCIALMENTE RECUBIERTA DE SILICONA. EXTREMOS ENSANCHADOS. LAZO PROXIMAL DE 18-20 MM DE D. Y 60-140 MM DE L. IMPLANTACION VIA ENDOSCOPICA (TTS). INTRODUCTOR DIF.L. TIPO HEAD 2 BARE O EQUIV. ESTERIL.	1000051777	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS	TAEWOONG	COLONICA "TIPO S BOTH BARE"	CST****B	6022101542	OB	40	Muy facil colocación, no migración, optima visualización radiológica	SI
10	10	90004607	PROTESIS ENTERAL COLONICA METALICA DE NITINOL PARCIALMENTE RECUBIERTA DE SILICONA. EXTREMOS ENSANCHADOS. LAZO PROXIMAL DE 18-20 MM DE D. Y 60-140 MM DE L. IMPLANTACION VIA ENDOSCOPICA (TTS). INTRODUCTOR DIF.L. TIPO HEAD 2 BARE O EQUIV. ESTERIL.	100058761	IZASA HOSPITAL S.L.U.	M.I.TECH	PROTESIS ENTERAL VARIAS MEDIDA	144TLCXX-XXX-XX-G	6022101543	OB	15	La visualización radiológica tras la colocación es pobre.	NO

INFORME CRITERIOS SUBJETIVOS

ANEXO I - INFORME CRITERIOS DE EVALUACION PREVIA 101 HMS/2021

ZPIE: 112 MATERIAL IMPLANTABLE P/UNIDAD PRUEBAS FUNCIONALES DIGESTIVO
 N° de Exp CS/Z210/1121002397/21/PA PA 101 HMS/21

Total
 Punt. Max: 40
 Punt. Min: X 20

Lote	Pos.	Material	Descripción	Licitador	Nombre	Marca	Modelo	Ref. Proveedor	N.Oferta	Var.	OFERTA TECNICA	Punt. Total	Comentarios Servicio	PASA
11	11	90004608	PROTESIS ENTERAL COLONICA METALICA DE NITINOL DESCUBIERTA. DE 18 A 24 MM DE D. Y 60 A 140 MM DE L. IMPLANTACION VIA ENDOSCOPICA (TTS). INTRODUCIDOR DIF.L. TIPO D-TYPE O EQUIV. ESTERIL.	100005177	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS	TAEWOONG	COLONICA "TIPO D"	CDT***	6022101542	OB	15	15	Apertura difícil. La salida por el canal de trabajo de la protesis es dificultosa en el momento previo a la inserción	NO
11	11	90004608	PROTESIS ENTERAL COLONICA METALICA DE NITINOL DESCUBIERTA. DE 18 A 24 MM DE D. Y 60 A 140 MM DE L. IMPLANTACION VIA ENDOSCOPICA (TTS). INTRODUCIDOR DIF.L. TIPO D-TYPE O EQUIV. ESTERIL.	100058761	IZASA HOSPITAL S.L.U.	M.I.TECH	PROTESIS ENTERAL VARIAS MEDIDAS	144NCSL24X XX-230-G	6022101543	OB	15	15	La visualización radiológica tras la colocación es pobre en los extremos.	NO
11	11	90004608	PROTESIS ENTERAL COLONICA METALICA DE NITINOL DESCUBIERTA. DE 18 A 24 MM DE D. Y 60 A 140 MM DE L. IMPLANTACION VIA ENDOSCOPICA (TTS). INTRODUCIDOR DIF.L. TIPO D-TYPE O EQUIV. ESTERIL.	100080003	COOK ESPAÑA S.L.	COOK	EVOLUTION	EVO-25-30-XX-C	6022101544	OB	40	40	Muy facil colocación, no migración, optima visualización radiológica	SI
12	12	90000484	STENT ENTERAL COLONICO/DUODENAL DE NITINOL CON EXTREMOS/ENSANCHADO/S DE DIFERENTES MEDIDAS. VISIBILIDAD FLUOROSCOPICA TOTAL O PARCIAL. SISTEMA DE LIBERACION REPOSICIONABLE CON CATETER DE BAJO PERFIL. ESTERIL	100005132	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	BOSTON	WALLFLEX ENTERAL	M00565XXX	6022101541	OB	40	40	Muy facil colocación, no migración, optima visualización radiológica	SI
12	12	90000484	STENT ENTERAL COLONICO/DUODENAL DE NITINOL CON EXTREMOS/ENSANCHADO/S DE DIFERENTES MEDIDAS. VISIBILIDAD FLUOROSCOPICA TOTAL O PARCIAL. SISTEMA DE LIBERACION REPOSICIONABLE CON CATETER DE BAJO PERFIL. ESTERIL	100005177	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS	TAEWOONG	COLONICA "FLARE"	CCCT***P	6022101542	OB	15	15	colocacion difícil. Poca experiencia	NO

INFORME CRITERIOS SUBJETIVOS

ANEXO I - INFORME CRITERIOS DE EVALUACION PREVIA 101 HMS/2021

Total

Punt. Max: 40

Punt. Min: X

OFERTA TECNICA

20

ZPIE: 112 MATERIAL IMPLANTABLE P/UNIDAD PRUEBAS FUNCIONALES DIGESTIVO
 N° de Exp CS/2210/1121002397/21/PA PA 101 HMS/21

Lote	Pos. Material	Descripción	Licitador	Nombre	Marca	Modelo	Ref. Proveedor	N.Oferta	Var.	OFERTA TECNICA	Punt. Total	Comentarios Servicio	PASA
12	12	90000484	100011687	DIMESAN QUIRURGICA SL	ELLA-CS	ENTERELLA COLORECTAL	019-05-22-082 A 019-05-30-136	6022101545	OB		0	No muestra. No se puede valorar	NO
12	12	90000484	100058761	IZASA HOSPITAL S.L.U.	M.I.TECH	STENT ENTERAL VARIAS MEDIDAS	144NCSL24X XX-XXX-G	6022101543	OB		15	Apertura difícil. La salida por el canal de trabajo de la prótesis es dificultosa en el momento previo a la inserción	NO
12	12	90000484	100080003	COOK ESPAÑA S.L.	COOK	EVOLUTION	EVO-2X-XX-XX-D/C	6022101544	OB		40	Muy fácil colocación, no migración, óptima visualización radiológica	SI
13	13	90001935	100000232	OLYMPUS IBERIA S.A.U.	OLYMPUS	PBD-XXXX-XXXX	N452XXXX	6022101539	OB		20	Navegabilidad correcta. Fácil colocación. Solo sirve para vía larga	SI
13	13	90001935	100005132	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	BOSTON	FLEXIMA	M00545XXX	6022101541	OB		40	Fácil colocación. Visualización excelente. Sirve para guía corta y larga	SI

INFORME CRITERIOS SUBJETIVOS

ANEXO I - INFORME CRITERIOS DE EVALUACION PREVIA 101 HMS/2021

ZPIE: 112 MATERIAL IMPLANTABLE PUNIDAD PRUEBAS FUNCIONALES DIGESTIVO
 PA 101 HMS/21

Punt. Max: 40
 Punt. Min: X

Total

40

20

Nº de Exp CS/2210/1121002397/21/PA

Lote	Pos.	Material	Descripción	Licitador	Nombre	Marca	Modelo	Ref. Proveedor	N.Oferta	Var.	OFERTA TECNICA	Punt. Total	Comentarios Servicio	PASA
14	14	90000480	STENT BILIAR DE NITINOL RECUBIERTO, EN SUS DIFERENTES MEDIDAS, CON MARCADORES FLUOROSCOPICOS EN AMBOS EXTREMOS. ESTERIL.	100005132	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	BOSTON	WALLFLEX RMV	M005704XX - M005742XX - M005768XX	6022101541	OB	40	40	Facil colocacion. Excelente visualizacion. Baja tasa de migracion	SI
14	14	90000480	STENT BILIAR DE NITINOL RECUBIERTO, EN SUS DIFERENTES MEDIDAS, CON MARCADORES FLUOROSCOPICOS EN AMBOS EXTREMOS. ESTERIL.	100005177	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS	TAEWOONG	BILIAR "TIPO BUMPY"	BKMXXXCW	6022101542	OB	15	15	Amplia experiencia con alta tasa de migracion proximal	NO
14	14	90000480	STENT BILIAR DE NITINOL RECUBIERTO, EN SUS DIFERENTES MEDIDAS, CON MARCADORES FLUOROSCOPICOS EN AMBOS EXTREMOS. ESTERIL.	100011687	DIMESAN QUIRURGICA SL	ELLA-CS	NITINELLA PLUS	019-01D-08-040 A 019-01D-10-100	6022101545	OB	15	15	Apertura dificil. La salida por el canal de trabajo de la protesis es dificultosa en el momento previo a la insercion	NO
14	14	90000480	STENT BILIAR DE NITINOL RECUBIERTO, EN SUS DIFERENTES MEDIDAS, CON MARCADORES FLUOROSCOPICOS EN AMBOS EXTREMOS. ESTERIL.	100016467	CARDIOLINK S.L.	ALLIUM	BIS	127BISXX-XX-XXX	6022101546	OB	0	0	No valoramos porque no cumple PPT, no se ajusta a la descripcion.	NO
14	14	90000480	STENT BILIAR DE NITINOL RECUBIERTO, EN SUS DIFERENTES MEDIDAS, CON MARCADORES FLUOROSCOPICOS EN AMBOS EXTREMOS. ESTERIL.	100058761	IZASA HOSPITAL S.L.U.	M.I.TECH	STENT BILIAR VARIAS MEDIDAS	144BCBC10X XX-180-G	6022101543	OB	15	15	La visualizacion radiologica tras la colocacion es pobre	NO
14	14	90000480	STENT BILIAR DE NITINOL RECUBIERTO, EN SUS DIFERENTES MEDIDAS, CON MARCADORES FLUOROSCOPICOS EN AMBOS EXTREMOS. ESTERIL.	100080003	COOK ESPAÑA S.L.	COOK	EVOLUTION	EVO-FC-XX-XX-X-B	6022101544	OB	40	40	Facil colocacion. Excelente visualizacion. Baja tasa de migracion	SI
15	15	90004241	PROTESIS BILIAR DE NITINOL PARCIALMENTE RECUBIERTO, EN SUS DIFERENTES MEDIDAS, CON MARCADORES FLUOROSCOPICOS EN AMBOS EXTREMOS. ESTERIL.	100005132	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	BOSTON	WALLFLEX RX PC	M005707XX - M005767XX	6022101541	OB	40	40	Facil colocacion. Excelente visualizacion. Baja tasa de migracion	SI

INFORME CRITERIOS SUBJETIVOS

ANEXO I - INFORME CRITERIOS DE EVALUACION PREVIA 101 HMS/2021

ZPIE: 112 MATERIAL IMPLANTABLE P/UNIDAD PRUEBAS FUNCIONALES DIGESTIVO
 Nº de Exp CS/2210/1121002397/21/PA

Total
 Punt. Max: 40
 Punt. Min: X

Lote	Pos. Material	Descripción	Licitador	Nombre	Marca	Modelo	Ref. Proveedor	N.Oferta	Var.	OFERTA TECNICA	Punt. Total	Comentarios Servicio	PASA
15	15	90004241 PROTESIS BILIAR DE NITINOL PARCIALMENTE RECUBIERTO, EN SUS DIFERENTES MEDIDAS, CON MARCADORES FLUOROSCOPICOS EN AMBOS EXTREMOS. ESTERIL.	100005177	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS	TAEWOONG	BILIAR "COMVI BOTH BARE"	BCMXXXXB	6022101542	OB	20	20	Navegabilidad correcta. Apertura correcta.	SI
15	15	90004241 PROTESIS BILIAR DE NITINOL PARCIALMENTE RECUBIERTO, EN SUS DIFERENTES MEDIDAS, CON MARCADORES FLUOROSCOPICOS EN AMBOS EXTREMOS. ESTERIL.	100011687	DIMESAN QUIRURGICA SL	ELLA-CS	NITINELLA PLUS	019-01C-08-040 A 019-01C-10-100	6022101545	OB	15	15	Apertura difícil. La salida por el canal de trabajo de la prótesis es dificultosa en el momento previo a la inserción	NO
15	15	90004241 PROTESIS BILIAR DE NITINOL PARCIALMENTE RECUBIERTO, EN SUS DIFERENTES MEDIDAS, CON MARCADORES FLUOROSCOPICOS EN AMBOS EXTREMOS. ESTERIL.	100058761	IZASA HOSPITAL S.L.U.	M.I.TECH	PROTESIS BILIAR VARIAS MEDIDAS	144BPA10XX X-D180-G	6022101543	OB	15	15	La visualización radiológica tras la colocación es pobre	NO
15	15	90004241 PROTESIS BILIAR DE NITINOL PARCIALMENTE RECUBIERTO, EN SUS DIFERENTES MEDIDAS, CON MARCADORES FLUOROSCOPICOS EN AMBOS EXTREMOS. ESTERIL.	100080003	COOK ESPAÑA S.L.	COOK	EVOLUTION	EVO-PC-XX-XX-X-B	6022101544	OB	40	40	Facil colocacion. Excelente visualizacion. Baja tasa de migración	SI
16	16	90003459 STENT BILIAR DE NITINOL SIN RECUBRIMIENTO, EN SUS DIFERENTES MEDIDAS, CON MARCADORES FLUOROSCOPICOS. ESTERIL.	100004500	GRIFOLS MOVACO S.A.	OPTIMED MEDIZINISCHE INSTRUMENT	STENT SINUS SUPERFLEX VISUA 63	M005706XX - M00570880 - M00576780 -	6022101540	OB	15	15	Apertura difícil. La salida por el canal de trabajo de la prótesis es dificultosa en el momento previo a la inserción	NO
16	16	90003459 STENT BILIAR DE NITINOL SIN RECUBRIMIENTO, EN SUS DIFERENTES MEDIDAS, CON MARCADORES FLUOROSCOPICOS. ESTERIL.	100005132	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	BOSTON	WALLFLEX RX UC	M005706XX - M00570880 - M00576780 -	6022101541	OB	40	40	Facil colocacion. Excelente visualizacion.	SI
16	16	90003459 STENT BILIAR DE NITINOL SIN RECUBRIMIENTO, EN SUS DIFERENTES MEDIDAS, CON MARCADORES FLUOROSCOPICOS. ESTERIL.	100005177	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS	TAEWOONG	BILIAR "D-TYPE"	BDMXXXX	6022101542	OB	40	40	Facil colocacion. Excelente visualizacion.	SI
16	16	90003459 STENT BILIAR DE NITINOL SIN RECUBRIMIENTO, EN SUS DIFERENTES MEDIDAS, CON MARCADORES FLUOROSCOPICOS. ESTERIL.	100058761	IZASA HOSPITAL S.L.U.	M.I.TECH	STENT BILIAR VARIAS MEDIDAS	144SHS-XXX-180	6022101543	OB	15	15	Apertura difícil. La salida por el canal de trabajo de la prótesis es dificultosa en el momento previo a la inserción	NO

INFORME CRITERIOS SUBJETIVOS

ANEXO I - INFORME CRITERIOS DE EVALUACION PREVIA 101 HMS/2021

ZPIE: 112 MATERIAL IMPLANTABLE P/UNIDAD PRUEBAS FUNCIONALES DIGESTIVO
 PA 101 HMS/21

Total
 Punt. Max: 40
 Punt. Min: X 20

Nº de Exp CS/Z210/1121002397/21/PA

Lote	Pos.	Material	Descripción	Licitador	Nombre	Marca	Modelo	Ref. Proveedor	N.Oferta	Var.	OFERTA TECNICA	Punt. Total	Comentarios Servicio	PASA
16	16	90003459	STENT BILIAR DE NITINOL SIN RECUBRIMIENTO, EN SUS DIFERENTES MEDIDAS, CON MARGADORES FLUOROSCOPICOS. ESTERIL.	100080003	COOK ESPAÑA S.L.	COOK	EVOLUTION	EVO-XX-XX-XX-B	6022101544	OB	40	40	Facil colocacion. Excelente visualizacion.	SI
17	17	90004609	PROTESIS BILIAR METALICA DE NITINOL TOTALMENTE RECUBIERTA DE SILICONA. EXTREMOS ENSANCHADOS. DE 8 A 10 MM DE D. Y 60 A 80 MM DE L. PREMONTADA. LIBERACION CONTROLADA CON PISTOLA. TIPO EVOLUTION O EQUIVALENTE. LIBRE DE LATEX. ESTERIL.	100005177	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS	TAEWOONG	BILIAR "FLARE"	BSMXXXXFW	6022101542	OB	15	15	Apertura difícil. La salida por el canal de trabajo de la protesis es dificultosa en el momento previo a la inserción. Y una vez colocada.	NO
17	17	90004609	PROTESIS BILIAR METALICA DE NITINOL TOTALMENTE RECUBIERTA DE SILICONA. EXTREMOS ENSANCHADOS. DE 8 A 10 MM DE D. Y 60 A 80 MM DE L. PREMONTADA. LIBERACION CONTROLADA CON PISTOLA. TIPO EVOLUTION O EQUIVALENTE. LIBRE DE LATEX. ESTERIL.	100080003	COOK ESPAÑA S.L.	COOK	EVOLUTION	EVO-FC-XX-XX-X-B	6022101544	OB	40	40	Muy facil liberacion por personal de enfermeria. Pistola ergonomica.	SI
18	18	90004610	PROTESIS PANCREÁTICA PLÁSTICA. DE 3 A 11,5 FR Y 30 A 150 MM DE L. CON CÁETER EMPUJADOR DE 170 CM. TIPO GEENEN O EQUIVALENTE. ESTERIL	100005132	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	BOSTON	ADVANIX + NAVIFLEX	M005350XX-M00536XXX	6022101541	OB	40	40	Facil colocacion, excelente visualizacion. No migración	SI
18	18	90004610	PROTESIS PANCREÁTICA PLÁSTICA. DE 3 A 11,5 FR Y 30 A 150 MM DE L. CON CÁETER EMPUJADOR DE 170 CM. TIPO GEENEN O EQUIVALENTE. ESTERIL	100080003	COOK ESPAÑA S.L.	COOK	GEENEN	GEPD-XX(.5)-XX	6022101544	OB	40	40	Buena colocacion y visualizacion. No migracion	SI

INFORME CRITERIOS SUBJETIVOS

ANEXO I - INFORME CRITERIOS DE EVALUACION PREVIA 101 HMS/2021

ZPIE: 112 MATERIAL IMPLANTABLE P/UNIDAD PRUEBAS FUNCIONALES DIGESTIVO
 PA 101 HMS/21

Total
 Punt. Max: 40
 Punt. Min: X 20

Lote	Pos.	Material	Descripción	Licitador	Nombre	Marca	Modelo	Ref. Proveedor	N. Oferta	Var.	OFERTA TECNICA	Punt. Total	Comentarios Servicio	PASA
19	19	90003871	STEN BILIAR CON HILO EN EXTREMO PROXIMAL DE DIFERENTES MEDIDAS. IMPLANTACION A TRAVES DE ENDOSCOPIO GUIADA CON IMAGEN ECOGRAFICA. PARA PANCREOTICODUODENECTOMIA. TIPO LINK O EQUIVALENTE. ESTERIL	100005177	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS	TAEWOONG	BILIAR LINK	BS****FW	6022101542	OB	40	40	Facil colocacion. Buena apertura y visualizacion	SI
20	20	90004345	STENT BILIAR AUTOEXPANDIBLE PRECARGADO EN SISTEMA INTRODUCIDOR. DE DIFERENTES MEDIDAS. DE NITINOL FLEXIBLE. TIPO HOT AXIOS O EQUIVALENTE. ESTERIL	100005132	BOSTON_SCIENTIFIC IBERICA SA	BOSTON	HOT AXIOS	M005555XX	6022101541	OB	40	40	Excelente apertura, durabilidad. Rapidez en la colocación, alta seguridad	SI
20	20	90004345	STENT BILIAR AUTOEXPANDIBLE PRECARGADO EN SISTEMA INTRODUCIDOR. DE DIFERENTES MEDIDAS. DE NITINOL FLEXIBLE. TIPO HOT AXIOS O EQUIVALENTE. ESTERIL	100005177	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS	TAEWOONG	BILIAR HOT SPAXUS	HSS****FW	6022101542	OB	15	15	Apertura difícil. La salida por el canal de trabajo de la protesis es dificultosa en el momento previo a la inserción	NO
21	21	54195	STENT PARA DRENAJE DE PSEUDOQUISTE. DE NITINOL Y SILICONA. TOTALMENTE CUBIERTO, CON EXTREMOS ENSANCHADOS. DE 16 MM DE D. Y 60 MM DE L. TOTAL. CON LAZO DE RETIRADA. LIBRE DE LATEX. ESTERIL	100058761	IZASA HOSPITAL S.L.U.	M.I.TECH	STENTS PSEUDOQUIST E VARIAS MED	144BCF-XXX-180-G	6022101543	OB	40	40	Navegabilidad optima. Apertura correcta	SI

Zaragoza, 19 de enero de 2022

JEFE DE SECCION PRUEBAS FUNCIONALES DIGESTIVO

INTERLOCUTOR SERVICIO DIGESTIVO

[Signature]
 Dra. M^{te} Teresa Sofia San Teodora

D. Javier Alcedo

P.A. 101 HMS/2021 MATERIAL IMPLANTABLE PARA LA UNIDAD DE PRUEBAS FUNCIONALES DEL SERVICIO DE DIGESTIVO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET DE ZARAGOZA

INFORME CRITERIOS OBJETIVOS		PUNTUACION MAXIMA				MEJORA EQUIPAMIENTO			TOTAL CRITERIOS OBJETIVOS		
LOTE	POS	DESCRIPCION LOTE	LICITADOR	IMPORTE LICITACION LOTE SIN IVA	OFERTA LICITACION LOTE SIN IVA	OFERTA ECONOMICA	PRIORITY SERVICIO DESTINATARIO	VALORACION DEL BIEN	45	10	60
1	1	PROTESIS ESÓFAGO DE DIFERENTES DIÁMETRO Y LONGITUDES CUBIERTA DE DOBLE MALLA ESTÉRIL Y DOBLE MALLA PARA MANGA GASTRICA	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS	95.772,73	93.100,00	42,16	5	10			57,16
1	1	PROTESIS ESÓFAGO DE DIFERENTES DIÁMETRO Y LONGITUDES CUBIERTA DE DOBLE MALLA ESTÉRIL Y DOBLE MALLA PARA MANGA GASTRICA	BOSTON_SCIENTIFIC IBERICA SA	87.220,00	87.220,00	45,00	5	0			50,00
2	2	PROTESIS ESÓFAGO DE DIFERENTES DIÁMETRO Y LONGITUDES CUBIERTA DE MALLA SIMPLE ESTÉRIL	BOSTON_SCIENTIFIC IBERICA SA	25.454,55	25.452,00	45,00					45,00
3	3	PROTESIS ESÓFAGO DE DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES RECUBIERTA CON SISTEMA ANTIRREFLUJO (TERCIO INFERIOR)	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS	25.454,55	24.500,00	45,00	5	10			60,00
4	4	PROTESIS ESÓFAGO DE DIFERENTES DIÁMETRO Y LONGITUDES PARCIALMENTE RECUBIERTA DE SILICONA	BOSTON_SCIENTIFIC IBERICA SA	27.363,64	24.920,00	45,00					45,00
4	4	PROTESIS ESÓFAGO DE DIFERENTES DIÁMETRO Y LONGITUDES PARCIALMENTE RECUBIERTA DE SILICONA	COOK ESPAÑA S.L.		25.200,00	44,50					44,50
5	5	PROTESIS ESOFAGICO BIODEGRADABLE DE MALLA DEPOLIDIOXANOMA	DIMESAN QUIRURGICA SL	83.720,00	83.720,00	45,00					45,00
6	6	PROTESIS ENTERAL DE DIFERENTES DIÁMETRO Y LONGITUDES CUBIERTA ESTÉRIL	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS	27.363,64	24.500,00	45,00	5	10			60,00
7	7	PROTESIS ENTERAL DE DIFERENTES DIÁMETRO Y LONGITUDES PARCIALMENTE CUBIERTA ESTÉRIL	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS	27.363,64	25.200,00	45,00	5	10			60,00
8	8	PROTESIS ENTERAL DE DIFERENTES DIÁMETRO Y LONGITUDES DESCUBIERTA ESTÉRIL	COOK ESPAÑA S.L.	27.363,64	25.200,00	43,75					43,75

8	8	PROTESIS ENTERAL DE DIFERENTES DIÁMETRO Y LONGITUDES DESCUBIERTA ESTÉRIL	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS		24.500,00	45,00	5	10	60,00
8	8	PROTESIS ENTERAL DE DIFERENTES DIÁMETRO Y LONGITUDES DESCUBIERTA ESTÉRIL	BOSTON_SCIENTIFIC IBERICA SA		24.920,00	44,24			44,24
9	9	PROTESIS COLÓNICA DE USO ENDOSCOPICO DIFERENTES DIÁMETRO Y LONGITUDES CUBIERTA ESTÉRIL	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS	27.363,64	24.500,00	45,00	5	10	60,00
10	10	PROTESIS COLÓNICA DE USO ENDOSCOPICO DIFERENTES DIÁMETRO Y LONGITUDES CUBIERTA PARCIALMENTE ESTÉRIL	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS	27.363,64	24.500,00	45,00	5	10	60,00
11	11	PROTESIS COLÓNICA DE USO ENDOSCOPICO DIFERENTES DIÁMETRO Y LONGITUDES DESCUBIERTA ESTÉRIL	COOK ESPAÑA S.L.	27.363,64	25.200,00	45,00			45,00
12	12	PROTESIS ENTERAL COLONICO/DUODENAL DE DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES CON CABEZA ENSANCHADA ANTIMIGRACION	BOSTON_SCIENTIFIC IBERICA SA	58.800,00	49.840,00	45,00			45,00
12	12	PROTESIS ENTERAL COLONICO/DUODENAL DE DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES CON CABEZA ENSANCHADA ANTIMIGRACION	COOK ESPAÑA S.L.		50.400,00	44,50			44,50
13	13	PROTESIS BILIAR PLÁSTICA DE DIFERENTES DIÁMETRO Y LONGITUDES. CON INTRODUCUTOR ESTÉRIL	BOSTON_SCIENTIFIC IBERICA SA	32.072,73	30.240,00	44,86			44,86
13	13	PROTESIS BILIAR PLÁSTICA DE DIFERENTES DIÁMETRO Y LONGITUDES. CON INTRODUCUTOR ESTÉRIL	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		30.145,92	45,00	5	10	60,00
14	14	PROTESIS BILIAR METÁLICA DE DIFERENTES DIÁMETRO Y LONGITUDES. ESTÉRIL CUBIERTA	BOSTON_SCIENTIFIC IBERICA SA	54.727,27	49.840,00	45,00	5	0	50,00
14	14	PROTESIS BILIAR METÁLICA DE DIFERENTES DIÁMETRO Y LONGITUDES. ESTÉRIL CUBIERTA	COOK ESPAÑA S.L.		50.400,00	44,50			44,50
15	15	PROTESIS BILIAR METÁLICA DE DIFERENTES DIÁMETRO Y LONGITUDES. ESTÉRIL PARCIALMENTE CUBIERTA	BOSTON_SCIENTIFIC IBERICA SA	28.000,00	24.920,00	44,24	5	0	49,24
15	15	PROTESIS BILIAR METÁLICA DE DIFERENTES DIÁMETRO Y LONGITUDES. ESTÉRIL PARCIALMENTE CUBIERTA	COOK ESPAÑA S.L.		25.200,00	43,75			43,75

15	15	PROTESIS BILIAR METÁLICA DE DIFERENTES DIÁMETRO Y LONGITUDES. ESTÉRIL PARCIALMENTE CUBIERTA	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS		24.500,00	45,00	5	10	60,00
16	16	PROTESIS BILIAR METÁLICA DE DIFERENTES DIÁMETRO Y LONGITUDES. ESTÉRIL DESCUBIERTA	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS	217.636,36	212.800,00	45,00	5	10	60,00
16	16	PROTESIS BILIAR METÁLICA DE DIFERENTES DIÁMETRO Y LONGITUDES. ESTÉRIL DESCUBIERTA	BOSTON_SCIENTIFIC IBERICA SA		212.800,00	45,00	5	0	50,00
16	16	PROTESIS BILIAR METÁLICA DE DIFERENTES DIÁMETRO Y LONGITUDES. ESTÉRIL DESCUBIERTA	COOK ESPAÑA S.L.		212.800,00	45,00			45,00
17	17	PROTESIS BILIAR METÁLICA DE DIFERENTES DIÁMETRO Y LONGITUDES CUBIERTA CON SISTEMA DE LIBERACIÓN. ESTÁNDAR/PISTOLA. ESTÉRIL	COOK ESPAÑA S.L.	14.636,36	12.600,00	45,00			45,00
18	18	PROTESIS PANCREÁTICA PLÁSTICA DE DIFERENTES DIÁMETRO Y LONGITUDES. CON CATETER EMPUJADOR ESTÉRIL	COOK ESPAÑA S.L.	20.363,64	17.500,00	45,00			45,00
18	18	PROTESIS PANCREÁTICA PLÁSTICA DE DIFERENTES DIÁMETRO Y LONGITUDES. CON CATETER EMPUJADOR ESTÉRIL	BOSTON_SCIENTIFIC IBERICA SA		18.900,00	41,67			41,67
19	19	PRÓTESIS DRENAJE COLECCIONES PANCREÁTICA DE DIFERENTES DIÁMETRO Y LONGITUDES TIPO DIABOLO O SIMILAR. ESTÉRIL	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS	41.745,45	35.000,00	45,00	5	10	60,00
20	20	STENT METALICO DE APOSICION LUMINAL PARA IMPLANTE VIA ECOENDOSCOPIA PARA DRENAJE DE COLECCIONES BILIO-PANCREÁTICAS.	BOSTON_SCIENTIFIC IBERICA SA	84.000,00	84.000,00	45,00	5	0	50,00
21	21	STENT METALICO AUTOEXPANDIBLE DE NITINOL ANTIMIGRACION Y TOTALMENTE CUBIERTO. LIBERACION TTS	IZASA HOSPITAL S.L.U.	15.400,00	15.400,00	45,00			45,00