

MESA DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Sesión celebrada el 4 de julio de 2024.

Acto de apertura de sobre único de cumplimiento de requisitos previos y contenido de proposición cuantificable automáticamente y sobre adicional.

EXPEDIENTE: EXP017/2024/19

Adquisición de un Lector Multi-Detector de Microplacas con destino en los Servicios Centrales de Investigación Biomédica y Ciencias de la Salud de la Universidad de Cádiz.

Anuncio de licitación publicado el 19 de junio de 2024 en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 22.114,20 €.

1. ACTO DE APERTURA DE SOBRE ÚNICO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS Y CONTENIDO DE PROPOSICIÓN CUANTIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE

Se reciben las siguientes propuestas:

EMPRESAS LICITADORAS
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.
FISHER SCIENTIFIC, S.L.
LIFE TECHNOLOGIES, S.A.
PARALAB, S.L.
PROMEGA BIOTECH IBÉRICA, S.L.

Las propuestas presentadas por las empresas AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.; FISHER SCIENTIFIC, S.L.; LIFE TECHNOLOGIES, S.A. y PARALAB, S.L. cumplen con los requisitos solicitados por lo que quedan admitidas al presente procedimiento, debiendo acreditar previamente, en el caso de adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el presente contrato.

Calificada la documentación, la Mesa de Contratación acuerda admitir la propuesta presentada por PROMEGA BIOTECH IBÉRICA, S.L. al presente procedimiento. No obstante, al no haber aportado el documento DEUC (Documento Europeo Único de Contratación) solicitado, deberá subsanar este extremo previamente, en el caso de adjudicación del contrato, junto a la acreditación de la posesión y validez de los requisitos previos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el presente expediente de contratación.

2. ACTO DE APERTURA DE SOBRE ADICIONAL

Se procede a la apertura del sobre adicional, remitiéndose el mismo al responsable del contrato para que informe sobre la conformidad con los requisitos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la licitación.

En el transcurso de la sesión de la Mesa de Contratación, la responsable del contrato, D^a. María del Carmen Durán Ruiz, Directora de los Servicios Centrales de Investigación Biomédica y Ciencias de la Universidad de Cádiz, da su conformidad a las ofertas presentadas por las empresas licitadoras en relación al cumplimiento de las prescripciones técnicas requeridas en el Pliego correspondiente.

3. VALORACIÓN DE OFERTAS Y PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN

CRITERIOS DE VALORACIÓN	Ofertas:				
	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.	FISHER SCIENTIFIC, S.L.	LIFE TECHNOLOGIES, S.A.	PARALAB, S.L.	PROMEGA BIOTECH IBÉRICA, S.L.
Precio	22.096,54 €	21.550,87 €	21.443,50 €	22.113,00 €	20.900,00 €
Aporta filtros de detección. Polarización por fluorescencia (5 puntos), luminiscencia filtrada (5 puntos), fluorescencia resuelta en el tiempo (5 puntos)	SI SI SI	NO NO NO	SI SI SI	NO NO SI	NO SI NO
Aporta Sistemas de lectura (Punto final, cinética, scanning spectral, escaneo pocillo). Punto final (2 puntos); Cinética (3 puntos); Escaneo espectral (5 puntos); Escaneo del área del pocillo (5 puntos)	SI SI SI SI	SI SI SI SI	SI SI SI SI	SI SI SI SI	SI SI NO SI
Posibilidad de adaptarse a otros sistemas de placas. Compatible con placas PCR (5 puntos) Compatible con placas de cultivos celulares (5 puntos)	SI SI	NO SI	SI SI	SI SI	NO SI
Control de temperatura. Si permite control hasta 50°C (3 puntos), si permite hasta 70°C (5 puntos)	Hasta 50°C: SI Hasta 70°C: NO	Hasta 50°C: NO Hasta 70°C: NO	Hasta 50°C: NO Hasta 70°C: NO	Hasta 50°C: SI Hasta 70°C: NO	Hasta 50°C: NO Hasta 70°C: NO
Posibilidad de ajustar los anchos de banda de excitación y de emisión SI, 5 puntos, NO, 0 puntos.	SI	SI	SI	NO	SI
Mejora del servicio post-venta y de asistencia técnica. Servicio post-venta y asistencia técnica, durante el período de garantía ofertado. Tiempo de respuesta 24 horas (10 puntos), 48 h (7 puntos), 72 h (5 puntos), 1 semana (2 puntos), más de una semana 0 puntos.	Tiempo de respuesta: 24 horas	Tiempo de respuesta: 48 horas	Respuesta telefónica: en menos de 3 horas • Respuesta presencial: aprox. 48-72 horas	Tiempo de respuesta: 24 horas	Tiempo de respuesta: 24 horas

Mayor plazo de garantía adicional. Garantía, años adicionales (2 puntos por año adicional al mínimo establecido de 3 años) hasta un máximo de 10 puntos.	2 años. Por tanto, 5 años en total e incluye un mantenimiento preventivo desde el segundo año, es decir, 4 mantenimientos preventivos en total	No oferta.	0	1 año.	5 años más. Total garantía 8 años.
---	--	------------	---	--------	---------------------------------------

PUNTOS OBTENIDOS Y CLASIFICACIÓN DE LICITADORES

CRITERIOS DE VALORACIÓN	Puntos máximos	Puntuación:				
		AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.	FISHER SCIENTIFIC, S.L.	LIFE TECHNOLOGIES, S.A.	PARALAB, S.L.	PROMEGA BIOTECH IBÉRICA, S.L.
Precio	30,00	28,38	29,09	29,24	28,35	30,00
Aporta filtros de detección.	15,00	15,00	0,00	15,00	5,00	5,00
Polarización por fluorescencia (5 puntos),		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
luminiscencia filtrada (5 puntos),		5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
fluorescencia resuelta en el tiempo (5 puntos)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00
Aporta Sistemas de lectura (Punto final, cinética, scanning spectral, escaneo pocillo).	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00
Punto final (2 puntos);		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Cinética (3 puntos);		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Escaneo espectral (5 puntos);		5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
Escaneo del área del pocillo (5 puntos)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Posibilidad de adaptarse a otros sistemas de placas.	10,00	10,00	5,00	10,00	10,00	5,00
Compatible con placas PCR (5 puntos)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00
Compatible con placas de cultivos celulares (5 puntos)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Control de temperatura. Si permite control hasta 50°C (3 puntos), si permite hasta 70°C (5 puntos)	5,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Posibilidad de ajustar los anchos de banda de excitación y de emisión SI, 5 puntos, NO, 0 puntos.	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Mejora del servicio post-venta y de asistencia técnica. Servicio post-venta y asistencia técnica, durante el período de garantía ofertado. Tiempo de respuesta 24 horas (10 puntos), 48 h (7 puntos), 72 h (5 puntos), 1 semana (2 puntos), más de una semana 0 puntos.	10,00	10,00	7,00	5,00*	10,00	10,00
Mayor plazo de garantía adicional. Garantía, años adicionales (2 puntos por año adicional al mínimo establecido de 3 años) hasta un máximo de 10 puntos.	10,00	4,00	0,00	0,00	2,00	10,00
TOTAL CRITERIOS AUTOMÁTICOS	100,00	90,38	61,09	79,24	73,35	75,00
PUNTUACIÓN TOTAL	100,00	90,38	61,09	79,24	73,35	75,00

*A la vista de la oferta presentada, la Mesa de Contratación acuerda que el tiempo de respuesta ofertado es de 72h.

La Mesa de Contratación de la Universidad de Cádiz acuerda elevar al órgano de contratación la siguiente propuesta de clasificación de las empresas admitidas por orden decreciente y adjudicación del procedimiento a favor de la primera clasificada, al resultar la empresa mejor valorada en el conjunto de criterios:

1. AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.
2. LIFE TECHNOLOGIES, S.A.
3. PROMEGA BIOTECH IBÉRICA, S.L.
4. PARALAB, S.L.
5. FISHER SCIENTIFIC, S.L.